Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік

Сатып алудың нөмірі:	№ 2398281-1
Сатып алудың атауы:	Сәулелік және функциялық диагностика бөлімшесіне арналған шығыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 18449386-ОК1
Лоттың атауы :	Түтік
Лоттың сипаттауы:	медициналық, рәзіңкелі, оттекті жастықтарға арналған, өлшемі 8*2, ГОСТ 3399-76.
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Трубка пациента 250 см с 2-мя обратными клапанами
Саны, көлемі:	800
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс қазақстан облысы, өскемен қ.ә., өскемен қ. Протозанов к. 7
Жеткізу мерзімі:	Шарттық келісім бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	қайырмалы қақпақшасы бар 250см емделуші трубкасы, компьютерлік - томографиялық және магниттік - резонансты зерттеулер өткізу кезінде қарама - қарсы затты күре тамыр ішіне еңгізуге арналған. ангиографиялық инжектор үшін , компъютерлік және магниттік – резонанстық томографияға арналған : - сұйықтықтың қайта ағуын болдырмайтын 2 қалпақша– қысымға шадамдылығы бойынша төзімділігі тексерілген - қызбалық туындатпайтын. – латексі жоқ. - қаптамада 100 дана (зарарсыздандырылған, жеке қптамасы бар).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация

Номер закупки:	№ 2398281-1
Наименование закупки:	Приобретение расходных материалов для отдела лучевой и функциональной диагностики
Номер лота:	№ 18449386-ОК1
Наименование лота:	Трубка
Описание лота:	медицинская, резиновая, для кислородных подушек, размер 8*2, ГОСТ 3399-76.
Дополнительное описание лота:	Трубка пациента 250 см с 2-мя обратными клапанами
Количество:	800
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск ул Протозанова, 7
Срок поставки:	Согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	Трубка пациента 250 см, с 2-мя обратными клапанами. , предназначена для внутривенного введения контрастного вещества при проведения компьютерно- томографических и магнитно-резонансных исследований. для инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии : -2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости. -проверена на прочность по выдерживанию давления. -апирогенная. -без латекса. -в упаковке 100 шт (стерильная, индивидуальная упаковка).