Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік

Сатып алудың нөмірі:	№ 2847313-1
Сатып алудың атауы:	Измерительные приборы
Лоттың нөмірі:	№ 19962013-ОК1
Лоттың атауы :	Аудиометр
Лоттың сипаттауы:	для измерения остроты слуха, прибор, частота стимулирующего сигнала 500, 1000, 2000, 4000 ГЦ, уровень стимилирующего сигнала 50-120 дБ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	согласно технической спецификации
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы ул. Кравцова, 18, тел. 7172571204 вн 119
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған күннен бастап 35 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:

Аудиометр автоматтандырылған отологиялық қалыпты адамның естілу шегіне баламалы сипаттамаларымен тексерілетін адамның есту қабілетін салыстыру әдісімен әуе және сүйек дыбыс өткізгіш бойынша есту шектерін айқындау арқылы адамның есту анализаторының функционалдық жай-күйін бағалау үшін арналған. Аудиометр функционалдық мүмкіндіктері бойынша 3 типті МЕМСТ 27072 -86 бойынша аудиометрлерге жатады және әртүрлі медициналық мекемелерде есту қабілетін диагностикалау үшін пайдаланылуы мүмкін. Конструктивті аудиометр пластмасс корпуста OKW жасалған, Тактилді әсерімен таспалы типті пернетақтасы, СК-дисплейінде жұмыс режимдері мен сараптама нәтижелері индикациясы бар. Аудиометр қолдануда оңай, салмағы және габариттері азғантай. Аудиометр функционалды мүмкіндіктері әуе және сүйек дыбыс өткізгіш кезінде есту қабілетінен айырылуды анықтау кең жолақты немесе тар жолақты шуылмен зерттелмеген құлақты бүркеу екі жұмыс режимі: қолмен - автоматтандырылған медициналық қызметкерлердің қатысуымен - кіріктірілген бағдарлама бойынша 4 жоғары шекті тестілерді жүргізу: IMPI (SISI) - шағын қарқындылық өсу индекстері, Luscher бойынша дифференциалдық шек (DP) жайсыздық деңгейі (шегі) үннің ыдырау тесті (бейімдеу, Carhart). автоматтандырылған жұмыс режимінде қарап тексеру процедурасын бағдарламалау (қарап тексеру жүргізілетін жиіліктерді таңдауға, скринингтік тексеруді жүргізуге мүмкіндік береді) тест сигналының беру индикациясы пациенттің ағымдағы сигнал параметрлерін және жауаптарының индикациясы автоматтандырылған жұмыс режимінде қарап тексеру процедурасының аяқталуы туралы дыбыстық сигнал индикаторға қарап тексеру нәтижелерін шығару термикалық принтерді немесе компьютерді қосу мүмкіндігі Аудиометрдің техникалық параметрлері Әуе дыбысын өткізу

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация

Номер закупки:	№ 2847313-1
Наименование закупки:	Измерительные приборы
Номер лота:	№ 19962013-ОК1
Наименование лота:	Аудиометр
Описание лота:	для измерения остроты слуха, прибор, частота стимулирующего сигнала 500, 1000, 2000, 4000 ГЦ, уровень стимилирующего сигнала 50-120 дБ
Дополнительное описание лота:	согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район "Алматы" ул. Кравцова, 18, тел. 7172571204 вн 119
Срок поставки:	в течение 35 календарных дней со дня подписания договора Сторонами

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	Аудиометр автоматизированный предназначен для оценки функционального состояния слухового анализатора человека путем определения порогов слышимости по воздушному и костному звукопроведению методом сравнения слуха обследуемого с характеристиками, эквивалентными порогу слышимости отологически нормального человека. Аудиометр по функциональным возможностям относится к аудиометрам типа 3 по ГОСТ 27072 -86 и может использоваться для диагностики слуха в различных медицинских учреждениях. Конструктивно аудиометр выполнен в пластмассовом корпусе OKW, имеет клавиатуру пленочного типа с тактильным эффектом, индикацию режимов работы и результатов обследования на ЖК-дисплее. Аудиометр прост в управлении, имеет небольшой вес и габариты. Функциональные возможности аудиометра определение потерь слуха при воздушном и костном звукопроведении маскировка неисследуемого уха широкополосным или узкополосным шумом два режима работы: ручной - с участием медицинского персонала автоматизированный - по встроенной программе проведение 4-х надпороговых тестов: ИМПИ (SISI) - индекс малых приростов интенсивности, дифференциальный порог (ДП) по Luscher, уровень (порог) дискомфорта, тест распада тона (адаптации, Carhart). программирование процедуры обследования в автоматизированном режиме работы (позволяет выбрать частоты, на которых будет проводиться обследование, провести скрининговое обследование) индикация подачи тестового сигнала индикация текущих параметров сигнала и ответов пациента звуковая сигнализация о завершении процесса обследования в автоматизированном режиме работы воспроизведение результатов обследования на индикаторе возможность подключения термопринтера или компьютера Технические параметры аудиометра Воздушное звукопроведение