Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000003608 от 01.04.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **30.03.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **30.03.2020 09:50**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **01.04.2020 14:26:56**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus BKM B718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003608	**Автоклав №1. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003609	**Автоклав №1. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003610	**Автоклав №1. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003611	**Автоклав №1. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003612	**Автоклав №1. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Методические указания по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан от 15.03.2018 № 59-ОД , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН