«Master Life» ЖШС
Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.,
Л.Толстой көшесі 17/1-107
т.+7/707/556-51-51
interprofitbox@gmail.com

Master Life

ТОО «Master Life»
Республика Казахстан, г.Нур-Султан,
ул.Л.Толстого 17/1-107
т.+7/707/556-51-51
interprofitbox@gmail.com

исх. №1103-1 от 11.03.2021 г.

РГУ «Комитета внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан»

Касательно: Неправомерного допуска поставщиков к участию в конкурсе № **5374131-1**
Приобретение расходного материала для маркировки гемоконтейнеров (красящая лента)

Настоящим письмом ТОО «Master Life» сообщает Вам, что к участию в закупке **№ 5374131-1** приобретение расходного материала для маркировки гемоконтейнеров (красящая лента) лот **№ 41139330-ОК1** «Лента красящая» Заказчиком КГП на ПХВ «Павлодарский областной центр крови» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области был допущен следующий потенциальный поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВНЕДРЕНИЕ.KZ" БИН (ИИН) 181140012598, которое согласно протоколу об итогах № 4975035 от 10.03.2021 г. признано победителем.

Согласно условиям конкурса, предъявляемых к потенциальному Поставщику, предоставление оригинальных и высококачественных расходных материалов должны обеспечивать сохранность наносимой информации в течении трех лет в условиях хранения при температуре -40°С и гарантировать: качество распознавания штрих кода после шоковой заморозки, присвоение уникального идентификационного номера для компонентов, выпускаемых центром крови, технологическая этикетка должна соответствовать качеству при использовании, безошибочное считывание нанесенной информации на автоматических анализаторах центра крови. Наносимая информация не должна деформироваться и отклеиваться от гемоконтейнера при заморозке, попадании на нее воды, спиртовых растворов или крови. Потенциальный поставщик не указал в своей технической спецификации данное требование, тем самым нарушив предъявляемые условия и требования Заказчика.

Также в технической спецификации сказано, что при поставке расходных материалов необходимо произвести тестирование поставляемого товара, а именно качество нанесения информации на синтетические этикетки, шоковая заморозка, проверка на считывание нанесенной информации анализаторами и сканерами штрихкодирования. Тестирование будет проводится в течение 15 рабочих дней и по окончании оцениваться на листе протокола проверки, согласно приложению №1 к настоящей технической спецификации. В случае не прохождения проверки вся партия бракуется и не принимается на склад центра. Данный пункт отсутствует у потенциального Поставщика, что не соответствует требованиям конкурсной документации.

Также потенциальный Поставщик не указал: марку/модель, завод-изготовитель, адрес завода-изготовителя, что также не соответствует требованиям конкурсной документации.

На основании вышеизложенного прошу Вас провести проверку и обязать Заказчика КГП на ПХВ «Павлодарский областной центр крови» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области отклонить **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВНЕДРЕНИЕ.KZ"** неправомерно допущенных к участию в закупке **№ 5374131-1** Приобретение расходного материала для маркировки гемоконтейнеров (красящая лента), лот **41139330-ОК1** «Лента красящая» и пересмотреть протокол об итогах № 4975035 от 10.03.2021 г.

Директор
ТОО «Master Life» Шаяхметов Д.Б.