Альгимед

Комплексное оснащение лабораторий

Рабочий телефон: +7 7172 779971
Мобильный телефон: +7 700 613 13 07
Internet: www.algimed.kz
E-Mail: info@algimed.kz

Исх. № 129/03-2021
От 15.03.2021

Кому: РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК»

от ТОО «Альгимед» БИН 150340007285
г.Нур-Султан, ул.Ауезова, 8

ТОО «Альгимед» в лице директора Тремзиной В.Е., действующей на основании Устава, рассмотреть протокол итогов открытого конкурса 5318001-2, лот № 39663967-ОК1, направляет жалобу на действия конкурсной комиссии по признанию заявок ТОО «CityLab», ТОО «ABIOTECH», ТОО «Диацент» соответствующими условиям конкурсной документации.

1. Доводы по несоответствию заявки ТОО «CityLab».

- В технической спецификации ТОО «CityLab» в наименовании товара «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в режиме реального времени (набор не менее 100 определений) в комплекте с набором для выделения РНК/ДНК» не содержится указания на **марку и/или товарный знак либо знак обслуживания, модель, тип**, что противоречит Приложению 3 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила).
- В технической спецификации указан Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) -12. Согласно официальной инструкции предлагаемого набора («Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARSCoV2 методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени "ИнтификаSARSCo V2») *(приложение 1)* в государственном реестре зарегистрированных медицинских изделий на сайте РГП на ПХВ «НЦЭЛС», общий срок годности товара составляет 9 месяцев со дня производства. Таким образом, ТОО «CityLab» предоставил недостоверную информацию по техническим характеристикам предлагаемого товара.
- Считаем, что ТОО «CityLab» в своей технической спецификации не дал точной информации по количеству тестов (определений) в наборе. Так, в строке «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» указано количество тестов – «не менее 100 определений», а в строке «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указано «не менее 96 определений». Данный факт не дает точно установить соответствие технических характеристик товара требованиям конкурсной документации.

- В приложении 7 к Конкурсной документации «Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров» ТОО «CityLab» в подтверждение опыта прикрепил электронные копии накладных, отписанных другой компанией – ИП Invitro. Таким образом, ТОО «CityLab» предоставил недостоверную информацию.

2. Доводы по несоответствию заявки ТОО «Abiotech».

- В технической спецификации ТОО «Abiotech» в наименовании товара «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в режиме реального времени (набор не менее 96 определений) в комплекте с набором для выделения РНК/ДНК.) в комплекте с набором для выделения РНК/ДНК» не содержится указания на **марку и/или товарный знак либо знак обслуживания, модель, тип**, что противоречит Приложению 3 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила).
- В технической спецификации ТОО «Abiotech» указан Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) -12. Согласно официальной инструкции предлагаемого набора («Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARSCoV2 методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени "ИнтификаSARSCo V2») в государственном реестре зарегистрированных медицинских изделий на сайте РГП на ПХВ «НЦЭЛС», общий срок годности товара составляет 9 месяцев со дня производства. Таким образом, ТОО «Abiotech» предоставил недостоверную информацию по техническим характеристикам предлагаемого товара.
- В технической спецификации ТОО «Abiotech» указаны три одинаковых наименования предлагаемых товаров – «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в режиме реального времени (набор не менее 96 определений) в комплекте с набором для выделения РНК/ДНК», с тремя разными заводами-производителями и странами происхождения: ТОО «Abiotech» – Республика Казахстан, ООО «Алкор Био» - Россия, TransGen Biotech Co – Китай. Данный факт не позволяет установить принадлежность товара по месту происхождения и производителю, что противоречит пп.2 п.16 Конкурсной документации.
- В заявке ТОО «Abiotech» в Приложении 7 отсутствуют сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), уведомления, в нарушение требования Организатора, установленного в Приложении 1-1 к конкурсной документации.

3. Доводы по несоответствию заявки ТОО «Диацент».
- Считаем, что ТОО «Диацент» в своей технической спецификации не дал точной информации по количеству тестов (определений) в наборе. Так, в строке «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указано «не менее 96 определений». Данный факт не дает точно установить соответствие технических характеристик товара требованиям конкурсной документации.

Кроме того, считаем, что факт подачи заявок от трех компаний с одним и тем товаром говорит о наличии сговора между участниками ТОО «Диацент», ТОО «Abiotech», ТОО «CityLab».

Так, в другом открытом конкурсе № 5317987-2 на поставку Тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР в режиме реального времени (набор не менее 96 исследований) от данных компаний были поданы заявки с одинаковым товаром от того же производителя ООО «Алкор Био».

Также, в 2020 году, между Организатором конкурса и ИП Invitro (чьи накладные прикреплены в заявке ТОО «CityLab») были напрямую заключены договора из одного источника на 148 500 000 тг на тот же товар производителя ООО «Алкор Био».

Также хотим отметить, что предлагаемый набор «Алкор био» имеет высокое значение аналитической чувствительности (1000 копий на мл пробы), что является причиной ложноотрицательных результатов при диагностике SARS-CoV-2, а также срок годности – всего 9 месяцев. Данные значения являются одними из самых низких на рынке тест-систем для выявления коронавируса. Товар, предложенный ТОО «Альгимед», имеет лучшие характеристики: чувствительность – 100 копий на мл пробы и срок годности – 12 месяцев со дня производства.

Таким образом, просим пересмотреть протокол итогов и признать заявки ТОО «Диацент», ТОО «Abiotech», ТОО «CityLab» несоответствующими требованиям конкурсной документации.

Директор **Тремзина В.Е.**

Исп. Бейсекеева Л.
87006131305
l.beisekeeva@algimed.kz