Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5021212

Конкурстың № 5503897-1
Конкурстың атауы Тест-жиынтықтарды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-05 14:52:15 дейін 2021-03-15 14:52:15
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040240000429	КҚ жобасына ескерту	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: В состав набора входят: не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура типа О, конъюгат, буфер для разведения, промывочная жидкость, специфические положительные контрольные сыворотки, отрицательная контрольная сыворотка… Просим рассмотреть внесение уточнения по требуемым контролям и дополнить требование наличием 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного в соответствие с рекомендациями МЭБ «International Reference Antibody Standards for Antibody Assays» (Международные эталонные стандарты антител для анализов антител, ссылка на открытый ресурс: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/GUIDELINE_3_REF_STANDARDS_ANG.pdf). Слабый положительный контроль имеет решающее значение для обеспечения диагностической чувствительности тест-системы. Использование тест-систем и контролей, разработанных в соответствии с нормативами МЭБ (OIE), охарактеризованными и квалицированными в референтных лабораториях МЭБ, обеспечивает высокий уровень чувствительности, специфичности тест-систем, воспроизводимость и сходимость результатов не только в одной лаборатории, но и между различными лабораториями разных стран. Это позволяет успешно проходить международные сличительные испытания по ящуру, своевременно выявлять вспышки в регионе, не благополучным по критериям МЭБ по ящуру, а также выполнять регулярный мониторинг вакцинированного поголовья, получая достоверные воспроизводимые и признанные на международном уровне результаты. Указанное дополнение к требованию к тест-системе в настоящем техническом задании является обобщенной характеристикой тест-систем, которые обеспечивают получение достоверных результатов, воспроизводимых и признаваемых на мировом уровне.	2021-03-15 09:37:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предлагаемое Вами замечание о дополнении технической спецификации требованием «наличие 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного» сужает круг потенциальных поставщиков. Поэтому считаем, что данное требованием не может быть включено в техническую спецификацию.

2	151140016507	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации прописано требование к твердофазному блокирующему варианту ИФА. В тоже время на мировом рынке и рынке ЕАЭС существует жидкофазный блокирующий вариант ИФА, который имеет ряд преимуществ. Жидкофазный вариант иммуноферментного анализа аналогичен реакции нейтрализации, которая является «золотым стандартом» МЭБ для выявления антител к структурным белкам вируса ящура и оценки иммунного статуса животных. Этот метод является количественным, т.е. результат постановки реакции показывается в титре антител, что позволяет определить уровень антител у вакцинированного животного. Закупаемый твердофазный блокирующий ИФА является качественным методом, т.е. результат постановки реакции выдается без титра антител, указывая что животное иммуно или нет. При определении уровня напряженности иммунитета, важно определять титр антител против болезни, чтобы принять своевременное решение о дополнительных профилактических мероприятиях. Общемировая практика применения вакцин и контроля качества вакцинации основывается на использовании вакцин и диагностикумов от одно и того же производителя, во избежание не корректных результатов при диагностике. Последние 7 лет в Республике Казахстан для профилактики используются вакцины Российского производства, а напряженность иммунитета исследуются диагностикумами от производителей дальнего зарубежья. Почему это делается, не известно, никто не обращает внимание, что погрешность в получаемых результатах может достигать более 10%. Ценовая политика наборов жидкофазного блокирующего ИФА ниже наборов твердофазного блокирующего ИФА, экономия при существующем объеме закупа составляет более 100 миллионов тенге. На основании вышеизложенного, возникает вопрос – на основании каких целей Заказчик прописывает в технической спецификации требование только по твердофазному блокирующему ИФА.	2021-03-11 13:12:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В объявленной нами на портале технической спецификации отсутствует требование «основанные на методе «твердофазного блокирующего варианта ИФА».
3	040240000429	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: В состав набора входят: не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура типа Азия-1, конъюгат, буфер для разведения, промывочная жидкость, специфические положительные контрольные сыворотки, отрицательная контрольная сыворотка… Просим рассмотреть внесение уточнения по требуемым контролям и дополнить требование наличием 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного в соответствие с рекомендациями МЭБ «International Reference Antibody Standards for Antibody Assays» (Международные эталонные стандарты антител для анализов антител, ссылка на открытый ресурс: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/GUIDELINE_3_REF_STANDARDS_ANG.pdf). Слабый положительный контроль имеет решающее значение для обеспечения диагностической чувствительности тест-системы. Использование тест-систем и контролей, разработанных в соответствии с нормативами МЭБ (OIE), охарактеризованными и квалицированными в референтных лабораториях МЭБ, обеспечивает высокий уровень чувствительности, специфичности тест-систем, воспроизводимость и сходимость результатов не только в одной лаборатории, но и между различными лабораториями разных стран. Это позволяет успешно проходить международные сличительные испытания по ящуру, своевременно выявлять вспышки в регионе, не благополучным по критериям МЭБ по ящуру, а также выполнять регулярный мониторинг вакцинированного поголовья, получая достоверные воспроизводимые и признанные на международном уровне результаты. Указанное дополнение к требованию к тест-системе в настоящем техническом задании является обобщенной характеристикой тест-систем, которые обеспечивают получение достоверных результатов, воспроизводимых и признаваемых на мировом уровне.	2021-03-15 09:32:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предлагаемое Вами уточнение о дополнении технической спецификации требованием «наличие 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного» сужает круг потенциальных поставщиков. Поэтому считаем, что данное требованием не может быть включено в техническую спецификацию.

4	040240000429	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: В состав набора входят: не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура типа А, конъюгат, буфер для разведения, промывочная жидкость, специфические положительные контрольные сыворотки, отрицательная контрольная сыворотка… Просим рассмотреть внесение уточнения по требуемым контролям и дополнить требование наличием 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного в соответствие с рекомендациями МЭБ «International Reference Antibody Standards for Antibody Assays» (Международные эталонные стандарты антител для анализов антител, ссылка на открытый ресурс: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/GUIDELINE_3_REF_STANDARDS_ANG.pdf). Слабый положительный контроль имеет решающее значение для обеспечения диагностической чувствительности тест-системы. Использование тест-систем и контролей, разработанных в соответствии с нормативами МЭБ (OIE), охарактеризованными и квалицированными в референтных лабораториях МЭБ, обеспечивает высокий уровень чувствительности, специфичности тест-систем, воспроизводимость и сходимость результатов не только в одной лаборатории, но и между различными лабораториями разных стран. Это позволяет успешно проходить международные сличительные испытания по ящуру, своевременно выявлять вспышки в регионе, не благополучным по критериям МЭБ по ящуру, а также выполнять регулярный мониторинг вакцинированного поголовья, получая достоверные воспроизводимые и признанные на международном уровне результаты. Указанное дополнение к требованию к тест-системе в настоящем техническом задании является обобщенной характеристикой тест-систем, которые обеспечивают получение достоверных результатов, воспроизводимых и признаваемых на мировом уровне.	2021-03-15 09:33:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предлагаемое Вами уточнение о дополнении технической спецификации требованием «наличие 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного» сужает круг потенциальных поставщиков. Поэтому считаем, что данное требованием не может быть включено в техническую спецификацию.
5	040240000429	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: В состав набора входят: не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура типа А, конъюгат, буфер для разведения, промывочная жидкость, специфические положительные контрольные сыворотки, отрицательная контрольная сыворотка… Просим рассмотреть внесение уточнения по требуемым контролям и дополнить требование наличием 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного в соответствие с рекомендациями МЭБ «International Reference Antibody Standards for Antibody Assays» (Международные эталонные стандарты антител для анализов антител, ссылка на открытый ресурс: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/GUIDELINE_3_REF_STANDARDS_ANG.pdf). Слабый положительный контроль имеет решающее значение для обеспечения диагностической чувствительности тест-системы. Использование тест-систем и контролей, разработанных в соответствии с нормативами МЭБ (OIE), охарактеризованными и квалицированными в референтных лабораториях МЭБ, обеспечивает высокий уровень чувствительности, специфичности тест-систем, воспроизводимость и сходимость результатов не только в одной лаборатории, но и между различными лабораториями разных стран. Это позволяет успешно проходить международные сличительные испытания по ящуру, своевременно выявлять вспышки в регионе, не благополучным по критериям МЭБ по ящуру, а также выполнять регулярный мониторинг вакцинированного поголовья, получая достоверные воспроизводимые и признанные на международном уровне результаты. Указанное дополнение к требованию к тест-системе в настоящем техническом задании является обобщенной характеристикой тест-систем, которые обеспечивают получение достоверных результатов, воспроизводимых и признаваемых на мировом уровне.	2021-03-15 09:38:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предлагаемое Вами замечание о дополнении технической спецификации требованием «наличие 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного» сужает круг потенциальных поставщиков. Поэтому считаем, что данное требованием не может быть включено в техническую спецификацию.

6	921140000295	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам «…не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура…, основанные на методе «твердофазного блокирующего варианта ИФА». В тоже время на ветеринарном рынке имеются наборы основанные на методе «жидкофазного блокирующего варианта ИФА». Единственное преимущество твердофазного блокирующего ИФА перед жидкофазным блокирующим ИФА – это время постановки реакции. У первого оно намного короче в связи с тем, что меньше времени тратится на инкубацию и соответственно результат получается быстрее. Но, для определения напряженности иммунитета у вакцинированных животных не нужна быстрота постановки реакции, это же не выявление вируса с целью постановки диагноза ящур, здесь как раз нужен количественный результат, который поможет понять инспектору в каком состоянии находится напряженность иммунитета у привитых животных. Метод жидкофазного блокирующего ИФА более безопасен для сотрудников, проводящих диагностические исследования, т. к. в составе набора отсутствуют канцерогенные вещества (например, ОФД) и прекурсоры («стоп»-раствор серная кислота), в отличие от твердофазный блокирующий ИФА. Считаем, что требование в технической спецификации к определенной тест-системе (набору) ИФА указывает на лоббирование интересов отдельных поставщиков и/или производителей и нарушают законные интересы других потенциальных поставщиков. На основании вышеизложенного считаем, что для предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок и недопущения коррупционных проявлений необходимо внести изменения в техническую спецификацию и включить дополнительно тест-системы (наборы), основанные на методе «жидкофазного блокирующего ИФА».	2021-03-12 17:41:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В объявленной нами на портале технической спецификации отсутствует требование «основанные на методе «твердофазного блокирующего варианта ИФА».
7	040240000429	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: В состав набора входят: не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура типа О, конъюгат, буфер для разведения, промывочная жидкость, специфические положительные контрольные сыворотки, отрицательная контрольная сыворотка… Просим рассмотреть внесение уточнения по требуемым контролям и дополнить требование наличием 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного в соответствие с рекомендациями МЭБ «International Reference Antibody Standards for Antibody Assays» (Международные эталонные стандарты антител для анализов антител, ссылка на открытый ресурс: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/GUIDELINE_3_REF_STANDARDS_ANG.pdf). Слабый положительный контроль имеет решающее значение для обеспечения диагностической чувствительности тест-системы. Использование тест-систем и контролей, разработанных в соответствии с нормативами МЭБ (OIE), охарактеризованными и квалицированными в референтных лабораториях МЭБ, обеспечивает высокий уровень чувствительности, специфичности тест-систем, воспроизводимость и сходимость результатов не только в одной лаборатории, но и между различными лабораториями разных стран. Это позволяет успешно проходить международные сличительные испытания по ящуру, своевременно выявлять вспышки в регионе, не благополучным по критериям МЭБ по ящуру, а также выполнять регулярный мониторинг вакцинированного поголовья, получая достоверные воспроизводимые и признанные на международном уровне результаты. Указанное дополнение к требованию к тест-системе в настоящем техническом задании является обобщенной характеристикой тест-систем, которые обеспечивают получение достоверных результатов, воспроизводимых и признаваемых на мировом уровне.	2021-03-15 09:32:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предлагаемое Вами уточнение о дополнении технической спецификации требованием «наличие 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного» сужает круг потенциальных поставщиков. Поэтому считаем, что данное требованием не может быть включено в техническую спецификацию.

8	040240000429	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: В состав набора входят: не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура типа Азия-1, конъюгат, буфер для разведения, промывочная жидкость, специфические положительные контрольные сыворотки, отрицательная контрольная сыворотка… Просим рассмотреть внесение уточнения по требуемым контролям и дополнить требование наличием 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного в соответствие с рекомендациями МЭБ «International Reference Antibody Standards for Antibody Assays» (Международные эталонные стандарты антител для анализов антител, ссылка на открытый ресурс: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/GUIDELINE_3_REF_STANDARDS_ANG.pdf). Слабый положительный контроль имеет решающее значение для обеспечения диагностической чувствительности тест-системы. Использование тест-систем и контролей, разработанных в соответствии с нормативами МЭБ (OIE), охарактеризованными и квалицированными в референтных лабораториях МЭБ, обеспечивает высокий уровень чувствительности, специфичности тест-систем, воспроизводимость и сходимость результатов не только в одной лаборатории, но и между различными лабораториями разных стран. Это позволяет успешно проходить международные сличительные испытания по ящуру, своевременно выявлять вспышки в регионе, не благополучным по критериям МЭБ по ящуру, а также выполнять регулярный мониторинг вакцинированного поголовья, получая достоверные воспроизводимые и признанные на международном уровне результаты. Указанное дополнение к требованию к тест-системе в настоящем техническом задании является обобщенной характеристикой тест-систем, которые обеспечивают получение достоверных результатов, воспроизводимых и признаваемых на мировом уровне.	2021-03-15 09:37:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предлагаемое Вами замечание о дополнении технической спецификации требованием «наличие 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного» сужает круг потенциальных поставщиков. Поэтому считаем, что данное требованием не может быть включено в техническую спецификацию.
9	140540008942	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации указано требование об обязательном предоставлении в составе заявки разрешения второй категории - Регистрационного удостоверения на ветеринарные препараты. Считаем, что данное требование противоречит пп. 1) п. 2 статьи 9 Закона, так как ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Установив данное требование, Организатор заведомо ограничивает конкуренцию, предоставляя возможность для участия только тем поставщикам, которые уже на момент подачи заявки имеют регистрационное удостоверение на поставляемый товар. Согласно ст.24 Закона «О ветеринарии» производство, ввоз (импорт), реализация и применение (использование) ветеринарных препаратов, кормовых добавок разрешаются только после их государственной регистрации, за исключением случаев производства, ввоза (импорта) в объемах, необходимых для проведения регистрационных испытаний, что, в свою очередь, никак не обязывает заказчика устанавливать требование по предоставлению регистрационного удостоверения на момент проведения конкурса. Кроме того, предоставление регистрационного удостоверения предусматривается п.5.1 Типового договора о государственных закупках: «Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы: … 3) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;» Считаем более уместным в конкурсной документации требование о предоставлении регистрационного удостоверения на момент поставки товаров, а также о предоставлении в составе заявки гарантийного письма о предоставлении данного документа поставщиком на момент поставки. В связи с этим просим Вас исключить данное требование.	2021-03-15 10:50:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование обусловлено ст. 4 Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23.01.2015 года №7-1/31, где указано, что «В Республике Казахстан производство, ввоз (импорт), реализация и применение (использование) ветеринарных препаратов, кормовых добавок разрешаются только после их государственной регистрации, за исключением случаев производства, ввоза (импорта) в объемах, необходимых для проведения регистрационных испытаний». В технической спецификации данное требованием не прописано, оно выставляется автоматически на портале гос.закупок. В связи с тем, что данное требование не прописано в технической спецификации, исключить его мы не можем.

10	040240000429	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: Диагностикум по определению противоящурных антител в сыворотках крови всех видов вакцинированных животных методом ИФА. Просим Вас уточнить возможность участия в конкурсе с предложением наборов основанных на методе твердофазного блокирующего ИФА. Метод твердофазного блокирующего ИФА получил широкое распространение в рутинной лабораторной диагностике. Согласно исследованиям МЭБ, метод более специфичен (ссылка на источник Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 3.1.8. стр. 444: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.08_FMD.pdf), проще и быстрее в использовании, требует минимум манипуляций для подготовки растворов для проведения процедуры анализа и минимум расчетов со стороны персонала, чем жидкофазный блокирующий ИФА. Метод твердофазного блокирующего ИФА проще в использовании в рутинной лабораторной практике и позволяет проводить этапы инкубирования при комнатной температуре, что снижает требования к оснащению лабораторий. Жидкофазный блокирующий ИФА менее специфичен, требует проведение дополнительных трудоемких этапов, таких как: восстановление лиофилизированных реагентов до нужного объема, подготовку буферного раствора для разведения антител, один из сложных и критических этапов – сенсибилизацию микропланшета антителами. Все растворы должны иметь соответствующий pH, а также инкубироваться при температуре 4±2С или 37±0.5С. Большое число этапов проведения жидкофазного блокирующего ИФА резко увеличивает вероятность ошибки человеческого фактора, связанной с неправильным расчетом смешиваемых компонентов, недостаточную отмывку и сенсибилизацию микропланшета перед внесением комплексов антитело-антиген, не доведение растворов до нужного показателя pH и т.д., что в конечном счете приводит к недостоверным результатам, ошибкам в оценке эффективности вакцинации поголовья и излишнему расходу компонентов тест-системы.	2021-03-15 10:38:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предприятие не ограничивает Ваши возможности участия в конкурсе. Однако вместе с тем сообщаем, что предлагаемый вами набор должен соответствовать требованиям технической спецификации.
11	921140000295	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам «…не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура, основанные на методе «твердофазного блокирующего варианта ИФА». В ответ на указанные требования поясняем, что ветеринарном рынке имеются наборы на основе «жидкофазного блокирующего варианта ИФА». Например, наборы для определения противоящурных антител в сыворотке крови животных в иммуноферментном анализе (тип А, тип О, Тип Азия-1) производства ФГБУ «ВНИИЗЖ», которые позволяют проводить выявление вирусоспецифических антител с помощью жидкофазного блокирующего варианта ИФА. Жидкофазный вариант иммуноферментного анализа аналогичен реакции нейтрализации, которая является «золотым стандартом» МЭБ для выявления антител к структурным белкам вируса ящура и оценки иммунного статуса животных. При этом жидкофазный вариант иммуноферментного анализа в сравнении с твердофазным вариантом характеризуется более высокими показателями диагностической специфичности и чувствительности. Специфические компоненты набора изготавливаются на основе штаммов вируса ящура, входящих в состав противоящурной вакцины производства ФГБУ «ВНИИЗЖ», что позволяет в полном объёме выявлять вируснейтрализующие антитела в сыворотках крови вакцинированных животных и проводить наиболее качественную оценку иммунного фона в популяции. Ежегодно наборы для определения противоящурных антител в сыворотке крови животных в иммуноферментном анализе производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» используются при прохождении международных сличительных испытаний, организованных Всемирной референтной лабораторией по ящуру МЭБ (Пирбрайт, Великобритания). Успешное прохождение всех раундов испытаний доказывает высокое качество данных диагностикумов. Стоимость наборов ниже импортных коммерческих наборов, применение которых способствуют экономии финансовых средств. На основании вышеизложенного считаем, что необходимо внести изменения в техническую спецификацию и включить дополнительно тест-системы, основанные на методе ИФА в жидкой фазе.	2021-03-12 18:52:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В объявленной нами на портале технической спецификации отсутствует требование «основанные на методе «твердофазного блокирующего варианта ИФА».

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

И.о. генерального директора Елшибаев Темирхан Амантаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5021212

№ конкурса 5503897-1
Название конкурса Государственные закупки тест-систем
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-05 14:52:15 по 2021-03-15 14:52:15
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040240000429	Замечание к КД	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: В состав набора входят: не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура типа О, конъюгат, буфер для разведения, промывочная жидкость, специфические положительные контрольные сыворотки, отрицательная контрольная сыворотка… Просим рассмотреть внесение уточнения по требуемым контролям и дополнить требование наличием 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного в соответствие с рекомендациями МЭБ «International Reference Antibody Standards for Antibody Assays» (Международные эталонные стандарты антител для анализов антител, ссылка на открытый ресурс: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/GUIDELINE_3_REF_STANDARDS_ANG.pdf). Слабый положительный контроль имеет решающее значение для обеспечения диагностической чувствительности тест-системы. Использование тест-систем и контролей, разработанных в соответствии с нормативами МЭБ (OIE), охарактеризованными и квалицированными в референтных лабораториях МЭБ, обеспечивает высокий уровень чувствительности, специфичности тест-систем, воспроизводимость и сходимость результатов не только в одной лаборатории, но и между различными лабораториями разных стран. Это позволяет успешно проходить международные сличительные испытания по ящуру, своевременно выявлять вспышки в регионе, не благополучным по критериям МЭБ по ящуру, а также выполнять регулярный мониторинг вакцинированного поголовья, получая достоверные воспроизводимые и признанные на международном уровне результаты. Указанное дополнение к требованию к тест-системе в настоящем техническом задании является обобщенной характеристикой тест-систем, которые обеспечивают получение достоверных результатов, воспроизводимых и признаваемых на мировом уровне.	2021-03-15 09:37:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предлагаемое Вами замечание о дополнении технической спецификации требованием «наличие 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного» сужает круг потенциальных поставщиков. Поэтому считаем, что данное требованием не может быть включено в техническую спецификацию.

2	151140016507	Замечание к КД	В технической спецификации прописано требование к твердофазному блокирующему варианту ИФА. В тоже время на мировом рынке и рынке ЕАЭС существует жидкофазный блокирующий вариант ИФА, который имеет ряд преимуществ. Жидкофазный вариант иммуноферментного анализа аналогичен реакции нейтрализации, которая является «золотым стандартом» МЭБ для выявления антител к структурным белкам вируса ящура и оценки иммунного статуса животных. Этот метод является количественным, т.е. результат постановки реакции показывается в титре антител, что позволяет определить уровень антител у вакцинированного животного. Закупаемый твердофазный блокирующий ИФА является качественным методом, т.е. результат постановки реакции выдается без титра антител, указывая что животное иммуно или нет. При определении уровня напряженности иммунитета, важно определять титр антител против болезни, чтобы принять своевременное решение о дополнительных профилактических мероприятиях. Общемировая практика применения вакцин и контроля качества вакцинации основывается на использовании вакцин и диагностикумов от одно и того же производителя, во избежание не корректных результатов при диагностике. Последние 7 лет в Республике Казахстан для профилактики используются вакцины Российского производства, а напряженность иммунитета исследуются диагностикумами от производителей дальнего зарубежья. Почему это делается, не известно, никто не обращает внимание, что погрешность в получаемых результатах может достигать более 10%. Ценовая политика наборов жидкофазного блокирующего ИФА ниже наборов твердофазного блокирующего ИФА, экономия при существующем объеме закупа составляет более 100 миллионов тенге. На основании вышеизложенного, возникает вопрос – на основании каких целей Заказчик прописывает в технической спецификации требование только по твердофазному блокирующему ИФА.	2021-03-11 13:12:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В объявленной нами на портале технической спецификации отсутствует требование «основанные на методе «твердофазного блокирующего варианта ИФА».
3	040240000429	Запрос о разъяснении КД	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: В состав набора входят: не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура типа Азия-1, конъюгат, буфер для разведения, промывочная жидкость, специфические положительные контрольные сыворотки, отрицательная контрольная сыворотка… Просим рассмотреть внесение уточнения по требуемым контролям и дополнить требование наличием 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного в соответствие с рекомендациями МЭБ «International Reference Antibody Standards for Antibody Assays» (Международные эталонные стандарты антител для анализов антител, ссылка на открытый ресурс: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/GUIDELINE_3_REF_STANDARDS_ANG.pdf). Слабый положительный контроль имеет решающее значение для обеспечения диагностической чувствительности тест-системы. Использование тест-систем и контролей, разработанных в соответствии с нормативами МЭБ (OIE), охарактеризованными и квалицированными в референтных лабораториях МЭБ, обеспечивает высокий уровень чувствительности, специфичности тест-систем, воспроизводимость и сходимость результатов не только в одной лаборатории, но и между различными лабораториями разных стран. Это позволяет успешно проходить международные сличительные испытания по ящуру, своевременно выявлять вспышки в регионе, не благополучным по критериям МЭБ по ящуру, а также выполнять регулярный мониторинг вакцинированного поголовья, получая достоверные воспроизводимые и признанные на международном уровне результаты. Указанное дополнение к требованию к тест-системе в настоящем техническом задании является обобщенной характеристикой тест-систем, которые обеспечивают получение достоверных результатов, воспроизводимых и признаваемых на мировом уровне.	2021-03-15 09:32:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предлагаемое Вами уточнение о дополнении технической спецификации требованием «наличие 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного» сужает круг потенциальных поставщиков. Поэтому считаем, что данное требованием не может быть включено в техническую спецификацию.

4	040240000429	Запрос о разъяснении КД	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: В состав набора входят: не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура типа А, конъюгат, буфер для разведения, промывочная жидкость, специфические положительные контрольные сыворотки, отрицательная контрольная сыворотка… Просим рассмотреть внесение уточнения по требуемым контролям и дополнить требование наличием 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного в соответствие с рекомендациями МЭБ «International Reference Antibody Standards for Antibody Assays» (Международные эталонные стандарты антител для анализов антител, ссылка на открытый ресурс: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/GUIDELINE_3_REF_STANDARDS_ANG.pdf). Слабый положительный контроль имеет решающее значение для обеспечения диагностической чувствительности тест-системы. Использование тест-систем и контролей, разработанных в соответствии с нормативами МЭБ (OIE), охарактеризованными и квалицированными в референтных лабораториях МЭБ, обеспечивает высокий уровень чувствительности, специфичности тест-систем, воспроизводимость и сходимость результатов не только в одной лаборатории, но и между различными лабораториями разных стран. Это позволяет успешно проходить международные сличительные испытания по ящуру, своевременно выявлять вспышки в регионе, не благополучным по критериям МЭБ по ящуру, а также выполнять регулярный мониторинг вакцинированного поголовья, получая достоверные воспроизводимые и признанные на международном уровне результаты. Указанное дополнение к требованию к тест-системе в настоящем техническом задании является обобщенной характеристикой тест-систем, которые обеспечивают получение достоверных результатов, воспроизводимых и признаваемых на мировом уровне.	2021-03-15 09:33:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предлагаемое Вами уточнение о дополнении технической спецификации требованием «наличие 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного» сужает круг потенциальных поставщиков. Поэтому считаем, что данное требованием не может быть включено в техническую спецификацию.
5	040240000429	Замечание к КД	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: В состав набора входят: не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура типа А, конъюгат, буфер для разведения, промывочная жидкость, специфические положительные контрольные сыворотки, отрицательная контрольная сыворотка… Просим рассмотреть внесение уточнения по требуемым контролям и дополнить требование наличием 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного в соответствие с рекомендациями МЭБ «International Reference Antibody Standards for Antibody Assays» (Международные эталонные стандарты антител для анализов антител, ссылка на открытый ресурс: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/GUIDELINE_3_REF_STANDARDS_ANG.pdf). Слабый положительный контроль имеет решающее значение для обеспечения диагностической чувствительности тест-системы. Использование тест-систем и контролей, разработанных в соответствии с нормативами МЭБ (OIE), охарактеризованными и квалицированными в референтных лабораториях МЭБ, обеспечивает высокий уровень чувствительности, специфичности тест-систем, воспроизводимость и сходимость результатов не только в одной лаборатории, но и между различными лабораториями разных стран. Это позволяет успешно проходить международные сличительные испытания по ящуру, своевременно выявлять вспышки в регионе, не благополучным по критериям МЭБ по ящуру, а также выполнять регулярный мониторинг вакцинированного поголовья, получая достоверные воспроизводимые и признанные на международном уровне результаты. Указанное дополнение к требованию к тест-системе в настоящем техническом задании является обобщенной характеристикой тест-систем, которые обеспечивают получение достоверных результатов, воспроизводимых и признаваемых на мировом уровне.	2021-03-15 09:38:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предлагаемое Вами замечание о дополнении технической спецификации требованием «наличие 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного» сужает круг потенциальных поставщиков. Поэтому считаем, что данное требованием не может быть включено в техническую спецификацию.

6	921140000295	Замечание к КД	В технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам «…не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура…, основанные на методе «твердофазного блокирующего варианта ИФА». В тоже время на ветеринарном рынке имеются наборы основанные на методе «жидкофазного блокирующего варианта ИФА». Единственное преимущество твердофазного блокирующего ИФА перед жидкофазным блокирующим ИФА – это время постановки реакции. У первого оно намного короче в связи с тем, что меньше времени тратится на инкубацию и соответственно результат получается быстрее. Но, для определения напряженности иммунитета у вакцинированных животных не нужна быстрота постановки реакции, это же не выявление вируса с целью постановки диагноза ящур, здесь как раз нужен количественный результат, который поможет понять инспектору в каком состоянии находится напряженность иммунитета у привитых животных. Метод жидкофазного блокирующего ИФА более безопасен для сотрудников, проводящих диагностические исследования, т. к. в составе набора отсутствуют канцерогенные вещества (например, ОФД) и прекурсоры («стоп»-раствор серная кислота), в отличие от твердофазный блокирующий ИФА. Считаем, что требование в технической спецификации к определенной тест-системе (набору) ИФА указывает на лоббирование интересов отдельных поставщиков и/или производителей и нарушают законные интересы других потенциальных поставщиков. На основании вышеизложенного считаем, что для предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок и недопущения коррупционных проявлений необходимо внести изменения в техническую спецификацию и включить дополнительно тест-системы (наборы), основанные на методе «жидкофазного блокирующего ИФА».	2021-03-12 17:41:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В объявленной нами на портале технической спецификации отсутствует требование «основанные на методе «твердофазного блокирующего варианта ИФА».
7	040240000429	Запрос о разъяснении КД	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: В состав набора входят: не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура типа О, конъюгат, буфер для разведения, промывочная жидкость, специфические положительные контрольные сыворотки, отрицательная контрольная сыворотка… Просим рассмотреть внесение уточнения по требуемым контролям и дополнить требование наличием 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного в соответствие с рекомендациями МЭБ «International Reference Antibody Standards for Antibody Assays» (Международные эталонные стандарты антител для анализов антител, ссылка на открытый ресурс: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/GUIDELINE_3_REF_STANDARDS_ANG.pdf). Слабый положительный контроль имеет решающее значение для обеспечения диагностической чувствительности тест-системы. Использование тест-систем и контролей, разработанных в соответствии с нормативами МЭБ (OIE), охарактеризованными и квалицированными в референтных лабораториях МЭБ, обеспечивает высокий уровень чувствительности, специфичности тест-систем, воспроизводимость и сходимость результатов не только в одной лаборатории, но и между различными лабораториями разных стран. Это позволяет успешно проходить международные сличительные испытания по ящуру, своевременно выявлять вспышки в регионе, не благополучным по критериям МЭБ по ящуру, а также выполнять регулярный мониторинг вакцинированного поголовья, получая достоверные воспроизводимые и признанные на международном уровне результаты. Указанное дополнение к требованию к тест-системе в настоящем техническом задании является обобщенной характеристикой тест-систем, которые обеспечивают получение достоверных результатов, воспроизводимых и признаваемых на мировом уровне.	2021-03-15 09:32:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предлагаемое Вами уточнение о дополнении технической спецификации требованием «наличие 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного» сужает круг потенциальных поставщиков. Поэтому считаем, что данное требованием не может быть включено в техническую спецификацию.

8	040240000429	Замечание к КД	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: В состав набора входят: не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура типа Азия-1, конъюгат, буфер для разведения, промывочная жидкость, специфические положительные контрольные сыворотки, отрицательная контрольная сыворотка… Просим рассмотреть внесение уточнения по требуемым контролям и дополнить требование наличием 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного в соответствие с рекомендациями МЭБ «International Reference Antibody Standards for Antibody Assays» (Международные эталонные стандарты антител для анализов антител, ссылка на открытый ресурс: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/GUIDELINE_3_REF_STANDARDS_ANG.pdf). Слабый положительный контроль имеет решающее значение для обеспечения диагностической чувствительности тест-системы. Использование тест-систем и контролей, разработанных в соответствии с нормативами МЭБ (OIE), охарактеризованными и квалицированными в референтных лабораториях МЭБ, обеспечивает высокий уровень чувствительности, специфичности тест-систем, воспроизводимость и сходимость результатов не только в одной лаборатории, но и между различными лабораториями разных стран. Это позволяет успешно проходить международные сличительные испытания по ящуру, своевременно выявлять вспышки в регионе, не благополучным по критериям МЭБ по ящуру, а также выполнять регулярный мониторинг вакцинированного поголовья, получая достоверные воспроизводимые и признанные на международном уровне результаты. Указанное дополнение к требованию к тест-системе в настоящем техническом задании является обобщенной характеристикой тест-систем, которые обеспечивают получение достоверных результатов, воспроизводимых и признаваемых на мировом уровне.	2021-03-15 09:37:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предлагаемое Вами замечание о дополнении технической спецификации требованием «наличие 3-х видов контролей: положительного, отрицательного и слабоположительного» сужает круг потенциальных поставщиков. Поэтому считаем, что данное требованием не может быть включено в техническую спецификацию.
9	140540008942	Замечание к КД	В конкурсной документации указано требование об обязательном предоставлении в составе заявки разрешения второй категории - Регистрационного удостоверения на ветеринарные препараты. Считаем, что данное требование противоречит пп. 1) п. 2 статьи 9 Закона, так как ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Установив данное требование, Организатор заведомо ограничивает конкуренцию, предоставляя возможность для участия только тем поставщикам, которые уже на момент подачи заявки имеют регистрационное удостоверение на поставляемый товар. Согласно ст.24 Закона «О ветеринарии» производство, ввоз (импорт), реализация и применение (использование) ветеринарных препаратов, кормовых добавок разрешаются только после их государственной регистрации, за исключением случаев производства, ввоза (импорта) в объемах, необходимых для проведения регистрационных испытаний, что, в свою очередь, никак не обязывает заказчика устанавливать требование по предоставлению регистрационного удостоверения на момент проведения конкурса. Кроме того, предоставление регистрационного удостоверения предусматривается п.5.1 Типового договора о государственных закупках: «Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы: … 3) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;» Считаем более уместным в конкурсной документации требование о предоставлении регистрационного удостоверения на момент поставки товаров, а также о предоставлении в составе заявки гарантийного письма о предоставлении данного документа поставщиком на момент поставки. В связи с этим просим Вас исключить данное требование.	2021-03-15 10:50:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование обусловлено ст. 4 Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23.01.2015 года №7-1/31, где указано, что «В Республике Казахстан производство, ввоз (импорт), реализация и применение (использование) ветеринарных препаратов, кормовых добавок разрешаются только после их государственной регистрации, за исключением случаев производства, ввоза (импорта) в объемах, необходимых для проведения регистрационных испытаний». В технической спецификации данное требованием не прописано, оно выставляется автоматически на портале гос.закупок. В связи с тем, что данное требование не прописано в технической спецификации, исключить его мы не можем.

10	040240000429	Запрос о разъяснении КД	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам: Диагностикум по определению противоящурных антител в сыворотках крови всех видов вакцинированных животных методом ИФА. Просим Вас уточнить возможность участия в конкурсе с предложением наборов основанных на методе твердофазного блокирующего ИФА. Метод твердофазного блокирующего ИФА получил широкое распространение в рутинной лабораторной диагностике. Согласно исследованиям МЭБ, метод более специфичен (ссылка на источник Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 3.1.8. стр. 444: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.08_FMD.pdf), проще и быстрее в использовании, требует минимум манипуляций для подготовки растворов для проведения процедуры анализа и минимум расчетов со стороны персонала, чем жидкофазный блокирующий ИФА. Метод твердофазного блокирующего ИФА проще в использовании в рутинной лабораторной практике и позволяет проводить этапы инкубирования при комнатной температуре, что снижает требования к оснащению лабораторий. Жидкофазный блокирующий ИФА менее специфичен, требует проведение дополнительных трудоемких этапов, таких как: восстановление лиофилизированных реагентов до нужного объема, подготовку буферного раствора для разведения антител, один из сложных и критических этапов – сенсибилизацию микропланшета антителами. Все растворы должны иметь соответствующий pH, а также инкубироваться при температуре 4±2С или 37±0.5С. Большое число этапов проведения жидкофазного блокирующего ИФА резко увеличивает вероятность ошибки человеческого фактора, связанной с неправильным расчетом смешиваемых компонентов, недостаточную отмывку и сенсибилизацию микропланшета перед внесением комплексов антитело-антиген, не доведение растворов до нужного показателя pH и т.д., что в конечном счете приводит к недостоверным результатам, ошибкам в оценке эффективности вакцинации поголовья и излишнему расходу компонентов тест-системы.	2021-03-15 10:38:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предприятие не ограничивает Ваши возможности участия в конкурсе. Однако вместе с тем сообщаем, что предлагаемый вами набор должен соответствовать требованиям технической спецификации.
11	921140000295	Замечание к КД	В технической спецификации закупаемых тест-систем прописано требование к наборам «…не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вируса ящура, основанные на методе «твердофазного блокирующего варианта ИФА». В ответ на указанные требования поясняем, что ветеринарном рынке имеются наборы на основе «жидкофазного блокирующего варианта ИФА». Например, наборы для определения противоящурных антител в сыворотке крови животных в иммуноферментном анализе (тип А, тип О, Тип Азия-1) производства ФГБУ «ВНИИЗЖ», которые позволяют проводить выявление вирусоспецифических антител с помощью жидкофазного блокирующего варианта ИФА. Жидкофазный вариант иммуноферментного анализа аналогичен реакции нейтрализации, которая является «золотым стандартом» МЭБ для выявления антител к структурным белкам вируса ящура и оценки иммунного статуса животных. При этом жидкофазный вариант иммуноферментного анализа в сравнении с твердофазным вариантом характеризуется более высокими показателями диагностической специфичности и чувствительности. Специфические компоненты набора изготавливаются на основе штаммов вируса ящура, входящих в состав противоящурной вакцины производства ФГБУ «ВНИИЗЖ», что позволяет в полном объёме выявлять вируснейтрализующие антитела в сыворотках крови вакцинированных животных и проводить наиболее качественную оценку иммунного фона в популяции. Ежегодно наборы для определения противоящурных антител в сыворотке крови животных в иммуноферментном анализе производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» используются при прохождении международных сличительных испытаний, организованных Всемирной референтной лабораторией по ящуру МЭБ (Пирбрайт, Великобритания). Успешное прохождение всех раундов испытаний доказывает высокое качество данных диагностикумов. Стоимость наборов ниже импортных коммерческих наборов, применение которых способствуют экономии финансовых средств. На основании вышеизложенного считаем, что необходимо внести изменения в техническую спецификацию и включить дополнительно тест-системы, основанные на методе ИФА в жидкой фазе.	2021-03-12 18:52:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В объявленной нами на портале технической спецификации отсутствует требование «основанные на методе «твердофазного блокирующего варианта ИФА».

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

И.о. генерального директора Елшибаев Темирхан Амантаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»