Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
200640016118

Заказчик НАО "Национальный научный кардиохирургический центр"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Matrix Trading",010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Манаса, дом № 20/2, к.244
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

151040005885

Договор (контракт) №06 1/298 от 20.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
17	28.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сервисное обслуживание оборудования производства Siemens			услуга	1	9 841 440.00	9 841 440,00	1 054 440.00
				Итого	1	x	9 841 440,00	1 054 440.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Мырзахметов Д.Б.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Исполнительный директор / подпись / Кузенов И.Е.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г «11» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 11.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				09:00	11:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан
Отделение: **Радиология**	Адрес: ул.Туран, 38

Медицинская техника: **Компьютерный томограф Somatom Definition AS**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	64874	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
---------/----------/----------/----------/----------/----			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Настройка качества изображения;
Профилактическое обслуживание, включает проверку;
Работы системы изображения;
Работы системы охлаждения;
Работы стола пациента;
Параметров гентри и чистка от пыли;
Мониторов и их настройка;
Работы вентиляторы в генераторе и в трансформаторе;
Работы шкафа распределительного;
Чтение и контроль журнала ошибок;
Внешний осмотр, проверка. Соединительных кабелей, внешних разъемов, органов управления;
Проверка и замена предохранителей (в случае необходимости), вскрытие изделия, осмотр и очистка от пыли блоков, узлов, агрегатов;
Проверка механических креплений, уплотнителей;
Чистка контактов, смазка механических частей изделия (при необходимости);
Выявления и устранение повреждений в электромеханических узлах и их замена;
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;
Проверка и тестирование программного обеспечения
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Есть проблемы с каналами детектора, рекомендуем также провести замену всего детектора, либо как временная мера: заменить модуль детектора. Аппарат в рабочем состоянии.

Рекомендуется замена: 1. Батареи для UPS, CP1250 – 20 шт 2. Кольцо Slipring – 1 шт.
3. Детектор DMS P46C-LC – 1 шт (замена всего детектора) либо замена модуля детектора: Spare part module M4-LC -1 шт

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «11» мая 2021г. МП	_____ «11» мая 2021г. МП

Даутов Т.Б._____ Аяпбергенова Г.С._____ Наурызбаев О.Т._____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021 г. «20» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 20.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				14:00	19:00	5 часов

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Радиология**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **MPT Magnetom Avanto**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	27593	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
---------/----------/----------/----------/----------/---			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Чистка фильтров в шкафу GPA и ACC;
Чистка фильтров в Imager;
Проверка работы стола пациента;
Проверка фантомов;
Чтение и контроль журнал ошибок
Проверка рабочих характеристик магнита;
Проверка концевых выключателей, отвечающих за безопасность;
Внешний осмотр, проверка. Соединительных кабелей, внешних разъемов, органов управления;
Проверка и замена предохранителей, вскрытие изделия, осмотр и очистка от пыли блоков, узлов, агрегатов;
Проверка механических креплений, уплотнителей;

Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

- осмотр аппарата
- проверка лога система
- проверка уровня жидкости в системе SEP, инспекция герметичности
- проверка ACC
- проверка GPA
- проверка РЧ-фильтра
- осмотр РЧ дверей и окна (необходима замена медных щеток на дверях)
- осмотр панелей и крышек магнита, чистка стола

Более двух месяцев в системе кондиционирования не устранена проблема с помпой для клетки и кондиционером с чиллера. Имеются ошибки в работе станции Host PC M470 (требуется замена ввиду времени эксплуатации данной станции). Система готова к приему пациентов.

Требуется замена:

2. Кабель Fiber optic cable 3.2m– 6 шт.
3. Медные щетки на РЧ дверь - 2 метра
4. Станция Host PC M470 - 1 шт

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.) _____ «20» мая 2021г. МП	Директор Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.) _____ «20» мая 2021г. МП

Даутов Т.Б._____ Аяпбергенова Г.С. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г «13» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 13.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				12:00	15:00	3 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Радиология**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **Рентгеновская установка AXIOM Iconos R200**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	6136	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
---------/----------/----------/----------/----------/----			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено техническое обслуживание, включающее следующие работы:

Настройка качества изображения;
Профилактическое обслуживание, включает проверку;
Защит силового шкафа;
Работы коллиматора;
Работы стола пациента;
Мониторов и их настройка;
Тестирование и очистка шкафа генератора;
Чтение и анализ журнала ошибок;
Проверка концевых выключателей, отвечающих за безопасность;
Внешний осмотр, проверка. Соединительных кабелей, внешних разъемов, органов управления;
Проверка и замена предохранителей (при необходимости), вскрытие изделия, осмотр и очистка от пыли блоков, узлов, агрегатов;
Система находится в рабочем состоянии.

Проверка механических креплений, уплотнителей;
Чистка контактов, смазка механических частей изделия (при необходимости);
Выявления и устранение повреждений в электромеханических узлах и их замена при необходимости;
Проверка и тестирование программного обеспечения;
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Рекомендуется замена:
1) Кабель – 1шт.

Прием-передача медицинской техники
Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор _____ Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «13» мая 2021г. МП	_____ «13» мая 2021г. МП

Даутов Т.Б._____ Аяпбергенова Г.С. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021 «25» мая 2021 г.

Код инженера:	001-BP	Номер и дата подачи заявки: 25.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				14:00	15:00	1 час

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Радиология**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **мультимодальная система Syngo Via 2**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	1109	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
---------/----------/----------/----------/----------/----			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Проверка ошибок;
Очистка системных блоков;
Очистка мониторов;
Проверка, тестирование и обновление программного обеспечения;
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Станция в рабочем состоянии.

Рекомендуется замена:
1.Жесткий диск – 1шт. (или аналог SSD)

Прием-передача медицинской техники
Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «25» мая 2021г. МП	_____ «25» мая 2021г. МП

Даутов Т.Б. _____ Аяпбергенова Г.С. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021 «25» мая 2021 г.

Код инженера:	001-ВР	Номер и дата подачи заявки: 25.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				13:00	14:00	1 час

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Радиология**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **мультимодальная система Syngo Via 1**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	1108	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
---------/----------/----------/----------/----------/----			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Проверка ошибок;
Очистка системных блоков;
Очистка мониторов;
Проверка, тестирование и обновление программного обеспечения;
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;

Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Станция в рабочем состоянии.

Рекомендуется замена:
1.Жесткий диск – 1шт. (или аналог SSD)

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор _____ Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «25» мая 2021г. МП	_____ «25» мая 2021г. МП

Даутов Т.Б._____ Аяпбергенова Г.С. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г «13» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 13.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				10:00	12:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Радиология**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **мобильная рентгеновская система Mobilett XP**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	2613	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/---			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования: Внешний осмотр, проверка. Соединительных кабелей, внешних разъемов, органов управления; Проверка механических креплений, уплотнителей;

Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Требуется замена указанных запасных частей. Аппарат в рабочем состоянии.

Требуется замена:
1. Дозиметр DAP Ionization Chamber – 1шт.
2. Кнопка Exposure release cable – 1шт.

Прием-передача медицинской техники
Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С._____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор _____ Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «13» мая 2021г. МП	_____ «13» мая 2021г. МП

Даутов Т.Б._____ Аяпбергенова Г.С. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 13.04.2021г «13» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 13.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				16:00	18:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Радиология**	Адрес:ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **мобильная рентгеновская система Mobilett XP**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	2611	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/---			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	□	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования: Внешний осмотр, проверка. Соединительных кабелей, внешних разъемов, органов управления; Проверка механических креплений, уплотнителей;

Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Аппарат исправен находится в рабочем состоянии.

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор _____ Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «13» мая 2021г. МП	_____ «13» мая 2021г. МП

Даутов Т.Б._____ Аяпбергенова Г.С. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021 г. «13» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 13.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				14:00	16:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Радиология**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **мобильная рентгеновская система Mobilett XP**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	2610	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/---			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	□	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования: Внешний осмотр, проверка. Соединительных кабелей, внешних разъемов, органов управления; Проверка механических креплений, уплотнителей;

Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Аппарат исправен и находится в рабочем состоянии.

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «13» мая 2021г. МП	_____ «13» мая 2021г. МП

Даутов Т.Б._____ Аяпбергенова Г.С. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г «18» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 18.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				09:00	11:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан
Отделение: **Радиология**	Адрес: ул.Туран, 38

Медицинская техника: **мобильная рентгеновская система Mobilett XP**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	2612	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/---			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования: Внешний осмотр, проверка. Соединительных кабелей, внешних разъемов, органов управления; Проверка механических креплений, уплотнителей;

Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Аппарат в рабочем состоянии.

Рекомендуется замена:
1) Дозиметр DAP Ionization Chamber – 1шт.
2) Кнопка подачи высокого Exposure release cable – 1шт.

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «18» мая 2021г. МП	_____ «18» мая 2021г. МП

Даутов Т.Б. _____ Аяпбергенова Г.С. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г «18» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 18.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				11:00	13:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан
Отделение: **Катлаб (1-я операционная)**	Адрес: ул.Туран, 38
Медицинская техника: **ангиографическая система Artis Zee Floor**	Серийный номер: 135964 / Дата монтажа медицинской техники: 2011
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
---------/----------/----------/----------/----------/-----			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Проверка качества изображения;
Профилактическое обслуживание, включает проверку;
Пультов управления С-дуги и стола пациента;
Мониторов и их настройка;
Потолочных рельсов и чистка от пыли;
Чтение и контроль журнала ошибок;
Проверка концевых выключателей, отвечающих за безопасность;
Очистка системных блоков и щитов управления от пыли;
Смазка и проверка основных подвижных частей (при необходимости);
Проверка и доливка охлаждающих жидкостей;
Внешний осмотр, проверка. Соединительных кабелей, внешних разъемов, органов управления;
Проверка и замена предохранителей, вскрытие изделия, осмотр и очистка от пыли блоков, узлов, агрегатов;
Проверка механических креплений, уплотнителей;
Чистка контактов, смазка механических частей изделия;
Выявления и устранение повреждений в электромеханических узлах и их замена;
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;
Проверка и тестирование программного обеспечения
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Аппарат исправен и находится в рабочем состоянии.

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «18» мая 2021г. МП	_____ «18» мая 2021г. МП

Мусаев А.А._____ Садыкова А.А._____ Наурызбаев О.Т._____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г. «15» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: от 15.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				12:00	14:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**		Город: Нур-Султан
Отделение: **Катлаб (1-я операционная)**		Адрес: ул.Туран, 38
Медицинская техника: **Axiom Sensis**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	21030	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/---			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включающее следующие работы:

Очистка системных блоков от пыли;
Оценка буфера ошибок;
Проверка кабелей измерения ЭКГ и давления;
Проверка даты и времени на всех компьютерах;
Проверка и тестирование программного обеспечения;
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования

Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Проведение полноценного ТО не предоставляется возможным, ввиду отсутствия блока DMC Orion.
Требуется замена:
1. Блок DMC Orion PC complete Celsius M460 – 1 шт.
2. Батарея BX800CI-RS – 1шт.

Прием-передача медицинской техники
Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «15» мая 2021г. МП	_____ «15» мая 2021г. МП

Мусаев А.А. _____ Садыкова А.А. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г «12» мая 2021 г.

Код инженера:	001-ВР	Номер и дата подачи заявки: от 12.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				10:00	13:00	3 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Катлаб (2-я операционная)**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **Ангиографическая система Artis Zee Floor**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	135961	2011

Выполненные работы:					
Диагностика □	Ремонт □	Модернизация □	ПТО* ■	Демонтаж □	Обучение □

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:			
Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
---------/----------/----------/----------/----------/-----			

Типы неисправностей:		
Ошибки программы □	Техническая неисправность ■	Механическая неисправность □

Виды ремонта:	
Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Проверка качества изображения;
Профилактическое обслуживание, включает проверку;
Пультов управления С-дуги и стола пациента;
Мониторов и их настройка;
Потолочных рельсов и чистка от пыли;
Чтение и контроль журнала ошибок;
Проверка концевых выключателей, отвечающих за безопасность;
Очистка системных блоков и щитов управления от пыли;
Проверка и доливка охлаждающих жидкостей;
Внешний осмотр, проверка. Соединительных кабелей, внешних разъемов, органов управления;
Проверка и замена предохранителей, вскрытие изделия, осмотр и очистка от пыли блоков, узлов, агрегатов;
Проверка механических креплений, уплотнителей;
Чистка контактов, смазка механических частей изделия (при необходимости);
Выявления и устранение повреждений в электромеханических узлах и их замена;
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;
Проверка и тестирование программного обеспечения
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Аппарат находится в рабочем состоянии.
Требуется замена: 1. Гликоль для детектора – 5 литров 2. Блок управления ACE – 1 шт.

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор Шакирбекова Б.М. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «22» февраля 2021г. МП	_____ «22» февраля 2021г. МП

Мусаев А.А. Садыкова А.А. Наурызбаев О.Т.

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г «21» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 21.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				17:00	19:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Катлаб (2-я операционная)**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **Axiom Sensis (2 операционная)**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	21028	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/----			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Очистка системных блоков от пыли;
Оценка буфера ошибок;
Проверка кабелей измерения ЭКГ и давления;
Проверка даты и времени на всех компьютерах;
Проверка и тестирование программного обеспечения;
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования

Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Аппарат исправен и находится в рабочем состоянии.

Требуется замена:
1. Батарея BX800CI-RS - 1шт.

Прием-передача медицинской техники
Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор _____ Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «21» мая 2021г. МП	_____ «21» мая 2021г. МП

Мусаев А.А. _____ Садыкова А.А. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г «15» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: от 15.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				08:00	10:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Катлаб (3-я операционная)**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **Ангиографическая система AXIOM Artis Biplane**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	153776	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/----			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Проверка качества изображения;
Профилактическое обслуживание, включает проверку;
Пультов управления С-дуги и стола пациента;
Мониторов и их настройка;
Потолочных рельсов и чистка от пыли;
Чтение и контроль журнала ошибок;
Проверка концевых выключателей, отвечающих за безопасность;
Очистка системных блоков и щитов управления от пыли;
Внешний осмотр, проверка. Соединительных кабелей, внешних разъемов, органов управления;
Проверка и замена предохранителей, вскрытие изделия, осмотр и очистка от пыли блоков, узлов, агрегатов;
Проверка механических креплений, уплотнителей;
Чистка контактов, смазка механических частей изделия;
Выявления и устранение повреждений в электромеханических узлах и их замена;
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;
Проверка и тестирование программного обеспечения
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Аппарат находится в рабочем состоянии.
Требуется замена: 1. Потенциометр TableLif– 1 шт 2. Лампы – 2 шт.
Рекомендуется замена: 1. Потенциометр TableLif – 10 шт 2. Лампы – 8 шт.

Прием-передача медицинской техники
Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор _____ Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «15» мая 2021г. МП	_____ «15» мая 2021г. МП

Мусаев А.А. _____ Садыкова А.А. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г «15» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: от 15.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				10:00	12:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Катлаб (3-я операционная)**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **Axiom Sensis XP**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	41012	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/----			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Очистка системных блоков от пыли;
Оценка буфера ошибок;
Проверка кабелей измерения ЭКГ и давления;
Проверка даты и времени на всех компьютерах;
Проверка и тестирование программного обеспечения;
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования

Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Аппарат в рабочем состоянии.

Требуется замена:
1. Батарея BX800CI-RS – 1шт.

Рекомендуется замена:
1. DMC Orion PC complete Celsius M460 – 1шт.

Прием-передача медицинской техники
Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор _____ Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «15» мая 2021г. МП	_____ «15» мая 2021г. МП

Мусаев А.А. _____ Садыкова А.А. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298от 20.04.2021г «14» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: от 14.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				09:00	10:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Катлаб (4-я операционная)**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **Ангиографическая система Artis Zee Floor**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	135968	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
---------/----------/----------/----------/----------/-----			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	□	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Проверка качества изображения;
Профилактическое обслуживание, включает проверку;
Пультов управления С-дуги и стола пациента;
Мониторов и их настройка;
Потолочных рельсов и чистка от пыли;
Чтение и контроль журнала ошибок;
Проверка концевых выключателей, отвечающих за безопасность;
Очистка системных блоков и щитов управления от пыли;
Смазка и проверка основных подвижных частей (при необходимости);
Проверка и доливка охлаждающих жидкостей;
Внешний осмотр, проверка. Соединительных кабелей, внешних разъемов, органов управления;
Проверка и замена предохранителей, вскрытие изделия, осмотр и очистка от пыли блоков, узлов, агрегатов;
Проверка механических креплений, уплотнителей;
Чистка контактов, смазка механических частей изделия (при необходимости);
Выявления и устранение повреждений в электромеханических узлах и их замена;
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;
Проверка и тестирование программного обеспечения
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Аппарат исправен и находится в рабочем состоянии.

Требуется замена: 1.Гликоль для детектора – 5 литров

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор _____ Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «14» мая 2021г. МП	_____ «14» мая 2021г. МП

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г «14» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: от 14.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				16:00	18:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Катлаб (4-я операционная)**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **Axiom Sensis XP**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	41007	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/----			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	□	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Очистка системных блоков от пыли;
Оценка буфера ошибок;
Проверка кабелей измерения ЭКГ и давления;
Проверка даты и времени на всех компьютерах;
Проверка и тестирование программного обеспечения;
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования

Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Требуется замена ИБП. Аппарат исправен и находится в рабочем состоянии.

Требуется замена:
1) ИБП UPS APC - 1шт.

Прием-передача медицинской техники
Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «14» мая 2021г. МП	_____ «14» мая 2021г. МП

Мусаев А.А. _____ Садыкова .А.А _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г «12» мая 2021 г.

Код инженера:	001-ВР	Номер и дата подачи заявки: 12.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				08:00	10:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Катлаб**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **хирургическая рентгеновская система С-рукав Arcadis Avantic**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	32437	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
---------/----------/----------/----------/----------/-----			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Проверка целостности и пригодности токопроводящих узлов;
Измерение напряжения сети;
Проверка движения С-дуги;
Проверка буфера ошибок;
Внешний осмотр, проверка:
Соединительных кабелей, внешних разъемов, органов управления;
Проверка и замена предохранителей (при необходимости), вскрытие изделия, осмотр и очистка от пыли блоков, узлов, агрегатов;
Проверка механических креплений, уплотнителей;
Чистка контактов, смазка механических частей изделия (при необходимости);
Выявления и устранение повреждений в электромеханических узлах и их замена (при неоходимости);
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;
Проверка и тестирование программного обеспечения
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Аппарат исправен и находится в рабочем состоянии.

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ОЭМО Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор _____ Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «12» мая 2021г. МП	_____ «12» мая 2021г. МП

Мусаев А.А._____ Садыкова А.А._____ Наурызбаев О.Т._____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г. «18» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 18.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				12:00	14:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Катлаб**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **Ультразвуковая система Acuson X300 (1-й этаж)**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	319015	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/---			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Настройка качества изображения
Профилактическое обслуживание, включает проверку:
Проверка системных настроек
Очистка фильтров системного блока
проверка датчиков на работоспособность
Проверка на электробезопасность
Панель фильтров
Чтение и контроль журнал ошибок
Проверка, создание резервной записи специальных данных
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;
Проверка и тестирование программного обеспечения
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Неисправен датчик для внутренних исследований, необходима его замена. Аппарат работает.

Требуется замена:

1. Датчик коннектор Swiftlink connector DL260 – 1шт.

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «18» мая 2021г. МП	_____ «18» мая 2021г. МП

Мусаев А.А. _____ Садыкова А.А. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г. «21» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 21.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				15:00	17:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Детская реанимация (3-й этаж)**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **Ультразвуковая система Acuson P50**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	10468	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
--/----------/----------/----------/----------/----------/----			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	□	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Настройка качества изображения
Профилактическое обслуживание, включает проверку:
Проверка системных настроек
Очистка фильтров системного блока
проверка датчиков на работоспособность
Проверка на электробезопасность
Панель фильтров
Чтение и контроль журнал ошибок
Проверка, создание резервной записи специальных данных
Аппарат исправен и находится в рабочем состоянии.

Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;
Проверка и тестирование программного обеспечения
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С._____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор Мырзахметова Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «21» мая 2021г. МП	_____ «21» мая 2021г. МП

Бесбаева Г.К. _____ Аубакирова Л.Х. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г «21» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 21.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				12:00	14:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **Кардиохирургия №2 (2-й этаж)**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **Ультразвуковая система Acuson SC2000**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	400421	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/---			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Настройка качества изображения
Профилактическое обслуживание, включает проверку:
Проверка системных настроек
Очистка фильтров системного блока
проверка датчиков на работоспособность
Проверка на электробезопасность
Панель фильтров
Чтение и контроль журнал ошибок
Проверка, создание резервной записи специальных данных
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;
Проверка и тестирование программного обеспечения
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).
Система охлаждения имеет признаки износа (повышенная шумность работы вентиляторов). Рекомендуется заменить кулеры. Аппарат работает.

Рекомендуется замена:
1) Набор кулеров
2) Набор кулеров

Прием-передача медицинской техники
Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «21» мая 2021г. МП	_____ «21» мая 2021г. МП

Бекбосынов С.Т. _____ Жангирова А.Ж. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г. «17» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 17.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				09:00	11:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**		Город: Нур-Султан
Отделение: **блок D1, 1-й этаж**		Адрес: ул.Туран, 38
Медицинская техника: **Ультразвуковая система Acuson X300**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	319014	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/---			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Настройка качества изображения
Профилактическое обслуживание, включает проверку:
Проверка системных настроек
Очистка фильтров системного блока
проверка датчиков на работоспособность
Проверка на электробезопасность
Панель фильтров
Чтение и контроль журнал ошибок
Проверка, создание резервной записи специальных данных
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;
Проверка и тестирование программного обеспечения
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Выявлено ухудшения качества сигнала и, как результат, качества изображения при использовании линейного датчика. Требуется замена.

Требуется замена:
1) Датчик VF10-5 – 1шт.

Прием-передача медицинской техники
Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор _____ Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «17» мая 2021г. МП	_____ «17» мая 2021г. МП

Жунусов Б. _____ Андосова С.А. _____ Наурызбаев О.Т. _____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г. «17» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 17.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				11:00	13:00	2 часа

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **КДО (3-й этаж)**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **Ультразвуковая система Acuson X300**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	319013	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/---			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Настройка качества изображения
Профилактическое обслуживание, включает проверку:
Проверка системных настроек
Очистка фильтров системного блока
проверка датчиков на работоспособность
Проверка на электробезопасность
Панель фильтров
Чтение и контроль журнал ошибок
Проверка, создание резервной записи специальных данных
Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;
Проверка и тестирование программного обеспечения
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Рекомендуется заменить ЭКГ кабель Kit, Cable, ECG, USA и датчик VF10-5. Аппарат работает.

Рекомендуется замена:
1. ЭКГ кабель Kit, Cable, ECG, USA – 1шт.
2. Датчик VF10-5 - 1шт.

Прием-передача медицинской техники
Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник ЭМОГ Закиров А.С._____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «17» мая 2021г. МП	_____ «17» мая 2021г. МП

Жунусов Б._____ Андосова С.А._____ Наурызбаев О.Т._____

ТОО «Matrix Trading»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 06.1/298 от 20.04.2021г. «21» мая 2021 г.

Код инженера:	003-ВР	Номер и дата подачи заявки: 21.05.2021	Согласно договора	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				19:00	20:00	1 час

Организация здравоохранения: **НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»**	Город: Нур-Султан	
Отделение: **ОАРИТ (4-й этаж)**	Адрес: ул.Туран, 38	
Медицинская техника: **Ультразвуковая система Acuson P50**	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное □ Пост-гарантийное □ Стороннее ■	10467	2011

Выполненные работы:

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
□	□	□	■	□	□

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость(тенге)
----------/----------/----------/----------/----------/---			

Типы неисправностей:

Ошибки программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
□	■	□

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт □	Не гарантийный ремонт ■

Комментарии/техническое заключение: проведено квартальное техническое обслуживание, включившее следующие работы:

Настройка качества изображения
Профилактическое обслуживание, включает проверку:
Проверка системных настроек
Очистка фильтров системного блока
проверка датчиков на работоспособность
Проверка на электробезопасность
Панель фильтров
Чтение и контроль журнал ошибок
Проверка, создание резервной записи специальных данных

Проведение консультации медицинского персонала по технике эксплуатации оборудования;
Проверка и тестирование программного обеспечения
Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта медицинского оборудования согласно инструкции завода – изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию и ремонта МО).

Требуется замена:
1. Шлейф клавиатуры управления функциями аппарата – 1шт.
2. Зарядное устройство для MAC - 1 шт.

Прием-передача медицинской техники
Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра □

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг:
Начальник отдела ЭМОГ Закиров А.С. _____ (должность) (Ф.И.О.)	Директор Мырзахметов Д.Б. (должность) (Ф.И.О.)
_____ «21» мая 2021г. МП	_____ «21» мая 2021г. МП

Тасбулатов А.Е. _____

Наурызбаев О.Т. _____