Организатору государственных закупок:
КГП на пхв "Экибастузская городская больница"
управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области

Потенциальный поставщик:
ИП Новак
Местонахождение:
РК, 111500, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Шевченко, 57
Тел. + 7 778-378-27-66
ИИН 910202450912

Жалоба

Просим пересмотреть итоги конкурса № 5916871-1 по лоту №44486451-ОК1 , так как при анализе технической спецификации Заказчика и технической спецификации победителя выявлено несоответствие, которое представлено в сравнительной таблице:

Лот №44486451-ОК1

Требования Заказчика	Победитель и предлагаемое средство	Несоответствия
Выход рабочего раствора из 1 л концентрата должен составлять для:	ТОО "ХиМ ГастроНом" Средство «Сайникс Энзим» для очистки изделий медицинского назначения	На основании официальной инструкции средства «Сайникс Энзим» выход рабочего раствора из 1 л концентрата составляет для:
. ПСО ИМН при температуре 20 ± 2 С ручным способом составляет не менее 500 л при экспозиции 10 минут; не менее 250 л при экспозиции 5 минут; не менее 125 л при экспозиции 3 минуты; . ПСО ИМН при температуре 40 ± 2 ручным способом не менее 500 л при экспозиции 5 минут; не менее 250 л при экспозиции 3 минуты; не менее 125 л при экспозиции 1 минута;		. ПСО ИМН при температуре не менее 18 С ручным способом составляет 200 л при экспозиции 10 минут; экспозиция 3 и 5 минут -отсутствует;
.ПСО ИМН в ультразвуковых установках не менее 500 л при экспозиции 5 минут;		.ПСО ИМН в ультразвуковых установках не менее 400 л при экспозиции 5 минут;
. ПСО гибких эндоскопов ручным способом не менее 250 л при экспозиции 5 минут; не менее 125 л при экспозиции 3 минуты;		. ПСО гибких эндоскопов ручным способом при температуре не менее 18 С составляет 200 литров при экспозиции 10 мин
.ПСО гибких эндоскопов автоматизированным способом в МДМ не менее 250 л при		Режимы ПСО автоматизированным способом ОТСУТСТВУЮТ!!!

экспозиции 3 минуты		

Таким образом, данные по режимам средства «Сайникс Энзим» не соответствуют требованиям изложенным самим Заказчиком. Просим Вас, на основании вышеизложенного, пересмотреть итоги конкурса № 5916871-1 по лоту №44486451-ОК1.

Директор
«ИП Новак Екатерина Юрьевна» Новак Е.Ю.