ТОО «АТОМСНАБ»
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

8 (727) 339-66-00
8 (708) 258-89-73
г. Алматы, 050036
ул. Жандосова 61А
www.atomsnab.kz
info@atomsnab.kz

№ 179 от «05» августа 2021г.

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" г. Нур-Султан

Пересмотр итогов конкурса № 6001117-2,
лоты № 44607555-ОК1, 44607561-ОК1

ТОО «Атомснаб» (г. Алматы, ул. Жандосова 61А, офис 8, БИН: 190340024272) просит вас пересмотреть итоги конкурса № 6001117-2 по лотам № 44607555-ОК1, 44607561-ОК1, организатором которого выступило РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (г. Нур-Султан, проспект Мангилик Ел 11/1), в связи с тем, что компании ИП «АЮ» - первый победитель и ИП «ИНЖУ» - второй победитель, на наш взгляд, были необоснованно определены победителями в данной закупке.

В частности, в Технических спецификациях поставщиков, в качестве предлагаемого оборудования предложены аспираторы типа **ПУ-3Э исп. 1 «12»**, производства ООО «Химко», со следующими характеристиками:

1. Суммарный расход воздуха: не менее 200 л/мин (литров/минуту) – т.е. аспиратор должен прокачивать не менее 200 л/мин;
2. Продолжительность отбора пробы в диапазоне от 2 до 60 минут.

Однако, если обратиться к технической документации на предлагаемые аспираторы (Описание типа и Руководство по эксплуатации), то можно увидеть, что фактические характеристики не соответствуют заявленным, в технических спецификациях поставщиков:

1. Фактический суммарный расход воздуха: от 40 до 200 л/мин (литров/минуту) – т.е. в заявленном аспираторе расход воздуха начинается от 40 л/мин, а не от 200 л/мин, как указано поставщиками, следовательно, предложенный аспиратор прокачивает не менее 40 л/мин и не более 200 л/мин;
2. Фактическая продолжительность отбора пробы в диапазоне от 1 до 99 минут – отличается от указанного поставщиками.

Следовательно, можно предположить, что потенциальные поставщики ИП «АЮ» и ИП «ИНЖУ» просто скопировали технические требования конкурса в свои спецификации, с целью полного им соответствия.

Исходя из реальных характеристик предложенных аспираторов, поставщики не смогут поставить товар Заказчику полностью отвечающим указанным ими характеристикам в Технических спецификациях, как того требуют условия Конкурса.

В этой связи, ТОО «Атомснаб» просит признать конкурсные заявки ИП «АЮ» и ИП «ИНЖУ» не соответствующими конкурсной документации конкурса № 6001117-2 по лотам № 44607555-ОК1, 44607561-ОК1 и признать закупку не состоявшейся. Дополнительно обращаем ваше внимание на то, что заявка третьего поставщика ТОО «Cronos Group» имеет тоже содержание и также является не соответствующей.

К жалобе прилагаются копии технической документации на аспираторы ПУ-3Э исп. 1 «12», подтверждающую информацию можно найти на следующих страницах:

1. Суммарный расход воздуха – Описание типа, стр. 7.
2. Продолжительность отбора проб (она же продолжительность непрерывной работы) – Руководство по эксплуатации, стр. 5, пункт 3.8.

С уважением,
Директор ТОО «Атомснаб» **Джамилов Е.Р.**

Исполнитель:
Джамилов Е.Р.
Тел.: 8 (727) 339-66-00, вн. 201
E-mail: sales@atomsnab.kz