ТОО labtex.kz
тел. :+7 (727) 9783198
Республика Казахстан, г. Алматы
050011, ул. Чимкентская, д. 52
e-mail: sales@labtex.kz,
http://labtex.kz

№ 058
Дата: 12 августа 2021 г.

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Министерства финансов Республики Казахстан"

Настоящим ТОО «labtex.kz» выражает свое несогласие с результатами протоколов итогов по лотам 44757261-ОК1, 44757248-ОК1 «Бокс микробиологической безопасности». Причина несогласия отражена ниже:

У потенциального поставщика ИП "ФУРГАЛОВА Л.С." отсутствуют «достоверные» сведения по техническим параметрам предлагаемого оборудования Бокс микробиологической безопасности BSC-1300IIA2-X (Китай). Согласно открытым и доступным материалам с интернет-сайта компании производителя BIOBASE (ссылка https://www.biobase.cc/Class-II-A2-Biological-Safety-Cabinet-pd46386305.html), предлагаемые технические параметры Бокса микробиологической безопасности BSC-1300IIA2-X отличаются по габаритным размерам, по размерам рабочей зоны, средней скорости выходящего потока и весу.

Выявленные несоответствия:

1) В заявке указаны габаритные размеры, (ШхГхВ): 1323х771х2255мм. У модели Biobase BSC-1300IIA2-X габаритные размеры 1300*750*2250мм

2) В заявке указан размер рабочей зоны, (ШхГхВ): 1200х600х668 мм. У модели Biobase BSC-1300IIA2-X размер рабочей зоны 1150*600*660мм.

3) В заявке указана средняя скорость выходящего потока: 0,35 м/с. У модели Biobase BSC-1300IIA2-X средняя скорость выходящего потока: 0,33 м/с

4) В заявке указано: основной корпус: 1,2 мм сталь с белым обожжённым в печи эпокси- полиестровым покрытием; рабочая зона: 1,5 мм нержавеющая сталь типа 304; боковые стенки: 1,5 мм нержавеющая сталь типа 304; вес: 300 кг. У модели BSC-1300IIA2-X вес в упаковке составляет 280кг. что говорит о малой толщине металла корпуса, боковых стенок и рабочей зоны.

Скрин с параметрами с официального сайта и официальная брошюра с параметрами «Бокс микробиологической безопасности BSC-1300IIA2-X» во вложении.

Предлагаемый потенциальным поставщиком ИП Тренченко Ольга Анатольевна «Бокс микробиологической безопасности HFsafe-1200LC» также имеет не соответствия. Опираясь на данные с официального сайта компании производителя Heal Force Bio-Meditech Holdings Limited http://www.healforce.com/en/html/products/laboratory-equipment/biological-safety-cabinets/class-ii-type-a2/biological-safety-cabinets-Class-II-A2-HFsafe.html

1)В заявке указаны габаритные размеры, (ШхГхВ): 1323х771х2255мм. у модели HealForce HFsafe-1200LC габаритные размеры 1340*790*2130мм

2) В заявке указан размер рабочей зоны, (ШхГхВ): 1200х600х668 мм; у модели HealForce HFsafe-1200LC размер рабочей зоны 1250*575*625мм.

ТОО labtex.kz
тел. :+7 (727) 9783198
Республика Казахстан, г. Алматы
050011, ул. Чимкентская, д. 52
e-mail: sales@labtex.kz,
http://labtex.kz

Официальная брошюра производителя с параметрами «Бокс микробиологической безопасности HFsafe-1200LC» во вложении.

Недостоверные сведения по габаритным размерам, весу, указанных в технической спецификации потенциального поставщика при участии в конкурсе привели в заблуждение конкурсную комиссию при рассмотрении заявок.

Нашей компанией был также предложен к поставке «Бокс микробиологической безопасности HFsafe-1200LC», но с достоверными и реальными данными на предлагаемое к поставке оборудование. Однако, конкурсная комиссия посчитала нашу заявку не соответствующей конкурсной документации и не допустила нашу компанию к участию в конкурсе

В связи с выявленными нарушениями, указанными выше, просим пересмотреть протокол итогов Протокол об итогах № 6036727-ОК1.

С уважением,
Директор «ТОО labtex.kz» **Терновой И. Ю.**

БИН: 131040004615
Расчётный счёт KZT: KZ436010131000185412
BIC: HSBKKZKX в АО «Народный Банк Казахстана», г. Алматы
Св-во НДС: Серия 60001 № 0066219, Дата выдачи 29 Октября 2013 г.