ТОО «CCS Services - Central Asia
(СиСиЭс Сервис – Центральная Азия)»
РК, 050009, г. Алматы,
ул. Шевченко, 165Б, оф. 609
Тел. +7 (727) 237 77 80
Факс +7 (727) 237 77 82
info@ccsservices.kz
www.ccsservices.kz

Жалоба

Настоящим ТОО «CCS Services – Central Asia» обжалует протокол итогов конкурса по объявлению 6074511-2 лот № 44617202-ОК1.

Условия технической спецификации заказчика предусматривают обязательное приложение брошюры производителя для сопоставления действительных технических характеристик требованиям заказчика.

Однако, поставщик «ИП АЮ» такие сведения к технической спецификации не приложил, и его техническая спецификация содержит простую копию технической спецификации заказчика, не описывая действительные характеристики предлагаемой системы.

Более того, из открытых источников, в том числе сайтов производителя, поставщиков аналогичной модели оборудования очевидно, что система SINEO MDS-15 не соответствует целому ряду требований технической спецификации, а именно – максимальная температура 300 градусов при требуемых 310, экран системы не является ни сенсорным, ни цветным, а также не соответствует требования по диагонали, максимальное давление 10МПа, что соответствует приблизительно 100 атмосферам, и не соответствует требованиям заказчика в по минимальному уровню предельного давления в 114 атмосфер. Исходя из описания производителя, система не имеет удалённого мониторинга параметров процесса, а только видеокамеру. Материал сосудов – «авиационное волокно», то есть – композитный полимер, требования заказчика – керамика.

Технические характеристики предлагаемой системы указаны по адресу:
http://www.sineomicrowave.com/products.aspx?ProductsCateId=115&ProductsId=128&orderid=52
а также:
https://theseuslab.by/p89658068-mikrovolnovaya-sistema-dlya.html

Брошюры производителя и поставщиков такой системы прилагаем.

В связи с вышеуказанными грубыми несоответствиями требованиям спецификации заказчика, просим внести изменения в протокол итогов с отклонением заявки поставщика «ИП АЮ», как не соответствующей требованиям технической спецификации заказчика.

С уважением,
Директор

Макеев В.Б.