№ 21-07/04-3687-НЦА/2263 от 03.09.2021

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САУДА ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІНІҢ «ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 11 үй, «Эталон орталығы» ғимараты, тел: +7 (7172) 98-37-00, 98-37-03

010000, г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, д. 11, здание «Эталонный центр» тел: +7 (7172) 98-37-00, 98-37-03

_____№_____

ТОО «MSK ENGINEERING»

Национальный центр аккредитации (далее – НЦА), рассмотрев Ваше письмо 780 от 27.08.2021 г., по поводу предоставления разъяснения применения нормативных документов, сообщает следующее.

Согласно пп.1, п.1, статьи 14 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» лаборатории «проводят испытания объектов для целей обязательного или добровольного подтверждения соответствия в пределах своей области аккредитации».

Аналогичные требования относятся ко всем аккредитованным субъектам аккредитации, в связи с чем аккредитованные органы по оценке соответствия оказывают услуги в пределах области аккредитации одобренной НЦА и размещенной в реестре субъектов аккредитации.

В связи с вышеизложенным, оказание аккредитованными лабораториями услуг по проведению испытаний продукции и определению показателей, не входящих в область аккредитации **недопустимо**.

Для выполнения испытаний изоляции сплошности металлоконструкций и грузоподъемных механизмов на соответствие требованиям стандартов ГОСТ 16037-80, ГОСТ 9.602-2016, необходимо чтоб данные стандарты и определяемый показатель были приведены в области аккредитации.

В случае их отсутствия испытательная лаборатория должна провести актуализацию (в случае присутствия в области аккредитации идентичных нормативных документов и аналогичных определяемых показателей) **либо** расширение области аккредитации (в случае отсутствия необходимой продукции, показателя).

DOC24 ID KZ9Z3CV20211001072944 2D08B

Заместитель
Генерального директора **Е. Базарбаев**

✎ *Исакова А.*
+7 (7172) 98-37-30
@ a.isakova@nca.kz

DOC24 ID KZ9Z3CV20211001072944 2D08B

Согласовано
02.09.2021 16:43 Орынғалиұлы Алмат
03.09.2021 10:59 Ермагамбетова Куралай Сердалиевна
Подписано
03.09.2021 11:48 Базарбаев Ернар Аскарович

DOC24 ID KZ9Z3CV20211001072944 2D08B

Данный электронный документ DOC24 ID KZ9Z3CV202110010729442D08B подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: https://doculite.kz/landing?verify=KZ9Z3CV202110010729442D08B

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 21-07/04-НЦА/2263 от 03.09.2021 г.
Организация/отправитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ"
Получатель (-и)	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""MSK ENGINEERING" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ"
Электронные цифровые подписи документа	Подписано: Руководитель департамента Время подписи: 02.09.2021 16:43
	Подписано: Руководитель Время подписи: 03.09.2021 10:59
	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ" Подписано: Заместитель Генерального директора БАЗАРБАЕВ ЕРНАР MIIUmwYJ...rwGLHxWI= Время подписи: 03.09.2021 11:48
	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ" Подписано: Ведущий специалист МУКАНОВА АЙНАШ MIIUzQYJ...t99sANA== Время подписи: 03.09.2021 11:52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

DOC24 ID KZ9Z3CV202110010729442D08B