Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Национальный центр нейрохирургии",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр. Туран, дом № 34/1**	**080440018645**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Med ESK",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сауран, 3/1, к.326**	**181140000110**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках услуг №375 от 21.05.2021	

Номер документа	Дата составления
20000000196	10.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Годовое сервисное облуживание. Машина моечно-дезинфицирующая с принадлежностями WD170. Bellimed AG		Проведено ПТО. Проверка и чистка фильтров грубой отчистки. Проверка системы трубопровода подачи воды и дренажа на герметичность. Калибровка величины дозирования моющих средств. Проверка датчиков уровня и переполнения уровня воды в камере. Проверка датчиков температуры. Проверка и чистка фильтров грубой очистки подачи воды в моечную машину. Чистка магистрали подачи воды. Чистка клапана подачи воды. Чистка магистрали подачи моющего раствора и нейтрализатора. Проверка работоспособности системы мойки и очистка форсунок, лопастных омывателей, сетчатого фильтра. Проверка датчиков уровня и переполнения воды в камере. Проверка датчиков температуры. Проверка устройство защиты нагревательных элементов. Проверка работоспособности и герметичности системы сушки. Контрольный запуск оборудование, после проведения ТО. Оборудование прошло контрольные запуски, полностью исправно и готово к работе.	Одна услуга	1	361 200,00	361 200,00	38 700,00
				Итого	1	x	361 200,00	38 700,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шкитин Д.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.