QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
DENSAÝLYQ SAQTAÝ MINISTRLIĞINIŃ

«MASǴUT AIQYMBAEV ATYNDAǴY
ASA QAÝIPTI INFEKSIALAR ULTTYQ
ǴYLYMI ORTALYǴY»
SHARÝASHYLYQ JÚRGIZÝ
QUQYǴYNDAǴY RESPÝBLIKALYQ
MEMLEKETTIK KÁSIPORNY

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
ИМЕНИ МАСГУТА АЙКИМБАЕВА»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

BUYRYQ

№ 133

Almaty qalasy

ПРИКАЗ

№ 09.06.2023г.

город Алматы

Апатты жағдайда жұмыстарды сатып алу туралы

"Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабы, 3-тармағы, 4-тармақшасына сәйкес және ИТҚБ бастығы К.И.Степановтың 09.06.2023 жылғы қызметтік жазбасы негізінде **БҰЙЫРАМЫН:**

1.ОАЗ ғимаратының 1042 үй-жайының төбесін қалпына келтіру бойынша жұмысты авариялық тәртіппен орындау.

2.Мемлекеттік сатып алу бөлімі шарт жасасу бойынша тиісті іс-шараларды орындасын.

3.Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Бас директордың м.а. **Г.Токмурзиева**

003414

орынд. Ж.Идрисова
тел.223-38-21; ішкі. 113

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
DENSAÝLYQ SAQTAÝ MINISTRLIGINIŃ

«MASǴUT AIQYMBAEV ATYNDAǴY ASA QAÝİPTİ INFEKSIALAR ULTTYQ ǴYLYMI ORTALYǴY» SHARÝASHYLYQ JÚRGIZÝ QUQYǴYNDAǴY RESPÝBLIKALYQ MEMLEKETTIK KÁSIPORNY

BUYRYQ

№ 133

Almaty qalasy

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ИМЕНИ МАСГУТА АЙКИМБАЕВА»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРИКАЗ

№ 09.06.2023г.

город Алматы

Об аварийном закупе работ

В соответствие с пп.4, п.3, ст.39 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» и на основании служебной записки начальника ОИТО Степанова К.И. от 09.06.2023 г., **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Выполнить в аварийном порядке работу по восстановлению потолка помещения 1042 здания ЦРЛ.

2.Отделу государственных закупок выполнить соответствующие мероприятия по заключению договора.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.генерального директора **Г. Токмурзиева**

исп. Идрисова Ж.
тел.223-38-21;вн.113

Зарубановой А.Г.
Мурзакову И.К.
Прошу в срочном порядке обеспечить работы в особ. с КПП

И. о. генерального директора
«Национального Научного Центра
Особо Опасных Инфекций
им. М. Айкимбаева» Токмурзиевой Г. Ж.
от начальника ОИТО Степанова К. И.

Исх. № ____ от _____

Служебная записка

Довожу до Вашего сведения, что 1 июня 2023 года в помещении 1042 лаборатории BSL-3 здания ЦРЛ произошла аварийная ситуация. По причине прорыва трубы сети горячего водоснабжения произошло масштабное затопление запотолочного пространства помещения 1042. В следствие чего произошел прорыв потолка данного помещения. Для ликвидации течи были произведены работы по вскрытию потолочного пространства для установки временной заплатки в месте прорыва трубы. Вскрытие потолка привело к нарушению герметичности лабораторного помещения и к переходу от отрицательного дифференциального давления к положительному, что резко повышает риски биобезопасности.

В связи с вышеизложенным требуется организация срочных аварийно-восстановительных работ по полному демонтажу потолка помещения 1042, пайке медной трубы сети горячего водоснабжения для устранения течи и монтажу нового потолка с соблюдением всех норм и требований биобезопасности.

08.06.2023 Степанов К. И.