Қорытындылар туралы аралық хаттама №10047199-АУК1

Күні мен уақыты **2023-07-12 09:20:31**
Тапсырыс беруші* **ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК**
Аукцион № **10047199-АУК1**
Аукционның атауы **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК үшін аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу**
Ұйымдастырушының атауы **"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының мекен-жайы **г.Астана, Проспект ЖЕНИС, 11**

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т. А. Ә.	ұйымдағы лауазымы	комиссиядағы рөлі
1	Секретарь		
2	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Төраға
3	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Мүше
4	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Мүше
5	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Мүше
6	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Мүше
7	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Мүше
8	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Мүше

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлардың тізбесі 48000000

Лот №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
57561015-АУК1	Микробиологиялық қауіпсіздік боксы	II санат	10	4800000	48000000

Аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат (13):

№	Аукционға қатысушының нөмірі (өтінімді беру уақыты мен күніне байланысты беріледі) және әлеуетті өнім берушінің (ашылған) атауы	БСН (ЖСН)/ССН / ТЕН	Өтінімді беру күні мен уақыты
1	Участник №1		2023-06-08 10:49:05.479
2	Участник №2		2023-06-12 15:30:52.174
3	Участник №5		2023-06-15 14:20:41.230
4	Участник №6		2023-06-15 15:26:03.101
5	Участник №3		2023-06-12 16:18:37.410
6	Участник №8		2023-06-16 15:09:12.602
7	Участник №10		2023-06-16 18:40:01.857
8	Участник №9		2023-06-16 15:54:44.167
9	Участник №13		2023-06-17 06:25:58.837

10	Участник №11		2023-06-16 19:15:16.900
11	Участник №12		2023-06-16 20:15:42.655
12	Участник №4 "Group2 regulus innovation vector" ЖШС	191040029057	2023-06-12 16:20:41.270
13	Участник №7		2023-06-16 10:40:09.675

Аукциондық комиссияның сұрау салулары туралы (Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 33-бабының 5-тармағына сәйкес сұрау салуды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):

№	Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы	сұрау салу жіберілген күн	сұрау салудың қысқаша сипаттамасы	сұрау салуға жауап берілген күн	Жауаптың қысқаша сипаттамасы

Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деп танылған әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер:

р/с №	әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т. А. Ә	Комиссия мүшесінің шешімі	Бас тарту себебі	Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау
1	"Group2 regulus innovation vector" ЖШС, 191040029057			

	Член комиссии 8	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». . Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Член комиссии 9	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. . Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены следующие сведения: Не заполнены графы «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» «Завод-изготовитель», «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)», «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Не соответствует год выпуска товара. Согласно требованиям КД год выпуска 2023, ПП указал – 1950 г.в. Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги .

	Член комиссии 10	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». . Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Член комиссии 11	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». .

	Член комиссии 12	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	1 ТОО "Group2 regulus innovation vector" соответствие аукционной документации - отклонен Приложение 7 (техническая спецификация) Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». Эксперт не привлекался . соответствие квалификационным требованиям - отклонен Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров) Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Член комиссии 13	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. . Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены следующие сведения: Не заполнены графы «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» «Завод-изготовитель», «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)», «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Не соответствует год выпуска товара. Согласно требованиям КД год выпуска 2023, ПП указал – 1950 г.в. Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги. .

Аукциондық комиссияның шешімі:

"Group2 regulus innovation vector" ЖШС деген әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмеді деп танылсын.

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есептік нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы;
сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд.

Промежуточный протокол об итогах №10047199-АУК1

2023-07-12 09:20:31

Заказчик **РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК**
№ аукциона **10047199-АУК1**
Название аукциона **Государственные закупки для РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан способом аукциона**
Наименование организатора **Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"**
Адрес организатора **г.Астана, Проспект ЖЕНИС, 11**

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Секретарь		
2	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
3	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Член комиссии
4	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
5	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
6	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
7	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
8	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Член комиссии

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 48000000 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
57561015-АУК1	Бокс микробиологической безопасности	II класс	10	4800000	48000000

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (13):

№	Номер участника аукциона (присваивается в зависимости от времени и даты подачи заявки) и наименование потенциального поставщика (которая была вскрыта)	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	Участник №1		2023-06-08 10:49:05.479
2	Участник №2		2023-06-12 15:30:52.174
3	Участник №5		2023-06-15 14:20:41.230
4	Участник №6		2023-06-15 15:26:03.101
5	Участник №3		2023-06-12 16:18:37.410
6	Участник №8		2023-06-16 15:09:12.602
7	Участник №10		2023-06-16 18:40:01.857
8	Участник №9		2023-06-16 15:54:44.167
9	Участник №13		2023-06-17 06:25:58.837
10	Участник №11		2023-06-16 19:15:16.900
11	Участник №12		2023-06-16 20:15:42.655
12	Участник №4 ТОО "Group2 regulus innovation vector"	191040029057	2023-06-12 16:20:41.270
13	Участник №7		2023-06-16 10:40:09.675

Сведения о запросах аукционной комиссии (заполняется в случае осуществления запросов в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона о государственных закупках):

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Дата направления запроса	Краткое описание запроса	Дата представления ответа на запрос	Краткое описание ответа

Сведения о потенциальном поставщике, признанным не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	ФИО члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации
1	ТОО "Group2 regulus innovation vector", 191040029057			

	Член комиссии 1	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». . Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Член комиссии 2	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. . Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены следующие сведения: Не заполнены графы «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» «Завод-изготовитель», «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)», «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Не соответствует год выпуска товара. Согласно требованиям КД год выпуска 2023, ПП указал – 1950 г.в. Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги .

	Член комиссии 3	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». . Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Член комиссии 4	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». .

	Член комиссии 5	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	1 ТОО "Group2 regulus innovation vector" соответствие аукционной документации - отклонен Приложение 7 (техническая спецификация) Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». Эксперт не привлекался . соответствие квалификационным требованиям - отклонен Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров) Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Член комиссии 6	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. . Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены следующие сведения: Не заполнены графы «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» «Завод-изготовитель», «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)», «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Не соответствует год выпуска товара. Согласно требованиям КД год выпуска 2023, ПП указал – 1950 г.в. Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги. .

Решение аукционной комиссии:

Признать потенциального поставщика ТОО "Group2 regulus innovation vector" не соответствующим квалификационным требованиям/требованиям аукционной

документации/Ограничению по Ст. 6 Закона о ГЗ.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»