GAS SOUZAN
Industrial & Manufacturing Co.
GSC

“GAS SOUZAN” Ind. & Manu. Co.

Г.Т.№_____

СЧЕТЧИК ГАЗА МЕМБРАННЫЙ
С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ
ОБЪЕМА ГАЗА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ
G40 ETC (GS-77-040A)
ПАСПОРТ



AE56

Заводской номер: 40094554

Дата: 2022

М.П.

GS
1
ОТК

10. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Первичная поверка счетчика при выпуске из производства осуществлена заводом-изготовителем на основании Протокола о признании результатов первичной поверки от 01.02.2010г., заключенного между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и фирмой «GAS SOUZAN», Исламская Республика Иран. Межповерочный интервал счетчика 8 лет.

После замены батарейки в электронном корректоре повторная поверка счетчика не требуется, так как вся необходимая информация расположена в памяти корректора и сохраняется до подачи новых показателей. Корректировке подлежат только время и дата.

Мембранный счетчик газа: **G40 ETC**

Заводской номер: 40094554

Дата изготовления: 26/10/2022

Поверитель _____ 06/11/2022

(подпись) (дата поверки)

Gas Souzan Co. Unit 2 QA Amir Hajiuo

Namdari

Оттиск клейма поверителя:

Периодические поверки проводятся согласно ДСТУ 2708:2006 «Поверка средств измерительной техники». Результаты поверки заносятся в таблицу.

Периодические поверки

Дата поверки	Ф. И. О. Поверителя	Подпись	Оттиск клейма поверителя

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует исправную работу счетчика при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения, транспортировки изложенных в настоящем паспорте.

2. Гарантийный срок эксплуатации до 12 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок продлевается на время проведения гарантийного ремонта счетчика.

3. При обнаружении в счетчике неисправностей производственного характера изготовитель обязуется произвести гарантийный ремонт или обмен неисправного счетчика газа.

4. Гарантийный ремонт не распространяется на следующие случаи:

- повреждены пломбы изготовителя (поверителя);
- отсутствует паспорт;
- счетчик имеет механические повреждения (трещины, вмятины и т.п.) и/или повреждения от сварочных работ;
- деформирован, поврежден корпус и/или поврежден механизм вследствие опрессовки, избыточным давлением при установленном счетчике;
- повреждено счетное устройство при монтаже счетчика вне помещений без шкафного устройства;
- имеются следы несанкционированного вмешательства и/или самостоятельного ремонта счетчика;
- при наличии внутри счетчика окалины, песка, воды и т.п.

5. Измеряемый газ должен соответствовать ГОСТу 5542-87 “Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения”.

6. На гарантийный ремонт счетчики газа должны поступать в чистом виде. К счетчику должен прилагаться паспорт и акт с описанием неисправностей, составленный эксплуатирующей организацией и подписанный уполномоченными лицами.

7. Дата продажи: _____

(штамп продающей организации)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ,
отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)
№ ЕАЭС RU CT-RU.KA01.00431

ЗАЯВИТЕЛЬ	Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ТЕХПРОМГАЗ"
Место нахождения (адрес юридического лица):	Российская Федерация, Саратовская область, 413119, Энгельсский район, рабочий поселок Приволжский, улица Куйбышева, дом 16
Телефон:	+78453754535
E-mail:	elitgaz2009@yandex.ru
ОГРН	1156449000201
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ТЕХПРОМГАЗ"
Место нахождения (адрес юридического лица):	Российская Федерация, Саратовская область, 413119, Энгельсский район, рабочий поселок Приволжский, улица Куйбышева, дом 16
ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ	Регуляторы давления газа РДНК-400М
изготовленный по	ТУ 4859-001-26869391-15 "Регуляторы давления газа РДГБ-6, РДГК, РД, РДК, РДУ, РДГД, РДНК, РДСК, РДГ, РДБК"
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ	ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
1) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2) Копия паспорта
3) Копия руководства по эксплуатации
4) Копия обоснования безопасности
5) Протокол испытаний № 18 от 10 февраля 2020 года, выданного ООО «ЗАВОД ТЕХПРОМГАЗ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экспертиз «Атрибут», Аттестат рег. № RA.RU.10KA01.
Место нахождения (адрес юридического лица):	109316, РОССИЯ, город Москва, проезд Остаповский, д. 3, стр. 8, пом. 412
Телефон:	+7 9296743005
E-mail:	osp.atribut@yandex.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Условия хранения продукции – склад готовой продукции
ДАТА ВЫДАЧИ	05.03.2020

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Гурин Д.О. (Ф.И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Негода Д.В. (Ф.И.О.)

ООО «ЗАВОД ТЕХПРОМГАЗ»

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА С ВЫХОДНЫМ НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТИПА РДНК



ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РДНК – 400/400М/1000/У/50 ПС/РЭ

г. Энгельс

4 УСТРАНЕНИЕ ОТКАЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ
(вне гарантийного срока)

Таблица 5

Описание неисправностей, внешнее их проявление	Возможные причины	Указание по устранению
1. Значительное снижение выходного давления, сработало отключающее устройство	1. Заедание подвижной системы регулятора. 2. Загрязнение трущихся частей. 3. Поломка пружины настройки выходного давления.	Снять блок исполнительного устройства, очистить от пыли, заменить неисправные детали, настроить регулятор.
2. Значительное повышение выходного давления, сработало отключающее устройство	1. Заедание подвижной системы регулятора. 2. Прорыв мембраны. 3. Износ или вырыв газовым потоком уплотнения рабочего клапана.	Снять блок исполнительного устройства, очистить от пыли, заменить неисправные детали, настроить регулятор.
3. Давление газа перед регулятором не соответствует норме, за счет значительного снижения или повышения выходного давления. Отключающее устройство не срабатывает.	1. Заедание подвижной системы отключающего устройства. 2. Поломка пружин отключающего устройства. 3. Износ или вырыв газовым потоком уплотнения отсечного клапана. 4. Прорыв мембраны отключающего устройства.	Заменить неисправные детали, настроить отключающее устройство.
4. Сброс газа в атмосферу (для РДНК-400, РДНК-50)	1. Износ уплотнения сбросного клапана. 2. Поломка или нарушение настройки пружины сбросного клапана. 3. Износ уплотнения рабочего клапана.	Заменить неисправные детали, настроить сбросной клапан.

При проведении ремонта регулятора особое внимание обратить на состояние уплотнительных поверхностей клапанов 12, 28 и седла 13, мембран 4, 18 (см. рисунок 1). При необходимости изношенные элементы регулятора заменить.

5 ХРАНЕНИЕ

Хранение регулятора должно осуществляться в упаковке в закрытых помещениях. Группа условий 4 в соответствии с ГОСТ 15150. Ящики допускается устанавливать штабелями не более чем в 5 рядов, в строгом соответствии с манипуляционными знаками на таре.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование регулятора в упакованном виде допускается осуществлять по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 (в транспортных средствах, в которых колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе в районах с умеренным климатом в атмосфере, соответствующей промышленным районам).

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие регулятора давления газа с выходным низким давлением комбинированного РДНК требованиям технических условий при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода регулятора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

Срок службы регулятора – 15 лет.

Дата ввода в эксплуатацию_____20_____г.

Представитель эксплуатационной организации_____ М.П.
подпись

ООО «ЗАВОД ТЕХПРОМГАЗ» будет признательно за предложения и замечания, возникшие в процессе эксплуатации наших изделий.

ООО «ЗАВОД ТЕХПРОМГАЗ», 413119, Саратовская обл., Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Куйбышева, д.16.
www.tehpromgas.ru, www.tehpromgaz.com, e-mail: ElitGaz2009@yandex.ru.
Контактные телефоны: **8 (8453) 75-45-35 (факс), 75-47-77 (факс), 75-42-75 (факс), 75-47-96 (факс), 76-25-76 (факс)**

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Регулятор давления газа с выходным низким давлением комбинированный РДНК – 1000 заводской номер 103 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель цеха_____
личная подпись

Представитель ОТК_____
личная подпись

24 ЯНВ 2023
_____
число, месяц, год