Қорытындылар туралы аралық хаттама №10591787-АУК1

Күні мен уақыты **2023-09-20 17:07:39**
Тапсырыс беруші* **ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК**
Аукцион № **10591787-АУК1**
Аукционның атауы **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК үшін аукцион тәсілімен қайта мемлекеттік сатып алу**
Ұйымдастырушының атауы **"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының мекен-жайы **г.Астана, Проспект ЖЕНИС, 11**

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т. А. Ә.	ұйымдағы лауазымы	комиссиядағы рөлі
1	Секретарь		
2	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Төраға
3	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Мүше
4	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Мүше
5	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Мүше
6	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Мүше
7	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Мүше
8	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Мүше

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлардың тізбесі 48000000

Лот №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
57561015-АУК2	Микробиологиялық қауіпсіздік боксы	II санат	10	4800000	48000000

Аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат (16):

№	Аукционға қатысушының нөмірі (өтінімді беру уақыты мен күніне байланысты беріледі) және әлеуетті өнім берушінің (ашылған) атауы	БСН (ЖСН)/ССН / ТЕН	Өтінімді беру күні мен уақыты
1	Участник №1		2023-09-01 18:03:30.710
2	Участник №2		2023-09-03 21:54:23.700
3	Участник №3		2023-09-05 12:05:08.745
4	Участник №4		2023-09-06 01:51:44.767
5	Участник №13		2023-09-07 08:49:46.207
6	Участник №15		2023-09-18 15:29:58.743
7	Участник №14		2023-09-07 09:55:16.811
8	Участник №10		2023-09-07 01:29:23.663
9	Участник №5		2023-09-06 13:26:58.457

10	Участник №6		2023-09-06 13:31:31.926
11	Участник №7		2023-09-06 17:27:06.049
12	Участник №8		2023-09-06 20:51:26.958
13	Участник №9 "ВИА ИНВЕСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	210240005040	2023-09-06 21:54:03.101
14	Участник №11		2023-09-07 06:40:40.771
15	Участник №12		2023-09-07 08:40:28.394
16	Участник №16		2023-09-18 17:21:47.365

Аукциондық комиссияның сұрау салулары туралы (Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 33-бабының 5-тармағына сәйкес сұрау салуды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):

№	Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы	сұрау салу жіберілген күн	сұрау салудың қысқаша сипаттамасы	сұрау салуға жауап берілген күн	Жауаптың қысқаша сипаттамасы

Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деп танылған әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер:

р/с №	әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т. А. Ә	Комиссия мүшесінің шешімі	Бас тарту себебі	Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау
1	"ВИА ИНВЕСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 210240005040			

	Член комиссии 8	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Конкурсная заявка потенциального поставщика (ПП) не соответствует требованиям конкурсной документации. В технической спецификаций ПП отсутствует наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа». В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требования заказчика, а именно: Целевое назначение: бокс биологической безопасности 2 класса должен обеспечивать защиту продукта, специалиста и окружающей среды. Характеристики товара: - II класса типа А2; - Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; - Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; - Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с; - Фильтр: два фильтра степень отчистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0.3 мкм: 99,999% - Основной корпус: 1,2 мм сталь с белым эпоксиднополиэфирным покрытием с помощью термической обработки; - Шум не более 65 дБа; - Системы сигнализации и ультрафиолетовой лампы. 3. Дата изготовления должна быть не ранее 2023 года. 4. Гарантийный срок оборудования – не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемапередачи. На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК, сертификат соответствия продукции, паспорт/руководство по эксплуатации на оборудование на казахском и русском языках. Не указаны Сопутствующие услуги. . Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Член комиссии 9	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены сведения «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». .

	Член комиссии 10	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Конкурсная заявка потенциального поставщика (ПП) не соответствует требованиям конкурсной документации. В технической спецификаций ПП отсутствует наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа». В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требования заказчика, а именно: Целевое назначение: бокс биологической безопасности 2 класса должен обеспечивать защиту продукта, специалиста и окружающей среды. Характеристики товара: - II класса типа А2; - Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; - Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; - Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с; - Фильтр: два фильтра степень отчистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0.3 мкм: 99,999% - Основной корпус: 1,2 мм сталь с белым эпоксидно полиэфирным покрытием с помощью термической обработки; - Шум не более 65 дБа; - Системы сигнализации и ультрафиолетовой лампы. 3. Дата изготовления должна быть не ранее 2023 года. 4. Гарантийный срок оборудования – не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемапередачи. На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК, сертификат соответствия продукции, паспорт/руководство по эксплуатации на оборудование на казахском и русском языках. Не указаны Сопутствующие услуги. .

	Член комиссии 11	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Конкурсная заявка потенциального поставщика (ПП) не соответствует требованиям конкурсной документации. В технической спецификаций ПП отсутствует наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа». В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требования заказчика, а именно: Целевое назначение: бокс биологической безопасности 2 класса должен обеспечивать защиту продукта, специалиста и окружающей среды. Характеристики товара: - II класса типа А2; - Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; - Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; - Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с; - Фильтр: два фильтра степень отчистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0.3 мкм: 99,999% - Основной корпус: 1,2 мм сталь с белым эпоксидно полиэфирным покрытием с помощью термической обработки; - Шум не более 65 дБа; - Системы сигнализации и ультрафиолетовой лампы. 3. Дата изготовления должна быть не ранее 2023 года. 4. Гарантийный срок оборудования – не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемапередачи. На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК, сертификат соответствия продукции, паспорт/руководство по эксплуатации на оборудование на казахском и русском языках. Не указаны Сопутствующие услуги. .

	Член комиссии 12	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Конкурсная заявка потенциального поставщика (ПП) не соответствует требованиям конкурсной документации. В технической спецификаций ПП отсутствует наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа». В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требования заказчика, а именно: Целевое назначение: бокс биологической безопасности 2 класса должен обеспечивать защиту продукта, специалиста и окружающей среды. Характеристики товара: - II класса типа А2; - Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; - Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; - Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с; - Фильтр: два фильтра степень отчистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0.3 мкм: 99,999% - Основной корпус: 1,2 мм сталь с белым эпоксиднополиэфирным покрытием с помощью термической обработки; - Шум не более 65 дБа; - Системы сигнализации и ультрафиолетовой лампы. 3. Дата изготовления должна быть не ранее 2023 года. 4. Гарантийный срок оборудования – не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемапередачи. На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК, сертификат соответствия продукции, паспорт/руководство по эксплуатации на оборудование на казахском и русском языках. Не указаны Сопутствующие услуги. . Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

Аукциондық комиссияның шешімі:

"ВИА ИНВЕСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деген әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмеді деп танылсын.

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есептік нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы;
сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд.

Промежуточный протокол об итогах №10591787-АУК1

2023-09-20 17:07:39

Заказчик **РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК**
№ аукциона **10591787-АУК1**
Название аукциона **Повторная государственная закупка для РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан способом аукциона**
Наименование организатора **Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"**
Адрес организатора **г.Астана, Проспект ЖЕНИС, 11**

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Секретарь		
2	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
3	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Член комиссии
4	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
5	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
6	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
7	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
8	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Член комиссии

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 48000000 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
57561015-АУК2	Бокс микробиологической безопасности	II класс	10	4800000	48000000

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (16):

№	Номер участника аукциона (присваивается в зависимости от времени и даты подачи заявки) и наименование потенциального поставщика (которая была вскрыта)	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки

1	Участник №1		2023-09-01 18:03:30.710
2	Участник №2		2023-09-03 21:54:23.700
3	Участник №3		2023-09-05 12:05:08.745
4	Участник №4		2023-09-06 01:51:44.767
5	Участник №13		2023-09-07 08:49:46.207
6	Участник №15		2023-09-18 15:29:58.743
7	Участник №14		2023-09-07 09:55:16.811
8	Участник №10		2023-09-07 01:29:23.663
9	Участник №5		2023-09-06 13:26:58.457
10	Участник №6		2023-09-06 13:31:31.926
11	Участник №7		2023-09-06 17:27:06.049
12	Участник №8		2023-09-06 20:51:26.958
13	Участник №9 Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИА ИНВЕСТ"	210240005040	2023-09-06 21:54:03.101
14	Участник №11		2023-09-07 06:40:40.771
15	Участник №12		2023-09-07 08:40:28.394
16	Участник №16		2023-09-18 17:21:47.365

Сведения о запросах аукционной комиссии (заполняется в случае осуществления запросов в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона о государственных закупках):

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Дата направления запроса	Краткое описание запроса	Дата представления ответа на запрос	Краткое описание ответа

Сведения о потенциальном поставщике, признанным не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	ФИО члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИА ИНВЕСТ", 210240005040			

	Член комиссии 1	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Конкурсная заявка потенциального поставщика (ПП) не соответствует требованиям конкурсной документации. В технической спецификаций ПП отсутствует наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа». В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требования заказчика, а именно: Целевое назначение: бокс биологической безопасности 2 класса должен обеспечивать защиту продукта, специалиста и окружающей среды. Характеристики товара: - II класса типа А2; - Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; - Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; - Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с; - Фильтр: два фильтра степень отчистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0.3 мкм: 99,999% - Основной корпус: 1,2 мм сталь с белым эпоксидно полиэфирным покрытием с помощью термической обработки; - Шум не более 65 дБа; - Системы сигнализации и ультрафиолетовой лампы. 3. Дата изготовления должна быть не ранее 2023 года. 4. Гарантийный срок оборудования – не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемапередачи. На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК, сертификат соответствия продукции, паспорт/руководство по эксплуатации на оборудование на казахском и русском языках. Не указаны Сопутствующие услуги. . Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Член комиссии 2	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены сведения «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». .

	Член комиссии 3	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Конкурсная заявка потенциального поставщика (ПП) не соответствует требованиям конкурсной документации. В технической спецификаций ПП отсутствует наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа». В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требования заказчика, а именно: Целевое назначение: бокс биологической безопасности 2 класса должен обеспечивать защиту продукта, специалиста и окружающей среды. Характеристики товара: - II класса типа А2; - Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; - Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; - Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с; - Фильтр: два фильтра степень отчистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0.3 мкм: 99,999% - Основной корпус: 1,2 мм сталь с белым эпоксиднополиэфирным покрытием с помощью термической обработки; - Шум не более 65 дБа; - Системы сигнализации и ультрафиолетовой лампы. 3. Дата изготовления должна быть не ранее 2023 года. 4. Гарантийный срок оборудования – не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемапередачи. На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК, сертификат соответствия продукции, паспорт/руководство по эксплуатации на оборудование на казахском и русском языках. Не указаны Сопутствующие услуги. .

	Член комиссии 4	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Конкурсная заявка потенциального поставщика (ПП) не соответствует требованиям конкурсной документации. В технической спецификаций ПП отсутствует наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа». В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требования заказчика, а именно: Целевое назначение: бокс биологической безопасности 2 класса должен обеспечивать защиту продукта, специалиста и окружающей среды. Характеристики товара: - II класса типа А2; - Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; - Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; - Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с; - Фильтр: два фильтра степень отчистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0.3 мкм: 99,999% - Основной корпус: 1,2 мм сталь с белым эпоксиднополиэфирным покрытием с помощью термической обработки; - Шум не более 65 дБа; - Системы сигнализации и ультрафиолетовой лампы. 3. Дата изготовления должна быть не ранее 2023 года. 4. Гарантийный срок оборудования – не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемапередачи. На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК, сертификат соответствия продукции, паспорт/руководство по эксплуатации на оборудование на казахском и русском языках. Не указаны Сопутствующие услуги. .

	Член комиссии 5	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Конкурсная заявка потенциального поставщика (ПП) не соответствует требованиям конкурсной документации. В технической спецификаций ПП отсутствует наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа». В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требования заказчика, а именно: Целевое назначение: бокс биологической безопасности 2 класса должен обеспечивать защиту продукта, специалиста и окружающей среды. Характеристики товара: - II класса типа А2; - Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; - Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; - Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с; - Фильтр: два фильтра степень отчистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0.3 мкм: 99,999% - Основной корпус: 1,2 мм сталь с белым эпоксидно полиэфирным покрытием с помощью термической обработки; - Шум не более 65 дБа; - Системы сигнализации и ультрафиолетовой лампы. 3. Дата изготовления должна быть не ранее 2023 года. 4. Гарантийный срок оборудования – не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемапередачи. На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК, сертификат соответствия продукции, паспорт/руководство по эксплуатации на оборудование на казахском и русском языках. Не указаны Сопутствующие услуги. . Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

Решение аукционной комиссии:

Признать потенциального поставщика Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИА ИНВЕСТ" не соответствующим квалификационным требованиям/требованиям аукционной документации/Ограничению по Ст. 6 Закона о ГЗ.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»