Предварительный допуск №11988701-1

КГП на ПХВ "Геологская поликлиника " Управления здравоохранения Атырауской области"

Автомобиль специальный, первой помощи

Сумма – 58 928 571.42 тг

г.Атырау **25 апреля 2024г.**

1.Эксперт: Жандыбаев Естай Салихбаевич

2.Номер объявления:11988701-1

Рассмотрел представленные рассмотрения технической документации на участие в конкурсе, установил следующие:

3.Эксперт по результатом рассмотрения технической документации на участие в конкурсе, установил следующие:

№	Потенциальные поставщики	Техническая спецификация
1	ТОО "Сервисные услуги ЗКО Аксай" 180340033884 **г.Шымкент, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 1/3**	Соответствует технической спецификаций заказчика
2	ИП СУЮНДИКОВА ЭЛЬМИРА ЖАНУЗАКОВНА 680528401194 **г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ, 24**	В соответствии с подпунктом 2) пункта 238 Правил осуществления государственных закупок конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации в части несоответствия технической спецификации, а именно: Не указано **Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа.** Не указано **Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)** Не соответствует **в части указания Года выпуски:** указан 1950 год, требуется 2023 год. Не указано **Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах), требуется 36 месяцев** Не указано **Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики), а именно СТ РК ГОСТ 33665-2015** Не указано **Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики), а именно Автомобиль должен иметь уникальную цветографическую оклейку кузова (лимонный оттенок) в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными Приказом Министерства Здравоохранения Республики Казахстан №811 от 3 ноября 2017 года, подчеркивающий его специализированный медицинский статус.Тип кузова – кроссовер; Цвет кузова – лимонный; Тип двигателя - бензин, турбированный, четырехтактный, с принудительным зажиганием; Количество цилиндров - не менее 4; Рабочий объем – не менее 1 490 см3; Мощность – не менее 140 л.с.; Крутящий момент - не менее 4 400 об/мин; Коробка передач – автомат 7DCT; Размеры: Длина – не менее 4660; Ширина – не менее 1800; Высота – не менее 1720 мм; Объем топливного бака – не менее 55**

		л; Тип привода – 2WD; Рулевое управление – гидравлический усилитель; Рулевая колонка должна быть регулируемой в четырех направлениях, обеспечивая индивидуальный комфорт вождения. Пластиковые накладки на порогах, должны обеспечивать дополнительную защиту от механических повреждений, соответствуя стандартам безопасности. Светодиодные передние фары и задние фонари; Дневные ходовые огни; Светодиодный фонарь стоп-сигнала на крышке багажника; Задний противотуманный фонарь; Автоматическая регулировка высоты фар, с электронной стабилизацией. Система запуска двигателя кнопкой Push Start. Должен быть однозонный климат-контроль в салоне. Водительское окно с функцией однократного подъема и защиты от защемления. Электрические стеклоподъемники. Быть встроены фронтальные подушки безопасности. Система выбора режима движения - стандарт, эко, спорт, снег; Должно быть встроена функция поиска автомобиля. Система автоудержания (AUTOHOLD) и электрический стояночный тормоз (EPB): Электронная система динамической стабилизации (ESC), антипробуксовочная система (TCS) и антиблокировочная система (ABS). Внутреннее антибликовое зеркало заднего вида с ручным управлением. Система помощи при спуске (HDC); Мультимедийная система с размером не менее 10 дюймовым цветным сенсорным дисплеем; Должен быть оснащен: интегрированной светоакустической светодиодной балки на крыше автомобиля, оборудованной передовой системой трансляции речи. С возможностью управление с помощью специализированного пульта из кабины автомобиля. Специальное осветительное устройство на задней части кузова, предназначенное для эффективной и безопасной подсветки погрузочной области (при погрузке больного). Пол в медицинском салоне должен обладать продвинутой влагостойкостью, выраженными антистатическими характеристиками и оптимизированным предотвращением потенциальных случаев скольжения для обеспечения безопасности. Напольное покрытие должно быть высокотехнологичной системой гидроизоляции, охватывающей каждый мельчайший шов, и иметь степень устойчивости к агрессивным воздействиям моющедезинфицирующих средств. Стекла дверей салона должны быть обклеена матовой пленкой на уровне не менее двух третей их общей высоты. Освещение салона: не менее одного потолочного светильника, Необходимо предусмотреть не менее двух высоковольтных розеток (с напряжением не менее 12 В и выше) для обеспечения электропитания медицинского оборудования. Данные розетки должны обеспечивать стабильное и безопасное энергоснабжение, что является критическим элементом для бесперебойной работы медицинского оборудования в условиях высокой нагрузки. В кузове автомобиля должен быть предусмотрено не менее один посадочное место на заднем правом борту, ремнем безопасности. Должен быть предусмотрено наличие напольного фиксатора, специально предназначенного для устойчивой и надежной фиксации тележки-каталки. Должен быть предусмотрено наличие не менее одного огнетушителя, вместимостью не менее 2 литра, с креплением. В задней части салона автомобиля, вдоль левого борта, должна быть интегрирована многофункциональный шкаф не менее 1 ед, предназначенная для организации и хранения медицинского оборудования, обеспечивающий удобный доступ к необходимому оборудованию в процессе медицинских процедур. Медицинский автотранспорт должен быть оснащен новым медицинским оборудованием: 1.Переносной дефибриллятор-монитор предназначенный для выполнения расширенного мониторинга, а также функций реанимации организма в количестве не менее 1 ед. Описание: Дефибриллятор должен анализировать ЭКГ пациента и определять, нужно ли дефибриллировать сердечный ритм, и,

		если это необходимо, предоставит пользователю команды для произведения разряда. В течение всего процесса прибор должен показывать сообщения на экране и выдавать голосовые сообщения. В режиме автоматического дефибриллятора прибор должен иметь функцию конфигурации для записи аудио сигнала, подаваемого во время подключения и работы. Независимо от выбранного режима работы, прибор должен иметь возможность подстроить уровень мощности, ограничения срабатывания сигнализации, настройки метронома и все необходимые параметры, в зависимости от типа подключенных электродов: стандартные (для взрослых) или детские. Должен быть речевая подсказка и демонстрация на дисплее. Дисплей: Размер: не менее 6,9 дюйма; Тип: TFT, должна быть цветная подсветка LED; Разрешение: не хуже 400 x 800 пикселей; Взрослые/детские многофункциональные электроды дефибриллятора в качестве источника ввода ЭКГ; Дефибриллятор должен поддерживать отображение одной кривой ЭКГ; кривая ЭКГ должен отображаться не менее 6 с; Подавление синфазной составляющей: не менее 100 dBs; Энергия выхода: Для взрослых: на выбор 100 Дж, 150 Дж, 170 Дж, 200 Дж, 300 Дж, 360 Дж; Для педиатрии: на выбор 10 Дж, 15 Дж, 20 Дж, 30 Дж, 50 Дж, 70 Дж, 100 Дж; Должно быть: индикатор статуса батареи; индикатор распознания пациента (взрослый/ребенок); индикатор подключения электрода; самопроверка - при включении, во время работы, отдельно по запросу пользователя; батареи – неперезаряжаемая; Время работы от аккумулятора: не менее 460 раз заряда и разряда не менее 150 Дж. Одноразовый электрод; Размеры (ДхШхВ): не хуже 294 мм×209 мм×75 мм. 2.Электрокардиограф 3-х канальный в количестве - не менее 1 ед; Описание: Должен иметь возможность одновременного отображения не хуже 3 x 4 и 6 x 2 формат изображениях 12-выводных сигналов; Интеллектуальный датчик яркости для автоматической регулировки яркости экрана; Запись и печать данных; Рулонная бумага не хуже 80 мм x 20 м или Z-складная бумага; Встроенный термопринтер: не хуже 3 x 43 x 4 + 1R1 x 121 x 12 + 1R ; Возможность подключения: к FTP-серверу для дистанционного управления данными пациента, к ПК на базе программного обеспечения ЭКГ; Неограниченная передача данных через USB. Режим записи: а)Печать одним нажатием: в автоматическом режиме снова нажав «распечатать», должен быть возможность распечатать отчет о ритм-волне после печати формы ЭКГ и анализа отчета; б) Расширенная печать: в случае обнаружения аритмии запись ритма должен печататься автоматически после отчета о полном анализе информации по умолчанию; в) Обычная печать: В автоматическом режиме должен печатоваться отчет о кривой ЭКГ и анализ ЭКГ. На дисплее должно быть возможность выбрать показания ритма не менее 1 или 3 каналов. Автоматическое обнаружение и печать аритмий: должен иметь возможность: Обнаружение не менее 122 видов аритмий Поддержка функции анализа R-R (ритма), включая анализ вариативности HRV (слышимости), Поддержка выборки в реальном времени и предварительная выборка. Поддержка синхронной и последовательной выборки. Функция обнаружения усилений Диагностика и обзор осциллограмм ЭКГ Анализ сигналов в течение не менее 600 секунд и распечатка для любых не менее 12 выводов в течение не менее 10 секунд. Экран сенсорного типа TFT не менее 5,9 дюймов. 3.Укладка УМСП в количестве не менее 1 ед; Описание: Укладка должен быть пластиковым саквояжом из высокопрочного холодо и теплостойкого пищевого АБС пластика. Укладка оранжевого цвета, должен иметь удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Дно футляра должно быть прочное, износостойкое. Верхняя часть футляра должно быть выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках должны быть установлены лотки с ложементом для

		ампул и флаконов антисептиков. Створки должны крепится к дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. Габаритные размеры: длина – не менее 440; ширина – не менее 252; высота – не менее 340 мм; Масса: не более 2,5 кг; Общее количество ампуломест: не менее 202; Общее количество мест для флаконов: не менее 6. 4.Носилки медицинские бескаркасные для скорой медицинской помощи в количестве не менее 1 ед; Описание: Бескаркасные носилки должны быть удобны для оснащения небольших медпунктов и мобильных формирований в сложенном виде компактны. Должен иметь не менее 4 пары удобных ручек оптимального размера из трубки ПВХ, ручки должны не «режут» руки при большой нагрузке; усиленная конструкция (увеличенная до 40 мм ширина стропы, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; Должен быть предусмотрен возможность транспортировки пациента в сидячем положении; Должен быть предусмотрен стропы для фиксации пациента на носилках; Должен быть упакован в прочный и удобный чехол; Габаритные размеры носилок: длина – не менее 2000; ширина – не мнее 850 мм. Габаритные размеры носилок в чехле, длина – не менее 330; ширина – не менее 50; высота – не менее 520 мм. 5.Комплект шин иммобилизационных пневматических в количестве не менее 1 ед. Описание: Шины иммобилизационные транспортные должен иметь собой специальную полимерную пленку с запаянными краями, внутрь которой помещается конечность и подается воздух (с помощью насоса или ртом). Рентгенографические обследования должно производится без снятия шины. Шина иммобилизационная пневматическая должно быть выполнена специальным образом,чтобы при подаче воздуха ртом давление не превышало 50 мм рт.ст. Должно быть в каждом автомобиле автоколонн и транспортных компаний. Иммобилизационная Шина. Комплект должен состоит из: СВк - сапога взрослого короткого - не менее 1 шт; СВд - сапога взрослого длинного - не менее 1 шт; РВк - рукава взрослого короткого - не менее 1 шт; РВд- рукава взрослого длинного - не менее 1 шт; насос - не менее 1 шт. Упаковка, она же надувная подушка - не менее 1 шт. Основные параметры: Вес комплекта - не более 3 кг; Температура при эксплуатации и хранении варьируется в диапазоне от -20°С до +50°С; Среднее количество наложений, циклов - не менее 1000; 6.Покрывало спасательное изотермическое в количестве не менее 1ед; Описание: Упаковка (должен иметь возможность носить в кармане) должно хранит в себе спасательное одеяло, способное сохранять тепло человеческого тела на протяжении не менее 20 часов которое при помощи тонкого слоя нанесенного на поверхность пленки металла, должно превращать пленку в гибкое зеркало, возвращающее тепло к телу; На покрывале спасательном должен быть возможность переносить пострадавших которое держит нагрузку до 200 кг; Материал покрывала должен обладать антибактериальными свойствами, которое не присыхает к ранам; Серебряно-золотистая пленка должен защищать человека и от переохлаждения, и от перегрева и должен спасать больных с нарушенной терморегуляцией от излишков тепла; 7.Тележка-каталка из материала высокопрочного алюминиевого сплава в количество не менее 1ед; Описание: Поверхность ложа носилок должен быть поролоновый матрас, обтянутый водонепроницаемым и огнеупорным материалом, который легко дезинфицируется. Регулировка угла наклона спинной секции до 75°. Каталка должна быть оснащена регулируемыми боковыми перилами из алюминиевого сплава и двумя ремнями безопасности. Механизм складывания ножек должен регулироваться при помощи рычагов с обеих сторон. Должен иметь широкие колеса позволяющего легко справиться с неровностями на дороге не менее 150мм. Габариты: Верхнее положение, длина – не менее 185мм; ширина – не менее 58мм; высота – не менее 87 мм; Нижнее положение, длина – не менее 185мм; ширина – не менее

		58мм; высота – не менее 23 мм; Диаметр колеса, не менее 150 мм; Вес - не более 33 кг; Допускаемая нагрузка – не более 181 кг; А так же, в технической спецификации не должны содержатся указания на значения «не менее» и «не более» что не дает возможности установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. В соответствии с подпунктом 1,2) пункта 238 Правил осуществления государственных закупок конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации в части несоответствия технической спецификации, а именно: Согласно Приложения 16 к конкурсной документации техническая спецификация предлагаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности). Согласно п.1 и п.5 Примечании Приложения 16 к КД «каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой» и «если предметом конкурса является приобретение товара в комплекте, потенциальный поставщик указывает в технической спецификации информацию о каждом комплектующем товаре по отдельности».
3	ТОО "Er-Dos MG" 150640023496 **г.Шымкент, Микрорайон САМАЛ 2, 735а**	Соответствует технической спецификаций заказчика
4	ТОО "Salim Medical" 200740024787 **Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Республики, 4, 135**	Соответствует технической спецификаций заказчика
5	Товарищество с ограниченной ответственностью "МедИС&Trading" 130440029434 **г.Шымкент, КОКСАЙ-1, 392**	Соответствует технической спецификаций заказчика

Эксперт конкурсной комиссии: Жандыбаев Е.С.