Altezza ЖШС
Қазақстан, 050012, Алматы к.,
Амангельды көшесі, 55 үй, 47 кенсе
БСН 070640003533
Тел.: +7 727 29 29 216
E-mail: p.vdovin@altezza.kz
Web: www.altezza.kz

altezza

ТОО Altezza
050012, Казахстан Алматы,
ул. Амангельды, дом 55, офис 47
БИН 070640003533
Тел.: +7 727 29 29 216
E-mail: p.vdovin@altezza.kz
Web: www.altezza.kz

KZ.P.02.2120
VERIFICATION LABORATORY

Поверочная лаборатория ТОО «Altezza»,
г. Алматы, ул. Амангельды, дом №55, офис 47,
БИН 070640003533, телефон: +(727) 292-92-16
Аттестат аккредитации № KZ.P.02.2120 от 17.11.2023 г.

# СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № DA09 – KC - 5239

| | |
|---|---|
| Наименование: | Газоанализаторы Testo серии 300 |
| Тип: | Testo 330-1 LL |
| Заводской номер: | 02597961 |
| Диапазон измерения: | (0-21)% об.д. $O_2$, (0-4000) ppm CO. |
| Изготовитель: | фирма «Testo SE & Co.KGaA» Германия. |
| Дата изготовления: | 2014 год |
| Пользователь: | ТОО «Киат ЛТД», РК, г. Актобе, проспект Санкибай Батыра, 75А. |
| Поверка проведена в соответствии: | KZ.04.02.11038-2017 «Газоанализаторы Testo серии 300, производства фирмы «Testo SE & Co.KGaA», Германия МП. |
| С использованием эталонов единиц величин: | ПГС ($O_2$, CO)/$N_2$/Air, ПНГ, Барометр БАММ-1, Testo 608-H1, Ротаметр РМ-А-0,25 ГУЗ, Секундомер СОП пр-2а-3-000. |
| На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению в качестве: Рабочего СИ | |
| По классу | $\Delta(O_2)=\pm0{,}2\%$ об.д., $\delta(CO)=\pm10\%$ |
| Динамический код прослеживаемости (ДКП) | KZ.04.02.01599-2023 |
| Дата поверки | «13» февраля 2024 года |
| Действителен до | «13» февраля 2025 года |

Руководитель отдела (лаборатории) Шаймарданов Р.Р.

Поверитель Смирнов К.И.

Оттиск поверительного клейма № DA23: 3892056

Altezza ЖШС
Қазақстан, 050012, Алматы қ.,
Амангельды көшесі, 55 үй, 47 кеңсе
БСН 070640003533
Тел.: +7 727 29 29 216
E-mail: p.vdovin@altezza.kz
Web: www.altezza.kz

ТОО Altezza
050012, Казахстан Алматы,
ул. Амангельды, дом 55, офис 47
БИН 070640003533
Тел.: +7 727 29 29 216
E-mail: p.vdovin@altezza.kz
Web: www.altezza.kz

KZ.P.02.2120

Поверочная лаборатория ТОО «Altezza»,
г. Алматы, ул. Амангельды, дом №55, офис 47,
БИН 070640003533, телефон: +(727) 292-92-16
Аттестат аккредитации № KZ.P.02.2120 от 17.11.2023 г.

# СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № DA09 – KC - 5509

| | |
|---|---|
| Наименование: | Газоанализаторы |
| Тип: | Testo 300 LL |
| Заводской номер: | 63226831 |
| Диапазон измерения: | (0-21)% об.д. $O_2$, (0-30000) ppm CO, (0-3000) ppm NO. |
| Изготовитель: | фирма «Testo SE & Co.KGaA» Германия. |
| Дата изготовления: | 2022 год |
| Пользователь: | ТОО «AQUA КИП Engineering», г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон №12,дом 22/2,кв.48. |
| Поверка проведена в соответствии: | KZ.05.01.01628-2022 «Газоанализаторы Testo серии 300». |
| С использованием эталонов единиц величин: | ПГС ($O_2$/CO/NO)/$N_2$, ПНГ, Барометр БАММ-1, Testo 608-H1, Ротаметр РМ-А-0,25 ГУЗ, Секундомер СОП пр-2а-3-000. |
| На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению в качестве: Рабочего СИ | |
| По классу | $\Delta(O_2)= \pm 0{,}3\%$ об.д., $\delta(CO)= \pm 10\%$, $\delta(NO)= \pm 10\%$. |
| Динамический код прослеживаемости (ДКП) | KZ.04.02.01583-2023. |
| Дата поверки | «03» июня 2024 года |
| Действителен до | «03» июня 2025 года |

Руководитель отдела (лаборатории) Шаймарданов Р.Р.

Поверитель Смирнов К.И.

Оттиск поверительного клейма DA23-3892355

Altezza ЖШС
Қазақстан, 050012, Алматы қ.,
Амангельды көшесі, 55 үй, 47 кеңсе
БСН 070640003533
Тел.: +7 727 29 29 216
E-mail: p.vdovin@altezza.kz
Web: www.altezza.kz

ТОО Altezza
050012, Казахстан Алматы,
ул. Амангельды, дом 55, офис 47
БИН 070640003533
Тел.: +7 727 29 29 216
E-mail: p.vdovin@altezza.kz
Web: www.altezza.kz

KZ.P.02.2120

Поверочная лаборатория ТОО «Altezza»,
г. Алматы, ул. Амангельды, дом №55, офис 47,
БИН 070640003533, телефон: +(727) 292-92-16
Аттестат аккредитации № KZ.P.02.2120 от 04.09.2018 г.

# СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № DA09 – KC - 4914

| | |
|---|---|
| Наименование: | Газоанализаторы Testo серии 300 |
| Тип: | Testo 310 |
| Заводской номер: | 42800414 |
| Диапазон измерения: | (0-21)% об. д. $O_2$, (0-4000) ppm CO |
| Изготовитель: | фирма «Testo SE & Co.KGaA», Германия. |
| Дата изготовления: | 2012 год |
| Пользователь: | ТОО «ADT TEC», г.Алматы, улица Халиуллина, дом 32. |
| Поверка проведена в соответствии: | KZ.04.02.11038-2017. «Газоанализаторы Testo серии 300, производства фирмы «Testo SE & Co.KGaA», Германия МП. |
| С использованием эталонов единиц величин: | ПГС ($O_2$, CO)/$N_2$, ПНГ, Барометр БАММ-1, Testo 608-H1, Ротаметр РМ-А-0,25 ГУЗ, Секундомер СОП пр-2а-3-000 |
| На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению в качестве: Рабочего СИ | |
| По классу | $\Delta(O_2)=\pm0{,}2\%$ об.д., $\delta(CO)=\pm10\%$. |
| Динамический код прослеживаемости (ДКП) | KZ.04.02.01599-2023. |
| Дата поверки | «25» ноября 2023 года |
| Действителен до | «25» ноября 2024 года |

Руководитель отдела (лаборатории) _____ Шаймарданов Р.Р.

Поверитель _____ Смирнов К.И.

Оттиск поверительного клейма DA23: 1411796

Алматы қаласы Жауалкаулы ауданы Алматы Тоғысы Мемлекеттік мекемесінің Тексеріп-қарау Мемлекеттік ... Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью ... поверочная лаборатория № пейбл