Акт приема-передачи
к Договору о государственных закупках товаров
№ 146-ОК от 12.04.2024 г.

г. Алматы «01» октября 2024 г.

Представитель заказчика–комиссия ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдении и исследовании» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, действующая на основании приказа руководителя от 05 февраля 2024г № 10-П , с одной стороны и ТОО «ГЕОДЕВАЙС КАЗАХСТАН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Бажина К.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Договором № 146-ОК от 12.04.2024 года, произвели прием-передачу Товара, а именно:

№ п/п	Наименование	Стоимость за ед., включая НДС, тенге	Кол-во	Сумма с учетом НДС, тенге	Год выпуска	Серийные номера
1	Комплект сейсмотелеметрического оборудования (широкополосный сейсмометр и трехканальный цифровой сейсмический регистратор)	18 368 000,00	4	73 472 000,00	2024	003543 / 011615 003563 / 011616 003564 / 011617 003597 / 011618

Оборудование соответствует следующим техническим требованиям:

№	Наименование параметра	Соответствие
1	Сейсмометр TH120 с трехканальным регистратором CTR4-3S должен иметь заводскую сборку, выпускаться серийно, быть новым.	Соответствует
2	Число компонент: 3	Соответствует
3	Тип преобразователя: На базе механических маятников с емкостным преобразователем и обратной связью на принципе баланса сил	Соответствует
4	Тип датчика: Симметричный трехкомпонентный	Соответствует
5	Частотный диапазон: От 120 с до 150 Гц (-3дБ на границах диапазона)	Соответствует
6	Динамический диапазон: 168 дБ (при 1 Гц)	Соответствует
7	Чувствительность датчика: 1200 В*с/м ± 0,5%	Соответствует
8	Выходные сигналы датчика: ± 20 В или дифференциальный 40 В пик-пик. Выбираемые оси XYZ / UVW. Напряжение выхода положения центров масс	Соответствует
	Характеристики регистратора:	Соответствует
9	Число каналов регистрации: 3	Соответствует
10	Тип оцифровки: Одновременная, индивидуальные АЦП на каждый канал, без мультиплексирования	Соответствует
11	Разрешение: 24 – 31 бит на канал по выбору	Соответствует
12	Входное сопротивление: 40 кОм	Соответствует
13	Диапазон входных напряжений: 40; 20; 10; 4; 2; 1 В пик-пик дифференциальный сигнал	Соответствует
14	Коэффициенты усиления входного сигнала: 1x, 2x, 4x, 10x, 20x, 40x	Соответствует
15	Частота отсчетов: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000 отс/с	Соответствует
16	Питание: 9 В-36 В постоянного тока от регистратора	Соответствует

17	Потребление: 850 мВт	Соответствует
18	Рабочий диапазон температур: от -20 до +60 °С	Соответствует
19	Документация от производителя, инструкция, Сертификат(декларация) таможенного союза «ЕАС», сертификат качества товара от производителя.	Соответствует

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

Передал:

Поставщик:

Директор ТОО «ГЕОДЕВАЙС КАЗАХСТАН»

Бажин К.И.

Принял:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Гашинов Р.А.

МОЛ: