Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№13672256

Аукционның № 13462665-1

Аукционның атауы Емдік газбен жабдықтау жүйесі медициналық газдарды көздерден тұтынушыларға (пациенттерге немесе медициналық техникаға) берілген параметрлермен өндіруге және одан әрі орталықтандырылған технологиялық жабдықтар кешені болып "Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы "Балқаш қаласының көпсалалы ауруханасы" ШЖҚ КМК арналған

Аукциондық құжаттаманың жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-12-03 11:17:57 дейін 2024-12-10 11:17:57

Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Аукциондық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170640027725	АҚ жобасына ескерту	Срок поставки "15 календарных дней по заявке заказчика" дает крайне размытое представление для потенциального поставщика о сроках поставки, а если заказчик захочет получить свое оборудование через 20 дней после заключения договора? А если через 7 месяцев? Просим прописать в требованиях конкретный и РЕАЛЬНЫЙ срок поставки для такого высокотехнологичного оборудования, мощность и комплектация которого изготавливаются под конкретного заказчика, оно в магазине не продается.	2024-12-06 14:45:40	Представить разъяснение положений аукционной документации	Срок поставки - 90 календарных дней.

2	110240022074	АҚ жобасына ескерту	1. В технической спецификации имеются подробные описания модулей, указывающих на конкретное оборудование. Например: Основные характеристики панели оператора адсорбера содержит подробное описание дисплея сенсорной панели, такие как разрешение и поверхностную яркость. Описание винтового масляного компрессора, содержит подробное описание вплоть до количества технических люков для обслуживания. Описание компрессора высоко давления содержит марки чугуна для коленвала, цилиндров и шатунов! Все подобные описания указывают на конкретное оборудование избегая указания конкретной модели и производителя. 2. Указан срок поставки оборудования - 15 календарных дней по заявке заказчика. Это явно недостаточный срок для поставки подобного оборудования. Кроме того следует указать срок поставки с даты заключения договора.	2024-12-04 11:13:19	Представить разъяснение положений аукционной документации	1.Описание дисплея сенсорной панели- Основные характеристики панели: Дисплей: не менее 10” TFT LCD, широкоэкранный, Разрешение: не менее1366 x 768 Поверхностная яркость: не менее (cd/m2): 350 : 500:1 По описанию Описание винтового масляного компрессора: - содержит количества технических люков- не менее 6 люков для обслуживания. Описание компрессора высоко давления Указание марки чугуна является требованием высшей пробы материала, что увеличивает срок эксплуатации (службы) данных устройств. Изменения в марки чугуна вносится не будет. 2 Срок поставки-90 календарных дней.

3	110240022074	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Укажите пожалуйста предполагаемое размещение комплекса технологического оборудования. Блочно-модульное (в контейнере) или в помещении. В случае размещения в помещении, укажите размеры помещения.	2024-12-04 10:25:24	Представить разъяснение положений аукционной документации	В 9 пункте Мобильное здание -Технической спецификации полное описание - Специализированный контейнер на базе 40 футового морского контейнера, который оснащен теплоизоляцией, системой отопления, системой охлаждения, вентиляцией, системой освещения, пожарной сигнализацией. Размер 12000х2400х2900, т.д., в котором и должен размещаться комплекс технологического оборудования .

Осы аукцонға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель управления Муканов Азамат Ибрагимович

Протокол предварительного обсуждения
проекта аукционной документации
№13672256

№ аукциона 13462665-1

Название аукциона Система лечебного газоснабжения представляет собой комплекс технологического оборудования, предназначенного для

выработки и дальнейшей централизованной подачи медицинских газов от источников к потребителям (пациентам или медицинской технике) с заданными параметрами для КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области"

Срок приема замечаний к проекту аукционной документации, а также запросов о разъяснении положений аукционной документации с 2024-12-03 11:17:57 по 2024-12-10 11:17:57

Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту аукционной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений аукционной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170640027725	Замечание к АД	Срок поставки "15 календарных дней по заявке заказчика" дает крайне размытое представление для потенциального поставщика о сроках поставки, а если заказчик захочет получить свое оборудование через 20 дней после заключения договора? А если через 7 месяцев? Просим прописать в требованиях конкретный и РЕАЛЬНЫЙ срок поставки для такого высокотехнологичного оборудования, мощность и комплектация которого изготавливаются под конкретного заказчика, оно в магазине не продается.	2024-12-06 14:45:40	Представить разъяснение положений аукционной документации	Срок поставки - 90 календарных дней.

2	110240022074	Замечание к АД	1. В технической спецификации имеются подробные описания модулей, указывающих на конкретное оборудование. Например: Основные характеристики панели оператора адсорбера содержит подробное описание дисплея сенсорной панели, такие как разрешение и поверхностную яркость. Описание винтового масляного компрессора, содержит подробное описание вплоть до количества технических люков для обслуживания. Описание компрессора высоко давления содержит марки чугуна для коленвала, цилиндров и шатунов! Все подобные описания указывают на конкретное оборудование избегая указания конкретной модели и производителя. 2. Указан срок поставки оборудования - 15 календарных дней по заявке заказчика. Это явно недостаточный срок для поставки подобного оборудования. Кроме того следует указать срок поставки с даты заключения договора.	2024-12-04 11:13:19	Представить разъяснение положений аукционной документации	1.Описание дисплея сенсорной панели- Основные характеристики панели: Дисплей: не менее 10” TFT LCD, широкоэкранный, Разрешение: не менее1366 x 768 Поверхностная яркость: не менее (cd/m2): 350 : 500:1 По описанию Описание винтового масляного компрессора: - содержит количества технических люков- не менее 6 люков для обслуживания. Описание компрессора высоко давления Указание марки чугуна является требованием высшей пробы материала, что увеличивает срок эксплуатации (службы) данных устройств. Изменения в марки чугуна вносится не будет. 2 Срок поставки-90 календарных дней.

3	110240022074	Запрос о разъяснении АД	Укажите пожалуйста предполагаемое размещение комплекса технологического оборудования. Блочно-модульное (в контейнере) или в помещении. В случае размещения в помещении, укажите размеры помещения.	2024-12-04 10:25:24	Представить разъяснение положений аукционной документации	В 9 пункте Мобильное здание -Технической спецификации полное описание - Специализированный контейнер на базе 40 футового морского контейнера, который оснащен теплоизоляцией, системой отопления, системой охлаждения, вентиляцией, системой освещения, пожарной сигнализацией. Размер 12000х2400х2900, т.д., в котором и должен размещаться комплекс технологического оборудования .

Заявки на участие в данном аукционе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной аукционной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Муканов Азамат Ибрагимович