Просим вас пересмотреть протокол итогов по аукциону 13500559-1, в связи с необоснованным отклонением нашей аукционной заявки.

Конкурсная комиссия отклонила нашу аукционную заявку в связи с тем, что в технической спецификации не было указано Марка,Завод изготовитель и его местонахождение на следующие товары:- Воздушный фильтр; - Масляный фильтр; - Рампа для медицинских газов;

А так же не указаны национальные стандарты на - Дизель-генераторная установка;

С данным решением мы не согласны, по следующим основаниям:

Так, согласно технической спецификации В комплект поставки входят:

1. Генераторы кислорода,
2. воздушные компрессоры,
3. осушители сжатого воздуха,
4. ресиверы кислородные,
5. ресиверы воздушные,
6. фильтры,
7. дожимные компрессоры (бустеры),
8. рампа для медицинских газов,
9. дизель-генераторная установка,
10. дополнительные комплектующие.

При этом, в технической спецификации указано, что к дополнительным комплектующим относятся: Кабель силовой медный, Нержавеющая труба, Стойки для трубы газоснабжения, Автономное модульное заземление. Система видеонаблюдения. Система кондиционирования.

В нашей аукционной заявке Указаны все комплектующие товары по отдельности, включая дополнительные комплектующие. Автономное модульное заземление, Система видеонаблюдения, Система кондиционирования так же имеются, однако они являются неотъемлемой частью Блочно-модульного здания - Специализированного контейнера, информация о котором отражена в технической спецификации, как отдельный комплектующий товар.

Сообщаем, что Воздушный и Масляный фильтры, являются неотъемлемыми частями Воздушного компрессора и не могут рассматриваться как отдельные комплектующие. Так же данные товары не указаны как комплектующие товары в тех.спецификации Заказчика;

- Рампа для медицинских газов в нашей тех.спецификаци указана как Рампа для кислорода HDFO 98-24. В тех.спецификации Заказчика, в указании комплектующих она указана как Рампа для медицинских газов, однако в описательной части указана как Рампа для кислорода.

Касательно отсутствия национального стандарта на - Дизель-генераторную установку, сообщаем, что в связи с отсутствием национальных и межгосударственных стандартов, в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики Дизель-генераторной установки.

Таким образом, наша тех.спецификация полностью соответствует требованиям аукционной документации и подлежит допуску.

В связи с чем, просим вас пересмотреть итоги, нашу заявку допустить.