"Line Invest" ЖШС
Қазақстан Республикасы, Астана қ.
Кабанбай Батыр даңғылы, 49 А
т.+7/707/556-51-51

Line Invest

ТОО "Line Invest"
Республика Казахстан, г. Астана
Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР, 49А
т.+7/707/556-51-51

Конкурсной комиссии

Просим Вас пересмотреть протокол итогов № 14354329 от 26.02.2025 года по государственным закупкам способом конкурса «Приобретение медицинского оборудования: Автоклав (стерилизатор паровой)» по конкурсу № 13915570-1, лот № 76214115-ОК1, в связи с выявленными нарушениями в заявке потенциального победителя — ТОО "Medical Store" (БИН/ИИН 150340008312).

Заявка указанного поставщика была заполнена с нарушением требований конкурсной документации, в частности:

1. В пункте «Завод-изготовитель» поставщик указал только наименование завода — «АО Государственный Рязанский приборный завод (АО ГРПЗ)», не указав его местонахождение (адрес), что является обязательным требованием конкурсной документации. Отсутствие данной информации нарушает условия проведения конкурса.

2. В технической спецификации в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальный поставщик указал неточные характеристики, а именно:

- Максимальное рабочее давление: «**не более** 0,22 МПа»
- Точность поддержания давления: «**не менее** ±0,2 МПа»
- Полезный объём камеры: «**не менее** 75, **не более** 80 л»
- Внутренние размеры камеры: «**не менее** 400x658 (±30) мм»
- Внешние габариты: «**не более** 825x552x1096 (±50) мм»
- Масса: «**не более** 150 кг»
- Время нагрева: «**не более** 60 мин»
- Предельное отклонение температуры: «**не более** ±2°C»
- Уровень звуковой мощности: «**не более** 70 дБа»
- Время непрерывной работы: «**не менее** 16 ч»
- Наработка на отказ: «**не менее** 1000 циклов»

Использование формулировок «не более» и «не менее» не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас провести тщательную проверку конкурсной заявки ТОО "Medical Store" (БИН/ИИН 150340008312). Согласно указанным доводам отклонить заявку потенциального поставщика ТОО "Medical Store" (БИН/ИИН 150340008312) и внести соответствующие изменения в протокол об итогах № 14354329 от 26.02.2025 года.

Директор ТОО «Line Invest» **Сабырқызы Жадыра**

Исп. Алдабергенов Е.Н.
+77757227738