RENTGEN+KZ

ИИН 830722402199, г. Алматы, ул. ОМАРОВА, 95, БИК TSESKZKA
ИИК KZ95998BTB0000421684, АО «Jysan Bank»
Тел.: +77770200071

Исх. №43 от 12.03.2025

Организатору закупок

Изучением конкурсной документации ТОО «Фирма «Беркут Астана» были выявлены следующие нарушения при оформлении заявки и несоответствия технической спецификации:

1. В разделе Наименование национальных стандартов технической спецификации Заказчиком установлена следующая характеристика товара:

ГОСТ 29025-91

При этом, согласно технической спецификации **ТОО «Фирма «Беркут Астана» данный национальный стандарт не указан**, что является несоответствием технической спецификации.

2. Согласно технической спецификации Заказчика: Габариты оборудования: не более 2200 мм (длина) х **не более 845 мм (ширина)** х не более 1350 ± 50мм мм (высота).

При этом, согласно технической спецификации ТОО «Фирма «Беркут Астана»: Габариты оборудования: 1835,4 мм (длина) х **850 мм (ширина)** х 1372,2 мм (высота), что является несоответствием технической спецификации. Ширина оборудования потенциального поставщика не соответствует характеристике по ширине, установленной технической спецификацией Заказчика. Что также является несоответствием технической спецификации.

3. Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики) **где должно быть на государственном языке ТОО «Фирма «Беркут Астана» описал на русском языке, и наоборот, где должно быть на русском языке, описано на государственном языке.**

На основании вышеизложенного считаем необходимым пересмотреть итоги конкурса отклонив заявку ТОО «Фирма «Беркут Астана» по основаниям, указанным выше.

RENTGEN+KZ **А.Тлеубергенова**