ТОО « INFORMATION
TECHNOLOGIES INVEST GROUP»
Оңтүстік Қазақстан облысы,
Шымкент қал., Гагарин көш., 26 үй.
СТН: 582300037490
ЖСК: KZ36914398493BC00959
БСК: SABRKZKA
БСН: 121140009559
«Сбербанк» АҚ Шымкент қ.

ТОО «INFORMATION
TECHNOLOGIES INVEST GROUP»
Южно-Казахстанская область,
г. Шымкент, ул. Гагарина, д. 26
РНН: 582300037490
ИИК: KZ36914398493BC00959
БИК: SABRKZKA
БИН:121140009559
ДБ АО «Сбербанк» в г. Шымкент

в **РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане»**
город Астана, улица Мухтара Ауэзова 14
тел: +7 (7172)31-31-12; e-mai: m.baidurin@minfin.gov.kz
руководитель: **М.С. Байдурину**

Организатору: **ГКП на ПХВ "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

шығ/исх/out № 44	күні/дата/date
	03 сәуір 2025 жылы **03 апреля 2025 года** **April 03, 2025**

Жалоба на итоги конкурса

Заказчик: ГКП на ПХВ "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ объявления: 14312829-1
Наименование объявления: Государственные закупки комплектов расходных материалов для газоанализаторов

На основании объявления №14312829-1 "Государственные закупки комплектов расходных материалов для газоанализаторов", лот №72488938-ОК3 "Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 азотная группа", настоящим заявляем о нарушениях, допущенных победителями тендера.

1. Индивидуальный предприниматель "Шынар", занявший первое место, указал в технической спецификации недостоверные данные, а именно:
   - В разделе " Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" указано "год выпуска не ранее трех лет до даты заключения договора", что является некорректным формулированием. В Приложении 17 к конкурсной документации четко указано, что необходимо указывать точные характеристики товара, без использования неконкретных формулировок, таких как "не менее", "не больше" и аналогичных. Регламентировано: согласно Правилам осуществления государственных закупок (Приказ Министра финансов РК № 687 от 9 октября 2024 года), технические спецификации должны содержать конкретные и точные характеристики без двусмысленных формулировок (Приложение 17).

- В графе "Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия – межгосударственных стандартов на закупаемые товары..." указано "непредусмотрено", что является нарушением. Согласно правилам, при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов необходимо указывать требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок. Данные должны дублироваться из графы "Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара".

2. ТОО "Nova1", занявший второе место, допустил аналогичные ошибки:
   - В разделе " Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" указано "год выпуска не ранее 3 лет до даты заключения договора", что является некорректным.
   - В графе "Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия – межгосударственных стандартов на закупаемые товары..." указано "не предусмотрено", что нарушает требования о необходимости заполнения данной графы соответствующими характеристиками товара.

На основании вышеизложенного просим тендерную комиссию рассмотреть указанные нарушения, признать заявки ИП "Шынар" и ТОО "Nova1" несоответствующими требованиям тендера, отклонить их и признать победителем ТОО "Information Technologies Invest Group".

Приложение:

1. Заявки участников.
2. Технической спецификации.

Директор _____ **Абдувалиев А. А.**

Приложение

Заявка № 63627149 участника ИП ШЫНАР

Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Срок поставки	В течении 140 календарных дней со дня подписания договора
Место поставки товара	231010000, Атырауская область, г.Атырау г.Атырау, ул.Т.Бигельдинова д.10А 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина д.12 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, пр.Абая д.32 711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район "Есиль" пр. Мангилик Ел 11/1 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау г.Кокшетау, ул.Кудайбердиева 27
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	APNA-370 (NO2, NO) газталдағыштарына арналған шығын материалдарының жиынтығы құралға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған, оның ішінде: 0,3 микрон әуе сүзгіші сынамаларды іріктеу торабын шаң түсуден қорғау үшін арналған. Сорғыға арналған мембраналы клапан (диафрагма) өлшеу блогына ауаны сору процессіне арналған. Пайдалану температурасы 5 тен 40°С- қа (цельсий градусы) дейін. Қақпақша габариті (ұзындығы х ені): 55х15 мм (миллиметр) ± 15 %. Мембраналы (кіретін) сүзгіші аспапты шаң түсуден қорғайды. Түйіршікті силикагель құрғатқышы тазартылған ауадан ылғалды жою үшін арналған, ішкі калибрлеу қоспасын дайындау үшін пайдаланылады. APNA-370 газталдауыштың ультрақүлгін сәулесінің көзі, ультрақүлгін сәулесінің көзі ретінде пайдаланылады. Шығыс материалдарына мыналар кіреді: 1) 0,3 микрон әуе сүзгіші-1 бір.; 2) Сорғыға арналған мембраналы клапан (диафрагма) - 2 бір.; 3) Мембраналы (кіретін) сүзгіші -1 жиынтық (жиынтықта 25 дана); 4) Түйіршікті силикагель құрғатқышы – 1бір.; 5) Ультрақүлгін шамы– 1 бір. Шығыс материалдарының жиынтығы бөлшектерінің пішіндері мен өлшемдері орнатылатын орнына сәйкес келеді және функционалдық шарттардың орындалуын қамтамасыз етеді.
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 (NO2, NO) предназначен для проведения технического обслуживания и ремонта прибора, в том числе: Воздушный фильтр 0,3 микрон предназначен для защиты линии отбора проб от попадания пыли. Клапан (диафрагма) с мембраной для насоса предназначен для процесса прокачки воздуха в измерительный блок. Температура эксплуатации от 5 до 40°С (градус Цельсия). Габариты клапана (длина х ширина): 55х15 мм (миллиметров), допуск ± 15 %. Мембранный (входной) фильтр защищает линии отбора проб от попадания пыли. Силикагелевый осушитель в гранулах предназначен для удаления влаги из очищенного воздуха для приготовления внутренней калибровочной смеси. Ультрафиолетовая лампа для газоанализатора APNA-370 (NO2, NO) используется в качестве источника ультрафиолетового излучения. Состав расходных материалов включает в себя: 1) Воздушный фильтр 0,3 микрон-1 ед. 2) Клапан (диафрагма) с мембраной для насоса-2 ед. 3) Мембранный (входной) фильтр- 1 упаковка (в упаковке 25 шт). 4) Силикагелевый осушитель в гранулах-1ед. 5) Ультрафиолетовая лампа– 1 ед. Формы и размеры деталей комплекта расходных материалов соответствуют месту установки и обеспечивают выполнение функциональных условий.
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок.	непредусмотрено
	Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 азотная группа. Товар новый, неиспользованный, год выпуска не ранее трех лет до даты заключения договора. Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 (NO2, NO) предназначен для проведения технического обслуживания и ремонта прибора, в том числе: Воздушный фильтр 0,3 микрон предназначен для защиты линии отбора проб от попадания пыли. Клапан (диафрагма) с мембраной для насоса предназначен для процесса прокачки воздуха в измерительный блок. Температура эксплуатации от 5 до 40°С (градус Цельсия). Габариты клапана (длина х ширина): 55х15 мм (миллиметров), допуск ± 15 %. Мембранный (входной) фильтр защищает линии отбора проб от попадания пыли.

Заявка № 63588616 участника ТОО "Nova1"

Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	не предусмотрено
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 азотная группа. Товар новый, неиспользованный, год выпуска не ранее 3 лет от даты заключения договора. Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 (NO2,NO) предназначен для проведения технического обслуживания и ремонта прибора, в том числе: Воздушный фильтр 0,3 микрон предназначен для защиты линии отбора проб от попадания пыли. Клапан (диафрагма) с мембраной для насоса предназначен для процесса прокачки воздуха в измерительный блок. Температура эксплуатации от 5 до 40°С (градус Цельсия). Габариты клапана (длина х ширина): 55х15 мм (миллиметров), допуск ± 15 %. Мембранный (входной) фильтр защищает линии отбора проб от попадания пыли. Силикагелевый осушитель в гранулах предназначен для удаления влаги из очищенного воздуха для приготовления внутренней калибровочной смеси. Ультрафиолетовая лампа для газоанализатора APNA-370 (NO2, NO) используется в качестве источника ультрафиолетового излучения. Состав расходных материалов включает в себя: 1) Воздушный фильтр 0,3 микрон-1 ед. 2) Клапан (диафрагма) с мембраной для насоса-2 ед. 3) Мембранный (входной) фильтр- 1 упаковка (в упаковке 25 шт). 4) Силикагелевый осушитель в гранулах-1ед. 5) Ультрафиолетовая лампа– 1 ед. Формы и размеры деталей комплекта расходных материалов соответствуют месту установки и обеспечат выполнение функциональных условий. Качественные характеристики товара: Товар новый, в упаковке заводского изготовления, не бывший в эксплуатации, не прошедший восстановительный ремонт, не имеющий повреждения. Иные характеристики: Поставщик в процессе поставки товара предоставит документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Цена товара включает в себя все расходы, связанные с доставкой товара.
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок.	Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 азотная группа. Товар новый, неиспользованный, год выпуска не ранее 3 лет от даты заключения договора. Комплект расходных материалов на газоанализатор APNA-370 (NO2,NO) предназначен для проведения технического обслуживания и ремонта прибора, в том числе: Воздушный фильтр 0,3 микрон предназначен для защиты линии отбора проб от попадания пыли. Клапан (диафрагма) с мембраной для насоса предназначен для процесса прокачки воздуха в измерительный блок. Температура эксплуатации от 5 до 40°С (градус Цельсия). Габариты клапана (длина х ширина): 55х15 мм (миллиметров), допуск ± 15 %. Мембранный (входной) фильтр защищает линии отбора проб от попадания пыли. Силикагелевый осушитель в гранулах предназначен для удаления влаги из очищенного воздуха для приготовления внутренней калибровочной смеси. Ультрафиолетовая лампа для газоанализатора APNA-370 (NO2, NO) используется в качестве источника ультрафиолетового излучения. Состав расходных материалов включает в себя: 1) Воздушный фильтр 0,3 микрон-1 ед. 2) Клапан (диафрагма) с мембраной для насоса-2 ед. 3) Мембранный (входной) фильтр- 1 упаковка (в упаковке 25 шт). 4) Силикагелевый осушитель в гранулах-1ед. 5) Ультрафиолетовая лампа– 1 ед. Формы и размеры деталей комплекта расходных материалов соответствуют месту установки и обеспечат выполнение функциональных условий. Качественные характеристики товара: Товар новый, в упаковке заводского изготовления, не бывший в эксплуатации, не прошедший восстановительный ремонт, не имеющий повреждения. Иные характеристики: Поставщик в процессе поставки товара предоставит документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Цена товара включает в себя все расходы, связанные с доставкой товара.