Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14875810

Конкурстың № 14557925-1
Конкурстың атауы "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Көп бейінді облыстық ауруханасы" ШЖҚКМК кәсіпорны үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-04-18 19:08:22 дейін 2025-04-23 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	150140021848	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик, в Приложении 12 Техническая спецификация установлено требование к потенциальному поставщику: предоставить технический паспорт или руководство по эксплуатации заверенную производителем на казахском или русском языке, содержащая сведения и технические характеристики, включая все комплектующие с указанием моделей/марок. При этом согласно п.1, пп.7, абзац 3 КД прописано: если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров; На основании вышеизложенного просим Вас прописать если требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров.	2025-04-22 10:44:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика, таким образом считаем что данные требования являются правомерными. Тем более указанные Вами требования предусмотрены в конкурсной документации.

2	190140010334	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день, Подскажите, пожалуйста, возможно ли получить заявку после того, как оборудование будет готово на заводе? По факту срок поставки "20 календарных дней с момента заявки от Заказчика" позволяют заказчику не отправлять заявку в течении года, либо отправить заявку сразу же после подписания договора. Поскольку данное оборудование требует длительного изготовления, то просим отписать ориентировочную дату отправки заявки с вашей стороны.	2025-04-21 12:46:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 6 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII О государственных закупках минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. Заявки на поставку будут подаваться согласно производственной необходимости.

3	190140010334	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно приложенному файлу нужна кислородная станция 2 линии по 50 м3/час каждая. 1. Вопрос касается кислородных ресиверов. Количество: - не менее 2 шт. каждая объемом не менее 2000 л после генераторов кислорода; - не менее 2 шт. каждая объемом не менее 3000 л (2 штуки каждая по 2000 л и 2 штуки по 1000 л). Как это понимать? Сколько всего нужно ресиверов. Указанное количество слишком завышено. 2. Вопрос по дожимным компрессорам. Будет два компрессора: один на 50 м3/час будет повышать давление с 4 до 9 бар и поставлять кислород в сеть больницы? Второй производительностью 18 м3/час будет стоять на второй линии и заправлять баллоны. Куда будет идти остаток кислорода со второй линии? 3. Есть ли проект и схема кислородной станции? Просим скинуть на следующий email - 7501761@mail.ru	2025-04-22 12:12:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно конкурсной документации приобретается станция для получения кислорода, представляющий собой комплекс интегрированного технологического оборудования для централизованного снабжения больницы кислородом с заданными параметрами. Касательно кислородных ресиверов просим внимательно ознакомиться с технической спецификацией, необходимо не менее 6 кислородных ресиверов. Касательно дожимных компрессоров просим внимательно ознакомиться с технической спецификацией, необходимо не менее 4 шт, две с производительностью не менее 50 м3/час, остальные не менее 18 Нм3/ч. При этом, предусмотрена циркуляция кислорода в рамках оборудования. Проекта и схемы нет

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя управления Қуандық Алтынай Қуандыққызы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14875810

№ конкурса 14557925-1
Название конкурса Государственная закупка для КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-04-18 19:08:22 по 2025-04-23 09:00:00
Наименование организатора КГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	150140021848	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик, в Приложении 12 Техническая спецификация установлено требование к потенциальному поставщику: предоставить технический паспорт или руководство по эксплуатации заверенную производителем на казахском или русском языке, содержащая сведения и технические характеристики, включая все комплектующие с указанием моделей/марок. При этом согласно п.1, пп.7, абзац 3 КД прописано: если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров; На основании вышеизложенного просим Вас прописать если требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров.	2025-04-22 10:44:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика, таким образом считаем что данные требования являются правомерными. Тем более указанные Вами требования предусмотрены в конкурсной документации.

2	190140010334	Замечание к КД	Добрый день, Подскажите, пожалуйста, возможно ли получить заявку после того, как оборудование будет готово на заводе? По факту срок поставки "20 календарных дней с момента заявки от Заказчика" позволяют заказчику не отправлять заявку в течении года, либо отправить заявку сразу же после подписания договора. Поскольку данное оборудование требует длительного изготовления, то просим отписать ориентировочную дату отправки заявки с вашей стороны.	2025-04-21 12:46:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 6 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII О государственных закупках минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. Заявки на поставку будут подаваться согласно производственной необходимости.

3	190140010334	Запрос о разъяснении КД	Согласно приложенному файлу нужна кислородная станция 2 линии по 50 м3/час каждая. 1. Вопрос касается кислородных ресиверов. Количество: - не менее 2 шт. каждая объемом не менее 2000 л после генераторов кислорода; - не менее 2 шт. каждая объемом не менее 3000 л (2 штуки каждая по 2000 л и 2 штуки по 1000 л). Как это понимать? Сколько всего нужно ресиверов. Указанное количество слишком завышено. 2. Вопрос по дожимным компрессорам. Будет два компрессора: один на 50 м3/час будет повышать давление с 4 до 9 бар и поставлять кислород в сеть больницы? Второй производительностью 18 м3/час будет стоять на второй линии и заправлять баллоны. Куда будет идти остаток кислорода со второй линии? 3. Есть ли проект и схема кислородной станции? Просим скинуть на следующий email - 7501761@mail.ru	2025-04-22 12:12:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно конкурсной документации приобретается станция для получения кислорода, представляющий собой комплекс интегрированного технологического оборудования для централизованного снабжения больницы кислородом с заданными параметрами. Касательно кислородных ресиверов просим внимательно ознакомиться с технической спецификацией, необходимо не менее 6 кислородных ресиверов. Касательно дожимных компрессоров просим внимательно ознакомиться с технической спецификацией, необходимо не менее 4 шт, две с производительностью не менее 50 м3/час, остальные не менее 18 Нм3/ч. При этом, предусмотрена циркуляция кислорода в рамках оборудования. Проекта и схемы нет

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя управления Қуандық Алтынай Қуандыққызы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).