applied biosystems by Thermo Fisher Scientific

Сертификат анализа

Капиллярная решетка 36 см, серия 3500

REF 4404683

SN L324J6402

30-окт-2024

25-сен-2025

наименование теста	СПЕЦИФИКАЦИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Тест на капиллярную утечку Каждый массив проверяется на отсутствие утечек.		
Тест на герметичность	Утечки отсутствуют	ПРОЙДЕН
Тест капиллярной пробки Каждая матрица проверяется на отсутствие закупоренных капилляров.		
Тест штепселя	Закупоренные капилляры отсутствуют	ПРОЙДЕН
Тест на флуоресцентный фоновый сигнал Каждая матрица проходит проверку на соответствие фоновой флуоресценции техническим характеристикам.		
Тест на флуоресцентный фоновый сигнал	Соответствует спецификации	ПРОЙДЕН
Тест капиллярного картирования Каждая решетка тестируется на предмет соответствия пространственного расположения входного и выходного отверстий капилляров.		
Тест картирования	Соответствует спецификации	ПРОЙДЕН

Только для исследовательских целей. Не предназначено для терапевтического или диагностического использования на животных или людях.

ISO13485 сертифицированное производство

Сингапур

Электронная подпись: Мэй Ин Вивиан Ху GxP
Причина: Рецензент документ
Дата: 17 апр. 2025 г. 15:24 GMT+8

Гарантия качества

(Имя, подпись и дата)

Life Technologies Holdings Pte Ltd, Блок 33, Marsiling Industrial Estate Road 3, #07-06, Сингапур 739256 Тел.: (65) 6362 9300

Чтобы получить сертификат анализа онлайн, перейдите на сайт www.thermofisher.com или напишите нам по адресу CofARequests@thermofisher.com