Сертификат анализа

Катодный буферный контейнер серии 3500

Номер продукта	4408256
Лот №	2502066
Дата изготовления	18МАР2025
Дата окончания срока	20 МАЯ 2026

ТЕСТ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР		
Прозрачный, вязкий раствор без частиц		ПРОЙДЕН
ТЕСТ pH Измерено при 25,0°C ± 0,3°C		
Значение pH	7.6 - 8.2	7.876
ПРОВОДИМОСТЬ Измерено при 25,0°C ± 0,1°C		
Проводимость	1500 - 2000 мкСм/см	1767 мкСм/см

Только для исследовательских целей.

Не предназначено для использования в диагностических процедурах.

Произведено в соответствии с нашей сертифицированной системой менеджмента качества I S O 13485. Сайт: Бедфорд, Массачусетс, США

Kim Khear

Гарантия качества

Выпущено 01.04.2025

Корпоративное юридическое лицо
Технологии Жизни
5781 Ван Аллен Уэй
Карлсбад, Калифорния, США 92008
www.thermofisher.com
По всем вопросам обращайтесь к нам по адресу cofarequests@thermofisher.com