Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14965045

Конкурстың № 14636381-1
Конкурстың атауы Зертханалық таразыларды сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-04-28 23:49:08 дейін 2025-05-02 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "ЖАСҰО" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	870427301179	КҚ жобасына ескерту	Вопрос от производителя весов: Прошу уточнить действительно ли нужна гиря к данным весам? Дело в том, что в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011 весы (II) Высокого класса точности оснащены счетчиком количества юстировок для защиты от преднамеренного неправильного использования. При использовании весов в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений доступ к режиму юстировки внешней гирей ограничен и контролируется пользователем путем сравнения действительных показаний счетчика юстировок с показаниями, зафиксированными во время поверки. Наличие разницы между показаниями свидетельствует о несанкционированном вмешательстве и весы НЕ могут быть использованы в сфере государственного регулирования. После юстировки внешней гирей весы незамедлительно предъявляют в поверку. Погрешности весов при поверке, регламентированы действующим ГОСТ по весам. Весы ВПВ-101 настроены таким образом, что в течение всего межповерочного интервала значения погрешностей находятся в пределах интервальных значений, предусмотренных ГОСТ.	2025-04-29 13:03:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Комиссией было решено внести изменения в техническую документацию в части исключения комплекта поставки гири юстировочный (калибровочной) – не менее 20 кг, не более 25 кг, класса точности не ниже F2, сертификат поверки (калибровки) на гирю, перчатки для гири.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор филиала РГП на ПХВ Қайратхан Талғат

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14965045

№ конкурса 14636381-1
Название конкурса Приобретение лабораторных весов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-04-28 23:49:08 по 2025-05-02 09:00:00
Наименование организатора Филиал РГП на ПХВ "НЦКДА" по Акмолинской области

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	870427301179	Замечание к КД	Вопрос от производителя весов: Прошу уточнить действительно ли нужна гиря к данным весам? Дело в том, что в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011 весы (II) Высокого класса точности оснащены счетчиком количества юстировок для защиты от преднамеренного неправильного использования. При использовании весов в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений доступ к режиму юстировки внешней гирей ограничен и контролируется пользователем путем сравнения действительных показаний счетчика юстировок с показаниями, зафиксированными во время поверки. Наличие разницы между показаниями свидетельствует о несанкционированном вмешательстве и весы НЕ могут быть использованы в сфере государственного регулирования. После юстировки внешней гирей весы незамедлительно предъявляют в поверку. Погрешности весов при поверке, регламентированы действующим ГОСТ по весам. Весы ВПВ-101 настроены таким образом, что в течение всего межповерочного интервала значения погрешностей находятся в пределах интервальных значений, предусмотренных ГОСТ.	2025-04-29 13:03:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Комиссией было решено внести изменения в техническую документацию в части исключения комплекта поставки гири юстировочный (калибровочной) – не менее 20 кг, не более 25 кг, класса точности не ниже F2, сертификат поверки (калибровки) на гирю, перчатки для гири.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор филиала РГП на ПХВ Қайратхан Талғат

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).