Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15053098

Конкурстың № 14661610-3
Конкурстың атауы Молекулярлық-генетикалық сараптамасы үшін химиялық реактивтер мен шығын материалдар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-05-15 14:55:30 дейін 2025-05-19 14:55:30
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170540019349	КҚ жобасына ескерту	По лоту 74718292-ОК1 "Набор для амплификации ДНК референтных образцов, с внутренним размерным стандартом" в описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара присутствует требование по составу набора: «Состав набора: реакционная смесь для проведения ПЦР, содержащая ДНК-полимеразу; смесь флуоресцентно меченых праймеров (не менее 5 различных красителей); контрольная ДНК; аллельный леддер, внутренний размерный стандарт на не менее чем 1000 постановок, чтобы высота пиков размерного стандарта была не ниже 1000rfu и вода амплификационного класса.». Также присутствует фраза: «Набор реагентов позволяет провести не менее 200 реакций в объеме не менее 25 мкл, или не менее 500 реакций в объеме 10 мкл.». Требование для внутреннего размерного стандарта о возможности проведения «не менее чем 1000 постановок» является избыточным, т.к. набор рассчитан максимум на 500 реакций. Требование «…высота пиков размерного стандарта была не ниже 1000rfu» является избыточным т.к. для различных наборов высота пиков может варьироваться и минимальное значение составляет 100 rfu (чего достаточно для надежного построения стандартной кривой).	2025-05-19 14:08:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем Данные требования были разработаны с учетом большого разнообразия ПЦР наборов на рынке от различных производителей. Объемы размерных стандартов, указанные производителями наборов, не обеспечивают достаточность этих объемов на определенное количество постановок реакций, так как концентрация может быть разной (при низкой концентрации расходуется большее количество). По этой же причине указана граница высоты пиков размерного стандарта.

2	170540019349	КҚ жобасына ескерту	В Описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара присутствует требование по составу набора: «Состав набора: реакционная смесь для проведения ПЦР, содержащая ДНК-полимеразу; смесь флуоресцентно меченых праймеров (не менее 5 различных красителей); контрольная ДНК; аллельный леддер, внутренний размерный стандарт на не менее чем 1000 постановок, чтобы высота пиков размерного стандарта была не ниже 1000rfu и вода амплификационного класса.». Также присутствует фраза: «Набор реагентов позволяет провести не менее 200 реакций в объеме не менее 25 мкл, или не менее 500 реакций в объеме 10 мкл.». Требование для внутреннего размерного стандарта о возможности проведения «не менее чем 1000 постановок» является избыточным, т.к. набор рассчитан максимум на 500 реакций. Требование «…высота пиков размерного стандарта была не ниже 1000rfu» является избыточным т.к. для различных наборов высота пиков может варьироваться и минимальное значение составляет 100 rfu (чего достаточно для надежного построения стандартной кривой).	2025-05-19 13:43:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: Данные требования были разработаны с учетом большого разнообразия ПЦР наборов на рынке от различных производителей. Объемы размерных стандартов, указанные производителями наборов, не обеспечивают достаточность этих объемов на определенное количество постановок реакций, так как концентрация может быть разной (при низкой концентрации расходуется большее количество). По этой же причине указана граница высоты пиков размерного стандарта.

3	090640013306	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации по лоту № 74718292-ОК1 указаны следующие параметры: 1. "Набор реагентов позволяет анализировать не менее трех половых маркеров, одним из которых является Amelogenin, а другие расположены на длинном плече Y хромосомы." При таких параметрах, в случае мутации на длинном плече, (из трех маркеров один - Амелогенин, соответственно два других маркера на Y-хромосоме) эти оба маркера ввиду расположения на том же самом плече Y-хромосомы покажут оба неправильный результат. Такие параметры ограничивают допуск к участию в конкурсе со стороны более эффективных наборов, у которых в случае мутации на одном плече можно полагаться на анализ Y-STR локуса на другом плече, то есть: как минимум один STR-локус находится на коротком плече Y хромосомы, и как минимум один STR-локус на длинном плече Y хромосомы. Кроме того, STR-локусы на Y-хромосоме несут гораздо большую информацию, чем просто половые маркеры. Поэтому просим внести следующее изменение в техспецификацию: "Набор реагентов позволяет анализировать не менее трех маркеров, из которых один является Amelogenin, не менее чем один STR-локус расположен на коротком плече Y хромосомы и не менее чем один STR-локус расположен на длинном плече Y хромосомы." 2. Просим в требованиях к составу набора, а именно "внутренний размерный стандарт на не менее чем 1000 постановок" изменить на "внутренний размерный стандарт на не менее чем 800 постановок". Поскольку закупаемый набор предполагает не менее 500 реакций в объеме по 10 мкл, наличия внутренного размерного стандарта на 800 постановок должно быть более чем достаточно.	2025-05-19 07:13:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части "Набор реагентов позволяет анализировать не менее трех половых маркеров, одним из которых является Amelogenin, а другие расположены на длинном плече Y хромосомы." будет отредактирован и уточнен в следующей редакции "Набор реагентов позволяет анализировать не менее трех STR половых маркеров, и Amelogenin. STR половые маркеры должны быть расположены на разных плечах У-хромосомы". 2.Касательно по второму вопросу сообщаем, данные требования были разработаны с учетом большого разнообразия ПЦР наборов на рынке от различных производителей. Объемы размерных стандартов, указанные производителями наборов, не обеспечивают достаточность этих объемов на определенное количество постановок реакций, так как концентрация может быть разной (при низкой концентрации расходуется большее количество).

4	150340007285	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Вопрос по лоту 74164838-ОК1, какое количество образцов подразумевается в 1 наборе (50г)?	2025-05-19 09:43:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем:фасовка набора 50 г объем реагента

5	150340007285	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	По лоту 74158978-ОК1, будет ли рассмотрен набор, в комплект которого промывочные растворы входят в меньшем объеме, чем прописано в характеристиках, но при этом в достаточном количестве для выполнения выделения нуклеиновых кислот?	2025-05-19 09:43:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе Закону РК «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII и Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). Это включает в себя все параметры, такие как комплектация, фасовка, технические и эксплуатационные характеристики. Если техническая спецификация содержит конкретные требования к комплектации и фасовке, то предложение товара с отличающимися характеристиками, даже при сохранении общего количества объектов, может быть признано несоответствующим. В таких случаях заказчик вправе отклонить заявку на основании несоответствия требованиям ТЗ.

6	090640013306	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик, по лоту 74717620-ОК1 наша компания готова предложить альтернативный набор PowerQuant производства Promega (США), который ранее уже закупался Заказчиком и получил положительные отзывы. В целях увеличения конкуренции просим расширить технические параметры закупаемого набора и внести следущие изменения в конкурсную документацию в техническую спецификацию: "Набор включает все необходимые реагенты для одновременного исследования мультикопийных участков не половых хромосом ДНК человека: короткий фрагмент не более 84 п.о., длинный фрагмент - не более 294 п.о., не менее 2-х мешеней на участке Y хромосомы: одна не более 81 п.о. и вторая не менее 136 п.о. и реагенты для выявления ингибиторов в пробе исследуемой ДНК (внутренний положительный контроль размером не менее 400 пар оснований)." Использование двух мультикопийных локусов на участке Y хромосомы минимизирует влияние, которое может оказывать вариация числа копий любого конкретного маркера на соотношение [Auto]/[Y], и повышает чувствительность к мужской ДНК. Соответственно, предлагаемые изменения только улучшат качественные и функциональные характеристики закупаемого товара.	2025-05-19 07:35:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе Закону РК «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII и Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). Это включает в себя все параметры, такие как комплектация, фасовка, объемы, технические и эксплуатационные характеристики. Если техническая спецификация содержит конкретные требования к комплектации и фасовке, объему, то предложение товара с отличающимися характеристиками, даже при сохранении общего количества объектов, может быть признано несоответствующим. В таких случаях заказчик вправе отклонить заявку на основании несоответствия требованиям ТЗ.

7	150340007285	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Вопрос по лоту 74357377-ОК1. Будет ли рассмотрен аналогичный набор, отвечающий всем запрашиваемым требованиям и включающий в себя все необходимое для проведения очистки, но отличающийся комплектацией и фасовкой. При этом общее количество объектов будет сохранено	2025-05-19 09:40:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе Закону РК «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII и Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). Это включает в себя все параметры, такие как комплектация, фасовка, объемы, технические и эксплуатационные характеристики. Если техническая спецификация содержит конкретные требования к комплектации и фасовке, объему, то предложение товара с отличающимися характеристиками, даже при сохранении общего количества объектов, может быть признано несоответствующим. В таких случаях заказчик вправе отклонить заявку на основании несоответствия требованиям ТЗ.

8	150340007285	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Вопрос по лоту 74164645-ОК1. Какое количество образцов подразумевается в 1 наборе (50г)?	2025-05-19 09:41:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем:фасовка набора 50 г объем реагента
9	150340007285	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	По лоту 74717620-ОК1 в технической спецификации указана комплектность товара не менее 200 реакций. Будет ли корректным предоставление потенциальным поставщиком набора реагентов с комплектностью 400 реакций?	2025-05-19 09:42:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Согласно принципам государственных закупок (например, Закону РК «О государственных закупках»), поставщик может предложить товар с улучшенными характеристиками, если это не ухудшает соответствие технической спецификации.

10	150340007285	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	По лоту 74161305-ОК1, будет ли рассмотрен набор, в комплект которого промывочные растворы входят в меньшем объеме, чем прописано в характеристиках, но при этом в достаточном количестве для выполнения выделения нуклеиновых кислот?	2025-05-19 09:42:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе Закону РК «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII и Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). Это включает в себя все параметры, такие как комплектация, фасовка, объемы, технические и эксплуатационные характеристики. Если техническая спецификация содержит конкретные требования к комплектации и фасовке, объему, то предложение товара с отличающимися характеристиками, даже при сохранении общего количества объектов, может быть признано несоответствующим. В таких случаях заказчик вправе отклонить заявку на основании несоответствия требованиям ТЗ.

11	150340007285	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	По лоту 74340876-ОК1,какое количество образцов подразумевается в 1 наборе (50г)?	2025-05-19 09:44:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем:фасовка набора 50 г объем реагента

12	150340007285	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	По лоту 74163280-ОК1, будет ли рассмотрен аналогичный набор с отличной комплектацией от запрашиваемой, но не уступающий по характеристикам и функционалу?	2025-05-19 09:44:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе Закону РК «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII и Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). Это включает в себя все параметры, такие как комплектация, фасовка, технические и эксплуатационные характеристики. Если техническая спецификация содержит конкретные требования к комплектации и фасовке, то предложение товара с отличающимися характеристиками, даже при сохранении общего количества объектов, может быть признано несоответствующим. В таких случаях заказчик вправе отклонить заявку на основании несоответствия требованиям ТЗ.

13	150340007285	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Вопрос по лоту 74357377-ОК1. Из какого материала предполагается очистка и концентрация ДНК?	2025-05-19 09:45:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Очистка и концентрация ДНК предполагается из различных биологических материалов, которые поступают для исследования (кровь, слюна, контактные следы, мышечная и костные ткани, различные следы биологических материалов на предметх носителях и т.д.)
14	150340007285	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Вопрос по лоту 74717620-ОК1, просим уточнить, какое оборудование будет использоваться для постановки?	2025-05-19 09:46:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Для постановки качественного и количественного анализа используется система PCR Real-Time 7500
15	190140010334	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, Возможно ли предложить реагенты в соответствии с международным стандартом ISO 13485?	2025-05-16 10:36:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Включение в требования международного стандарта ISO 18385 необходимо, для гарантии чистоты поставляемых реактивов. Соответствие стандарту ISO 18385 минимизирует риск загрязнения ДНК человека при производстве продукции, используемой для сбора, хранения и анализа биологического материала в судебно-экспертных целях.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель директор по развитию	Темиргалиева Майра Мукановна
Сотрудник	Кульбаев Нурсултан Курбаналиевич
Сотрудник	Аканов Нурлан Серикович
заведующая лабораторий	Тажигулова Инкар Мешитбаевна
Сотрудник	Еркешева Акрыс Шалиевна
Сотрудник	Нуртигенова Рита Дулатовна
Главный инженер	Атыгаева Айжан Сериковна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15053098

№ конкурса 14661610-3
Название конкурса Химические реактивы и расходные материалы для молекулярно-генетической экспертизы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-05-15 14:55:30 по 2025-05-19 14:55:30
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170540019349	Замечание к КД	По лоту 74718292-ОК1 "Набор для амплификации ДНК референтных образцов, с внутренним размерным стандартом" в описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара присутствует требование по составу набора: «Состав набора: реакционная смесь для проведения ПЦР, содержащая ДНК-полимеразу; смесь флуоресцентно меченых праймеров (не менее 5 различных красителей); контрольная ДНК; аллельный леддер, внутренний размерный стандарт на не менее чем 1000 постановок, чтобы высота пиков размерного стандарта была не ниже 1000rfu и вода амплификационного класса.». Также присутствует фраза: «Набор реагентов позволяет провести не менее 200 реакций в объеме не менее 25 мкл, или не менее 500 реакций в объеме 10 мкл.». Требование для внутреннего размерного стандарта о возможности проведения «не менее чем 1000 постановок» является избыточным, т.к. набор рассчитан максимум на 500 реакций. Требование «…высота пиков размерного стандарта была не ниже 1000rfu» является избыточным т.к. для различных наборов высота пиков может варьироваться и минимальное значение составляет 100 rfu (чего достаточно для надежного построения стандартной кривой).	2025-05-19 14:08:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем Данные требования были разработаны с учетом большого разнообразия ПЦР наборов на рынке от различных производителей. Объемы размерных стандартов, указанные производителями наборов, не обеспечивают достаточность этих объемов на определенное количество постановок реакций, так как концентрация может быть разной (при низкой концентрации расходуется большее количество). По этой же причине указана граница высоты пиков размерного стандарта.

2	170540019349	Замечание к КД	В Описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара присутствует требование по составу набора: «Состав набора: реакционная смесь для проведения ПЦР, содержащая ДНК-полимеразу; смесь флуоресцентно меченых праймеров (не менее 5 различных красителей); контрольная ДНК; аллельный леддер, внутренний размерный стандарт на не менее чем 1000 постановок, чтобы высота пиков размерного стандарта была не ниже 1000rfu и вода амплификационного класса.». Также присутствует фраза: «Набор реагентов позволяет провести не менее 200 реакций в объеме не менее 25 мкл, или не менее 500 реакций в объеме 10 мкл.». Требование для внутреннего размерного стандарта о возможности проведения «не менее чем 1000 постановок» является избыточным, т.к. набор рассчитан максимум на 500 реакций. Требование «…высота пиков размерного стандарта была не ниже 1000rfu» является избыточным т.к. для различных наборов высота пиков может варьироваться и минимальное значение составляет 100 rfu (чего достаточно для надежного построения стандартной кривой).	2025-05-19 13:43:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: Данные требования были разработаны с учетом большого разнообразия ПЦР наборов на рынке от различных производителей. Объемы размерных стандартов, указанные производителями наборов, не обеспечивают достаточность этих объемов на определенное количество постановок реакций, так как концентрация может быть разной (при низкой концентрации расходуется большее количество). По этой же причине указана граница высоты пиков размерного стандарта.

3	090640013306	Замечание к КД	В технической спецификации по лоту № 74718292-ОК1 указаны следующие параметры: 1. "Набор реагентов позволяет анализировать не менее трех половых маркеров, одним из которых является Amelogenin, а другие расположены на длинном плече Y хромосомы." При таких параметрах, в случае мутации на длинном плече, (из трех маркеров один - Амелогенин, соответственно два других маркера на Y-хромосоме) эти оба маркера ввиду расположения на том же самом плече Y-хромосомы покажут оба неправильный результат. Такие параметры ограничивают допуск к участию в конкурсе со стороны более эффективных наборов, у которых в случае мутации на одном плече можно полагаться на анализ Y-STR локуса на другом плече, то есть: как минимум один STR-локус находится на коротком плече Y хромосомы, и как минимум один STR-локус на длинном плече Y хромосомы. Кроме того, STR-локусы на Y-хромосоме несут гораздо большую информацию, чем просто половые маркеры. Поэтому просим внести следующее изменение в техспецификацию: "Набор реагентов позволяет анализировать не менее трех маркеров, из которых один является Amelogenin, не менее чем один STR-локус расположен на коротком плече Y хромосомы и не менее чем один STR-локус расположен на длинном плече Y хромосомы." 2. Просим в требованиях к составу набора, а именно "внутренний размерный стандарт на не менее чем 1000 постановок" изменить на "внутренний размерный стандарт на не менее чем 800 постановок". Поскольку закупаемый набор предполагает не менее 500 реакций в объеме по 10 мкл, наличия внутренного размерного стандарта на 800 постановок должно быть более чем достаточно.	2025-05-19 07:13:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части "Набор реагентов позволяет анализировать не менее трех половых маркеров, одним из которых является Amelogenin, а другие расположены на длинном плече Y хромосомы." будет отредактирован и уточнен в следующей редакции "Набор реагентов позволяет анализировать не менее трех STR половых маркеров, и Amelogenin. STR половые маркеры должны быть расположены на разных плечах У-хромосомы". 2.Касательно по второму вопросу сообщаем, данные требования были разработаны с учетом большого разнообразия ПЦР наборов на рынке от различных производителей. Объемы размерных стандартов, указанные производителями наборов, не обеспечивают достаточность этих объемов на определенное количество постановок реакций, так как концентрация может быть разной (при низкой концентрации расходуется большее количество).

4	150340007285	Запрос о разъяснении КД	Вопрос по лоту 74164838-ОК1, какое количество образцов подразумевается в 1 наборе (50г)?	2025-05-19 09:43:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем:фасовка набора 50 г объем реагента

5	150340007285	Запрос о разъяснении КД	По лоту 74158978-ОК1, будет ли рассмотрен набор, в комплект которого промывочные растворы входят в меньшем объеме, чем прописано в характеристиках, но при этом в достаточном количестве для выполнения выделения нуклеиновых кислот?	2025-05-19 09:43:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе Закону РК «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII и Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). Это включает в себя все параметры, такие как комплектация, фасовка, технические и эксплуатационные характеристики. Если техническая спецификация содержит конкретные требования к комплектации и фасовке, то предложение товара с отличающимися характеристиками, даже при сохранении общего количества объектов, может быть признано несоответствующим. В таких случаях заказчик вправе отклонить заявку на основании несоответствия требованиям ТЗ.

6	090640013306	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик, по лоту 74717620-ОК1 наша компания готова предложить альтернативный набор PowerQuant производства Promega (США), который ранее уже закупался Заказчиком и получил положительные отзывы. В целях увеличения конкуренции просим расширить технические параметры закупаемого набора и внести следущие изменения в конкурсную документацию в техническую спецификацию: "Набор включает все необходимые реагенты для одновременного исследования мультикопийных участков не половых хромосом ДНК человека: короткий фрагмент не более 84 п.о., длинный фрагмент - не более 294 п.о., не менее 2-х мешеней на участке Y хромосомы: одна не более 81 п.о. и вторая не менее 136 п.о. и реагенты для выявления ингибиторов в пробе исследуемой ДНК (внутренний положительный контроль размером не менее 400 пар оснований)." Использование двух мультикопийных локусов на участке Y хромосомы минимизирует влияние, которое может оказывать вариация числа копий любого конкретного маркера на соотношение [Auto]/[Y], и повышает чувствительность к мужской ДНК. Соответственно, предлагаемые изменения только улучшат качественные и функциональные характеристики закупаемого товара.	2025-05-19 07:35:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе Закону РК «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII и Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). Это включает в себя все параметры, такие как комплектация, фасовка, объемы, технические и эксплуатационные характеристики. Если техническая спецификация содержит конкретные требования к комплектации и фасовке, объему, то предложение товара с отличающимися характеристиками, даже при сохранении общего количества объектов, может быть признано несоответствующим. В таких случаях заказчик вправе отклонить заявку на основании несоответствия требованиям ТЗ.

7	150340007285	Запрос о разъяснении КД	Вопрос по лоту 74357377-ОК1. Будет ли рассмотрен аналогичный набор, отвечающий всем запрашиваемым требованиям и включающий в себя все необходимое для проведения очистки, но отличающийся комплектацией и фасовкой. При этом общее количество объектов будет сохранено	2025-05-19 09:40:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе Закону РК «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII и Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). Это включает в себя все параметры, такие как комплектация, фасовка, объемы, технические и эксплуатационные характеристики. Если техническая спецификация содержит конкретные требования к комплектации и фасовке, объему, то предложение товара с отличающимися характеристиками, даже при сохранении общего количества объектов, может быть признано несоответствующим. В таких случаях заказчик вправе отклонить заявку на основании несоответствия требованиям ТЗ.

8	150340007285	Запрос о разъяснении КД	Вопрос по лоту 74164645-ОК1. Какое количество образцов подразумевается в 1 наборе (50г)?	2025-05-19 09:41:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем:фасовка набора 50 г объем реагента
9	150340007285	Запрос о разъяснении КД	По лоту 74717620-ОК1 в технической спецификации указана комплектность товара не менее 200 реакций. Будет ли корректным предоставление потенциальным поставщиком набора реагентов с комплектностью 400 реакций?	2025-05-19 09:42:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Согласно принципам государственных закупок (например, Закону РК «О государственных закупках»), поставщик может предложить товар с улучшенными характеристиками, если это не ухудшает соответствие технической спецификации.

10	150340007285	Запрос о разъяснении КД	По лоту 74161305-ОК1, будет ли рассмотрен набор, в комплект которого промывочные растворы входят в меньшем объеме, чем прописано в характеристиках, но при этом в достаточном количестве для выполнения выделения нуклеиновых кислот?	2025-05-19 09:42:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе Закону РК «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII и Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). Это включает в себя все параметры, такие как комплектация, фасовка, объемы, технические и эксплуатационные характеристики. Если техническая спецификация содержит конкретные требования к комплектации и фасовке, объему, то предложение товара с отличающимися характеристиками, даже при сохранении общего количества объектов, может быть признано несоответствующим. В таких случаях заказчик вправе отклонить заявку на основании несоответствия требованиям ТЗ.

11	150340007285	Запрос о разъяснении КД	По лоту 74340876-ОК1,какое количество образцов подразумевается в 1 наборе (50г)?	2025-05-19 09:44:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем:фасовка набора 50 г объем реагента

12	150340007285	Запрос о разъяснении КД	По лоту 74163280-ОК1, будет ли рассмотрен аналогичный набор с отличной комплектацией от запрашиваемой, но не уступающий по характеристикам и функционалу?	2025-05-19 09:44:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе Закону РК «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII и Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). Это включает в себя все параметры, такие как комплектация, фасовка, технические и эксплуатационные характеристики. Если техническая спецификация содержит конкретные требования к комплектации и фасовке, то предложение товара с отличающимися характеристиками, даже при сохранении общего количества объектов, может быть признано несоответствующим. В таких случаях заказчик вправе отклонить заявку на основании несоответствия требованиям ТЗ.

13	150340007285	Запрос о разъяснении КД	Вопрос по лоту 74357377-ОК1. Из какого материала предполагается очистка и концентрация ДНК?	2025-05-19 09:45:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Очистка и концентрация ДНК предполагается из различных биологических материалов, которые поступают для исследования (кровь, слюна, контактные следы, мышечная и костные ткани, различные следы биологических материалов на предметх носителях и т.д.)
14	150340007285	Запрос о разъяснении КД	Вопрос по лоту 74717620-ОК1, просим уточнить, какое оборудование будет использоваться для постановки?	2025-05-19 09:46:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Для постановки качественного и количественного анализа используется система PCR Real-Time 7500
15	190140010334	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, Возможно ли предложить реагенты в соответствии с международным стандартом ISO 13485?	2025-05-16 10:36:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем: Включение в требования международного стандарта ISO 18385 необходимо, для гарантии чистоты поставляемых реактивов. Соответствие стандарту ISO 18385 минимизирует риск загрязнения ДНК человека при производстве продукции, используемой для сбора, хранения и анализа биологического материала в судебно-экспертных целях.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель директор по развитию	Темиргалиева Майра Мукановна
Сотрудник	Кульбаев Нурсултан Курбаналиевич
Сотрудник	Аканов Нурлан Серикович
заведующая лабораторий	Тажигулова Инкар Мешитбаевна
Сотрудник	Еркешева Акрыс Шалиевна
Сотрудник	Нуртигенова Рита Дулатовна
Главный инженер	Атыгаева Айжан Сериковна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).