Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15106949

Конкурстың № 14793619-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы» РМҚК үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-05-22 09:37:32 дейін 2025-05-26 09:37:32
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170540001910	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», Настоящим обращением, просим рассмотреть следующее замечание по техническому заданию, представленному в рамках Лота №75127109-ОК1. Считаем, что представленное техническое задание содержит признаки ограничения конкуренции и не обеспечивает равных условий для участия альтернативных поставщиков и производителей. Указанные в ТЗ характеристики и требования могут необоснованно сужать круг потенциальных участников, что противоречит принципам открытости, справедливости и равного доступа, установленным законодательством Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Также считаем, что для выполнения задач Заказчика может быть предложен альтернативный прибор с иными, эквивалентными техническими характеристиками, которые в полной мере соответствуют функциональным требованиям и целям закупки. В связи с этим просим предусмотреть возможность участия оборудования с аналогичными по функциональности, но отличающимися по характеристикам параметрами.	2025-05-26 08:07:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель. Придоставленная Вами альтернативное оборудование должна соответствовать указанной технической спецификации.

2	150340007285	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” выражает уважение и сообщает, что техническая спецификация на газовый хроматограф (лот 75127109-ОК1) противоречит основным принципам Закона РК «О государственных закупках». Согласно п. 2, 3 ст. 4 Закона, закупки должны обеспечивать равные условия для всех потенциальных поставщиков, добросовестную конкуренцию и исключать сговор. Однако ТС лота содержит завышенные требования, не влияющие критически на выполнение задач, например: Диапазон масс: ≤15 m/z до ≥3000 m/z; Тандемные измерения MSn: ≥4 ступеней; Чувствительность: ≥500:1 при 250 фг резерпина; Обширная специализированная библиотека масс-спектров. Указанные характеристики соответствуют только оборудованию одного производителя — Bruker (Toxtyper). При этом внутренняя документация заказчика не ограничивает выбор оборудования только этой модели. Данная ТС необоснованно ограничивает участие других поставщиков, нарушает принципы конкуренции и может свидетельствовать о лоббировании интересов конкретного производителя. Просим пересмотреть технические требования для обеспечения прозрачности и равного доступа к участию в закупке.	2025-05-26 07:54:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Техническое задание составлено с учётом функциональных возможностей оборудования (диапазон масс: от ≤15 m/z до ≥3000 m/z; Количество ступеней MSn: не менее 4;"", а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматической идентификации, с помощью програмного обеспечения, включающая оценочные показатели по полному спектру, в том числе зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях. Кроме того, на рынке предлагаются системы от различных производителей с более низким показателем 2m/z -5 m/z. Требование ""Чувствительность: ≥500:1 при 250 фг резерпина"" обеспечивается большинством производителей оборудования. Требование об обязательном наличие специализированной библиотеки масс-спектров (≥2200 соединений, ≥3500 метаболитов), а именно числовые показатели перечня, заявлены с учётом возможностей используемого в настоящее время анлитического оборудования. Таким образом, данные показатели запрашивоемого оборудования не должны быть ниже, т.е не должны иметь меньшую эффективность. В связи с чем, в технической спецификации в данный пункт изменения вносится не будет."

3	170540001910	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», Настоящим обращением, просим рассмотреть следующее замечание по техническому заданию, представленному в рамках Лота №78794609-ОК1. Считаем, что представленное техническое задание содержит признаки ограничения конкуренции и не обеспечивает равных условий для участия альтернативных поставщиков и производителей. Указанные в ТЗ характеристики и требования могут необоснованно сужать круг потенциальных участников, что противоречит принципам открытости, справедливости и равного доступа, установленным законодательством Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Также считаем, что для выполнения задач Заказчика может быть предложен альтернативный прибор с иными, эквивалентными техническими характеристиками, которые в полной мере соответствуют функциональным требованиям и целям закупки. В связи с этим просим предусмотреть возможность участия оборудования с аналогичными по функциональности, но отличающимися по характеристикам параметрами.	2025-05-26 08:04:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.

4	150340007285	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед”, как потенциальный поставщик, выражает уважение и сообщает, что техническая спецификация по лоту 78794609-ОК1 (хроматограф газовый) составлена с нарушением принципов Закона РК «О государственных закупках». Согласно пп. 2, 3 ст. 4 Закона, закупки должны основываться на принципах равных возможностей и добросовестной конкуренции. Однако ТС по данному лоту фактически лоббирует интересы одного поставщика. Кроме того, указанные требования являются завышенными и не имеют решающего значения для качества выполнения задач, а именно: Диапазон масс: от 15 m/z до не менее 3000 m/z; Число ступеней MSn: не менее 4; Чувствительность в режиме MC/MC (резерпин): не менее 500:1; Наличие библиотеки масс-спектров НС, СД ЛС, синтетических каннабиноидов и их метаболитов; Объём библиотеки: не менее 2200 соединений и 3500 метаболитов. Эти характеристики соответствуют лишь одной модели — Bruker Toxtyper. Однако внутренняя документация заказчика допускает использование оборудования других производителей. Таким образом, сформулированная ТС ограничивает участие и препятствует конкуренции, что противоречит Закону. Просим пересмотреть техническую спецификацию и исключить необоснованные и ограничительные требования.	2025-05-26 07:42:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Техническое задание составлено с учётом функциональных возможностей оборудования, а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматичекой идентификации с помощью програмного обеспечения включающая оценочные показатели по полному спектру, включая зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях. Кроме того, на рынке предлагаются системы от различных производителей с более низким показателем 2m/z -5 m/z. Требование ""Чувствительность: ≥500:1 при 250 фг резерпина"" обеспечивается большинством производителей оборудования. Требование об обязательном наличие специализированной библиотеки масс-спектров (≥2200 соединений, ≥3500 метаболитов), а именно числовые показатели перечня, заявлены с учётом возможностей используемого в настоящее время анлитического оборудования. Таким образом, данные показатели запрашивоемого оборудования не должны быть ниже, т.е не должны иметь меньшую эффективность. В связи с чем, в технической спецификации в данный пункт изменения вносится не будет."

5	150140021848	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик по лотам 78794609-ОК1, 75127109-ОК1, 78794834-ОК1, 78794707-ОК1 единица измерения указано как - Комплект. Далее в Приложении 12 Техническая спецификация написано в комплекте к Хроматограф газовый должен быть Источник бесперебойного питания (ИБП): Мощность ИБП: не менее 3000 ВА. Должны ли Потенциальные поставщики в соответствии с требованиями заказчика предоставить техническую спецификацию о каждом комплектующем товаре по отдельности с Описанием функциональных, технических и иных характеристик предлагаемого товара а также с указанием марки, модели и производителя предлагаемого оборудования.	2025-05-22 15:09:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указывать марку, модель ИБП указывать не нужно. ИБП должно соответствовать заявленной технической спецификации
6	160140010021	ҚҚ жобасына ескерту	4) Обеспечение работы с положительными и отрицательными ионами, а также в режиме с переключением полярности с нулевой задержкой: наличие. Показатель данного параметра не может быть исполнен согласно законам физики, любой процесс занимает конкретный промежуток времени, даже если он не значителен. Фраза является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков, является технической ошибкой и вводит в заблуждение. Просим вас удалить данный пункт Корректировка позволит участвовать в конкурсе большому количеству поставщиков, так как текущая публикация по сумме параметров допускает участие лишь не более одного бренда, что говорит о возможной прямой поддержки интересов конкретной частной компании. В рамках текущего свода нормативных методических указаний действующих на территории РК и таможенного союза нет ни одного указания о необходимости применения указанных в спецификации тендера параметров или даже параметров близких к указанным по данным значениям. Таким образом публикация данного технического задания не может быть оправдана методической практической или любой иной необходимостью Прошу принять данное замечания в качестве официального заявления для инициации публичной проверки деятельности группы экспертов отвечающих за утверждение публикуемого материала	2025-05-26 08:17:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласны. Внести изменения в ТС, в следующей редакции "Обеспечение работы с положительными и отрицательными ионами, а также в режиме с переключением полярности с задержкой не более 1 секунды.
7	150340007285	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” выражает уважение и сообщает, что техническая спецификация на закупаемый газовый хроматограф (лот 78794707-ОК1) противоречит основным принципам Закона РК «О государственных закупках». Согласно п. 2, 3 ст. 4 Закона, закупки должны проводиться с соблюдением принципов равенства, добросовестной конкуренции и исключения сговора. Однако ТС по данному конкурсу явно ориентирована на продукцию одного конкретного производителя. Указанные требования являются завышенными и не критичны для выполнения задач: Диапазон масс: от ≤15 m/z до ≥3000 m/z; Тандемные измерения MSn: не менее 4 ступеней; Чувствительность: ≥500:1 при 250 фг резерпина; Наличие библиотеки масс-спектров с ≥2200 соединениями и ≥3500 метаболитами. Эти характеристики соответствуют только оборудованию Bruker (Toxtyper). Однако внутренняя нормативная документация Заказчика допускает использование техники других производителей. Таким образом, техническая спецификация ограничивает конкуренцию, исключая альтернативные решения, и вызывает обоснованные сомнения в лоббировании конкретного производителя. Просим пересмотреть ТС с целью устранения избыточных требований и обеспечения открытой конкурентной среды.	2025-05-26 07:51:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое задание составлено с учётом функциональных возможностей оборудования, а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматичекой идентификации с помощью програмного обеспечения включающая оценочные показатели по полному спектру, включая зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях.
8	150340007285	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” как потенциальный поставщик выражает Вам свое уважение и обращает ваше внимание на следующие замечания к проекту договора и конкурсной документации: • В подпункте 3 пункта 3.3 проекта договора о государственных закупках товаров ошибочно указан пункт 584 Правил осуществления государственных закупок, который не имеет отношения к указанному положению договора. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3 Приложения 38 к Правилам следует ссылаться на пункт 587 Правил. • В пункте 8.3 проекта договора используется термин «Подрядчик», тогда как в соответствии с Приложением 38 к Правилам осуществления государственных закупок необходимо применять термин «Поставщик». Кроме того, в проекте договора отсутствует определение (расшифровка) термина «Подрядчик». • В проекте конкурсной документации в разделе «Контактный телефон» отсутствует информация о представителях организатора и заказчика государственной закупки. Учитывая важность разумного расходования Республиканского бюджета, обращаем Ваше внимание на наличие доступных альтернатив, которые не только соответствуют высоким стандартам качества, но и предлагают более доступные цены. Настоятельно просим Вас предоставить доступ к участию в закупках потенциальных поставщиков с альтернативными производителями для создания конкурентной среды. В ином случае прослеживается лоббирование технической спецификации конкретного производителя, что нарушает принципы, названные выше, закрепленные законодателем в Законе Республики Казахстан “О государственных закупках”.	2025-05-26 07:52:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правилам осуществления государственных закупок, в Приложении 38к был вложен типовой проект договора. Указать контактные данные организатора и заказчика технически невозможно (вопрос к Единому организатору в лице ЦЭФ). Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.

9	150340007285	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” как потенциальный поставщик выражает уважение и сообщает, что техническая спецификация на закупаемый газовый хроматограф (лот 78794834-ОК1) составлена с нарушением норм Закона РК «О государственных закупках». Согласно п. 2, 3 ст. 4 Закона, закупки должны основываться на принципах равных возможностей и добросовестной конкуренции. Однако технические требования в настоящем конкурсе фактически ориентированы на одного производителя и ограничивают участие других поставщиков. В частности, ТС содержит завышенные и не обоснованные функциональные характеристики, не влияющие принципиально на качество выполняемых задач: Диапазон масс: от ≤15 m/z до ≥3000 m/z; Количество ступеней MSn: не менее 4; Чувствительность в режиме MC/MC (резерпин): не менее 500:1 при 250 фг; Обязательное наличие специализированной библиотеки масс-спектров (≥2200 соединений, ≥3500 метаболитов). Указанные параметры соответствуют оборудованию только одного производителя — Bruker, модель Toxtyper. В то же время внутренняя нормативная база Заказчика не ограничивает использование исключительно данного прибора, а значит, возможна поставка аналогичных систем других производителей. Таким образом, техническая спецификация необоснованно ограничивает конкуренцию, создавая предпосылки для лоббирования конкретного оборудования. Просим пересмотреть ТС с целью устранения избыточных требований и обеспечения равного доступа для всех потенциальных участников.	2025-05-26 07:48:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Техническое задание составлено с учётом функциональных возможностей оборудования (диапазон масс: от ≤15 m/z до ≥3000 m/z; Количество ступеней MSn: не менее 4;"", а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматической идентификации, с помощью програмного обеспечения, включающая оценочные показатели по полному спектру, в том числе зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях. Кроме того, на рынке предлагаются системы от различных производителей с более низким показателем 2m/z -5 m/z. Требование ""Чувствительность: ≥500:1 при 250 фг резерпина"" обеспечивается большинством производителей оборудования. Требование об обязательном наличие специализированной библиотеки масс-спектров (≥2200 соединений, ≥3500 метаболитов), а именно числовые показатели перечня, заявлены с учётом возможностей используемого в настоящее время анлитического оборудования. Таким образом, данные показатели запрашивоемого оборудования не должны быть ниже, т.е не должны иметь меньшую эффективность. В связи с чем, в технической спецификации в данный пункт изменения вносится не будет."

10	170540001910	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», Настоящим обращением, просим рассмотреть следующее замечание по техническому заданию, представленному в рамках Лота №78794707-ОК1. Считаем, что представленное техническое задание содержит признаки ограничения конкуренции и не обеспечивает равных условий для участия альтернативных поставщиков и производителей. Указанные в ТЗ характеристики и требования могут необоснованно сужать круг потенциальных участников, что противоречит принципам открытости, справедливости и равного доступа, установленным законодательством Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Также считаем, что для выполнения задач Заказчика может быть предложен альтернативный прибор с иными, эквивалентными техническими характеристиками, которые в полной мере соответствуют функциональным требованиям и целям закупки. В связи с этим просим предусмотреть возможность участия оборудования с аналогичными по функциональности, но отличающимися по характеристикам параметрами.	2025-05-26 08:06:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
11	160140010021	ҚҚ жобасына ескерту	2) Диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации: нижняя граница — не более 0,001 мл/мин, верхняя граница — не менее 5 мл/мин. Верхний показатель данного параметра является характерным для систем работающих при низком давлении, не может быть использован в режиме работы ультра высокого давления в системе и является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков, Просим вас изменить данную формулировку на следующий вариант: «Диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации: нижняя граница — не более 0,001 мл/мин, верхняя граница — не менее 2 мл/мин. » 3) Максимальное давление: не менее 1300 бар. Показатель данного параметра не может быть использован в режиме работы ультра высокого давления в системе поскольку современные хроматографические ультра ВЭЖХ колонки позволяют реализовывать работы при давлении не более 1200 Бар согласно регламенту, является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков. Просим вас изменить данную формулировку на следующий вариант: «Максимальное давление: не менее 1200 бар. »	2025-05-26 08:16:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование об обязательном наличие специализированной библиотеки масс-спектров (≥2200 соединений, ≥3500 метаболитов), а именно числовые показатели перечня, заявлены с учётом возможностей используемого в настоящее время анлитического оборудования. Таким образом, данные показатели запрашивоемого оборудования не должны быть ниже, т.е не должны иметь меньшую эффективность. В свою очередь требование "Максимальное давление не менее 1300 бар"позволяет использовать колонки с мелкодисперстным сорбентом (менее 1,7 мкм)применяемых для повышения скорости разделения, требующее работы осистемы на давлениях свыше 1200 бар
12	150340007285	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” как потенциальный поставщик выражает Вам свое уважение, и почтение. Хотим обратить внимание на следующие замечания к проекту договора и конкурсной документации: В подпункте 3 пункта 3.3 проекта договора о государственных закупках товаров ошибочно указан пункт 584 Правил осуществления государственных закупок, который не имеет отношения к указанному положению договора. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3 Приложения 38 к Правилам следует ссылаться на пункт 587 Правил. • В пункте 8.3 проекта договора используется термин «Подрядчик», тогда как в соответствии с Приложением 38 к Правилам осуществления государственных закупок необходимо применять термин «Поставщик». Кроме того, в проекте договора отсутствует определение (расшифровка) термина «Подрядчик». • В проекте конкурсной документации в разделе «Контактный телефон» отсутствует информация о представителях организатора и заказчика государственной закупки. Учитывая важность разумного расходования Республиканского бюджета, обращаем Ваше внимание на наличие доступных альтернатив, которые не только соответствуют высоким стандартам качества, но и предлагают более доступные цены. Настоятельно просим Вас предоставить доступ к участию в закупках потенциальных поставщиков с альтернативными производителями для создания конкурентной среды. В ином случае прослеживается лоббирование технической спецификации конкретного производителя, что нарушает принципы, названные выше, закрепленные законодателем в Законе Республики Казахстан “О государственных закупках”.	2025-05-26 07:33:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правилам осуществления государственных закупок, в Приложении 38к был вложен типовой проект договора. Указать контактные данные организатора и заказчика технически невозможно (вопрос к Единому организатору в лице ЦЭФ). Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель. Придоставленная Вами альтернативное оборудование должна соответствовать указанной технической спецификации.
13	150340007285	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” как потенциальный поставщик выражает Вам свое уважение. Обращаем ваше внимание на следующие замечания к проекту договора и конкурсной документации: • В подпункте 3 пункта 3.3 проекта договора о государственных закупках товаров ошибочно указан пункт 584 Правил осуществления государственных закупок, который не имеет отношения к указанному положению договора. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3 Приложения 38 к Правилам следует ссылаться на пункт 587 Правил. • В пункте 8.3 проекта договора используется термин «Подрядчик», тогда как в соответствии с Приложением 38 к Правилам осуществления государственных закупок необходимо применять термин «Поставщик». Кроме того, в проекте договора отсутствует определение (расшифровка) термина «Подрядчик». • В проекте конкурсной документации в разделе «Контактный телефон» отсутствует информация о представителях организатора и заказчика государственной закупки. Учитывая важность разумного расходования Республиканского бюджета, обращаем Ваше внимание на наличие доступных альтернатив, которые не только соответствуют высоким стандартам качества, но и предлагают более доступные цены. Настоятельно просим Вас предоставить доступ к участию в закупках потенциальных поставщиков с альтернативными производителями для создания конкурентной среды. В ином случае прослеживается лоббирование технической спецификации конкретного производителя, что нарушает принципы, названные выше, закрепленные законодателем в Законе Республики Казахстан “О государственных закупках”.	2025-05-26 07:46:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правилам осуществления государственных закупок, в Приложении 38к был вложен типовой проект договора. Указать контактные данные организатора и заказчика технически невозможно (вопрос к Единому организатору в лице ЦЭФ). Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.

14	160140010021	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Информируем Вас о том что в опубликованной технической спецификации по конкурсу 14793619-1 лоту: 78794609-ОК1 75127109-ОК1 78794834-ОК1 78794707-ОК1 имеются нарушения которые ограничивают возможности для равного участия всех поставщиков просим Вас привести спецификацию в соответствие действующему закону о проведении госзакупок, в оригинале приведены следующие формулировки: 1) Диапазон масс: нижняя граница — не более 15 m/z, верхняя граница — не менее 3000 m/z. . Нижний показатель данного параметра является необязательным для проведения анализа и является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков, поскольку настолько низкие значения не характерны ни для каких целевых ионов молекул используемых для идентификации соединений. Просим вас изменить данную формулировку на следующий вариант: «Диапазон масс: нижняя граница — не более 50 m/z, верхняя граница — не менее 3000 m/z»	2025-05-26 08:16:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Количество ступеней MSn: не менее 4;", а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматической идентификации, с помощью програмного обеспечения, включающая оценочные показатели по полному спектру, в том числе зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях. Кроме того, на рынке предлагаются системы от различных производителей с более низким показателем 2m/z -5 m/z. Требование "Чувствительность: ≥500:1 при 250 фг резерпина" обеспечивается большинством производителей оборудования.

15	120540013945	ҚҚ жобасына ескерту	Указанный диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации: от 0,001 мл/мин до не менее 5 мл/мин — характерен для работы в режиме низкого давления и не применим при использовании ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии (УВЭЖХ). Просим рассмотреть возможность изменения формулировки на: «Диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации: нижняя граница — не более 0,001 мл/мин, верхняя граница — не менее 2 мл/мин». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-05-26 09:04:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации: от 0,001 мл/мин до не менее 5 мл/мин — характерен для работы в режиме низкого давления и не применим при использовании ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии (УВЭЖХ). Просим рассмотреть возможность изменения формулировки на: «Диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации: нижняя граница — не более 0,001 мл/мин, верхняя граница — не менее 2 мл/мин». В практике судебной химико-токсикологической экспертизы основным объектом является образец крови, предоставляемый в объёме 1-2 мл. При этом, целевыми веществами являются более тысячи веществ, что объективно исключает применение серии нескольких аналитических процессов. Таким образом, проводится одновременный поиск, в одной аналитической пробе, полярных, не полярных и амфотерных веществ веществ. В таком случае, объективным является необходимость обеспечения использования градиентного режима подвижной фазы для обеспечения эффективного хроматографического разделения, что сопровождается значительным изменением соотношения разных элюентов в короткий промежуток времени. Диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации с верхней границей "не менее 5 мл/мин" , обеспечивает более быстрое достижение необходимых соотношений подвижных фаз. Кроме тго, возможность работы с широким диапазоном скоростей потока (включая 5 мл/мин) позволяет использовать колонки с малым внутренним диаметром, так и стандартные и крупные колонки, применяямые в полуколичественном и количественном анализе.

16	870512350575	ҚҚ жобасына ескерту	Просим изменить п.п. ТЗ «диапазон масс: нижняя граница — не более 15 m/z, верхняя граница — не менее 3000 m/z» в части нижней границы. Данное ограничение вступает в противоречие с п.1 Технического задания «Масс-спектрометр типа: • ионная ловушка с ионизацией электрораспылением или квадруполь-времяпролетный с ионизацией электронным ударом или масс-детектор высокого разрешения». Нижняя граница диапазона масс «не более 15 m/z» ограничивает участие только одним типом приборов – спектрометрами с ионной ловушкой, например, такого производителя, как Bruker, модель ToxTyper с ионной ловушкой типа amaZon speed™, которая предназначена для полуколичественного анализа. Масс спектрометры квадруполь-времяпролетные с ионизацией электронным ударом или с масс-детекторами высокого разрешения не будут соответствовать данному требованию. Например, модели такого известного производителя квадруполь-времяпролетных масс-спектрометров, как Agilent, не соответствуют данному пункту, т.к. нижняя граница диапазона масс у них – 20 m/z. Другой крупнейший в мире производитель масс-спектрометров высокого разрешения – компания Thermo Fisher Scientific – специфицирует нижнюю границу на уровне 40 m/z. Данное оборудование закупается для нужд судебно-медицинской экспертизы токсических соединений и их метаболитов. Эти объекты исследования определяются в диапазоне масс не ниже 70 m/z, большинство пар «дочерний ион/материнский ион» располагается в диапазоне масс-зарядов от 150 до 800 m/z Таким образом, требование о нижней границе диапазона масс в 15 m/z не имеет практического смысла для анализа объектов заказчика, а также нарушает п.1 опубликованного технического задания о допущении к участию масс-спектрометров разных типов, включая квадруполь-времяпролетные и масс-спектрометры высокого разрешения, ограничивая таким образом возможность принципы конкурентности. Предлагаем изменить данный пункт на «диапазон масс: нижняя граница — не более 50 m/z, верхняя граница — не менее 3000 m/z».	2025-05-24 13:56:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое задание составлено с учётом функциональных возможностей оборудования, а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматичекой идентификации с помощью програмного обеспечения включающая оценочные показатели по полному спектру, включая зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях. Кроме того, на рынке предлагаются системы от различных производителей с более низким показателем 2m/z -5 m/z. Таким образом, в технической спецификации в данный пункт изменения вносится не будет.
17	170540001910	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», Настоящим обращением, просим рассмотреть следующее замечание по техническому заданию, представленному в рамках Лота №78794834-ОК1. Считаем, что представленное техническое задание содержит признаки ограничения конкуренции и не обеспечивает равных условий для участия альтернативных поставщиков и производителей. Указанные в ТЗ характеристики и требования могут необоснованно сужать круг потенциальных участников, что противоречит принципам открытости, справедливости и равного доступа, установленным законодательством Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Также считаем, что для выполнения задач Заказчика может быть предложен альтернативный прибор с иными, эквивалентными техническими характеристиками, которые в полной мере соответствуют функциональным требованиям и целям закупки. В связи с этим просим предусмотреть возможность участия оборудования с аналогичными по функциональности, но отличающимися по характеристикам параметрами.	2025-05-26 08:05:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
18	120540013945	ҚҚ жобасына ескерту	Установленное требование к максимальному давлению не менее 1300 бар превышает технические характеристики большинства современных хроматографических систем и колонок, работающих при максимальном давлении до 1200 бар. Просим скорректировать параметр в следующей редакции: «Максимальное давление: не менее 1200 бар». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-05-26 09:05:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В свою очередь требование "Максимальное давление не менее 1300 бар"позволяет использовать колонки с мелкодисперстным сорбентом (менее 1,7 мкм)применяемых для повышения скорости разделения, требующее работы осистемы на давлениях свыше 1200 бар

19	120540013945	КҚ жобасына ескерту	Указанное требование — «Обеспечение работы с положительными и отрицательными ионами, а также в режиме с переключением полярности с нулевой задержкой: наличие» — является физически нереализуемым, поскольку любое переключение полярности требует времени, даже минимального. В связи с этим просим удалить данный пункт из технических требований. Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-05-26 09:06:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласны. Внести изменения в ТС, в следующей редакции "Обеспечение работы с положительными и отрицательными ионами, а также в режиме с переключением полярности с задержкой не более 1 секунды.
20	120540013945	КҚ жобасына ескерту	Установленный диапазон масс: нижняя граница — не более 15 m/z, верхняя граница — не менее 3000 m/z, не позволяет проводить анализ ионов молекул в практических условиях. Просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанное требование и установить его в следующей редакции: «Диапазон масс: нижняя граница — не более 50 m/z, верхняя граница — не менее 3000 m/z». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-05-26 09:02:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое задание составлено с учётом функциональных возможностей оборудования, а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматичекой идентификации с помощью програмного обеспечения включающая оценочные показатели по полному спектру, включая зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях.
21	150340007285	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” как потенциальный поставщик выражает Вам свое уважение и обращает ваше внимание на следующие замечания к проекту договора и конкурсной документации: • В подпункте 3 пункта 3.3 проекта договора о государственных закупках товаров ошибочно указан пункт 584 Правил осуществления государственных закупок, который не имеет отношения к указанному положению договора. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3 Приложения 38 к Правилам следует ссылаться на пункт 587 Правил. • В пункте 8.3 проекта договора используется термин «Подрядчик», тогда как в соответствии с Приложением 38 к Правилам осуществления государственных закупок необходимо применять термин «Поставщик». Кроме того, в проекте договора отсутствует определение (расшифровка) термина «Подрядчик». • В проекте конкурсной документации в разделе «Контактный телефон» отсутствует информация о представителях организатора и заказчика государственной закупки. Учитывая важность разумного расходования Республиканского бюджета, обращаем Ваше внимание на наличие доступных альтернатив, которые не только соответствуют высоким стандартам качества, но и предлагают более доступные цены. Настоятельно просим Вас предоставить доступ к участию в закупках потенциальных поставщиков с альтернативными производителями для создания конкурентной среды. В ином случае прослеживается лоббирование технической спецификации конкретного производителя, что нарушает принципы, названные выше, закрепленные законодателем в Законе Республики Казахстан “О государственных закупках”.	2025-05-26 07:49:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правилам осуществления государственных закупок, в Приложении 38к был вложен типовой проект договора. Указать контактные данные организатора и заказчика технически невозможно (вопрос к Единому организатору в лице ЦЭФ). Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған

сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15106949

№ конкурса 14793619-1
Название конкурса О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-05-22 09:37:32 по 2025-05-26 09:37:32
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170540001910	Замечание к КД	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», Настоящим обращением, просим рассмотреть следующее замечание по техническому заданию, представленному в рамках Лота №75127109-ОК1. Считаем, что представленное техническое задание содержит признаки ограничения конкуренции и не обеспечивает равных условий для участия альтернативных поставщиков и производителей. Указанные в ТЗ характеристики и требования могут необоснованно сужать круг потенциальных участников, что противоречит принципам открытости, справедливости и равного доступа, установленным законодательством Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Также считаем, что для выполнения задач Заказчика может быть предложен альтернативный прибор с иными, эквивалентными техническими характеристиками, которые в полной мере соответствуют функциональным требованиям и целям закупки. В связи с этим просим предусмотреть возможность участия оборудования с аналогичными по функциональности, но отличающимися по характеристикам параметрами.	2025-05-26 08:07:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель. Придоставленная Вами альтернативное оборудование должна соответствовать указанной технической спецификации.

2	150340007285	Замечание к КД	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” выражает уважение и сообщает, что техническая спецификация на газовый хроматограф (лот 75127109-ОК1) противоречит основным принципам Закона РК «О государственных закупках». Согласно п. 2, 3 ст. 4 Закона, закупки должны обеспечивать равные условия для всех потенциальных поставщиков, добросовестную конкуренцию и исключать сговор. Однако ТС лота содержит завышенные требования, не влияющие критически на выполнение задач, например: Диапазон масс: ≤15 m/z до ≥3000 m/z; Тандемные измерения MSn: ≥4 ступеней; Чувствительность: ≥500:1 при 250 фг резерпина; Обширная специализированная библиотека масс-спектров. Указанные характеристики соответствуют только оборудованию одного производителя — Bruker (Toxtyper). При этом внутренняя документация заказчика не ограничивает выбор оборудования только этой модели. Данная ТС необоснованно ограничивает участие других поставщиков, нарушает принципы конкуренции и может свидетельствовать о лоббировании интересов конкретного производителя. Просим пересмотреть технические требования для обеспечения прозрачности и равного доступа к участию в закупке.	2025-05-26 07:54:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Техническое задание составлено с учётом функциональных возможностей оборудования (диапазон масс: от ≤15 m/z до ≥3000 m/z; Количество ступеней MSn: не менее 4;"", а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматической идентификации, с помощью програмного обеспечения, включающая оценочные показатели по полному спектру, в том числе зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях. Кроме того, на рынке предлагаются системы от различных производителей с более низким показателем 2m/z -5 m/z. Требование ""Чувствительность: ≥500:1 при 250 фг резерпина"" обеспечивается большинством производителей оборудования. Требование об обязательном наличие специализированной библиотеки масс-спектров (≥2200 соединений, ≥3500 метаболитов), а именно числовые показатели перечня, заявлены с учётом возможностей используемого в настоящее время анлитического оборудования. Таким образом, данные показатели запрашивоемого оборудования не должны быть ниже, т.е не должны иметь меньшую эффективность. В связи с чем, в технической спецификации в данный пункт изменения вносится не будет."

3	170540001910	Замечание к КД	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», Настоящим обращением, просим рассмотреть следующее замечание по техническому заданию, представленному в рамках Лота №78794609-ОК1. Считаем, что представленное техническое задание содержит признаки ограничения конкуренции и не обеспечивает равных условий для участия альтернативных поставщиков и производителей. Указанные в ТЗ характеристики и требования могут необоснованно сужать круг потенциальных участников, что противоречит принципам открытости, справедливости и равного доступа, установленным законодательством Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Также считаем, что для выполнения задач Заказчика может быть предложен альтернативный прибор с иными, эквивалентными техническими характеристиками, которые в полной мере соответствуют функциональным требованиям и целям закупки. В связи с этим просим предусмотреть возможность участия оборудования с аналогичными по функциональности, но отличающимися по характеристикам параметрами.	2025-05-26 08:04:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.

4	150340007285	Замечание к КД	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед”, как потенциальный поставщик, выражает уважение и сообщает, что техническая спецификация по лоту 78794609-ОК1 (хроматограф газовый) составлена с нарушением принципов Закона РК «О государственных закупках». Согласно пп. 2, 3 ст. 4 Закона, закупки должны основываться на принципах равных возможностей и добросовестной конкуренции. Однако ТС по данному лоту фактически лоббирует интересы одного поставщика. Кроме того, указанные требования являются завышенными и не имеют решающего значения для качества выполнения задач, а именно: Диапазон масс: от 15 m/z до не менее 3000 m/z; Число ступеней MSn: не менее 4; Чувствительность в режиме МС/МС (резерпин): не менее 500:1; Наличие библиотеки масс-спектров НС, СД ЛС, синтетических каннабиноидов и их метаболитов; Объём библиотеки: не менее 2200 соединений и 3500 метаболитов. Эти характеристики соответствуют лишь одной модели — Bruker Toxtyper. Однако внутренняя документация заказчика допускает использование оборудования других производителей. Таким образом, сформулированная ТС ограничивает участие и препятствует конкуренции, что противоречит Закону. Просим пересмотреть техническую спецификацию и исключить необоснованные и ограничительные требования.	2025-05-26 07:42:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Техническое задание составлено с учётом функциональных возможностей оборудования, а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматичекой идентификации с помощью програмного обеспечения включающая оценочные показатели по полному спектру, включая зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях. Кроме того, на рынке предлагаются системы от различных производителей с более низким показателем 2m/z -5 m/z. Требование ""Чувствительность: ≥500:1 при 250 фг резерпина"" обеспечивается большинством производителей оборудования. Требование об обязательном наличие специализированной библиотеки масс-спектров (≥2200 соединений, ≥3500 метаболитов), а именно числовые показатели перечня, заявлены с учётом возможностей используемого в настоящее время анлитического оборудования. Таким образом, данные показатели запрашивоемого оборудования не должны быть ниже, т.е не должны иметь меньшую эффективность. В связи с чем, в технической спецификации в данный пункт изменения вносится не будет."

5	150140021848	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик по лотам 78794609-ОК1, 75127109-ОК1, 78794834-ОК1, 78794707-ОК1 единица измерения указано как - Комплект. Далее в Приложении 12 Техническая спецификация написано в комплекте к Хроматограф газовый должен быть Источник бесперебойного питания (ИБП): Мощность ИБП: не менее 3000 ВА. Должны ли Потенциальные поставщики в соответствии с требованиями заказчика предоставить техническую спецификацию о каждом комплектующем товаре по отдельности с Описанием функциональных, технических и иных характеристик предлагаемого товара а также с указанием марки, модели и производителя предлагаемого оборудования.	2025-05-22 15:09:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указывать марку, модель ИБП указывать не нужно. ИБП должно соответствовать заявленной технической спецификации
6	160140010021	Замечание к КД	4) Обеспечение работы с положительными и отрицательными ионами, а также в режиме с переключением полярности с нулевой задержкой: наличие. Показатель данного параметра не может быть исполнен согласно законам физики, любой процесс занимает конкретный промежуток времени, даже если он не значителен. Фраза является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков, является технической ошибкой и вводит в заблуждение. Просим вас удалить данный пункт Корректировка позволит участвовать в конкурсе большому количеству поставщиков, так как текущая публикация по сумме параметров допускает участие лишь не более одного бренда, что говорит о возможной прямой поддержки интересов конкретной частной компании. В рамках текущего свода нормативных методических указаний действующих на территории РК и таможенного союза нет ни одного указания о необходимости применения указанных в спецификации тендера параметров или даже параметров близких к указанным по данным значениям. Таким образом публикация данного технического задания не может быть оправдана методической практической или любой иной необходимостью Прошу принять данное замечания в качестве официального заявления для инициации публичной проверки деятельности группы экспертов отвечающих за утверждение публикуемого материала	2025-05-26 08:17:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласны. Внести изменения в ТС, в следующей редакции "Обеспечение работы с положительными и отрицательными ионами, а также в режиме с переключением полярности с задержкой не более 1 секунды.
7	150340007285	Замечание к КД	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” выражает уважение и сообщает, что техническая спецификация на закупаемый газовый хроматограф (лот 78794707-ОК1) противоречит основным принципам Закона РК «О государственных закупках». Согласно п. 2, 3 ст. 4 Закона, закупки должны проводиться с соблюдением принципов равенства, добросовестной конкуренции и исключения сговора. Однако ТС по данному конкурсу явно ориентирована на продукцию одного конкретного производителя. Указанные требования являются завышенными и не критичны для выполнения задач: Диапазон масс: от ≤15 m/z до ≥3000 m/z; Тандемные измерения MSn: не менее 4 ступеней; Чувствительность: ≥500:1 при 250 фг резерпина; Наличие библиотеки масс-спектров с ≥2200 соединениями и ≥3500 метаболитами. Эти характеристики соответствуют только оборудованию Bruker (Toxtyper). Однако внутренняя нормативная документация Заказчика допускает использование техники других производителей. Таким образом, техническая спецификация ограничивает конкуренцию, исключая альтернативные решения, и вызывает обоснованные сомнения в лоббировании конкретного производителя. Просим пересмотреть ТС с целью устранения избыточных требований и обеспечения открытой конкурентной среды.	2025-05-26 07:51:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое задание составлено с учётом функциональных возможностей оборудования, а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматичекой идентификации с помощью програмного обеспечения включающая оценочные показатели по полному спектру, включая зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях.
8	150340007285	Замечание к КД	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” как потенциальный поставщик выражает Вам свое уважение и обращает ваше внимание на следующие замечания к проекту договора и конкурсной документации: • В подпункте 3 пункта 3.3 проекта договора о государственных закупках товаров ошибочно указан пункт 584 Правил осуществления государственных закупок, который не имеет отношения к указанному положению договора. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3 Приложения 38 к Правилам следует ссылаться на пункт 587 Правил. • В пункте 8.3 проекта договора используется термин «Подрядчик», тогда как в соответствии с Приложением 38 к Правилам осуществления государственных закупок необходимо применять термин «Поставщик». Кроме того, в проекте договора отсутствует определение (расшифровка) термина «Подрядчик». • В проекте конкурсной документации в разделе «Контактный телефон» отсутствует информация о представителях организатора и заказчика государственной закупки. Учитывая важность разумного расходования Республиканского бюджета, обращаем Ваше внимание на наличие доступных альтернатив, которые не только соответствуют высоким стандартам качества, но и предлагают более доступные цены. Настоятельно просим Вас предоставить доступ к участию в закупках потенциальных поставщиков с альтернативными производителями для создания конкурентной среды. В ином случае прослеживается лоббирование технической спецификации конкретного производителя, что нарушает принципы, названные выше, закрепленные законодателем в Законе Республики Казахстан “О государственных закупках”.	2025-05-26 07:52:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правилам осуществления государственных закупок, в Приложении 38к был вложен типовой проект договора. Указать контактные данные организатора и заказчика технически невозможно (вопрос к Единому организатору в лице ЦЭФ). Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.

9	150340007285	Замечание к КД	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” как потенциальный поставщик выражает уважение и сообщает, что техническая спецификация на закупаемый газовый хроматограф (лот 78794834-ОК1) составлена с нарушением норм Закона РК «О государственных закупках». Согласно п. 2, 3 ст. 4 Закона, закупки должны основываться на принципах равных возможностей и добросовестной конкуренции. Однако технические требования в настоящем конкурсе фактически ориентированы на одного производителя и ограничивают участие других поставщиков. В частности, ТС содержит завышенные и не обоснованные функциональные характеристики, не влияющие принципиально на качество выполняемых задач: Диапазон масс: от ≤15 m/z до ≥3000 m/z; Количество ступеней MSn: не менее 4; Чувствительность в режиме МС/МС (резерпин): не менее 500:1 при 250 фг; Обязательное наличие специализированной библиотеки масс-спектров (≥2200 соединений, ≥3500 метаболитов). Указанные параметры соответствуют оборудованию только одного производителя — Bruker, модель Toxtyper. В то же время внутренняя нормативная база Заказчика не ограничивает использование исключительно данного прибора, а значит, возможна поставка аналогичных систем других производителей. Таким образом, техническая спецификация необоснованно ограничивает конкуренцию, создавая предпосылки для лоббирования конкретного оборудования. Просим пересмотреть ТС с целью устранения избыточных требований и обеспечения равного доступа для всех потенциальных участников.	2025-05-26 07:48:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Техническое задание составлено с учётом функциональных возможностей оборудования (диапазон масс: от ≤15 m/z до ≥3000 m/z; Количество ступеней MSn: не менее 4;"", а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматической идентификации, с помощью програмного обеспечения, включающая оценочные показатели по полному спектру, в том числе зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях. Кроме того, на рынке предлагаются системы от различных производителей с более низким показателем 2m/z -5 m/z. Требование ""Чувствительность: ≥500:1 при 250 фг резерпина"" обеспечивается большинством производителей оборудования. Требование об обязательном наличие специализированной библиотеки масс-спектров (≥2200 соединений, ≥3500 метаболитов), а именно числовые показатели перечня, заявлены с учётом возможностей используемого в настоящее время анлитического оборудования. Таким образом, данные показатели запрашивоемого оборудования не должны быть ниже, т.е не должны иметь меньшую эффективность. В связи с чем, в технической спецификации в данный пункт изменения вносится не будет."

10	170540001910	Замечание к КД	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», Настоящим обращением, просим рассмотреть следующее замечание по техническому заданию, представленному в рамках Лота №78794707-ОК1. Считаем, что представленное техническое задание содержит признаки ограничения конкуренции и не обеспечивает равных условий для участия альтернативных поставщиков и производителей. Указанные в ТЗ характеристики и требования могут необоснованно сужать круг потенциальных участников, что противоречит принципам открытости, справедливости и равного доступа, установленным законодательством Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Также считаем, что для выполнения задач Заказчика может быть предложен альтернативный прибор с иными, эквивалентными техническими характеристиками, которые в полной мере соответствуют функциональным требованиям и целям закупки. В связи с этим просим предусмотреть возможность участия оборудования с аналогичными по функциональности, но отличающимися по характеристикам параметрами.	2025-05-26 08:06:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
11	160140010021	Замечание к КД	2) Диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации: нижняя граница — не более 0,001 мл/мин, верхняя граница — не менее 5 мл/мин. Верхний показатель данного параметра является характерным для систем работающих при низком давлении, не может быть использован в режиме работы ультра высокого давления в системе и является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков, Просим вас изменить данную формулировку на следующий вариант: «Диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации: нижняя граница — не более 0,001 мл/мин, верхняя граница — не менее 2 мл/мин. » 3) Максимальное давление: не менее 1300 бар. Показатель данного параметра не может быть использован в режиме работы ультра высокого давления в системе поскольку современные хроматографические ультра ВЭЖХ колонки позволяют реализовывать работы при давлении не более 1200 Бар согласно регламенту, является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков. Просим вас изменить данную формулировку на следующий вариант: «Максимальное давление: не менее 1200 бар. »	2025-05-26 08:16:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование об обязательном наличие специализированной библиотеки масс-спектров (≥2200 соединений, ≥3500 метаболитов), а именно числовые показатели перечня, заявлены с учётом возможностей используемого в настоящее время анлитического оборудования. Таким образом, данные показатели запрашивоемого оборудования не должны быть ниже, т.е не должны иметь меньшую эффективность. В свою очередь требование "Максимальное давление не менее 1300 бар"позволяет использовать колонки с мелкодисперстным сорбентом (менее 1,7 мкм)применяемых для повышения скорости разделения, требующее работы осистемы на давлениях свыше 1200 бар
12	150340007285	Замечание к КД	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” как потенциальный поставщик выражает Вам свое уважение, и почтение. Хотим обратить внимание на следующие замечания к проекту договора и конкурсной документации: В подпункте 3 пункта 3.3 проекта договора о государственных закупках товаров ошибочно указан пункт 584 Правил осуществления государственных закупок, который не имеет отношения к указанному положению договора. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3 Приложения 38 к Правилам следует ссылаться на пункт 587 Правил. • В пункте 8.3 проекта договора используется термин «Подрядчик», тогда как в соответствии с Приложением 38 к Правилам осуществления государственных закупок необходимо применять термин «Поставщик». Кроме того, в проекте договора отсутствует определение (расшифровка) термина «Подрядчик». • В проекте конкурсной документации в разделе «Контактный телефон» отсутствует информация о представителях организатора и заказчика государственной закупки. Учитывая важность разумного расходования Республиканского бюджета, обращаем Ваше внимание на наличие доступных альтернатив, которые не только соответствуют высоким стандартам качества, но и предлагают более доступные цены. Настоятельно просим Вас предоставить доступ к участию в закупках потенциальных поставщиков с альтернативными производителями для создания конкурентной среды. В ином случае прослеживается лоббирование технической спецификации конкретного производителя, что нарушает принципы, названные выше, закрепленные законодателем в Законе Республики Казахстан “О государственных закупках”.	2025-05-26 07:33:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правилам осуществления государственных закупок, в Приложении 38к был вложен типовой проект договора. Указать контактные данные организатора и заказчика технически невозможно (вопрос к Единому организатору в лице ЦЭФ). Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель. Придоставленная Вами альтернативное оборудование должна соответствовать указанной технической спецификации.
13	150340007285	Замечание к КД	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” как потенциальный поставщик выражает Вам свое уважение. Обращаем ваше внимание на следующие замечания к проекту договора и конкурсной документации: • В подпункте 3 пункта 3.3 проекта договора о государственных закупках товаров ошибочно указан пункт 584 Правил осуществления государственных закупок, который не имеет отношения к указанному положению договора. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3 Приложения 38 к Правилам следует ссылаться на пункт 587 Правил. • В пункте 8.3 проекта договора используется термин «Подрядчик», тогда как в соответствии с Приложением 38 к Правилам осуществления государственных закупок необходимо применять термин «Поставщик». Кроме того, в проекте договора отсутствует определение (расшифровка) термина «Подрядчик». • В проекте конкурсной документации в разделе «Контактный телефон» отсутствует информация о представителях организатора и заказчика государственной закупки. Учитывая важность разумного расходования Республиканского бюджета, обращаем Ваше внимание на наличие доступных альтернатив, которые не только соответствуют высоким стандартам качества, но и предлагают более доступные цены. Настоятельно просим Вас предоставить доступ к участию в закупках потенциальных поставщиков с альтернативными производителями для создания конкурентной среды. В ином случае прослеживается лоббирование технической спецификации конкретного производителя, что нарушает принципы, названные выше, закрепленные законодателем в Законе Республики Казахстан “О государственных закупках”.	2025-05-26 07:46:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правилам осуществления государственных закупок, в Приложении 38к был вложен типовой проект договора. Указать контактные данные организатора и заказчика технически невозможно (вопрос к Единому организатору в лице ЦЭФ). Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.

14	160140010021	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Информируем Вас о том что в опубликованной технической спецификации по конкурсу 14793619-1 лоту: 78794609-ОК1 75127109-ОК1 78794834-ОК1 78794707-ОК1 имеются нарушения которые ограничивают возможности для равного участия всех поставщиков просим Вас привести спецификацию в соответствие действующему закону о проведении госзакупок, в оригинале приведены следующие формулировки: 1) Диапазон масс: нижняя граница — не более 15 m/z, верхняя граница — не менее 3000 m/z. . Нижний показатель данного параметра является необязательным для проведения анализа и является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков, поскольку настолько низкие значения не характерны ни для каких целевых ионов молекул используемых для идентификации соединений. Просим вас изменить данную формулировку на следующий вариант: «Диапазон масс: нижняя граница — не более 50 m/z, верхняя граница — не менее 3000 m/z»	2025-05-26 08:16:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Количество ступеней MSn: не менее 4;", а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматической идентификации, с помощью програмного обеспечения, включающая оценочные показатели по полному спектру, в том числе зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях. Кроме того, на рынке предлагаются системы от различных производителей с более низким показателем 2m/z -5 m/z. Требование "Чувствительность: ≥500:1 при 250 фг резерпина" обеспечивается большинством производителей оборудования.

15	120540013945	Замечание к КД	Указанный диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации: от 0,001 мл/мин до не менее 5 мл/мин — характерен для работы в режиме низкого давления и не применим при использовании ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии (УВЭЖХ). Просим рассмотреть возможность изменения формулировки на: «Диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации: нижняя граница — не более 0,001 мл/мин, верхняя граница — не менее 2 мл/мин». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-05-26 09:04:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации: от 0,001 мл/мин до не менее 5 мл/мин — характерен для работы в режиме низкого давления и не применим при использовании ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии (УВЭЖХ). Просим рассмотреть возможность изменения формулировки на: «Диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации: нижняя граница — не более 0,001 мл/мин, верхняя граница — не менее 2 мл/мин». В практике судебной химико-токсикологической экспертизы основным объектом является образец крови, предоставляемый в объёме 1-2 мл. При этом, целевыми веществами являются более тысячи веществ, что объективно исключает применение серии нескольких аналитических процессов. Таким образом, проводится одновременный поиск, в одной аналитической пробе, полярных, не полярных и амфотерных веществ веществ. В таком случае, объективным является необходимость обеспечения использования градиентного режима подвижной фазы для обеспечения эффективного хроматографического разделения, что сопровождается значительным изменением соотношения разных элюентов в короткий промежуток времени. Диапазон скоростей потока элюента без изменения конфигурации с верхней границей "не менее 5 мл/мин" , обеспечивает более быстрое достижение необходимых соотношений подвижных фаз. Кроме тго, возможность работы с широким диапазоном скоростей потока (включая 5 мл/мин) позволяет использовать колонки с малым внутренним диаметром, так и стандартные и крупные колонки, применяямые в полуколичественном и количественном анализе.

16	870512350575	Замечание к КД	Просим изменить п.п. ТЗ «диапазон масс: нижняя граница — не более 15 m/z, верхняя граница — не менее 3000 m/z» в части нижней границы. Данное ограничение вступает в противоречие с п.1 Технического задания «Масс-спектрометр типа: • ионная ловушка с ионизацией электрораспылением или квадруполь-времяпролетный с ионизацией электронным ударом или масс-детектор высокого разрешения». Нижняя граница диапазона масс «не более 15 m/z» ограничивает участие только одним типом приборов – спектрометрами с ионной ловушкой, например, такого производителя, как Bruker, модель ToxTyper с ионной ловушкой типа amaZon speed™, которая предназначена для полуколичественного анализа. Масс спектрометры квадруполь-времяпролетные с ионизацией электронным ударом или с масс-детекторами высокого разрешения не будут соответствовать данному требованию. Например, модели такого известного производителя квадруполь-времяпролетных масс-спектрометров, как Agilent, не соответствуют данному пункту, т.к. нижняя граница диапазона масс у них – 20 m/z. Другой крупнейший в мире производитель масс-спектрометров высокого разрешения – компания Thermo Fisher Scientific – специфицирует нижнюю границу на уровне 40 m/z. Данное оборудование закупается для нужд судебно-медицинской экспертизы токсических соединений и их метаболитов. Эти объекты исследования определяются в диапазоне масс не ниже 70 m/z, большинство пар «дочерний ион/материнский ион» располагается в диапазоне масс-зарядов от 150 до 800 m/z Таким образом, требование о нижней границе диапазона масс в 15 m/z не имеет практического смысла для анализа объектов заказчика, а также нарушает п.1 опубликованного технического задания о допущении к участию масс-спектрометров разных типов, включая квадруполь-времяпролетные и масс-спектрометры высокого разрешения, ограничивая таким образом возможность принципы конкурентности. Предлагаем изменить данный пункт на «диапазон масс: нижняя граница — не более 50 m/z, верхняя граница — не менее 3000 m/z».	2025-05-24 13:56:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое задание составлено с учётом функциональных возможностей оборудования, а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматичекой идентификации с помощью програмного обеспечения включающая оценочные показатели по полному спектру, включая зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях. Кроме того, на рынке предлагаются системы от различных производителей с более низким показателем 2m/z -5 m/z. Таким образом, в технической спецификации в данный пункт изменения вносится не будет.
17	170540001910	Замечание к КД	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», Настоящим обращением, просим рассмотреть следующее замечание по техническому заданию, представленному в рамках Лота №78794834-ОК1. Считаем, что представленное техническое задание содержит признаки ограничения конкуренции и не обеспечивает равных условий для участия альтернативных поставщиков и производителей. Указанные в ТЗ характеристики и требования могут необоснованно сужать круг потенциальных участников, что противоречит принципам открытости, справедливости и равного доступа, установленным законодательством Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Также считаем, что для выполнения задач Заказчика может быть предложен альтернативный прибор с иными, эквивалентными техническими характеристиками, которые в полной мере соответствуют функциональным требованиям и целям закупки. В связи с этим просим предусмотреть возможность участия оборудования с аналогичными по функциональности, но отличающимися по характеристикам параметрами.	2025-05-26 08:05:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
18	120540013945	Замечание к КД	Установленное требование к максимальному давлению не менее 1300 бар превышает технические характеристики большинства современных хроматографических систем и колонок, работающих при максимальном давлении до 1200 бар. Просим скорректировать параметр в следующей редакции: «Максимальное давление: не менее 1200 бар». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-05-26 09:05:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В свою очередь требование "Максимальное давление не менее 1300 бар"позволяет использовать колонки с мелкодисперстным сорбентом (менее 1,7 мкм)применяемых для повышения скорости разделения, требующее работы осистемы на давлениях свыше 1200 бар

19	120540013945	Замечание к КД	Указанное требование — «Обеспечение работы с положительными и отрицательными ионами, а также в режиме с переключением полярности с нулевой задержкой: наличие» — является физически нереализуемым, поскольку любое переключение полярности требует времени, даже минимального. В связи с этим просим удалить данный пункт из технических требований. Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-05-26 09:06:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласны. Внести изменения в ТС, в следующей редакции "Обеспечение работы с положительными и отрицательными ионами, а также в режиме с переключением полярности с задержкой не более 1 секунды.
20	120540013945	Замечание к КД	Установленный диапазон масс: нижняя граница — не более 15 m/z, верхняя граница — не менее 3000 m/z, не позволяет проводить анализ ионов молекул в практических условиях. Просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанное требование и установить его в следующей редакции: «Диапазон масс: нижняя граница — не более 50 m/z, верхняя граница — не менее 3000 m/z». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-05-26 09:02:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое задание составлено с учётом функциональных возможностей оборудования, а не конкретными конструктивными типами. Так, нижняя граница 15m/z обеспечивает анализ маломолекулярных ионов, фрагментов, также важны сигналы адуктов растворителей, продуктов деградации. Возможность регистрации таких ионов повышает доставерность идентификации веществ, кроме того обеспечивает гибкость прибора для внедрения новых методик, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих аналитических систем. Кроме того, при анализе требуется идентификация аналогов целевых веществ, с незначительным изменением структурных формул, с обеспечением оценки результатов по фрагментным ионам. Практическая значимость: обеспечение автоматичекой идентификации с помощью програмного обеспечения включающая оценочные показатели по полному спектру, включая зону низких m/z.Таким образом, изменение данного параметра может ограничить его пременимость в решении существующих задач (идентификация аналогов) и его адаптивность к перспективных целях.
21	150340007285	Замечание к КД	Уважаемый Организатор конкурса №14793619-1 для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан», ТОО “Альгимед” как потенциальный поставщик выражает Вам свое уважение и обращает ваше внимание на следующие замечания к проекту договора и конкурсной документации: • В подпункте 3 пункта 3.3 проекта договора о государственных закупках товаров ошибочно указан пункт 584 Правил осуществления государственных закупок, который не имеет отношения к указанному положению договора. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3 Приложения 38 к Правилам следует ссылаться на пункт 587 Правил. • В пункте 8.3 проекта договора используется термин «Подрядчик», тогда как в соответствии с Приложением 38 к Правилам осуществления государственных закупок необходимо применять термин «Поставщик». Кроме того, в проекте договора отсутствует определение (расшифровка) термина «Подрядчик». • В проекте конкурсной документации в разделе «Контактный телефон» отсутствует информация о представителях организатора и заказчика государственной закупки. Учитывая важность разумного расходования Республиканского бюджета, обращаем Ваше внимание на наличие доступных альтернатив, которые не только соответствуют высоким стандартам качества, но и предлагают более доступные цены. Настоятельно просим Вас предоставить доступ к участию в закупках потенциальных поставщиков с альтернативными производителями для создания конкурентной среды. В ином случае прослеживается лоббирование технической спецификации конкретного производителя, что нарушает принципы, названные выше, закрепленные законодателем в Законе Республики Казахстан “О государственных закупках”.	2025-05-26 07:49:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правилам осуществления государственных закупок, в Приложении 38к был вложен типовой проект договора. Указать контактные данные организатора и заказчика технически невозможно (вопрос к Единому организатору в лице ЦЭФ). Техническое спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной

конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).