FIRSTresponse

FIRSTresponse
Қазақстан Республикасы
Астана қаласы
Қалдаяков к. 6, 13 кеңсе, 010000

FIRSTresponse
Suite 13
6 Kaldayakov St.
Astana, Kazakstan, 010000

Исх от 28.05.2025

ОБЖАЛОВАНИЕ ИТОГОВ

По поводу замечания об отсутствии указания материала изготовления кожи головы и торса сообщаем следующее. В заявке указано, что изделие не содержит латекса и соответствует международным стандартам ROHS и REACH, что уже подразумевает использование синтетических безопасных материалов. Признаем, что формулировка была дана в общем виде, без указания точного наименования материала.

В качестве одного из оснований отказа указано отсутствие указания навыков, отрабатываемых с помощью манекена. Между тем, в нашей заявке описаны функции и особенности оборудования, позволяющие отрабатывать ключевые навыки сердечно-легочной реанимации. Указаны анатомические ориентиры (грудина, реберная дуга, мечевидный отросток), наличие звуковой и визуальной обратной связи, возможность вентиляции с подъемом грудной клетки, правильная анатомическая позиция головы, визуализация кровотока и оценка эффективности компрессий. Таким образом, все предусмотренные технической спецификацией навыки - вентиляция, пальпация ориентиров, компрессии, визуализация, командное выполнение с оценкой качества - полностью реализуются.

Следующее замечание касается неуказанной функции вентиляции при нормальном и запрокинутом положении головы. В нашей заявке прямо сказано, что манекен «поддерживает выполнение приема „голова-назад, подбородок вверх“ и обеспечивает правильный подъем грудной клетки при вентиляции». Это означает, что при нормальном положении головы вентиляция невозможна, а при запрокинутом - обеспечивается, что полностью соответствует требованиям заказчика. Также указывается, что не описана фикция светодиода при выполнении сердечно-легочной реанимации. однако в заявке отмечено наличие 3 групп индикаторов, отображающих кровообращение, правильность частоты и глубины компрессий, а также общее качество реанимации. Указано, что визуализируется поток крови от сердца к мозгу. Это однозначно охватывает и описанную в техническом задании функцию включения светодиода при корректных компрессиях.

По поводу несоответствия комплектации сообщаем, что в заявке указана поставка манекена в сборе, 10 масок, 24 сменных легких, 24 клапанов, 24 фильтров, а также инструкции. Единственный элемент, который не был явно назван - сетевой адаптер. однако он входит в стандартную комплектацию изделия. Все остальные параметры комплектации соответствуют либо превосходят указанные в технической спецификации.

Что касается замечания о неуказании инструкции и эксплуатационной документации, сообщаем, что в заявке включена инструкция пользователя.

Просим пересмотреть нашу заявку.

Директор

ТОО “FIRSTresponse” **Калиева Б.С.**