# Заключение

эксперта по номеру объявления 14774864-1 на соответствие техническим требованиям Заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ВосточноКазахстанский областной центр психического здоровья» управления здравоохранения ВосточноКазахстанской области

1. ТОО СнабМакс

1) Отсутствует техническая спецификация на государственном языке, нарушение статьи 15, п. 3 Закона РК «О государственных закупках» и п. 16 и 42 Правил организации и проведения конкурсов, документация о государственных закупках, в том числе технические спецификации, должны быть составлены на государственном языке.

Заключение «Отклонить заявку потенциального поставщика»

Примечание:
Замечено, потенциальный поставщик при предоставлении технической спецификации вложил требование Заказчика без изменения:
«Для сопоставления конкурсных заявок потенциальных поставщиком и определения их соответствия требованиям технического задания, потенциальный поставщик предоставить в составе своей заявки наименование модели и марки товара, полное наименование производителя, страну происхождения товара и техническую спецификацию предлагаемого товара с указанием наименования основных комплектующих и с указанием точных значении функциональных характеристик.»
В связи выше сказанным и на основании имеющегося опыта работы на разных типах/моделей хроматографов и масс-спектрометров с 2013г., не встречал до сегодняшнего дня, масс-спектрометры китайского брэнда которые отвечали запрашиваемым характеристикам по номеру объявления 14774864-1 (не считая американские и европейские брэнды имеющие заводы производства в КНР).
Для выяснения действительности/корректности технической спецификации предлагаемым потенциальным поставщиком, запросил у китайского производителя, указанный в заявке потенциального поставщика, EAST & WEST ANALYTICAL INSTRUMENTS , INC. потдверждения технической спецификации.
Производитель ответил что предлагаемый оборудование потенциальным поставщиком не является коммерчески доступным.
Полученное письмо от данного производителя приложил.

Прошу обратить внимание на данную ситуацию!

2. ТОО BusinessPartner

1) Отсутствует техническая спецификация на государственном языке, нарушение статьи 15, п. 3 Закона РК «О государственных закупках» и п. 16 и 42 Правил организации и проведения конкурсов, документация о государственных закупках, в том числе технические спецификации, должны быть составлены на государственном языке.

Заключение «Отклонить заявку потенциального поставщика»

Примечание:
Замечено, потенциальный поставщик при предоставлении технической спецификации вложил требование Заказчика без изменения:
«Для сопоставления конкурсных заявок потенциальных поставщиком и определения их соответствия требованиям технического задания, потенциальный поставщик предоставить в составе своей заявки наименование модели и марки товара, полное наименование производителя, страну происхождения товара и техническую спецификацию предлагаемого товара с указанием наименования основных комплектующих и с указанием точных значении функциональных характеристик.»
В связи выше сказанным и на основании имеющегося опыта работы на разных типах/моделей хроматографов и масс-спектрометров с 2013г., не встречал до сегодняшнего дня, масс-спектрометры китайского брэнда которые отвечали запрашиваемым характеристикам по номеру объявления 14774864-1 (не считая американские и европейские брэнды имеющие заводы производства в КНР).
Для выяснения действительности/корректности технической спецификации предлагаемым потенциальным поставщиком, запросил у китайского производителя, указанный в заявке потенциального поставщика, EAST & WEST ANALYTICAL INSTRUMENTS , INC. потдверждения технической спецификации.
Производитель ответил что предлагаемый оборудование потенциальным поставщиком не является коммерчески доступным.
Полученное письмо от данного производителя приложил.
Прошу обратить внимание на данную ситуацию!

3. ТОО Schneider GROUP

1) В технической спецификации потенциального поставщика не указан стабильность температуры запрашиваемый Заказчиком, а указанное «Разрешение заданного значения температуры: 0,1 градусов С» не соответсвует требуемой характеристике Заказчика «Температурная стабильность не более к=0,03°С»
2) В технической спецификации потенциального поставщика отсутсвует характеристика «Динамический диапазон» запрашиваемый Заказчиком «Динамический диапазон не менее $10^5$»
3) В технической спецификации потенциального поставщика не указана характеристика «Максимальный тока накала» запрашиваемый Заказчиком «Максимальный ток накала 3А»
4) В технической спецификации потенциального поставщика не указана характеристика «Ток эмиссии» запрашиваемый Заказчиком «Ток эмиссии не более 10 мкА»
5) В технической спецификации потенциального поставщика не указана характеристика «пределы ионизации ЭУ» запрашиваемый Заказчиком «регулируемый Энергия ионизации не более 5эВ верхний предел не менее 150 эВ»
6) В технической спецификации потенциального поставщика не указана характеристика «Максимальная группа в режиме SIM и количество ионов в каждой группе» запрашиваемый Заказчиком «Максимум не менее 128 групп в режиме SIM не менее 128 ионов в каждой группе»
7) В технической спецификации потенциального поставщика не указана характеристика «Турбомолекулярного насоса и механического насоса» запрашиваемый Заказчиком «Турбомолекулярный насос не менее 300 л/с и механический насос не менее180 л/мин»

Заключение «Не соответсвует»

4. ТОО LabEco Technology

Соответсвует

Эксперт Нурпейсов Н. С.

29-мая 2025г.