Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_г. "30" 05 2025 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время

Организация здравоохранения: ПКП на ПХВ "Актюбинская РБ" Город: Чатаев

Отделение:

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Биохимический анализатор BS-240 Pro	24130205	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☑	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение : Произведена работа по заявке. Произведена установка реагента HBA1c.
Аппарат исправен и готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
(должность) (ФИО)	(должность) (ФИО)
"30" 05 2025 г.	"30" 05 2025 г.
М.П.	М.П.

Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_ г. "30" 05 2025 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ "Аягозская РБ" Город: Чапаев.

Отделение:

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Биохимический анализатор BS-240		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☒	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☒

Коментарии/ техническое заключение: Произведена работа по заявке. Произведена замена кювет. Произведена установка калибратора Ц-реактивной белок.
Аппарат исправен и готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☒ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "___"_____20___г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "___"_____20___г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "___"_____20___г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "___"_____20___г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
(должность) (ФИО)	(должность) (ФИО)
"30" 05 2025	"30" 05 2025
М.П.	М.П.

Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_г. "30" 05 2025 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время
Организация здравоохранения: ПКП на ПХВ "Мугалжарская РБ"					Город: Чапаев.	
Отделение:						
Медицинская техника					Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒						
Биохимический анализатор BS-240 Pro					24130 1205	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☑	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение : Произведена работа по заявке. Произведена установка реагента HbA1c. Аппарат исправен и готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "___"_____20___г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "___"_____20___г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "___"_____20___г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "___"_____20___г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
(должность) (ФИО) "30" 05 25 20___г. М.П.	(должность) (ФИО) "30" 05 2025 г. М.П.