PARASAT PHARMA MEDICAL ЖШС
050046, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Алатау ауданы,
Шаңырақ-1 шағын ауданы,
Өтемісұлы к-сі, 71Б үй,
телефон: +7(727) 338-24-34
БСН 100 740 015 648

ТОО PARASAT PHARMA MEDICAL
050046, Республика Казахстан,
город Алматы, Алатауский район,
микрорайон Шанырак-1,
ул.Отемисулы, дом 71Б
телефон: +7(727) 338-24-34
БИН 100 740 015 648

№_*101*___

«_*16*_» _*июня*_ 20_*25*_ж./г.

Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

ТОО «Parasat Pharma Medical» (далее – Товарищество) по Вашим комментариям о причинах отклонения заявки сообщает следующее.

В разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» поставщик не указал Наименование товара.

Товариществом были указаны наименование и модель - «GC2000 Expec gas chromatograph» в соответствии с брошюрой от завода Expec.

Согласно пункту 239 параграфа 14 Правил осуществления государственных закупок, допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.

Товарищество указало в Технической спецификации «13. Инжектор: 1 шт. с делением/без деления потока, максимальная температура испарителя - 450 °C.», Показатели, указанные в нашей конкурсной заявке, соответствуют требованиям Технической спецификации Заказчика, обеспечивая лучшие показатели - более широкий диапазон рабочих температур, позволяющий использовать более широкий перечень методов анализа и температурного градиента – более широкий диапазон – больше возможностей.

Товарищество также указало в Технической спецификации «Минимальный предел детектирования по углероду —1,2 пг C/c.», однако согласно требованию ТС установлено «Минимальный предел детектирования по углероду — не менее 1,4 пг C/c»;

В заявленной технической спецификации Товарищества указана более высокая чувствительность детектора, что позволяет повысить предел детектирования на 20%, данная чувствительность в рамках каждого отдельно

взятого метода позволяет идентифицировать более низкие концентрации целевых соединений – чем ниже предел детектирования – тем больше чувствительность прибора.

Товарищество указало в Технической спецификации «22. Комплекс генераторов газов 3 в 1 для экономий места для ГХ-ПИД/ПФПД: генератор водорода, нулевого воздуха и азота со встроенным безмасляным компрессором для экономии пространства и дорогих сервисных комплектующих», однако согласно требованию ТС установлено «22. Комплект генераторов газов: генератор водорода, генератор нулевого воздуха, генератор азота, компрессор безмасляный.»

Предлагаемый нами комбинированный генератор газов обеспечивает лучшую эргономику рабочего пространства за счет более компактного дизайна – принцип штабелирования был изобретен именно для того чтобы заменить несколько отельных генераторов одной башней где они стоят друг на друге и занимают меньше места – вариант комбинированного генератора 2 в 1 превосходит требуемый принцип штабелирования и обеспечивает еще большую экономию рабочего места. Дизайн генераторов с технической точки зрения не влияет на принцип работы основного оборудования.

Кроме того, показатели работы прибора в ТС победителя конкурса, в соответствии с брошюрой компании производителя предлагаемого ими прибора точно такие же, как у прибора в нашей заявке. Экспертная группа не должна отклонять прибор идентичный по параметрам от другого производителя, которого допустила до участия в конкурсе так как иначе это выглядит как лоббирование интересов конкретного поставщика. Прошу принять жалобу на прямое на наш взгляд незаконное лоббирование интересов одного поставщика с целью не допустить более дешевую заявку, которую объявят победителем конкурса так как в этом случае может быть подозрение на коррупционную составляющую при отклонении нашей заявки в пользу другого поставщика.

Просим пересмотреть итоги конкурса и допустить нашу заявку к конкурсу.

Просим принять во внимание при отклонении нашего заявление на рассмотрение, оставляем за собой право подавать жалобу на действие конкурсной комиссии, на проверку данного конкурса о нарушении Закона о государственных закупках, а также Правил осуществления государственных закупок со стороны уполномоченных лиц и обратиться для защиты наших прав в судебный, надзорный органы и в Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).

Директор **Ажимуратов А.У.**