ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.),
г. Алматы, ул. Богенбай батыра 305А
info@zalma.org
+7 (727) 374 35 70

ZALMA

АФ ТОО «ZALMA Ltd.» (ЦАЛМА Лтд.),
г. Астана, ул. 23-15, дом 11, блок А, кв. 132
info.astana@zalma.org
+7 (717) 225 99 75

CALL-CENTER +7 701 031 27 29

Исход.№ 215
16 июн 2025

Организатору государственных закупок Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Ж а л о б а

11.06.2025г. по конкурсу 14782394-ОК2 «Государственные закупки для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» способом открытого конкурса (далее – Конкурс) Протоколом итогов № 15196756 (далее – Протокол) по Лоту № 75123612-ОК1 «Хроматограф газовый» Заявка потенциального поставщика ТОО «ZALMA Ltd.»(ЦАЛМА Лтд.) не соответствует требованиям конкурсной документации.

Причиной не соответствия, указано, то что:

1) Потенциальный Поставщик указал в Технической спецификации «13. Инжектор: 1 шт. с делением/без деления потока, максимальная температура испарителя —450 °С.», данный показатель не может быть ограничением, более высокие температуры для Инжектора имеют более высокую степень важности/практичности нежели деление потока и согласно требованию технической спецификации (далее-ТС) заказчиком установлено «максимальная температура испарителя — не более 400 °С.»; данные параметр в нашей ТС не является параметром не соответствующим для отклонения заявки так как позволяет проводить исследования при температуре указанной в ТС заказчика.

С данным Протоколом не согласны и считаем подлежит отмене и пересмотру по следующим основаниям:

Представленные в Заявке потенциального поставщика ТОО «ZALMA Ltd.»(ЦАЛМА Лтд.) параметры закупаемого товара с наименьшей ценой полностью соответствуют конкурсной заявке Организатора, т. к. предлагают более широкий диапазон рабочих температур что лучше, т. к. превосходит запрошенные параметры, помимо этого являются стандартом для газовой хроматографии а именно:

1) В технической спецификаций «Минимальный предел детектирования по углероду —1,2 пг С/с.», однако согласно требованию ТС установлено «Минимальный предел детектирования по углероду — не менее 1,4 пг С/с»;

Представленные параметры товара полностью соответствуют конкурсной заявке, т.к чем ниже предел детектирования тем лучше прибор, данный параметр не может быть причиной для отклонения., т. к. превосходит запрошенные параметры более того он может выполнять проводимые исследования при минимальных значениях не менее 1,4 так как превосходит параметр заявленный в ТС заказчика. В заключение – реальные показатели работы прибора по заявке участника победителя, точно такие же,

2) В технической спецификации «22. Комплекс генераторов газов 3 в 1 для экономий места для ГХ-ПИД/ПФПД: генератор водорода, нулевого воздуха и азота со встроенным безмасляным компрессором для экономии пространства и дорогих сервисных комплектующих», однако согласно требованию ТС установлено «22. Комплект генераторов

газов: генератор водорода, генератор нулевого воздуха, генератор азота, компрессор безмасленный»

LNI Swiss Gas (CH)



Peak Scientific (UK)



F-DGSi (FR)

NHA-00(GBPI)

Представленные параметры полностью соответствуют конкурсной заявке, т.к Предоставленный генератор – «Комплекс генераторов» состоит из 3-х генераторов газов Водорода, Азота и Нулевого воздуха с компрессором предоставлен комплект в одном корпусе соответствует требованиям конкурса, где указаны штабелируемые генераторы газов для экономии пространства. Просим учесть, что любой штабелируемый комплект генераторов будет занимать пространство более чем в 1,5 кв.м. т. к. превосходит запрошенные параметры. Выше приведены изображения штабелируемых генераторов с компрессором, и рядом предлагаемая нами модель в одном корпусе, таким образом, данный параметр не может быть причиной для отклонения так при проведении исследований важен такой параметр, как объём вырабатываемых газов, а не количество модулей, которые их вырабатывают, предоставленный товар в Нашем ТС оптимально соответствует требованиям к эргономики лабораторного пространства.

Кроме того, не согласны с допущенные потенциальными поставщиками в том числе и с победителем Конкурса по Лоту **ТОО «Табыс-Женис»** с ценой 36 950 000,00 тенге а именно:

1) **ТОО «Bussiness Partners»** с заявкой на GC2030 от Shimadzu указали показатели, не отвечающие действительным заводским параметрам, что является нарушением по пункту указание информации противоречащей заводской документации. Реальные данные - Температура испарителя 450С, Температура Термостата колонок ambient +2 °C to 450 °C. Предел детектирования : < 1.2 pg C/s, Соотношения деления потока в испарители : Up to 9999.9:1, что не соответствует товару на сайте производителя: https://www.shimadzu.com/an/products/gas-chromatography/gas-chromatograph/nexis-gc-2030/spec.html ;
2) **ТОО «Mega Commerce»** и **ТОО «Табыс-Женис»** подали заявку на Thermo Fisher Trace 1610 указали показатели, не отвечающие действительности.
   В заводской спецификации указано значение 1,2 пг С/с, Термостат колонок: диапазон контролируемых температур — на сайте thermo Fisher указан параметр от + 3 до 450С, в то же время заявлены иные показатели, что является нарушением по пункту указание информации противоречащей заводской документации производителя на сайте производителя https://staging.brechbuehler.ch/wp-content/uploads/2023/02/Trace-1600-Series-Gas-Chromatograph-Product-Specidfications.pdf ;
3) **ТОО "Development Velas Kazakhstan"** указали показатели хроматографа Кристаллюкс 4000М завышенные по сравнению с оригинальными указанные на сайте: https://all-pribors.ru/opisanie/24716-12-kristallyuks-4000m-22308,;
4) **ТОО "Easy Lab"** указали показатели, завышенные по сравнению с оригинальными. Воспроизводимость площадей пиков: 0,5 % ОСО в то время как оригинальный показатель

1%. согласно сайта производителя https://ybomedical.en.made-in-china.com/product/MaLRVIcEIrhA/China-Sp-5220-Gas-Chromatograph-for-Laboratory-and-Research.html.

(*все спецификации заводов изготовителей вложены со ссылками для ознакомления*).

По итогам сравнения поданных заявок потенциальных поставщиков представленные Ими технические спецификации товаров являются искаженными и недостоверными.

Заявка ТОО «ZALMA Ltd.»(ЦАЛМА Лтд.) с ценой 35 223 076,00 тенге полностью соответствуют и превосходят требуемые параметры товара.

Отклонение Заявки ТОО «ZALMA Ltd.»(ЦАЛМА Лтд.) с наименьшей ценой чем у допущенных участников Конкурса является незаконным.

Таким образом, в данном случае усматриваются признаки недостаточного изучения Организатором технических спецификации потенциальных поставщиков. При рассмотрении двух одинаковых или аналогичных по параметрам товаров.

На основании выше изложенного, просим Организатора пересмотреть Протокол итогов № 15196756_по Конкурсу 14782394-ОК2 «Государственные закупки для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» способом открытого конкурса по по Лоту № 75123612-ОК1 «Хроматограф газовый» и принять решение в рамках действующего Закона «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок.

ТОО «ZALMA Ltd.»(ЦАЛМА Лтд.) для решения данного вопроса оставляет за собой права обратиться в судебные органы Республики Казахстан согласно действующим нормам законодательства.

Генеральный директор
ТОО «ZALMA Ltd.»(ЦАЛМА Лтд.) Шамриков Г.Г.