# ТОО «Табыс-Женіс»

*Адрес: Республика Казахстан, 010000, Астана, район Алматы, Манаса, 20/2*

**Республиканское государственное учреждение**
**"Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"**

**Ответ на жалобу ТОО «Parasat Pharma Medical»**
**на результаты конкурса**

**Уважаемые представители Организатора конкурса!**
В связи с поступившей жалобой от ТОО «Parasat Pharma Medical» относительно результатов конкурса по государственным закупкам, победителем которого была признана наша организация, настоящим сообщаем следующее:

## 1. Оформление конкурсной заявки ТОО «Parasat Pharma Medical»

Согласно требованиям конкурсной документации, участник должен в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» четко указать **наименование товара**.
В заявке ТОО «Parasat Pharma Medical» отсутствует указание **наименования товара как отдельного элемента**, что является нарушением Приложения 17 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, и является **основанием для отклонения заявки.**

---

## 2. Несоответствие технической части заявки

Анализ технической части заявки ТОО «Parasat Pharma Medical» показал следующее:

**a) Предел детектирования по углероду**

- В заявке ТОО указано: 1,2 пг С/с
- В технической спецификации Заказчика установлено требование: **не менее 1,4 пг С/с**

**Комментарий:**
Более низкий предел детектирования не может автоматически считаться преимуществом без наличия подтверждающих — методик измерений, данных о повторяемости, стабильности и уровне шумов.
Без этих подтверждений заявленные характеристики не могут быть признаны превосходящими требования Заказчика.
Таким образом, заявка не содержит достаточных и объективных доказательств улучшенных технических характеристик, что является основанием для её отклонения.

**b) Инжектор**

- В заявке ТОО указано: 450 °C
- В технической спецификации Заказчика установлено требование: максимальная температура испарителя — **не более 400 °C**

**Комментарий:**
Максимальная температура — важный, но не единственный параметр. Для оценки

преимущества нужны данные о стабильности и равномерности нагрева, конструкции, времени прогрева и устойчивости к агрессивным средам.
Без этих подтверждений заявленные характеристики не могут быть признаны превосходящими требования Заказчика.
Таким образом, заявка не содержит достаточных и объективных доказательств улучшенных технических характеристик, что является основанием для её отклонения.

**c) Газовые генераторы (позиция 22)**

- ТОО «Parasat Pharma Medical» предложен комбинированный генератор 3 в 1

«Комплекс генераторов газов 3 в 1…»
В Технической спецификации Заказчика указано:
«22. Комплект генераторов газов: генератор водорода, генератор нулевого воздуха, генератор азота, компрессор безмасляный.»
**Комментарий:**
Комбинированный генератор, несмотря на эргономичность, **не соответствует требованиям компоновки**, установленным Заказчиком.
В частности:

- Заказчик требовал **раздельные генераторы**, что подразумевает **модульное резервное обслуживание**, более гибкое управление ресурсами и независимую замену компонентов.
- Комбинированные генераторы требуют **единых условий эксплуатации**, и при выходе из строя одного модуля — **остается неработоспособной вся система**, что нарушит процесс аналитических измерений.
- Отсутствие отдельного компрессора также нарушает **структурную конфигурацию**, запрошенную Заказчиком.

---

## 3. Комментарий по обвинению в «лоббировании интересов»

Высказанные в жалобе обвинения в адрес Заказчика и конкурсной комиссии в «лоббировании интересов» победителя носят **эмоциональный и голословный характер**.
Выбор победителя был осуществлён в рамках законодательства, на основании полного соответствия всем требованиям конкурсной документации. Все параметры предложенного нами оборудования соответствуют, либо превышают установленные, без отклонений от конфигурации, а заявка оформлена в соответствии с требованиями.

---

## 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Несоответствие требованиям по метрологическим документам

Согласно условиям технической спецификации, поставляемое оборудование должно быть **внесено в государственный реестр средств измерений Республики Казахстан**. Если регистрация или получение сертификатов возможны только после ввоза или установки оборудования, поставщик обязан **предоставить гарантийное письмо о предоставлении этих документов при поставке**.

В заявке ТОО «Parasat Pharma Medical» представлено гарантийное письмо, в котором указано, что оборудование **будет внесено в реестр в течение трёх месяцев после поставки**. Такой подход **не соответствует требованиям**, поскольку не гарантирует наличие необходимой разрешительной документации **на момент поставки**, как этого требует конкурсная документация.

Это создаёт риски несвоевременного ввода оборудования в эксплуатацию и нарушения регламентов метрологического контроля, что является основанием для отклонения заявки.

---

## 5. Заключение

Учитывая изложенное, считаем жалобу ТОО «Parasat Pharma Medical» **необоснованной**, по следующим причинам:

- Несоответствие оформлению заявки (отсутствие наименования товара);
- Отклонения от конфигурации, установленных заказчиком;
- Отсутствие объективного и подтвержденного технического превосходства по заявленным характеристикам;
- Отсутствие доказательств нарушений со стороны Заказчика или конкурсной комиссии.

Победа нашей организации в конкурсе была обеспечена исключительно на основании соответствия всем требованиям и положений Закона РК «О государственных закупках».

Благодарим за внимание!

**Директор Ж. Абилкасымов**