Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15228275

Конкурстың № 14914801-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы» РМҚК үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-11 11:55:22 дейін 2025-06-13 11:55:22
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150240011488	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! В ответ на обращение от ТОО "Научно Производственное Объединение ИЗОТОП", касающееся пункта 12 технической спецификации, сообщаем следующее. Формулировка: «Время охлаждения термостата: от 450 °C до 50 °C за не более 4,0 мин» не является маркетинговой особенностью или искусственным ограничением, а представляет собой технически значимый параметр, напрямую влияющий на производительность, эффективность и скорость выполнения анализа на оборудовании, предназначенном для судебно-экспертных целей. Сокращённое время охлаждения термостата: обеспечивает более высокую пропускную способность лаборатории, позволяя быстрее проводить повторные циклы анализа; уменьшает общее время анализа, что особенно важно при необходимости срочной обработки большого количества образцов (например, при расследованиях или массовых проверках); свидетельствует о более совершенной системе термостатирования и теплообмена, что напрямую говорит о высоком инженерном уровне прибора; соответствует мировым техническим стандартам для оборудования экспертного уровня, применяемого в судебной медицине и аналитической токсикологии. Увеличение допустимого времени охлаждения до 6 минут, как предлагается в обращении, может формально расширить круг участников, однако приведёт к снижению общего уровня технических требований, что противоречит целям закупки — приобретению современного и эффективного оборудования. Следует отметить, что на рынке присутствует достаточное количество моделей с параметром охлаждения в пределах до 4 минут, и его наличие не является уникальным преимуществом одного производителя. Таким образом, параметр в текущей редакции спецификации является: объективным и технически обоснованным; направленным на повышение эффективности лабораторной работы; не противоречит Закону «О государственных закупках» и не ограничивает конкуренцию, а лишь устанавливает высокую планку качества, соответствующую задачам закупки. Просим оставить данный параметр без изменений.	2025-06-13 10:28:02	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Научно Производственное Объединение ИЗОТОП"
2	160140010021	КҚ жобасына ескерту	• в пункте 6 - Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа. Этот параметр является необязательным для проведения анализа и является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков. Просим вас изменить данную формулировку на следующий вариант: «от 0 до 688 кПа с шагом не более 0,007 кПа.» что позволит участвовать в конкурсе большому количеству поставщиков, так как текущая публикация по сумме параметров допускает участие лишь не более двух брендов, что говорит о возможной прямой поддержки интересов конкретной частной компании. • в пункте 14 - Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до 1035 кПа. Минимальный шаг установки давления — не более 0,007 кПа. Этот параметр является необязательным для проведения анализа и является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков. Просим вас изменить данную формулировку на следующий вариант: «от 0 до 688 кПа. Минимальный шаг установки давления — не более 0,007 кПа.» что позволит участвовать в конкурсе большому количеству поставщиков, так как текущая публикация по сумме параметров допускает участие лишь не более двух брендов, что говорит о возможной прямой поддержки интересов конкретной частной компании. В рамках текущего свода нормативных методических указаний действующих на территории РК и таможенного союза нет ни одного указания о необходимости применения указанных в спецификации тендера параметров или даже параметров близких к указанным по данным значениям. Таким образом публикация данного технического задания не может быть оправдана методической практической или любой иной необходимостью Прошу принять данное замечания в качестве официального заявления для инициации публичной проверки деятельности группы экспертов отвечающих за утверждение публикуемого материала	2025-06-12 20:53:13	Отклонить замечания	При 688 кПа колонка может работать нестабильно, ухудшая перенос компонентов в источник ионизации.Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
3	210640029101	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков. Параметр, указанный в пункте 6 раздела "Газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором (ГХ МСД)" Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа. Данный параметр относится к определённому производителю и ограничивает участие других потенциальных поставщиков. Ряд ведущих мировых производителей имеют параметры 0-150 пси что соответствует 0-1034 Кпа. Изменение данного параметра на 1 кПа, т.е. менее, чем на 1%, не повлияет на решение стоящих перед заказчиком задач. Изменение данного параметра не повлияет на остальные характеристики поставляемого оборудования и позволит участвовать большему количеству компаний. Просим вас изменить данный параметр на Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа.	2025-06-12 23:44:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будут внесены изменения "от 0 до не менее 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа", так как данный параметр предоставляет гибкость в регулировании давления при изменении типа аналитического вещества.

4	160140010021	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Информируем Вас о том что в опубликованной технической спецификации по конкурсу 14914801-1 лоту: 75110832-ОК1 иметься нарушение которое ограничивает возможности для равного участия всех поставщиков просим Вас привести спецификацию в соответствие действующему закону о проведении госзакупок, так: • в пункте 12 приведена следующая формулировка: – Время охлаждения термостата: от 450 °C до 50 °C за не более 4,0 мин. Этот параметр является необязательным для проведения анализа и является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков. Просим вас изменить данную формулировку на следующий вариант: «Время охлаждения термостата: от 450 °C до 50 °C за не более не более 6 минут» что позволит участвовать в конкурсе большому количеству поставщиков, так как текущая публикация по сумме параметров допускает участие лишь не более двух брендов, что говорит о возможной прямой поддержки интересов конкретной частной компании.	2025-06-12 20:52:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Увеличение времени охлаждения термостата анализа с 4-х минут на 6 минут приведет к уменьшению проведению проб в сутки. Это также приведет к увеличения расходованию газа-гелия.Также увеличивается износ колонок и сокращается срок службы оборудования за счёт более длительного теплового воздействия. В связи с чем увеличится финансовые затраты на приобретения расходных материалов.Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
5	160140005550	КҚ жобасына ескерту	Добрый день просим принять во внимание и разработку следующую информацию, которую доводим до вашего сведения. Анализ тендерной документации по объявленному конкурсу 14914801-1на сайте государственных закупок лоту: 75110832-ОК1 выявил ряд серьезных нарушений, которые нарушают принятые законодательством нормы проведения тендеров, правила осуществления закупа, правила ведения открытого бизнеса. Просим Вас рассмотреть возможность отмены конкурса и его повторного объявления после доработки технического задания. 1) В пункте 4 – Воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО. (средний усредненный показатель 1% ОСО). 2) В пункте 12 – Время охлаждения термостата: от 450 °C до 50 °C за не более 4,0 мин (средний усредненный показатель 5 минут) 3) В пункте 15 – Коэффициент деления потока: максимальное соотношение для сброса потока в испарителе — не менее 12500:1. (средний усредненный показатель 9000:1). 4) В пункте 19 – Воспроизводимость площадей пиков: ОСО —нужно 0,5 %. (средний усредненный показатель 1% ОСО). Указанные технические параметры лоббируют продвижение на конкурсе модели бренда – Thermo Fisher, и не являющимися конструкционными или инженерными показателями необходимыми для работы, поскольку нет ни одной нормативной методики, требующей выполнения данных показателей. Вкупе публикация подобных показателей ограничивает возможность участия др. поставщиков. Просим Вас внести уточнения о том, что данные параметры не будут учитываться в заданных значениях	2025-06-13 11:44:36	Отклонить замечания	1)Указанный параметр "Воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО" лучше подходит для валидации методов используюмых в проведений иследовании, также к снижению расхождений между параллельными инъекциями.2) Увеличение времени охлаждения термостата анализа с 4-х минут на 5 минут и более приведет к уменьшению проведению проб в сутки. Это также приведет к увеличения расходованию газа-гелия.Также увеличивается износ колонок и сокращается срок службы оборудования за счёт более длительного теплового воздействия. В связи с чем увеличится финансовые затраты на приобретения расходных материалов. 3) Чем выше коэффициент деления, тем меньше потеря вещества в процессе его анализа и тем более чувствительным становится метод. Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
6	170240024285	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии! В рамках проводимого конкурса закупается газовый хроматограф с одноквадрупольным масс-спектрометрическим детектором в соответствии с Постановлением Правительства, утверждающим Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023–2025 годы. Закупаемое оборудование имеет стратегически важное значение, поскольку планируется его использование в проведении судебно-медицинских экспертиз по выявлению наркотических, веществ. В связи с этим, особенно важны технические характеристики масс-спектрометрического детектора, напрямую влияющие на точность и достоверность проводимых экспертиз. Однако в опубликованной технической спецификации отсутствуют основные ключевые требования, в частности: к чувствительности масс-спектрометрического детектора; к пределу детектирования масс-спектрометрического детектора. Данные параметры являются критически важными и общепринятыми в мировой практике при использовании масс-спектрометрии для судебной экспертизы и анализа следов веществ в сверхнизких концентрациях. В отсутствие данных требований существует риск приобретения оборудования, технически неспособного обеспечивать высокоточные результаты, соответствующие международным стандартам. Это может привести как к невозможности выполнения задач, поставленных в рамках утверждённого государственного плана, так и к нецелевому расходованию бюджетных средств.	2025-06-12 22:09:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное оборудование не предназначено для проведения судебно-медицинских экспертиз, а предназначен для качественного анализа наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

7	040240000429	ҚҚ жобасына ескерту	Указанное требование - «Комплект поставки: 2. Безмасляный форвакуумный насос - не менее 1 шт.».Указанное требование о наличии обязательно безмасляного форвакуумного насоса ограничивает выбор оборудования и не учитывает конструктивные особенности масс-спектрометров различных производителей. В частности: Ряд масс-спектрометров заводски спроектированы для работы с маслозаполненными или гибридными насосами, которые обеспечивают сопоставимую или лучшую производительность, стабильность вакуума и более длительный срок службы. В некоторых случаях безмасляные насосы обеспечивают меньший откачной поток при высоких нагрузках, что может быть неэффективно для тандемных масс-спектрометров или при работе с высокими потоками газа. Предлагаемая нами формулировка - «соответствующий заводским требованиям к масс-спектрометру форвакуумный насос» - позволяет: учитывать конструктивные особенности конкретной модели масс-спектрометра; обеспечить полное соответствие рекомендациям и техническим условиям производителя оборудования; не ограничивать конкуренцию искусственно, исключая оборудование, которое может иметь более подходящий тип насоса по эффективности и ресурсу. Просим рассмотреть возможность изменения формулировки на «Комплект поставки: 2. Соответствующий заводским требованиям к масс-спектрометру форвакуумный насос». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-06-13 11:46:21	Отклонить замечания	Упрощённое обслуживание: безмасляные насосы не требуют регулярной замены масла, фильтров и утилизации отработанного масла. Исключаются риски загрязнения системы масляными парами, особенно критично для высокочувствительных анализов. Снижение эксплуатационных расходов: нет затрат на покупку масла, фильтров, промывку и утилизацию отходов. Повышенная надёжность и чистота вакуума: удаляется риск масляного контаминирования масс-спектрометра, что важно при работе с низкими пределами обнаружения и анализе следовых количеств веществ; особенно критично при анализе новых психоактивных веществ (НПВ), где даже микрозагрязнение влияет на результаты.Согласно статье 11 Закона о государственных закупках, к потенциальному поставщику не предъявлены квалификационные требования.
8	221240038765	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии, сообщаем, что в представленной технической спецификации содержатся характеристики, которые, ограничивают участие иных потенциальных поставщиков. 1) В пункте 4 – Воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО. (средний усредненный показатель 0,3 % ОСО); 2) В пункте 15 – Коэффициент деления потока: максимальное соотношение для сброса потока в испарителе — не менее 11500:1 с делением (средний усредненный показатель 12500:1); 3) В пункте 16 – Температура интерфейса масс-спектрометрического детектора — не менее 350 °C. (средний усредненный показатель 400 °C.); 4) В пункте 16 – Скорость сканирования — не менее 19000 а.е.м./с. (средний усредненный показатель 20000 а.е.м./с). Сообщаем, что в объявленной технической спецификации содержатся характеристики, которые необоснованно лоббируют продвижение продукции конкретного производителя — бренда Agilent. Данные технические параметры не являются конструктивно или инженерно обоснованными с точки зрения функциональных требований к оборудованию и не подтверждены ни одной обязательной нормативной методикой, регламентирующей их необходимость для выполнения соответствующих работ. Указание подобных характеристик в техническом задании существенно ограничивает участие иных потенциальных поставщиков, что противоречит принципам обеспечения конкурентности, равного доступа и недискриминации участников. В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию с целью обеспечения равных условий участия для всех поставщиков, чья продукция отвечает функциональным и эксплуатационным требованиям закупаемого оборудования.	2025-06-13 10:45:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные Вами среднеусредненные показатели входят в диапозон технической спецификации. Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
9	110740002915	ҚҚ жобасына ескерту	Внимание! В текущей версии технической спецификации выявлены параметры, которые могут ограничивать участие других потенциальных поставщиков. Приводим конкретные замечания по следующим пунктам: Пункт 4 — заявленный показатель воспроизводимости площадей пиков не более 0,5 % ОСО. «Мы предлагаем уточнить этот параметр на уровень 0,3 % ОСО.» Пункт 16 — температура интерфейса масс-спектрометрического детектора установлена не менее 350 °C. «Мы предлагаем уточнить этот параметр на уровень 400 °C.» В случае замены параметров на 0,3 % ОСО и 400 °C, это обеспечит равные возможности для большего числа производителей, чья продукция соответствует данным требованиям. Мы убеждены, что корректировка этих параметров позволит создать условия, способствующие расширению круга участников и обеспечению конкурентности, что важно для выбора наиболее подходящего поставщика. Исходя из вышеизложенного, просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию с целью создания равных условий для всех участников, чья продукция соответствует функциональным и эксплуатационным требованиям закупаемого оборудования.	2025-06-13 11:10:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные Вами показатели входят в диапозон технической спецификации.
10	210640029101	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков. Параметр, указанный в пункте 14 раздела "Газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором (ГХ МСД)" Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до 1035 кПа. Данный параметр относится к определённому производителю и ограничивает участие других потенциальных поставщиков. Ряд ведущих мировых производителей имеют параметры 0-150 пси что соответствует 0-1034 Кпа. Изменение данного параметра на 1 кПа, т.е. менее, чем на 1%, не повлияет на решение стоящих перед заказчиком задач. Изменение данного параметра не повлияет на остальные характеристики поставляемого оборудования и позволит участвовать большему количеству компаний. Просим вас изменить данный параметр на «Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до 1034 кПа.»	2025-06-12 23:45:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будут внесены изменения "от 0 до не менее 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа", так как данный параметр предоставляет гибкость в регулировании давления при изменении типа аналитического вещества.

11	210640029101	ҚҚ жобасына ескерту	Параметр, указанный в пунктах 6 и 14 раздела "Газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором (ГХ МСД)" 6. Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа. 14. Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до 1035 кПа Действующая редакция параметров относится к определённому производителю и ограничивает участие других потенциальных поставщиков. Ряд ведущих мировых производителей имеют параметры 0-150 psi, что соответствует 0-1034 кПа. Изменение данного параметра на 1 кПа, т.е. менее, чем всего на 0,1%, не повлияет на решение стоящих перед заказчиком задач. Изменение данного параметра не повлияет на остальные характеристики поставляемого оборудования и позволит участвовать большему количеству компаний. Просим вас изменить данные параметры на "6. Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа." и "14. Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до 1034 кПа."	2025-06-13 00:05:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будут внесены изменения: "6. Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до не менее 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа." и "14. Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до не менее 1034 кПа."
12	221240038765	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно Приложению 4 к Правилам осуществления государственных закупок, техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. При необходимости в технической спецификации указывается требование к потенциальным поставщикам о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности. В рамках настоящего открытого конкурса осуществляется закупка газового хроматографа в комплекте, который представляет собой технологически сложное оборудование, включающее несколько функциональных блоков и комплектующих, влияющих на его технические характеристики и соответствие заявленным параметрам. В целях исключения недобросовестной поставки, а также недопущения предоставления неполной или недостоверной информации о комплектации оборудования, предлагаем включить в техническую спецификацию следующее требование согласно Правил ГЗ РК: «Потенциальный поставщик должен предоставить техническую спецификацию о каждом комплектующем товаре по отдельности». Это позволит обеспечить прозрачность и объективность при рассмотрении конкурсных заявок, а также минимизировать риски поставки оборудования, не соответствующего заявленным характеристикам.	2025-06-12 19:07:25	Отклонить замечания	Газовый хроматограф с масс-селективным детектором - это комплексный аналитический инструмент, состоящий из газового хроматографа и масс-селективного детектора, работающих как единая система. В связи с чем, разделить в технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности не целесообразно.
13	110740002915	ҚҚ жобасына ескерту	Здравствуйте, уважаемая конкурсная комиссия! В технической спецификации, пункт 6, установлено требование к диапазону регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа. пункт 14, установлено требование к диапазону регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа. Минимальный шаг установки давления — не более 0,007 кПа. Указанные Вами параметры выглядят достаточно ограниченными, что может существенно сократить количество возможных потенциальных поставщиков. Указанная характеристика не закреплена в обязательных методических рекомендациях или нормативно-правовых актах, регулирующих использование газовой хроматографии. При этом она не оказывает влияния на результативность аналитических процессов. То есть не влияет на достижение необходимого результата даже в потенциально возможных исследованиях. В целях обеспечения добросовестной конкуренции, а также расширения возможностей участия более широкого круга потенциальных поставщиков (производителей), считаем обоснованным предложить изменить указанные параметры на: от 0 до 1050 кПа с шагом не менее 0,01 кПа. Такие значения соответствуют техническим возможностям большинства современных хроматографических систем, используемых в судебно-экспертной практике, и не снижают качества или точности проводимых анализов.	2025-06-13 10:22:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будут внесены изменения: "6. Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до не менее 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа." и "14. Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до не менее 1034 кПа."
14	170240024285	ҚҚ жобасына ескерту	В этой связи предлагаем внести соответствующие изменения в техническую спецификацию и дополнить её следующими параметрами: Чувствительность масс-спектрометрического детектора (режим полного сканирования, ионизация электронным ударом): При вводе не менее 1 мкл раствора октафторнафталина с концентрацией не менее 1 пг/мкл, соотношение сигнал/шум должно быть не менее 3000:1 для ионного пика m/z не менее 272 а.е.м., при сканировании в диапазоне от 50 до 300 а.е.м., при использовании гелия в качестве газа-носителя. Инструментальный предел детектирования масс-спектрометрического детектора: При сканировании в режиме мониторинга одного иона при использовании гелия в качестве газа-носителя, не менее 10 фг октафторнафталина для m/z не менее 272 а.е.м. должны обеспечивать инструментальный предел детектирования не более 5,0 фг. Эти показатели соответствуют мировым требованиям, а также техническим решениям многих производителей, и обеспечивают надёжность и точность экспертиз в области судебной токсикологии и наркологической диагностики. Благодарим за внимание и надеемся на объективное рассмотрение настоящего обращения.	2025-06-12 22:10:30	Отклонить замечания	Указанная в технической спецификации чувствительность соотношения сигнал-шума для 1 пикограмм октафторнафталин не менее 1800:1 достаточен для проведения качественного анализа наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
15	190540001786	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик! В Технической спецификации закупаемых товаров в графе "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" не упоминается прикрепление каких-либо подтверждающих документов, они указаны для представления лишь на момент поставки товара. Просим уточнить, необходимо ли потенциальному поставщику при подаче конкурсной заявки прикрепление подтверждающих документов и закрепить перечень необходимых документов при подаче конкурсной заявки в Технической спецификации закупаемых товаров.	2025-06-13 10:45:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальному поставщику необходимо предоставить подтверждающие документы при поставке оборудования.
16	221240038765	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Обоснование сохранения параметров, указанных в пунктах 6 и 14 технического задания по лоту №75110832-ОК1. В проекте технической спецификации по данному лоту предусмотрены следующие характеристики: Пункт 6: Диапазон регулирования давления газа-носителя — от 0 до 1035 кПа; Пункт 14: Рабочий диапазон давления — от 0 до 1035 кПа. Данные параметры выбраны не случайно и обусловлены техническими требованиями к точности и стабильности работы прибора при проведении сложных аналитических исследований, включая работу на высоких скоростях потока и при использовании колонок с малым внутренним диаметром. Повышенное давление необходимо для обеспечения надёжного и стабильного транспортирования проб, особенно при использовании современных инертных систем и быстрой хроматографии. Следует отметить, что предельное давление 1035 кПа (150 psi) является промышленным стандартом в ряде аналитических решений и соответствует диапазонам, в которых работает значительная часть современного оборудования, включая ведущих мировых производителей. Уменьшение максимального значения до 1034 кПа может на первый взгляд показаться незначительным (менее 0,1%), однако это приведёт к формальному исключению оборудования, рассчитанного на точный диапазон до 150 psi, из числа допустимых к участию, так как перевод единиц измерения предполагает строгую границу. Кроме того, снижение верхнего предела, пусть даже формально, повлечёт за собой необходимость пересмотра заводских параметров, внесения изменений в программное обеспечение приборов или получения дополнительных допусков и сертификаций, что, в свою очередь, искусственно ограничит конкуренцию, а не расширит её.	2025-06-13 11:46:26	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения ТОО "ТОО ProLabSupport (ПроЛабСаппорт)".

17	221240038765	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ОПРОВЕРЖЕНИЕ в отношении предложения изменить формулировку требования: «Комплект поставки: 2. Безмасляный форвакуумный насос – не менее 1 шт.» В рамках технического задания по лоту, включающему поставку газового хроматографа с масс-спектрометрическим детектором (ГХ-МС), в комплектацию обоснованно включён безмасляный форвакуумный насос. Предложение заменить формулировку на более универсальную («форвакуумный насос, соответствующий заводским требованиям к масс-спектрометру») не учитывает реальных эксплуатационных, санитарных и технических преимуществ безмасляных насосов, особенно в условиях интенсивного лабораторного применения. Позиция Заказчика по данному параметру основывается на следующих соображениях: Экологическая и санитарная безопасность. Маслозаполненные насосы требуют регулярной замены масла, утилизации отработанных технических жидкостей и контроля за герметичностью. Это создаёт риски загрязнения воздуха и рабочих поверхностей в лаборатории. Безмасляные насосы лишены этих недостатков, что особенно важно при выполнении работ в санитарно-чувствительных зонах, в том числе при анализе лекарственных средств, пищевых продуктов, биологических образцов и др. Снижение эксплуатационных затрат и повышение надёжности. Безмасляные насосы практически не требуют технического обслуживания и замены расходных материалов. Это значительно снижает затраты на эксплуатацию и минимизирует простой оборудования, связанный с проведением регламентных работ. Совместимость с широким рядом современных масс-спектрометров. Абсолютное большинство современных масс-спектрометрических систем, включая тандемные, поддерживают или предусматривают работу с безмасляными форвакуумными насосами, особенно в конфигурациях с высокой степенью автоматизации и дистанционного мониторинга. Исключение рисков, связанных с технической некорректностью подбора.	2025-06-13 11:54:13	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения Товарищество с ограниченной ответственностью "ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.)
18	150240011488	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии! В ответ на обращение от ТОО "Научно Производственное Объединение ИЗОТОП", в котором высказывается мнение о якобы «маркетинговом» характере технического параметра: «Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа» (пункты 6 и 14 технической спецификации), считаем необходимым дать следующие разъяснения. 1. Параметры давления от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа – это не «маркетинг», а отраслевой стандарт Указанный диапазон давления и шаг настройки полностью соответствуют реальным техническим требованиям при работе с современными капиллярными колонками малого диаметра, особенно в условиях применения масс-спектрометрии. Малая погрешность подачи газа напрямую влияет на: стабильность скорости потока; точность удерживания времени; воспроизводимость результатов анализа при работе с микроконцентрациями. Это особенно важно в судебно-медицинских и криминалистических исследованиях, где точность результатов критична, а высокая чувствительность и надёжность — обязательны. 2. Диапазон до 688 кПа не покрывает все аналитические задачи Предложение ограничить диапазон давления до 688 кПа является технически необоснованным. Прибор с таким ограничением не сможет: обеспечить стабильный поток газа при высоких температурах и длинных колонках; работать с методами быстрой хроматографии; соответствовать современным мировым требованиям по скорости и точности анализа. Таким образом, принятие подобного изменения приведёт к закупке технически устаревшего оборудования, ограниченного в применении.	2025-06-13 10:30:45	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Научно Производственное Объединение ИЗОТОП"
19	221240038765	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Таким образом, параметры в пределах 0–1035 кПа являются технически обоснованными, соответствуют международной практике и необходимы для корректной и стабильной работы оборудования при выполнении задач, предусмотренных настоящей закупкой. Вывод: Изменение указанных параметров на 1034 кПа не является целесообразным, так как: приведёт к потенциальным ограничениям по функциональности оборудования; может вызвать несоответствие с установленными промышленными стандартами (150 psi); создаст дополнительные административные и технические барьеры; не соответствует интересам обеспечения качества, стабильности и воспроизводимости аналитических процедур. Рекомендуем оставить параметры в первоначальной редакции: Пункт 6: от 0 до 1035 кПа; Пункт 14: от 0 до 1035 кПа.	2025-06-13 11:47:07	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения ТОО "ТОО ProLabSupport (ПроЛабСаппорт)".
20	210640029101	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации некорректно указано наименование материалов. В пункте 6 раздела 23 "Комплект поставки" указано: 6. Аналитическая колонка 5% фенил/95% метилсиликоновая колонка, длиной не менее 30 м с внутренним диаметром не более 0,25 мм; толщина плёнки не более 0,25 мкм – не менее 1 шт.; Информируем вас о том что запрашиваемая колонка относиться к USP фазе G27 и состоит из 5 % фенил - 95 % метилполисилоксана. Ссылки на производителей 1. https://www.restek.com/global/en/articles/packed-column-usp-phase-and-support-cross-reference-chart?srsltid=AfmBOoryAHg-NHxdLz017S9Z0Q5wRGF3u5s6BVam-w7cB_vZxLyyyFgw 2. https://phenomenex.blob.core.windows.net/documents/9d440d17-26ef-4252-9358-ec74998f384c.pdf Просим вас изменить данный параметр на «Аналитическая колонка состав фазы 5% фенил/95% метилполисилоксана, длиной не менее 30 м с внутренним диаметром не более 0,25 мм; толщина плёнки не более 0,25 мкм – не менее 1 шт.;» В случае наличия производителей производящих колонки с указанными в технической спецификации характеристиками просим предоставить информацию о них.	2025-06-12 23:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будут внесены изменения: "Аналитическая колонка состав фазы 5% фенил/95% метилполисилоксана, длиной не менее 30 м с внутренним диаметром не более 0,25 мм; толщина плёнки не более 0,25 мкм – не менее 1 шт".
21	220940006096	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! В опубликованной технической спецификации указаны следующие требования: 1.Температурная программа — не менее 19 ступеней температурной программы, не менее 19 изотермических диапазонов (плато); 2.Максимальная скорость нагрева — не менее 120 °C/мин. Сообщаем, что указанные параметры являются устаревшими и технически ограниченными, поскольку отражают характеристики приборов предыдущего поколения и не соответствуют современному уровню оборудования, применяемого в судебно-экспертной практике. В соответствии с актуальной международной лабораторной практикой, используемой в судебной токсикологии, криминалистике и аналитической химии, широко применяются температурные программы с не менее 32 ступенями и не менее 33 изотермическими диапазонами (плато), а также максимальной скоростью нагрева не менее 125 °C/мин. Улучшенные технические характеристики позволяют: - более гибко настраивать сложные аналитические методики; - добиваться высокой точности и воспроизводимости результатов; - эффективно выявлять следовые количества наркотических, психотропных веществ и прекурсоров. Данные параметры имеют ключевое значение при использовании газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией, особенно в рамках судебно-медицинских экспертиз и при анализе образцов с крайне низкими концентрациями веществ. В связи с этим предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: - Температурная программа — не менее 32 ступеней и не менее 33 изотермических диапазонов (плато); - Максимальная скорость нагрева — не менее 125 °C/мин. Внесение данной корректировки позволит: - привести технические требования в соответствие с международными стандартами; - повысить эффективность и целесообразность использования закупаемого оборудования; - исключить риск приобретения морально устаревшей техники, не обеспечивающей необходимого уровня аналитической чувствительности, что, в свою очередь, снизит вероятность неэффективного использования бюджетных средств.	2025-06-13 10:53:59	Отклонить замечания	Данное оборудование не предназначено для проведения судебно-медицинских экспертиз, а предназначен для качественного анализа наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
22	050140016662	КҚ жобасына ескерту	По пункту 6 технической спецификации (Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа): По пункту 14 технической спецификации (Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до 1035 кПа. Минимальный шаг установки давления — не более 0,007 кПа): Требование «от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа» устанавливает недостижимый порог для большинства участников рынка. Предлагаем заменить по двум вышеуказанным пунктам на «от 0 до 1050 кПа с шагом не менее 0,01 кПа», что является технологически достижимым и достаточным для выполнения анализа. Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности п.п. 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-06-13 10:01:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будут внесены изменения: "6. Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до не менее 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа." и "14. Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до не менее 1034 кПа."

23	040240000429	ҚҚ жобасына ескерту	Коэффициент деления потока: максимальное соотношение для сброса потока в испарителе - не менее 11500:1 с делением. Установленное значение не менее 11 500:1 является избыточным и выходит за пределы реальных эксплуатационных параметров большинства промышленных моделей газовых хроматографов, включая оборудование ведущих мировых производителей. Значение 9000:1 представляет собой достижимый и промышленно обоснованный коэффициент деления потока, который реализован в широком ряде современных систем с электронным контролем расхода и типовыми испарителями. Просим скорректировать параметр в следующей редакции: «Коэффициент деления потока:максимальное соотношение для сброса потока в испарителе - не менее 9000:1 с делением». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-06-13 11:43:40	Отклонить замечания	Чем выше коэффициент деления, тем меньше потеря вещества в процессе его анализа и тем более чувствительным становится метод.Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
24	210640029101	ҚҚ жобасына ескерту	1 psi равно 6,89476 кПа, Соответственно 150 psi равно 1 034.214 кПа, что меньще 1035 кПа	2025-06-13 11:51:23	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения ТОО "InNext"
25	150240011488	ҚҚ жобасына ескерту	3. Параметры доступны у более чем двух производителей Утверждение о том, что указанные характеристики доступны только у «двух брендов», является необоснованным. На международном рынке представлено несколько производителей, чьи приборы отвечают этим параметрам (в том числе Agilent, Shimadzu, Thermo Fisher, PerkinElmer и др.). Следовательно, техническое требование не ограничивает конкуренцию, а устанавливает необходимый уровень качества. 4. Компромиссное решение — 1050 кПа с шагом 0,01 кПа Вместе с тем, с целью расширения числа участников и при условии сохранения точности подачи газа, допускаем возможность корректировки параметров в следующей редакции: Диапазон давления: от 0 до 1050 кПа. Минимальный шаг установки: не менее 0,01 кПа. Такие параметры: соответствуют международным стандартам; технически реализуемы у большинства ведущих производителей; сохраняют высокую точность анализа; позволяют участвовать в конкурсе более широкому кругу поставщиков. В связи с вышеизложенным, предлагаем комиссии: отклонить предложение об ограничении диапазона давления до 688 кПа, как технически нецелесообразное; рассмотреть возможность замены текущих значений на: «от 0 до 1050 кПа с шагом не менее 0,01 кПа» — как сбалансированное и неограничивающее решение. Такой подход обеспечит сочетание качества, конкуренции и прозрачности закупки, что полностью соответствует принципам Закона РК «О государственных закупках».	2025-06-13 10:32:15	Отклонить замечания	Газовый хроматограф должен обеспечивать электронную регулировку давления газоносителя с шагом не более 0,007 кПа, что необходимо для высокоточной настройки скорости потока, повышения стабильности анализа и обеспечения количественной воспроизводимости в условиях масс-спектрометрического детектирования. Шаг 0,007 кПа позволяет более гладко и точно настраивать поток, минимизируя отклонения.
26	040240000429	ҚҚ жобасына ескерту	Время охлаждения термостата: от 450 °C до 50 °C за не более 4,0 мин. Указанное значение времени охлаждения от 450 °C до 50 °C за не более 4,0 минуты является чрезвычайно жёстким техническим требованием, которое может быть реализовано только в ограниченном числе моделей с нестандартной системой охлаждения и, как правило, с высокой потребляемой мощностью и увеличенными затратами на обслуживание. Просим рассмотреть возможность изменения формулировки на: «Время охлаждения термостата: от 450 °C до 50 °C за не более 5,0 мин». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-06-13 11:42:56	Отклонить замечания	Увеличение времени охлаждения термостата анализа с 4-х минут на 5 минут приведет к уменьшению проведению проб в сутки. Это также приведет к увеличения расходованию газа-гелия.Также увеличивается износ колонок и сокращается срок службы оборудования за счёт более длительного теплового воздействия. В связи с чем увеличится финансовые затраты на приобретения расходных материалов.Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
27	040240000429	ҚҚ жобасына ескерту	Воспроизводимость площадей пиков: ОСО - не более 0,3 %. Значение ОСО не более 0,3 % для воспроизводимости площадей пиков является чрезмерно жёстким и выходит за рамки метрологических возможностей даже многих современных хроматографических систем при типовых условиях анализа. Воспроизводимость площадей пиков на уровне 1 % ОСО - это нормальное значение при использовании ручного ввода пробы без автосамплера. Просим внести корректировку в техническую спецификацию, установив следующее значение: «Воспроизводимость площадей пиков: относительное стандартное отклонение (ОСО) - не более 1 %». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-06-13 11:44:03	Отклонить замечания	Указанный параметр "Воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО" лучше подходит для валидации методов используюмых в проведений иследовании, также к снижению расхождений между параллельными инъекциями.Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.

28	870512350575	КҚ жобасына ескерту	Доброго дня суток! Уважаемая конкурсная комиссия открытого конкурса №14914801-1. В пункте 4 технического задания указано – воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО; В пункте 15 технического задания указано – коэффициент деления потока: максимальное соотношение для сброса потока в испарителе — не менее 11500:1 с делением; В пункте 16 технического задания указано – скорость сканирования — не менее 19000 а.е.м./с. Указанные параметры, установленные в рамках лота №75110832-ОК1 «Хроматограф газовый», формируют узкий порог требований, который на практике недостижим для большинства производителей, представленных на рынке. Это приводит к существенному ограничению конкурентной среды и, как следствие, снижению эффективности закупки. В этой связи предлагаем пересмотреть и заменить указанные параметры на следующие, которые являются обоснованными с технологической точки зрения и достаточными для качественного выполнения аналитических задач: В пункте 4 – воспроизводимость площадей пиков: не более 0,3 % ОСО; В пункте 15 – коэффициент деления потока: не менее 12500:1 с делением; В пункте 16 – скорость сканирования: не менее 20000 а.е.м./с. Указанные значения соответствуют возможностям современного лабораторного оборудования, производимого различными компаниями, и не снижают требования к точности и надёжности проводимых анализов. В то же время они позволяют обеспечить равные условия для широкой группы поставщиков, повышая прозрачность процедуры и способствуя честной конкуренции. Учитывая изложенное, просим вас рассмотреть возможность корректировки технической части КД по лоту №75110832-ОК1 в целях соблюдения принципов открытости, справедливости и недискриминации, а также для обеспечения наилучшего соотношения цены и качества приобретаемого оборудования. Готовы при необходимости предоставить дополнительные материалы и обоснования в поддержку указанных предложений.	2025-06-13 11:31:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные Вами показатели входят в минимальный диаопозон технической спецификации.
29	040240000429	КҚ жобасына ескерту	Воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО. Указанное требование воспроизводимости площадей пиков в пределах не более 0,5 % (ОСО) является избыточно жёстким и не отражает реальные метрологические характеристики даже высокоточных хроматографических систем, особенно при использовании различных матриц проб. Просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанное требование и установить его в следующей редакции: «Воспроизводимость площадей пиков: не более 1 % ОСО». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-06-13 11:42:29	Отклонить замечания	Указанный параметр "Воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО" лучше подходит для валидации методов используюмых в проведений иследовании, также к снижению расхождений между параллельными инъекциями.Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
30	221240038765	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Формулировка «насос, соответствующий заводским требованиям» не является технически однозначной. Она допускает включение в поставку оборудования, не предназначенного для длительной и эффективной работы в заданных условиях, если производитель на своё усмотрение сочтёт такую конфигурацию допустимой. Это, в свою очередь, повышает риски нестабильной работы вакуумной системы и усложняет контроль соответствия поставки. Отсутствие дискриминации. Безмасляные насосы производятся множеством ведущих мировых брендов (в том числе Edwards, Pfeiffer, Agilent, Shimadzu, Thermo и др.). Указание на безмасляное исполнение не ограничивает конкуренцию, а напротив, устанавливает понятный и прозрачный критерий, необходимый для гарантированной стабильной работы оборудования в рамках эксплуатационных условий Заказчика. Право заказчика устанавливать обоснованные технические требования. Согласно статье 11 Закона о государственных закупках, требования технической спецификации могут учитывать особенности эксплуатации оборудования, требования к надёжности и безопасности, если они обоснованы реальными задачами и условиями использования. Указание безмасляного насоса не является чрезмерным или ограничительным, а отражает обоснованные эксплуатационные потребности. Вывод: Изложенные доводы подтверждают целесообразность сохранения текущей формулировки: «Комплект поставки: 2. Безмасляный форвакуумный насос – не менее 1 шт.» Данная характеристика основана на принципах надёжности, безопасности, эксплуатационной эффективности и не носит дискриминационного характера. Она не нарушает требований Закона о госзакупках и направлена на обеспечение устойчивой и безопасной эксплуатации аналитического оборудования в соответствии с целями закупки.	2025-06-13 11:54:48	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения Товарищество с ограниченной ответственностью "ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.)
31	190540001786	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик! В Технической спецификации закупаемых товаров не уточнен год производства товара. Просим уточнить какой год производства поставляемого товара будет оптимален, указать его в Технической спецификации закупаемых товаров.	2025-06-13 10:46:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно требованию Приложения 13 к конкурсной документации Правил осуществления государствееных закупок – Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее(до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, имеющих нежилое назначение.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15228275

№ конкурса 14914801-1
Название конкурса О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-11 11:55:22 по 2025-06-13 11:55:22
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150240011488	Замечание к КД	Добрый день! В ответ на обращение от ТОО "Научно Производственное Объединение ИЗОТОП", касающееся пункта 12 технической спецификации, сообщаем следующее. Формулировка: «Время охлаждения термостата: от 450 °C до 50 °C за не более 4,0 мин» не является маркетинговой особенностью или искусственным ограничением, а представляет собой технически значимый параметр, напрямую влияющий на производительность, эффективность и скорость выполнения анализа на оборудовании, предназначенном для судебно-экспертных целей. Сокращённое время охлаждения термостата: обеспечивает более высокую пропускную способность лаборатории, позволяя быстрее проводить повторные циклы анализа; уменьшает общее время анализа, что особенно важно при необходимости срочной обработки большого количества образцов (например, при расследованиях или массовых проверках); свидетельствует о более совершенной системе термостатирования и теплообмена, что напрямую говорит о высоком инженерном уровне прибора; соответствует мировым техническим стандартам для оборудования экспертного уровня, применяемого в судебной медицине и аналитической токсикологии. Увеличение допустимого времени охлаждения до 6 минут, как предлагается в обращении, может формально расширить круг участников, однако приведёт к снижению общего уровня технических требований, что противоречит целям закупки — приобретению современного и эффективного оборудования. Следует отметить, что на рынке присутствует достаточное количество моделей с параметром охлаждения в пределах до 4 минут, и его наличие не является уникальным преимуществом одного производителя. Таким образом, параметр в текущей редакции спецификации является: объективным и технически обоснованным; направленным на повышение эффективности лабораторной работы; не противоречит Закону «О государственных закупках» и не ограничивает конкуренцию, а лишь устанавливает высокую планку качества, соответствующую задачам закупки. Просим оставить данный параметр без изменений.	2025-06-13 10:28:02	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Научно Производственное Объединение ИЗОТОП"
2	160140010021	Замечание к КД	• в пункте 6 - Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа. Этот параметр является необязательным для проведения анализа и является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков. Просим вас изменить данную формулировку на следующий вариант: «от 0 до 688 кПа с шагом не более 0,007 кПа.» что позволит участвовать в конкурсе большому количеству поставщиков, так как текущая публикация по сумме параметров допускает участие лишь не более двух брендов, что говорит о возможной прямой поддержки интересов конкретной частной компании. • в пункте 14 - Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до 1035 кПа. Минимальный шаг установки давления — не более 0,007 кПа. Этот параметр является необязательным для проведения анализа и является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков. Просим вас изменить данную формулировку на следующий вариант: «от 0 до 688 кПа. Минимальный шаг установки давления — не более 0,007 кПа.» что позволит участвовать в конкурсе большому количеству поставщиков, так как текущая публикация по сумме параметров допускает участие лишь не более двух брендов, что говорит о возможной прямой поддержки интересов конкретной частной компании. В рамках текущего свода нормативных методических указаний действующих на территории РК и таможенного союза нет ни одного указания о необходимости применения указанных в спецификации тендера параметров или даже параметров близких к указанным по данным значениям. Таким образом публикация данного технического задания не может быть оправдана методической практической или любой иной необходимостью Прошу принять данное замечания в качестве официального заявления для инициации публичной проверки деятельности группы экспертов отвечающих за утверждение публикуемого материала	2025-06-12 20:53:13	Отклонить замечания	При 688 кПа колонка может работать нестабильно, ухудшая перенос компонентов в источник ионизации.Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
3	210640029101	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков. Параметр, указанный в пункте 6 раздела "Газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором (ГХ МСД)" Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа. Данный параметр относится к определённому производителю и ограничивает участие других потенциальных поставщиков. Ряд ведущих мировых производителей имеют параметры 0-150 пси что соответствует 0-1034 Кпа. Изменение данного параметра на 1 кПа, т.е. менее, чем на 1%, не повлияет на решение стоящих перед заказчиком задач. Изменение данного параметра не повлияет на остальные характеристики поставляемого оборудования и позволит участвовать большему количеству компаний. Просим вас изменить данный параметр на Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа.	2025-06-12 23:44:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будут внесены изменения "от 0 до не менее 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа", так как данный параметр предоставляет гибкость в регулировании давления при изменении типа аналитического вещества.

4	160140010021	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии! Информируем Вас о том что в опубликованной технической спецификации по конкурсу 14914801-1 лоту: 75110832-ОК1 иметься нарушение которое ограничивает возможности для равного участия всех поставщиков просим Вас привести спецификацию в соответствие действующему закону о проведении госзакупок, так: • в пункте 12 приведена следующая формулировка: – Время охлаждения термостата: от 450 °C до 50 °C за не более 4,0 мин. Этот параметр является необязательным для проведения анализа и является «маркетинговой» особенность конкретного прибора, который направлен на исключение возможности участие в конкурсе большого количества поставщиков. Просим вас изменить данную формулировку на следующий вариант: «Время охлаждения термостата: от 450 °C до 50 °C за не более не более 6 минут» что позволит участвовать в конкурсе большому количеству поставщиков, так как текущая публикация по сумме параметров допускает участие лишь не более двух брендов, что говорит о возможной прямой поддержки интересов конкретной частной компании.	2025-06-12 20:52:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Увеличение времени охлаждения термостата анализа с 4-х минут на 6 минут приведет к уменьшению проведению проб в сутки. Это также приведет к увеличения расходованию газа-гелия.Также увеличивается износ колонок и сокращается срок службы оборудования за счёт более длительного теплового воздействия. В связи с чем увеличится финансовые затраты на приобретения расходных материалов.Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
5	160140005550	Замечание к КД	Добрый день просим принять во внимание и разработку следующую информацию, которую доводим до вашего сведения. Анализ тендерной документации по объявленному конкурсу 14914801-1на сайте государственных закупок лоту: 75110832-ОК1 выявил ряд серьезных нарушений, которые нарушают принятые законодательством нормы проведения тендеров, правила осуществления закупа, правила ведения открытого бизнеса. Просим Вас рассмотреть возможность отмены конкурса и его повторного объявления после доработки технического задания. 1) В пункте 4 – Воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО. (средний усредненный показатель 1% ОСО). 2) В пункте 12 – Время охлаждения термостата: от 450 °C до 50 °C за не более 4,0 мин (средний усредненный показатель 5 минут) 3) В пункте 15 – Коэффициент деления потока: максимальное соотношение для сброса потока в испарителе — не менее 12500:1. (средний усредненный показатель 9000:1). 4) В пункте 19 – Воспроизводимость площадей пиков: ОСО —нужно 0,5 %. (средний усредненный показатель 1% ОСО). Указанные технические параметры лоббируют продвижение на конкурсе модели бренда – Thermo Fisher, и не являющимися конструкционными или инженерными показателями необходимыми для работы, поскольку нет ни одной нормативной методики, требующей выполнения данных показателей. Вкупе публикация подобных показателей ограничивает возможность участия др. поставщиков. Просим Вас внести уточнения о том, что данные параметры не будут учитываться в заданных значениях	2025-06-13 11:44:36	Отклонить замечания	1)Указанный параметр "Воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО" лучше подходит для валидации методов используюмых в проведений иследовании, также к снижению расхождений между параллельными инъекциями.2) Увеличение времени охлаждения термостата анализа с 4-х минут на 5 минут и более приведет к уменьшению проведению проб в сутки. Это также приведет к увеличения расходованию газа-гелия.Также увеличивается износ колонок и сокращается срок службы оборудования за счёт более длительного теплового воздействия. В связи с чем увеличится финансовые затраты на приобретения расходных материалов. 3) Чем выше коэффициент деления, тем меньше потеря вещества в процессе его анализа и тем более чувствительным становится метод. Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
6	170240024285	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии! В рамках проводимого конкурса закупается газовый хроматограф с одноквадрупольным масс-спектрометрическим детектором в соответствии с Постановлением Правительства, утверждающим Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023–2025 годы. Закупаемое оборудование имеет стратегически важное значение, поскольку планируется его использование в проведении судебно-медицинских экспертиз по выявлению наркотических, веществ. В связи с этим, особенно важны технические характеристики масс-спектрометрического детектора, напрямую влияющие на точность и достоверность проводимых экспертиз. Однако в опубликованной технической спецификации отсутствуют основные ключевые требования, в частности: к чувствительности масс-спектрометрического детектора; к пределу детектирования масс-спектрометрического детектора. Данные параметры являются критически важными и общепринятыми в мировой практике при использовании масс-спектрометрии для судебной экспертизы и анализа следов веществ в сверхнизких концентрациях. В отсутствие данных требований существует риск приобретения оборудования, технически неспособного обеспечивать высокоточные результаты, соответствующие международным стандартам. Это может привести как к невозможности выполнения задач, поставленных в рамках утверждённого государственного плана, так и к нецелевому расходованию бюджетных средств.	2025-06-12 22:09:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное оборудование не предназначено для проведения судебно-медицинских экспертиз, а предназначен для качественного анализа наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

7	040240000429	Замечание к КД	Указанное требование - «Комплект поставки: 2. Безмасляный форвакуумный насос - не менее 1 шт.».Указанное требование о наличии обязательно безмасляного форвакуумного насоса ограничивает выбор оборудования и не учитывает конструктивные особенности масс-спектрометров различных производителей. В частности: Ряд масс-спектрометров заводски спроектированы для работы с маслозаполненными или гибридными насосами, которые обеспечивают сопоставимую или лучшую производительность, стабильность вакуума и более длительный срок службы. В некоторых случаях безмасляные насосы обеспечивают меньший откачной поток при высоких нагрузках, что может быть неэффективно для тандемных масс-спектрометров или при работе с высокими потоками газа. Предлагаемая нами формулировка - «соответствующий заводским требованиям к масс-спектрометру форвакуумный насос» - позволяет: учитывать конструктивные особенности конкретной модели масс-спектрометра; обеспечить полное соответствие рекомендациям и техническим условиям производителя оборудования; не ограничивать конкуренцию искусственно, исключая оборудование, которое может иметь более подходящий тип насоса по эффективности и ресурсу. Просим рассмотреть возможность изменения формулировки на «Комплект поставки: 2. Соответствующий заводским требованиям к масс-спектрометру форвакуумный насос». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-06-13 11:46:21	Отклонить замечания	Упрощённое обслуживание: безмасляные насосы не требуют регулярной замены масла, фильтров и утилизации отработанного масла. Исключаются риски загрязнения системы масляными парами, особенно критично для высокочувствительных анализов. Снижение эксплуатационных расходов: нет затрат на покупку масла, фильтров, промывку и утилизацию отходов. Повышенная надёжность и чистота вакуума: удаляется риск масляного контаминирования масс-спектрометра, что важно при работе с низкими пределами обнаружения и анализе следовых количеств веществ; особенно критично при анализе новых психоактивных веществ (НПВ), где даже микрозагрязнение влияет на результаты.Согласно статье 11 Закона о государственных закупках, к потенциальному поставщику не предъявлены квалификационные требования.
8	221240038765	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии, сообщаем, что в представленной технической спецификации содержатся характеристики, которые, ограничивают участие иных потенциальных поставщиков. 1) В пункте 4 – Воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО. (средний усредненный показатель 0,3 % ОСО); 2) В пункте 15 – Коэффициент деления потока: максимальное соотношение для сброса потока в испарителе — не менее 11500:1 с делением (средний усредненный показатель 12500:1); 3) В пункте 16 – Температура интерфейса масс-спектрометрического детектора — не менее 350 °C. (средний усредненный показатель 400 °C.); 4) В пункте 16 – Скорость сканирования — не менее 19000 а.е.м./с. (средний усредненный показатель 20000 а.е.м./с). Сообщаем, что в объявленной технической спецификации содержатся характеристики, которые необоснованно лоббируют продвижение продукции конкретного производителя — бренда Agilent. Данные технические параметры не являются конструктивно или инженерно обоснованными с точки зрения функциональных требований к оборудованию и не подтверждены ни одной обязательной нормативной методикой, регламентирующей их необходимость для выполнения соответствующих работ. Указание подобных характеристик в техническом задании существенно ограничивает участие иных потенциальных поставщиков, что противоречит принципам обеспечения конкурентности, равного доступа и недискриминации участников. В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию с целью обеспечения равных условий участия для всех поставщиков, чья продукция отвечает функциональным и эксплуатационным требованиям закупаемого оборудования.	2025-06-13 10:45:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные Вами среднеусредненные показатели входят в диапозон технической спецификации. Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
9	110740002915	Замечание к КД	Внимание! В текущей версии технической спецификации выявлены параметры, которые могут ограничивать участие других потенциальных поставщиков. Приводим конкретные замечания по следующим пунктам: Пункт 4 — заявленный показатель воспроизводимости площадей пиков не более 0,5 % ОСО. «Мы предлагаем уточнить этот параметр на уровень 0,3 % ОСО.» Пункт 16 — температура интерфейса масс-спектрометрического детектора установлена не менее 350 °C. «Мы предлагаем уточнить этот параметр на уровень 400 °C.» В случае замены параметров на 0,3 % ОСО и 400 °C, это обеспечит равные возможности для большего числа производителей, чья продукция соответствует данным требованиям. Мы убеждены, что корректировка этих параметров позволит создать условия, способствующие расширению круга участников и обеспечению конкурентности, что важно для выбора наиболее подходящего поставщика. Исходя из вышеизложенного, просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию с целью создания равных условий для всех участников, чья продукция соответствует функциональным и эксплуатационным требованиям закупаемого оборудования.	2025-06-13 11:10:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные Вами показатели входят в диапозон технической спецификации.
10	210640029101	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков. Параметр, указанный в пункте 14 раздела "Газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором (ГХ МСД)" Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до 1035 кПа. Данный параметр относится к определённому производителю и ограничивает участие других потенциальных поставщиков. Ряд ведущих мировых производителей имеют параметры 0-150 пси что соответствует 0-1034 Кпа. Изменение данного параметра на 1 кПа, т.е. менее, чем на 1%, не повлияет на решение стоящих перед заказчиком задач. Изменение данного параметра не повлияет на остальные характеристики поставляемого оборудования и позволит участвовать большему количеству компаний. Просим вас изменить данный параметр на «Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до 1034 кПа.»	2025-06-12 23:45:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будут внесены изменения "от 0 до не менее 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа", так как данный параметр предоставляет гибкость в регулировании давления при изменении типа аналитического вещества.
11	210640029101	Замечание к КД	Параметр, указанный в пунктах 6 и 14 раздела "Газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором (ГХ МСД)" 6. Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа. 14. Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до 1035 кПа Действующая редакция параметров относится к определённому производителю и ограничивает участие других потенциальных поставщиков. Ряд ведущих мировых производителей имеют параметры 0-150 psi, что соответствует 0-1034 кПа. Изменение данного параметра на 1 кПа, т.е. менее, чем всего на 0,1%, не повлияет на решение стоящих перед заказчиком задач. Изменение данного параметра не повлияет на остальные характеристики поставляемого оборудования и позволит участвовать большему количеству компаний. Просим вас изменить данные параметры на "6. Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа." и "14. Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до 1034 кПа."	2025-06-13 00:05:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будут внесены изменения: "6. Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до не менее 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа." и "14. Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до не менее 1034 кПа."

12	221240038765	Замечание к КД	Согласно Приложению 4 к Правилам осуществления государственных закупок, техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. При необходимости в технической спецификации указывается требование к потенциальным поставщикам о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности. В рамках настоящего открытого конкурса осуществляется закупка газового хроматографа в комплекте, который представляет собой технологически сложное оборудование, включающее несколько функциональных блоков и комплектующих, влияющих на его технические характеристики и соответствие заявленным параметрам. В целях исключения недобросовестной поставки, а также недопущения предоставления неполной или недостоверной информации о комплектации оборудования, предлагаем включить в техническую спецификацию следующее требование согласно Правил ГЗ РК: «Потенциальный поставщик должен предоставить техническую спецификацию о каждом комплектующем товаре по отдельности». Это позволит обеспечить прозрачность и объективность при рассмотрении конкурсных заявок, а также минимизировать риски поставки оборудования, не соответствующего заявленным характеристикам.	2025-06-12 19:07:25	Отклонить замечания	Газовый хроматограф с масс-селективным детектором - это комплексный аналитический инструмент, состоящий из газового хроматографа и масс-селективного детектора, работающих как единая система. В связи с чем, разделить в технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности не целесообразно.
13	110740002915	Замечание к КД	Здравствуйте, уважаемая конкурсная комиссия! В технической спецификации, пункт 6, установлено требование к диапазону регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа. пункт 14, установлено требование к диапазону регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа. Минимальный шаг установки давления — не более 0,007 кПа. Указанные Вами параметры выглядят достаточно ограниченными, что может существенно сократить количество возможных потенциальных поставщиков. Указанная характеристика не закреплена в обязательных методических рекомендациях или нормативно-правовых актах, регулирующих использование газовой хроматографии. При этом она не оказывает влияния на результативность аналитических процессов. То есть не влияет на достижение необходимого результата даже в потенциально возможных исследованиях. В целях обеспечения добросовестной конкуренции, а также расширения возможностей участия более широкого круга потенциальных поставщиков (производителей), считаем обоснованным предложить изменить указанные параметры на: от 0 до 1050 кПа с шагом не менее 0,01 кПа. Такие значения соответствуют техническим возможностям большинства современных хроматографических систем, используемых в судебно-экспертной практике, и не снижают качества или точности проводимых анализов.	2025-06-13 10:22:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будут внесены изменения: "6. Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до не менее 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа." и "14. Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до не менее 1034 кПа."
14	170240024285	Замечание к КД	В этой связи предлагаем внести соответствующие изменения в техническую спецификацию и дополнить её следующими параметрами: Чувствительность масс-спектрометрического детектора (режим полного сканирования, ионизация электронным ударом): При вводе не менее 1 мкл раствора октафторнафталина с концентрацией не менее 1 пг/мкл, соотношение сигнал/шум должно быть не менее 3000:1 для ионного пика m/z не менее 272 а.е.м., при сканировании в диапазоне от 50 до 300 а.е.м., при использовании гелия в качестве газа-носителя. Инструментальный предел детектирования масс-спектрометрического детектора: При сканировании в режиме мониторинга одного иона при использовании гелия в качестве газа-носителя, не менее 10 фг октафторнафталина для m/z не менее 272 а.е.м. должны обеспечивать инструментальный предел детектирования не более 5,0 фг. Эти показатели соответствуют мировым требованиям, а также техническим решениям многих производителей, и обеспечивают надёжность и точность экспертиз в области судебной токсикологии и наркологической диагностики. Благодарим за внимание и надеемся на объективное рассмотрение настоящего обращения.	2025-06-12 22:10:30	Отклонить замечания	Указанная в технической спецификации чувствительность соотношения сигнал-шума для 1 пикограмм октафторнафталин не менее 1800:1 достаточен для проведения качественного анализа наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
15	190540001786	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик! В Технической спецификации закупаемых товаров в графе "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" не упоминается прикрепление каких-либо подтверждающих документов, они указаны для представления лишь на момент поставки товара. Просим уточнить, необходимо ли потенциальному поставщику при подаче конкурсной заявки прикрепление подтверждающих документов и закрепить перечень необходимых документов при подаче конкурсной заявки в Технической спецификации закупаемых товаров.	2025-06-13 10:45:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальному поставщику необходимо предоставить подтверждающиие документы при поставке оборудования.
16	221240038765	Запрос о разъяснении КД	Обоснование сохранения параметров, указанных в пунктах 6 и 14 технического задания по лоту №75110832-ОК1. В проекте технической спецификации по данному лоту предусмотрены следующие характеристики: Пункт 6: Диапазон регулирования давления газа-носителя — от 0 до 1035 кПа; Пункт 14: Рабочий диапазон давления — от 0 до 1035 кПа. Данные параметры выбраны не случайно и обусловлены техническими требованиями к точности и стабильности работы прибора при проведении сложных аналитических исследований, включая работу на высоких скоростях потока и при использовании колонок с малым внутренним диаметром. Повышенное давление необходимо для обеспечения надёжного и стабильного транспортирования проб, особенно при использовании современных инертных систем и быстрой хроматографии. Следует отметить, что предельное давление 1035 кПа (150 psi) является промышленным стандартом в ряде аналитических решений и соответствует диапазонам, в которых работает значительная часть современного оборудования, включая ведущих мировых производителей. Уменьшение максимального значения до 1034 кПа может на первый взгляд показаться незначительным (менее 0,1%), однако это приведёт к формальному исключению оборудования, рассчитанного на точный диапазон до 150 psi, из числа допустимых к участию, так как перевод единиц измерения предполагает строгую границу. Кроме того, снижение верхнего предела, пусть даже формально, повлечёт за собой необходимость пересмотра заводских параметров, внесения изменений в программное обеспечение приборов или получения дополнительных допусков и сертификаций, что, в свою очередь, искусственно ограничит конкуренцию, а не расширит её.	2025-06-13 11:46:26	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения ТОО "ТОО ProLabSupport (ПроЛабСаппорт)".
17	221240038765	Запрос о разъяснении КД	ОПРОВЕРЖЕНИЕ в отношении предложения изменить формулировку требования: «Комплект поставки: 2. Безмасляный форвакуумный насос – не менее 1 шт.» В рамках технического задания по лоту, включающему поставку газового хроматографа с масс-спектрометрическим детектором (ГХ-МС), в комплектацию обоснованно включён безмасляный форвакуумный насос. Предложение заменить формулировку на более универсальную («форвакуумный насос, соответствующий заводским требованиям к масс-спектрометру») не учитывает реальных эксплуатационных, санитарных и технических преимуществ безмасляных насосов, особенно в условиях интенсивного лабораторного применения. Позиция Заказчика по данному параметру основывается на следующих соображениях: Экологическая и санитарная безопасность. Маслозаполненные насосы требуют регулярной замены масла, утилизации отработанных технических жидкостей и контроля за герметичностью. Это создаёт риски загрязнения воздуха и рабочих поверхностей в лаборатории. Безмасляные насосы лишены этих недостатков, что особенно важно при выполнении работ в санитарно-чувствительных зонах, в том числе при анализе лекарственных средств, пищевых продуктов, биологических образцов и др. Снижение эксплуатационных затрат и повышение надёжности. Безмасляные насосы практически не требуют технического обслуживания и замены расходных материалов. Это значительно снижает затраты на эксплуатацию и минимизирует простой оборудования, связанный с проведением регламентных работ. Совместимость с широким рядом современных масс-спектрометров. Абсолютное большинство современных масс-спектрометрических систем, включая тандемные, поддерживают или предусматривают работу с безмасляными форвакуумными насосами, особенно в конфигурациях с высокой степенью автоматизации и дистанционного мониторинга. Исключение рисков, связанных с технической некорректностью подбора.	2025-06-13 11:54:13	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения Товарищество с ограниченной ответственностью "ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.)

18	150240011488	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии! В ответ на обращение от ТОО "Научно Производственное Объединение ИЗОТОП", в котором высказывается мнение о якобы «маркетинговом» характере технического параметра: «Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа» (пункты 6 и 14 технической спецификации), считаем необходимым дать следующие разъяснения. 1. Параметры давления от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа – это не «маркетинг», а отраслевой стандарт Указанный диапазон давления и шаг настройки полностью соответствуют реальным техническим требованиям при работе с современными капиллярными колонками малого диаметра, особенно в условиях применения масс-спектрометрии. Малая погрешность подачи газа напрямую влияет на: стабильность скорости потока; точность удерживания времени; воспроизводимость результатов анализа при работе с микроконцентрациями. Это особенно важно в судебно-медицинских и криминалистических исследованиях, где точность результатов критична, а высокая чувствительность и надёжность — обязательны. 2. Диапазон до 688 кПа не покрывает все аналитические задачи Предложение ограничить диапазон давления до 688 кПа является технически необоснованным. Прибор с таким ограничением не сможет: обеспечить стабильный поток газа при высоких температурах и длинных колонках; работать с методами быстрой хроматографии; соответствовать современным мировым требованиям по скорости и точности анализа. Таким образом, принятие подобного изменения приведёт к закупке технически устаревшего оборудования, ограниченного в применении.	2025-06-13 10:30:45	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Научно Производственное Объединение ИЗОТОП"
19	221240038765	Запрос о разъяснении КД	Таким образом, параметры в пределах 0–1035 кПа являются технически обоснованными, соответствуют международной практике и необходимы для корректной и стабильной работы оборудования при выполнении задач, предусмотренных настоящей закупкой. Вывод: Изменение указанных параметров на 1034 кПа не является целесообразным, так как: приведёт к потенциальным ограничениям по функциональности оборудования; может вызвать несоответствие с установленными промышленными стандартами (150 psi); создаст дополнительные административные и технические барьеры; не соответствует интересам обеспечения качества, стабильности и воспроизводимости аналитических процедур. Рекомендуем оставить параметры в первоначальной редакции: Пункт 6: от 0 до 1035 кПа; Пункт 14: от 0 до 1035 кПа.	2025-06-13 11:47:07	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения ТОО "ТОО ProLabSupport (ПроЛабСаппорт)".
20	210640029101	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации некорректно указано наименование материалов. В пункте 6 раздела 23 "Комплект поставки" указано: 6. Аналитическая колонка 5% фенил/95% метилсиликоновая колонка, длиной не менее 30 м с внутренним диаметром не более 0,25 мм; толщина плёнки не более 0,25 мкм – не менее 1 шт.; Информируем вас о том что запрашиваемая колонка относиться к USP фазе G27 и состоит из 5 % фенил - 95 % метилполисилоксана. Ссылки на производителей 1. https://www.restek.com/global/en/articles/packed-column-usp-phase-and-support-cross-reference-chart?srsltid=AfmBOoryAHg-NHxdLz017S9Z0Q5wRGF3u5s6BVam-w7cB_vZxLyyyFgw 2. https://phenomenex.blob.core.windows.net/documents/9d440d17-26ef-4252-9358-ec74998f384c.pdf Просим вас изменить данный параметр на «Аналитическая колонка состав фазы 5% фенил/95% метилполисилоксана, длиной не менее 30 м с внутренним диаметром не более 0,25 мм; толщина плёнки не более 0,25 мкм – не менее 1 шт.;» В случае наличия производителей производящих колонки с указанными в технической спецификации характеристиками просим предоставить информацию о них.	2025-06-12 23:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будут внесены изменения: "Аналитическая колонка состав фазы 5% фенил/95% метилполисилоксана, длиной не менее 30 м с внутренним диаметром не более 0,25 мм; толщина плёнки не более 0,25 мкм – не менее 1 шт".
21	220940006096	Замечание к КД	Добрый день! В опубликованной технической спецификации указаны следующие требования: 1.Температурная программа — не менее 19 ступеней температурной программы, не менее 19 изотермических диапазонов (плато); 2.Максимальная скорость нагрева — не менее 120 °C/мин. Сообщаем, что указанные параметры являются устаревшими и технически ограниченными, поскольку отражают характеристики приборов предыдущего поколения и не соответствуют современному уровню оборудования, применяемого в судебно-экспертной практике. В соответствии с актуальной международной лабораторной практикой, используемой в судебной токсикологии, криминалистике и аналитической химии, широко применяются температурные программы с не менее 32 ступенями и не менее 33 изотермическими диапазонами (плато), а также максимальной скоростью нагрева не менее 125 °C/мин. Улучшенные технические характеристики позволяют: - более гибко настраивать сложные аналитические методики; - добиваться высокой точности и воспроизводимости результатов; - эффективно выявлять следовые количества наркотических, психотропных веществ и прекурсоров. Данные параметры имеют ключевое значение при использовании газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией, особенно в рамках судебно-медицинских экспертиз и при анализе образцов с крайне низкими концентрациями веществ. В связи с этим предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: - Температурная программа — не менее 32 ступеней и не менее 33 изотермических диапазонов (плато); - Максимальная скорость нагрева — не менее 125 °C/мин. Внесение данной корректировки позволит: - привести технические требования в соответствие с международными стандартами; - повысить эффективность и целесообразность использования закупаемого оборудования; - исключить риск приобретения морально устаревшей техники, не обеспечивающей необходимого уровня аналитической чувствительности, что, в свою очередь, снизит вероятность неэффективного использования бюджетных средств.	2025-06-13 10:53:59	Отклонить замечания	Данное оборудование не предназначено для проведения судебно-медицинских экспертиз, а предназначен для качественного анализа наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
22	050140016662	Замечание к КД	По пункту 6 технической спецификации (Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа): По пункту 14 технической спецификации (Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до 1035 кПа. Минимальный шаг установки давления — не более 0,007 кПа): Требование «от 0 до 1035 кПа с шагом не более 0,007 кПа» устанавливает недостижимый порог для большинства участников рынка. Предлагаем заменить по двум вышеуказанным пунктам на «от 0 до 1050 кПа с шагом не менее 0,01 кПа», что является технологически достижимым и достаточным для выполнения анализа. Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности п.п. 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-06-13 10:01:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации будут внесены изменения: "6. Диапазон регулирования давления газа-носителя: от 0 до не менее 1034 кПа с шагом не более 0,007 кПа." и "14. Давление: рабочий диапазон давления — от 0 до не менее 1034 кПа."
23	040240000429	Замечание к КД	Коэффициент деления потока: максимальное соотношение для сброса потока в испарителе - не менее 11500:1 с делением. Установленное значение не менее 11 500:1 является избыточным и выходит за пределы реальных эксплуатационных параметров большинства промышленных моделей газовых хроматографов, включая оборудование ведущих мировых производителей. Значение 9000:1 представляет собой достижимый и промышленно обоснованный коэффициент деления потока, который реализован в широком ряде современных систем с электронным контролем расхода и типовыми испарителями. Просим скорректировать параметр в следующей редакции: «Коэффициент деления потока:максимальное соотношение для сброса потока в испарителе - не менее 9000:1 с делением». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-06-13 11:43:40	Отклонить замечания	Чем выше коэффициент деления, тем меньше потеря вещества в процессе его анализа и тем более чувствительным становится метод.Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
24	210640029101	Замечание к КД	1 psi равно 6,89476 кПа, Соответственно 150 psi равно 1 034.214 кПа, что меньще 1035 кПа	2025-06-13 11:51:23	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения ТОО "InNext"

25	150240011488	Замечание к КД	3. Параметры доступны у более чем двух производителей Утверждение о том, что указанные характеристики доступны только у «двух брендов», является необоснованным. На международном рынке представлено несколько производителей, чьи приборы отвечают этим параметрам (в том числе Agilent, Shimadzu, Thermo Fisher, PerkinElmer и др.). Следовательно, техническое требование не ограничивает конкуренцию, а устанавливает необходимый уровень качества. 4. Компромиссное решение — 1050 кПа с шагом 0,01 кПа Вместе с тем, с целью расширения числа участников и при условии сохранения точности подачи газа, допускаем возможность корректировки параметров в следующей редакции: Диапазон давления: от 0 до 1050 кПа. Минимальный шаг установки: не менее 0,01 кПа. Такие параметры: соответствуют международным стандартам; технически реализуемы у большинства ведущих производителей; сохраняют высокую точность анализа; позволяют участвовать в конкурсе более широкому кругу поставщиков. В связи с вышеизложенным, предлагаем комиссии: отклонить предложение об ограничении диапазона давления до 688 кПа, как технически нецелесообразное; рассмотреть возможность замены текущих значений на: «от 0 до 1050 кПа с шагом не менее 0,01 кПа» — как сбалансированное и неограничивающее решение. Такой подход обеспечит сочетание качества, конкуренции и прозрачности закупки, что полностью соответствует принципам Закона РК «О государственных закупках».	2025-06-13 10:32:15	Отклонить замечания	Газовый хроматограф должен обеспечивать электронную регулировку давления газоносителя с шагом не более 0,007 кПа, что необходимо для высокоточной настройки скорости потока, повышения стабильности анализа и обеспечения количественной воспроизводимости в условиях масс-спектрометрического детектирования. Шаг 0,007 кПа позволяет более гладко и точно настраивать поток, минимизируя отклонения.
26	040240000429	Замечание к КД	Время охлаждения термостата: от 450 °C до 50 °C за не более 4,0 мин. Указанное значение времени охлаждения от 450 °C до 50 °C за не более 4,0 минуты является чрезвычайно жёстким техническим требованием, которое может быть реализовано только в ограниченном числе моделей с нестандартной системой охлаждения и, как правило, с высокой потребляемой мощностью и увеличенными затратами на обслуживание. Просим рассмотреть возможность изменения формулировки на: «Время охлаждения термостата: от 450 °C до 50 °C за не более 5,0 мин». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-06-13 11:42:56	Отклонить замечания	Увеличение времени охлаждения термостата анализа с 4-х минут на 5 минут приведет к уменьшению проведению проб в сутки. Это также приведет к увеличения расходованию газа-гелия.Также увеличивается износ колонок и сокращается срок службы оборудования за счёт более длительного теплового воздействия. В связи с чем увеличится финансовые затраты на приобретения расходных материалов.Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
27	040240000429	Замечание к КД	Воспроизводимость площадей пиков: ОСО - не более 0,3 %. Значение ОСО не более 0,3 % для воспроизводимости площадей пиков является чрезмерно жёстким и выходит за рамки метрологических возможностей даже многих современных хроматографических систем при типовых условиях анализа. Воспроизводимость площадей пиков на уровне 1 % ОСО - это нормальное значение при использовании ручного ввода пробы без автосамплера. Просим внести корректировку в техническую спецификацию, установив следующее значение: «Воспроизводимость площадей пиков: относительное стандартное отклонение (ОСО) - не более 1 %». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-06-13 11:44:03	Отклонить замечания	Указанный параметр "Воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО" лучше подходит для валидации методов используюмых в проведений иследовании, также к снижению расхождений между параллельными инъекциями.Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
28	870512350575	Замечание к КД	Доброго дня суток! Уважаемая конкурсная комиссия открытого конкурса №14914801-1. В пункте 4 технического задания указано – воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО; В пункте 15 технического задания указано – коэффициент деления потока: максимальное соотношение для сброса потока в испарителе — не менее 11500:1 с делением; В пункте 16 технического задания указано – скорость сканирования — не менее 19000 а.е.м./с. Указанные параметры, установленные в рамках лота №75110832-ОК1 «Хроматограф газовый», формируют узкий порог требований, который на практике недостижим для большинства производителей, представленных на рынке. Это приводит к существенному ограничению конкурентной среды и, как следствие, снижению эффективности закупки. В этой связи предлагаем пересмотреть и заменить указанные параметры на следующие, которые являются обоснованными с технологической точки зрения и достаточными для качественного выполнения аналитических задач: В пункте 4 – воспроизводимость площадей пиков: не более 0,3 % ОСО; В пункте 15 – коэффициент деления потока: не менее 12500:1 с делением; В пункте 16 – скорость сканирования: не менее 20000 а.е.м./с. Указанные значения соответствуют возможностям современного лабораторного оборудования, производимого различными компаниями, и не снижают требования к точности и надёжности проводимых анализов. В то же время они позволяют обеспечить равные условия для широкой группы поставщиков, повышая прозрачность процедуры и способствуя честной конкуренции. Учитывая изложенное, просим вас рассмотреть возможность корректировки технической части КД по лоту №75110832-ОК1 в целях соблюдения принципов открытости, справедливости и недискриминации, а также для обеспечения наилучшего соотношения цены и качества приобретаемого оборудования. Готовы при необходимости предоставить дополнительные материалы и обоснования в поддержку указанных предложений.	2025-06-13 11:31:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные Вами показатели входят в минимальный диаопозон технической спецификации.

29	040240000429	Замечание к КД	Воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО. Указанное требование воспроизводимости площадей пиков в пределах не более 0,5 % (ОСО) является избыточно жёстким и не отражает реальные метрологические характеристики даже высокоточных хроматографических систем, особенно при использовании различных матриц проб. Просим рассмотреть возможность внесения изменений в указанное требование и установить его в следующей редакции: «Воспроизводимость площадей пиков: не более 1 % ОСО». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-06-13 11:42:29	Отклонить замечания	Указанный параметр "Воспроизводимость площадей пиков: не более 0,5 % ОСО" лучше подходит для валидации методов используюмых в проведений иследовании, также к снижению расхождений между параллельными инъекциями.Техническая спецификация составлена для выполнения необходимых конкретных задач, без заточения под какую-либо конкретную модель.
30	221240038765	Запрос о разъяснении КД	Формулировка «насос, соответствующий заводским требованиям» не является технически однозначной. Она допускает включение в поставку оборудования, не предназначенного для длительной и эффективной работы в заданных условиях, если производитель на своё усмотрение сочтёт такую конфигурацию допустимой. Это, в свою очередь, повышает риски нестабильной работы вакуумной системы и усложняет контроль соответствия поставки. Отсутствие дискриминации. Безмасляные насосы производятся множеством ведущих мировых брендов (в том числе Edwards, Pfeiffer, Agilent, Shimadzu, Thermo и др.). Указание на безмасляное исполнение не ограничивает конкуренцию, а напротив, устанавливает понятный и прозрачный критерий, необходимый для гарантированной стабильной работы оборудования в рамках эксплуатационных условий Заказчика. Право заказчика устанавливать обоснованные технические требования. Согласно статье 11 Закона о государственных закупках, требования технической спецификации могут учитывать особенности эксплуатации оборудования, требования к надёжности и безопасности, если они обоснованы реальными задачами и условиями использования. Указание безмасляного насоса не является чрезмерным или ограничительным, а отражает обоснованные эксплуатационные потребности. Вывод: Изложенные доводы подтверждают целесообразность сохранения текущей формулировки: «Комплект поставки: 2. Безмасляный форвакуумный насос – не менее 1 шт.» Данная характеристика основана на принципах надёжности, безопасности, эксплуатационной эффективности и не носит дискриминационного характера. Она не нарушает требований Закона о госзакупках и направлена на обеспечение устойчивой и безопасной эксплуатации аналитического оборудования в соответствии с целями закупки.	2025-06-13 11:54:48	Отклонить замечания	Данный вопрос был адресован участнику обсуждения Товарищество с ограниченной ответственностью "ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.)
31	190540001786	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик! В Технической спецификации закупаемых товаров не уточнен год производства товара. Просим уточнить какой год производства поставляемого товара будет оптимален, указать его в Технической спецификации закупаемых товаров.	2025-06-13 10:46:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно требованию Приложения 13 к конкурсной документации Правил осуществления государствееных закупок – Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее(до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, имеющих нежилое назначение.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).