Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
19-қосымша

Аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15285918

Аукционның № 14973405-1

Аукционның атауы Жабдықты сатып алу (спектрофотометр)

Аукциондық құжаттаманың жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-20 15:12:04 дейін 2025-06-24 15:12:04

Ұйымдастырушының атауы ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК

Аукциондық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	040240000429	АҚ жобасына ескерту	Уважаемая тендерная комиссия, для расширения конкурентности среди потенциальных поставщиков, просим рассмотреть возможность внесения изменения в техническую спецификацию в следующих пунктах: 1. «Источник света: Галогеновая лампа и дейтериевая лампа изменить на Источник света: Ксеноновая Лампа». Данная лампа устанавливается у современных моделей спектрофотометров, обладает более длительным сроком службы, полным спектром измерений, отсутствием нагрева, не выделяет тепла, 2. «Спектральная ширина щели не более 1 нм» изменить на «Спектральная ширина щели – не более 2 нм».	2025-06-24 15:01:34	Отклонить замечания	По 1 пункту замечания потенциального поставщика «Источник света: Галогеновая лампа и дейтериевая лампа изменить на Источник света: Ксеноновая Лампа». Данная лампа устанавливается у современных моделей спектрофотометров, обладает более длительным сроком службы, полным спектром измерений, отсутствием нагрева, не выделяет тепла» сообщаем, что ксеноновые лампы сильно превосходят по стоимости галогеновые и дейтериевые лампы, что тем самым приведет к высоким эксплуатационным расходам при обслуживании прибора. В отличие от галогеновой и дейтериевой лампы, ксеноновые лампы плохо выдерживают частые включения-выключения прибора. Каждый цикл «включение-выключение» может сокращать срок службы лампы. По пункту 2 «Спектральная ширина щели не более 1 нм» изменить на «Спектральная ширина щели – не более 2 нм» сообщаем, что спектральная ширина щели 1 нм позволяет более четко идентифицировать положение полос в спектре и определять их интенсивность, как итог получать достоверные и воспроизводимые результаты при проведении количественных измерений, поэтому для работы необходим прибор с шириной спектральной щели не более 1 нм. Спектральная ширина щели более 1 нм, в частности 2 нм, приведет к значительному загрублению результатов, что особенно критично при количественном анализе.

Осы аукционға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген аукциондық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданады.

Председатель Правления Киясов Ерлан Ансаганович

Приложение 19
к Правилам осуществления
государственных закупок

Протокол предварительного обсуждения проекта аукционной документации №15285918

№ аукциона 14973405-1

Название аукциона Приобретение оборудования (спектрофотометр)

Срок приема замечаний к проекту аукционной документации, а также запросов о разъяснении положений аукционной документации с 2025-06-20 15:12:04 по 2025-06-24 15:12:04

Наименование организатора РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК

Замечание (я) к проекту аукционной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений аукционной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	040240000429	Замечание к АД	Уважаемая тендерная комиссия, для расширения конкурентности среди потенциальных поставщиков, просим рассмотреть возможность внесения изменения в техническую спецификацию в следующих пунктах: 1. «Источник света: Галогеновая лампа и дейтериевая лампа изменить на Источник света: Ксеноновая Лампа». Данная лампа устанавливается у современных моделей спектрофотометров, обладает более длительным сроком службы, полным спектром измерений, отсутствием нагрева, не выделяет тепла, 2. «Спектральная ширина щели не более 1 нм» изменить на «Спектральная ширина щели – не более 2 нм».	2025-06-24 15:01:34	Отклонить замечания	По 1 пункту замечания потенциального поставщика «Источник света: Галогеновая лампа и дейтериевая лампа изменить на Источник света: Ксеноновая Лампа». Данная лампа устанавливается у современных моделей спектрофотометров, обладает более длительным сроком службы, полным спектром измерений, отсутствием нагрева, не выделяет тепла» сообщаем, что ксеноновые лампы сильно превосходят по стоимости галогеновые и дейтериевые лампы, что тем самым приведет к высоким эксплуатационным расходам при обслуживании прибора. В отличие от галогеновой и дейтериевой лампы, ксеноновые лампы плохо выдерживают частые включения-выключения прибора. Каждый цикл «включение-выключение» может сокращать срок службы лампы. По пункту 2 «Спектральная ширина щели не более 1 нм» изменить на «Спектральная ширина щели – не более 2 нм» сообщаем, что спектральная ширина щели 1 нм позволяет более четко идентифицировать положение полос в спектре и определять их интенсивность, как итог получать достоверные и воспроизводимые результаты при проведении количественных измерений, поэтому для работы необходим прибор с шириной спектральной щели не более 1 нм. Спектральная ширина щели более 1 нм, в частности 2 нм, приведет к значительному загрублению результатов, что особенно критично при количественном анализе.

Заявки на участие в данном аукционе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной аукционной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Киясов Ерлан Ансаганович