Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_г. "29" 05 2025г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время
				28.05.25 10:30	29.05.25 11:20	

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ "Областной Кардио. Центр" Город:

Отделение: Рентген-диагностики.

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
РДК "VSM", 2е РМ "Moviplan", 3е РМ "Tele VD3"	AN8238C07	2007г.в.

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☑	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☑	☑	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение : Произведены работы по заявке. Выявлена неисправность плати интерфейсов. Нет сигнала от ВИКУ 2; ВИКУ 3. Сбиты настройки калибровки РТ 2 и 3 РМ в генераторе. Произведен ремонт плати интерфейсов. Произведена калибровка генератора G100RF по трубке RTM 782 HS 2 и 3 РМ.

Рабочие места 2 и 3 (стол и вертикальная стойка), генератор G100RF исправны и готовы к эксплуатации.

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "___"_____20___г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "___"_____20___г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "___"_____20___г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "___"_____20___г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
Тимошенко О.В. (должность) (ФИО)	Головнева В.А. (должность) (ФИО)
"29" 05 2025	"29" 05 2025
М.П.	М.П.

ГКП на ПХВ « Областной кардиологический центр»

Сам. вызов. Зинуллина Гл. мед. сестра в больницу г/б подразд. комплекс А. Байдуа 26.05.25 г

ГКП на ПХВ « Областной кардиологический центр»
Директору Байдеуову А.Н.
От_____

Заявка
на ремонт аппаратуры.
рентген-кабинет

№	Наименование мед. оборудования	Инвентарный №	Заводской №	Причина неисправности	Дата поломки
1	Пульт управления G.100 RF (рентген. кабинет) от veromatik.		AW8238 C07	не делает рентген снимок. Ошибка.	22.05.2025
2				X RAY READY	

Дата отправки заявки «26» 05 2025 г.