Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_ г. "04" 06. 2025 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ" Город: Уральск

Отделение:

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Светильник бестеневой операционный (№ 71/их)	инв. 01370275	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☒	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)
LAMP HALOGEN PHOTO OPTIC „DIN-33685".		3шт.	

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☐

Коментарии/ техническое заключение : Произведена замена бестеневых ЛАМП. Аппарат исправен и готов к эксплуатации.

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
гл. мед. сестра (должность) (ФИО)	Ковалев А.Я. (должность) (ФИО)
_____ 20____г. М.П.	04. 06. 2025 М.П.

Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_г. „04" 06 2025г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКБ" Город: Уральск.

Отделение:

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Светильник бестеневой операционный (мепі/их/ инв	01370274.	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☒	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)
LAMP HALOGEN PHOTO OPTIC „DN-33685		3шт	
Кнопка включения питания		1шт.	

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☒

Коментарии/ техническое заключение: Произведена замена кнопки включения. Произведена замена бесеневых ламп. Аппарат исправен и готов к эксплуатации.

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____" _____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____" _____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____" _____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____" _____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
(должность) (ФИО)	Ковалёв А.Я. (должность) (ФИО)
_____ 20___г. М.П.	„04" 06 2025г. М.П.

Замена по гарантии по акту от 4.06.25г.

Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_ г. "_____"_____ 20____г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ"	Город: Уральск
Отделение:	
Медицинская техника	Серийный номер / Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☐	
Светильник бестеневой операционный (Medi Lux)	01370274

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)
Lamp Halogen Photo optic „DN-33685"	шт	2	

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☑

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение: Выполнена работа по заявке. Произведена замена бестеневых ламп.
Аппарат исправен и готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
Директор Байгузов А.М. (должность) (ФИО)	Техник (должность) (ФИО)
27 06 2025г.	23 06 2025г.
М.П.	М.П.