Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Equip Service

Акт выполненных работ

"29" 05 2025 г.

Договор № _____ от "__" _____ 20_г.

				Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время
Код инженера		Номер и дата подачи заявки				

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ"

Город:

Отделение: ОАРиТ

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Ларингоскоп KaWe		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☑

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение : Выполнена работа по заявке. Выполнен ремонт контактной пары.
Аппарат исправен и готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____" _____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____" _____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____" _____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____" _____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
(должность) (ФИО) "____" _____20____г. М.П.	(должность) (ФИО) "29" 05 2025 г. М.П.

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК

Главному инженеру
гл. инженеру
к работе с медперс. оборуд.
27.05.25

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық
орталығы» МКК
директоры А.Н.Байдеуовке
ОАРИТ бөлімінің
у.м.а. аға медбикесі С.С. Кулаковадан

Жөндеу қажеттілігіне тапсырыс

№ п/п	Медициналық құрал-жабдықтардың атауы	Түгендеме нөмірі	Зауыт нөмірі	Ақаудың себебі	Бұзылу күні
1	Ларингоскоп		SN16697	Лампа жанбайды	18.05.25

Тапсырыс беру күні «__27___» ___05___2025 жыл

у.м.а. аа мед