Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_ г. "_____"_____ 20___г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ" Город: Уральск.

Отделение:

Медицинская техника

Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒

	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Отсос медицинский Вилма Планар В-100	283	

Выполненные работы инв. 01370311

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)
Обратной клапан	шт	6	

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☑

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение: Произведена работа по заявке. Произведена замена обратных клапанов. Восстановлена цепь питания аппарата. Аппарат исправен и готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☑

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
А.О. Ж.М.С. Джумашева (должность) (ФИО)	Рябин С.В. (должность) (ФИО)
26 "06" 2025 20___г.	26 "06" 2025 г.
М.П.	М.П.

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық
орталығы» МКК
директоры А.Н.Байдеуовке
КХО бөлімінің
аға медбикесі
А.Д.Сабергалиевадан

Жөндеу қажеттілігіне тапсырыс

№ п/п	Медициналық құрал-жабдықтардың атауы	Түгендеме нөмірі	Зауыт нөмірі	Ақаудың себебі	Бұзылу күні
1	Отсасыватель медицинский Висма-Планар	01370311	283	Не работает	02.06.25

Тапсырыс беру күні «02» 06. 2025 жыл