Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_г. "_____"_____ 20____г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время

Организация здравоохранения: РКП на ПХВ „ОКУ"	Город: Уральск
Отделение:	
Медицинская техника	Серийный номер / Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒	
Дефибриллятор PRIMEDIC	73503006759

Выполненные работы №№ 24130588

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☐

Коментарии/ техническое заключение: Произведена работа по заявке. Проверка аппарата на стенде неисправностей не выявела. Заданные параметры аппарата соответствуют действительности.
Аппарат исправен и готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
медбрат Жакупмашева (должность) (ФИО)	Фарм (должность) (ФИО)
"26" 06 2025г.	"26" 06 2025г.
М.П.	М.П.

ГКП на ПХВ» Областной кардиологический центр»

ГКП на ПХВ Областной
кардиологический центр»
Директору Байдеуоеву.А.Н.
Ст.медсестры отделения ПИТ
Сариева.Б.М.

Заявка
на ремонт аппаратуры

№	Найменование мед.оборудования	Инвентар ный №	Заводс кой №	Причина неисправности	Дата поломки
1	Дефибрилятор PRIMEDIC Германия	24130589	7350300675 9	Дефибрилятор работает на батарейках но не набирает разряд напряжения после одного разряда	22.06.2025

Ст.медсестра: Сариева.Б.М.

Дата 23.05.2025г