Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_ г. "02" 06 20 25 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время

Организация здравоохранения: ПКП на ПХВ ОКЦ	Город: Уральск
Отделение:	

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Отсасыватель медицинский В-100.	N 290 инв 01370280.	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☐

Коментарии/ техническое заключение : Ремонт вакумного компрессора с заменой демпферов

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
(должность) (ФИО)	(должность) (ФИО)
_____ 20___г.	06 20___г.
М.П.	М.П.

ГКП на ПХВ» Областной кардиологический центр»

Главврачу
Гл. мед сестре
к работе с
подчиненн. отд.
28.05.25г

ГКП на ПХВ Областной
кардиологический центр»
Директору Байдеуову.А.Н
Ст.медсестры отделения ПИТ
Сариева.Б.М.

Заявка
на ремонт аппаратуры

№	Найменование мед.оборудования	Инвентарный №	Заводс кой №	Причина неисправности	Дата поломки
1	Отсасыватель медицинский модель В-100 в комп.пр.НП ООО Висма-Планар Беларусь	01370280	290	При включении в электросеть отсасыватель не работает.	27.05.2025г

Ст.медсестра: Сариева.Б.М. Дата 28.05.2025г