Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15354305

Конкурстың № 14975225-3
Конкурстың атауы Биологиялық зерттеулерге арналған диагностикалық сарысулар мен тесттер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-02 17:24:57 дейін 2025-07-04 17:24:57
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	950340000413	ҚҚ жобасына ескерту	Чувствительность не менее 20 нг/мл». В связи с этим просим разъяснить, возможно ли участие в закупке тест-систем с более высокой чувствительностью, то есть с возможностью обнаружения скрытой крови при концентрациях ниже 20 нг/мл (например, 10 нг/мл). Хотим отметить, что чем ниже пороговое значение чувствительности теста, тем выше его диагностические характеристики, так как это позволяет выявлять скрытую кровь даже при минимальном содержании. Использование тест-систем с лучшей чувствительностью способствует повышению информативности и эффективности анализа. Просим подтвердить, что к участию допускаются тест-системы с чувствительностью, превышающей (улучшающей) заявленную, при условии соответствия остальным требованиям технического задания.	2025-07-04 17:16:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, следы гемоглобина могут присутствовать в других биологических жидкостях (например моче, влагалищной жидкости, стуле, слюне, и.т.д), и высокая чувствительность может привести к ложноположительным результатам. Т.е., в случае определения гемоглобина, чем выше чувствительность, тем ниже специфичность. Чувствительность тестов для судебно-медицинских экспертиз представлена многими изготовителями в 20, 40, 50 нг/мл. Вместе с тем, в соответствии со ст.12 Закона "О государственных закупках", в конкурсной документации указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

2	950340000413	ҚҚ жобасына ескерту	В ходе анализа технического задания на закупку тест-системы для обнаружения простат-специфического антигена (ПСА) в криминалистике, обращаем внимание на следующие пункты спецификации: а. Должен быть возможен количественный анализ с помощью прибора, на каждой кассете должен быть штрихкод для чтения. О каком типе прибора идет речь? Требуется ли использование прибора закрытого типа (работающего только с тест-системами определенного производителя) или допускается использование открытых систем, совместимых с тест-системами различных производителей? Необходимо ли, чтобы тест-система была совместима с уже установленным у заказчика оборудованием? Если да, просим указать модель и производителя прибора, чтобы участники закупки могли корректно подготовить свои предложения. Ограничение конкуренции: Указание на необходимость наличия штрихкода на каждой кассете и возможность количественного анализа может существенно ограничить круг потенциальных поставщиков, так как подобные требования характерны для продукции отдельных производителей и/или для работы с конкретными приборами. Просим пояснить, чем обусловлено включение данного требования, и рассмотреть возможность его корректировки для расширения конкурентной среды. Назначение анализа ПСА в криминалистике: Обращаем внимание, что в криминалистической практике основное назначение анализа ПСА — это качественное определение наличия антигена, а не количественное измерение его концентрации. Просим уточнить, действительно ли требуется проведение именно количественного анализа, либо возможно использование тест-систем, обеспечивающих качественный результат, что является стандартом в криминалистике. Просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в техническое задание с целью обеспечения более широкого участия поставщиков и соответствия спецификации реальным задачам криминалистической экспертизы.	2025-07-04 16:44:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	"Уважаемый потенциальный поставщик, в техспецификации по лоту 73944033-ОК1 будет исключено требование ""должен быть возможен количественный анализ с помощью прибора, на каждой кассете должен быть штрихкод для чтения."" Тем не менее, обращаем Ваше внимание, что требуется полуколичественный результат, интенсивность окраски полосы результата должна отражать концентрацию ПСА в образце. Кроме этого, необходимо отметить что для судебно-биологического исследования важно не только качественное определение ПСА, но и количественное, так как высокочувствительные тесты могут определить минимальное количество ПСА в других биологических жидкостях, в которых в норме так же содержится ПСА и получить ложноположительный результат.

3	950340000413	ҚҚ жобасына ескерту	В рамках рассмотрения технического задания на закупку тест-системы для обнаружения простат-специфического антигена (ПСА) в криминалистике, обращаем Ваше внимание на следующий момент: В спецификации указано требование: «Толщина тест-полоски не менее 8 мм». Данное требование является достаточно специфичным и существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку на российском и мировом рынке тест-систем для ПСА большинство производителей выпускают тест-полоски шириной 4–6 мм. Из открытых источников следует, что тест-полоски шириной 8 мм производит, в основном, компания Seratec (Германия). В связи с этим просим Вас разъяснить, чем обусловлено включение данного параметра в техническое задание, и рассмотреть возможность его корректировки с целью расширения конкурентной среды и обеспечения возможности участия в закупке большего числа производителей и поставщиков. В случае, если требование о толщине тест-полоски связано с особенностями методики или необходимостью использования оборудования, совместимого только с полосками указанной ширины, просим предоставить соответствующее обоснование. В противном случае предлагаем изменить формулировку данного пункта	2025-07-04 13:37:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: "Толщина тест полоски должна быть не менее 8 мм" На "Толщина тест полоски должна быть не менее 4 мм"

4	950340000413	ҚҚ жобасына ескерту	Толщина тест-полоски должна быть не менее 8 мм». Обращаем внимание, что данный параметр характерен преимущественно для продукции одного производителя — Seratec, что существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков и может рассматриваться как ограничение конкуренции. В связи с этим просим разъяснить: Чем обусловлена необходимость использования тест-полосок именно такой толщины как для тестов на ПСА, так и для тестов на скрытую кровь? Какое диагностическое значение имеет данный параметр, если большинство тест-систем на рынке (в том числе для выявления скрытой крови) имеют толщину полоски 4–6 мм и при этом обеспечивают сопоставимые аналитические характеристики? Не приведёт ли данное требование к искусственному ограничению числа участников закупки и, соответственно, к снижению конкурентности процедуры? Просим рассмотреть возможность корректировки данного требования либо предоставить обоснование его включения в техническое задание, с учётом того, что толщина тест-полоски не влияет на основные диагностические показатели тест-системы, как для ПСА, так и для тестов на скрытую кровь.	2025-07-04 17:00:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: "Толщина тест полоски должна быть не менее 8 мм" На "Толщина тест полоски должна быть не менее 4 мм"

5	870512350575	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная комиссия, доводим до вашего сведения, что антисыворотки диагностические кроличьи к белкам сыворотки человека и животных подлежат государственной регистрации на территории Республики Казахстан согласно Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения». До момента получения регистрационного удостоверения использование данных изделий вне зависимости от целей применения в медицинской, судебной, судебно-медицинской и другой практике, противоречит действующему законодательству, и влечет за собой административную ответственность для Заказчика. Поэтому в технические спецификации объявленных антисывороток необходимо включить следующий текст: «Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить следующие документы: копию регистрационного удостоверения МЗ РК на предлагаемый товар...» во избежание закупа незарегистрированного товара. В случае, если данное требование не будет указано в требованиях к товару, то будем вынуждены обратиться в компетентные органы в связи с нарушением действующего законодательства РК.	2025-07-04 16:11:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем, что данные товары закупаются для лабораторного исследования вещественных доказательств (одежда, ножи,смывы. и т.д.) не в медицинских целях и не для оказания медицинской помощи. Кроме этого, ст.11 и ст.12 Закона «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Реализация медицинских изделий организациям, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность, является нарушением требований законодательства, Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий № ҚР ДСМ-104/2020 (пункт 9).

6	950340000413	ҚҚ жобасына ескерту	В техническом задании указана определённая чувствительность тест-системы (например, 4 нг/мл). В связи с этим просим уточнить: Возможно ли участие в закупке тест-систем с улучшенной чувствительностью, то есть с возможностью обнаружения ПСА при концентрациях ниже заявленного порога (например, 2 нг/мл или 1 нг/мл)? Считаем, что использование тест-систем с более высокой чувствительностью (меньшее пороговое значение) позволяет выявлять ПСА даже при минимальном содержании, что может повысить информативность и надёжность криминалистического анализа. Просим подтвердить, что к участию допускаются тест-системы с чувствительностью, превышающей (улучшающей) заявленную, при условии соответствия остальным требованиям технического задания.	2025-07-04 16:51:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Уважаемый потенциальный поставщик. В техническом задании по лоту 73944033-ОК1 нет требований к общей чувствительности теста, есть требования по наличию полосы контроля, интенсивность окраски которой должна соответствовать международному стандарту PSA в 4 нг, для сопоставления с интенсивностью окраски полосы результата. Принимаем Ваше замечание, в техническую спецификацию по лоту 73944033-ОК1 будет внесено требование к порогу чувствительности теста: ""Результат должен быть полуколичественный, должна присутствовать линия контроля, интенсивность которой соответствует концентрации ПСА 4 нг/мл, общая чувствительность теста от 1 нг/мл""."

7	950340000413	ҚҚ жобасына ескерту	Толщина тест-полоски должна быть не менее 8 мм». Обращаем внимание, что данный параметр характерен преимущественно для продукции одного производителя — Seratec, что существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков и может рассматриваться как ограничение конкуренции. В связи с этим просим разъяснить: Чем обусловлена необходимость использования тест-полосок именно такой толщины тестов на скрытую кровь? Какое диагностическое значение имеет данный параметр, если большинство тест-систем на рынке (в том числе для выявления скрытой крови) имеют толщину полоски 4–6 мм и при этом обеспечивают сопоставимые аналитические характеристики? Не приведёт ли данное требование к искусственному ограничению числа участников закупки и, соответственно, к снижению конкурентности процедуры? Просим рассмотреть возможность корректировки данного требования либо предоставить обоснование его включения в техническое задание, с учётом того, что толщина тест-полоски не влияет на основные диагностические показатели тест-системы, как для ПСА, так и для тестов на скрытую кровь.	2025-07-04 17:02:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: "Толщина тест полоски должна быть не менее 8 мм" На "Толщина тест полоски должна быть не менее 4 мм"

8	870512350575	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии, в технической спецификации товаров по лотам: 73896958-ОК1, 73898659-ОК1, 73905447-ОК1, 79387708-ОК1, 73887159-ОК1, 73898185-ОК1, 73866515-ОК1, 73875946-ОК1, 73897794-ОК1, 73868062-ОК1, 73867408-ОК1, 73897182-ОК1, 73869943-ОК1, 73898844-ОК1, 73896786-ОК1, 73869324-ОК1 отсутствует требование о предоставлении Регистрационного удостоверения МЗ РК в составе конкурсных заявок потенциальных поставщиков. Закупаемые Заказчиком товары относятся к медицинским изделиям в соответствии с пп. 7 п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Данные товары подлежат государственной регистрации также на основании официального ответа РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК на запрос Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана КВГА МФ РК № ДВГА--05/2599-И от 19.04.2023 г. На основании вышесказанного, сообщаем, что, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, для диагностики вне живого организма (in vitro), соответственно, подлежат государственной регистрации. В связи с этим в технической спецификации должно быть указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. Просим включить в технические спецификации товаров по лотам: 73896958-ОК1, 73898659-ОК1, 73905447-ОК1, 79387708-ОК1, 73887159-ОК1, 73898185-ОК1, 73866515-ОК1, 73875946-ОК1, 73897794-ОК1, 73868062-ОК1, 73867408-ОК1, 73897182-ОК1, 73869943-ОК1, 73898844-ОК1, 73896786-ОК1, 73869324-ОК1 требование о предоставлении Регистрационного удостоверения МЗ РК в составе конкурсных заявок потенциальных поставщиков.	2025-07-04 16:28:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем, что данные товары закупаются для лабораторного исследования вещественных доказательств (одежда, ножи,смывы. и т.д.) не в медицинских целях и не для оказания медицинской помощи. Кроме этого, ст.11 и ст.12 Закона «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Реализация медицинских изделий организациям, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность, является нарушением требований законодательства, Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий № ҚР ДСМ-104/2020 (пункт 9).

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель директор по развитию	Темиргалиева Майра Мукановна
Сотрудник	Аканов Нурлан Серикович
Главный инженер	Атыгаева Айжан Сериковна
Руководитель биологического отделения	Семикина Елена Николаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15354305

№ конкурса 14975225-3
Название конкурса Диагностические сыворотки и тесты для биологических исследований
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-02 17:24:57 по 2025-07-04 17:24:57
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	950340000413	Замечание к КД	Чувствительность не менее 20 нг/мл». В связи с этим просим разъяснить, возможно ли участие в закупке тест-систем с более высокой чувствительностью, то есть с возможностью обнаружения скрытой крови при концентрациях ниже 20 нг/мл (например, 10 нг/мл). Хотим отметить, что чем ниже пороговое значение чувствительности теста, тем выше его диагностические характеристики, так как это позволяет выявлять скрытую кровь даже при минимальном содержании. Использование тест-систем с лучшей чувствительностью способствует повышению информативности и эффективности анализа. Просим подтвердить, что к участию допускаются тест-системы с чувствительностью, превышающей (улучшающей) заявленную, при условии соответствия остальным требованиям технического задания.	2025-07-04 17:16:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, следы гемоглобина могут присутствовать в других биологических жидкостях (например моче, влагалищной жидкости, стуле, слюне, и.т.д), и высокая чувствительность может привести к ложноположительным результатам. Т.е., в случае определения гемоглобина, чем выше чувствительность, тем ниже специфичность. Чувствительность тестов для судебно-медицинских экспертиз представлена многими изготовителями в 20, 40, 50 нг/мл. Вместе с тем, в соответствии со ст.12 Закона "О государственных закупках", в конкурсной документации указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

2	950340000413	Замечание к КД	В ходе анализа технического задания на закупку тест-системы для обнаружения простат-специфического антигена (ПСА) в криминалистике, обращаем внимание на следующие пункты спецификации: а. Должен быть возможен количественный анализ с помощью прибора, на каждой кассете должен быть штрихкод для чтения. О каком типе прибора идет речь? Требуется ли использование прибора закрытого типа (работающего только с тест-системами определенного производителя) или допускается использование открытых систем, совместимых с тест-системами различных производителей? Необходимо ли, чтобы тест-система была совместима с уже установленным у заказчика оборудованием? Если да, просим указать модель и производителя прибора, чтобы участники закупки могли корректно подготовить свои предложения. Ограничение конкуренции: Указание на необходимость наличия штрихкода на каждой кассете и возможность количественного анализа может существенно ограничить круг потенциальных поставщиков, так как подобные требования характерны для продукции отдельных производителей и/или для работы с конкретными приборами. Просим пояснить, чем обусловлено включение данного требования, и рассмотреть возможность его корректировки для расширения конкурентной среды. Назначение анализа ПСА в криминалистике: Обращаем внимание, что в криминалистической практике основное назначение анализа ПСА — это качественное определение наличия антигена, а не количественное измерение его концентрации. Просим уточнить, действительно ли требуется проведение именно количественного анализа, либо возможно использование тест-систем, обеспечивающих качественный результат, что является стандартом в криминалистике. Просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в техническое задание с целью обеспечения более широкого участия поставщиков и соответствия спецификации реальным задачам криминалистической экспертизы.	2025-07-04 16:44:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	"Уважаемый потенциальный поставщик, в техспецификации по лоту 73944033-ОК1 будет исключено требование ""должен быть возможен количественный анализ с помощью прибора, на каждой кассете должен быть штрихкод для чтения."" Тем не менее, обращаем Ваше внимание, что требуется полуколичественный результат, интенсивность окраски полосы результата должна отражать концентрацию ПСА в образце. Кроме этого, необходимо отметить что для судебно-биологического исследования важно не только качественное определение ПСА, но и количественное, так как высокочувствительные тесты могут определить минимальное количество ПСА в других биологических жидкостях, в которых в норме так же содержится ПСА и получить ложноположительный результат.

3	950340000413	Замечание к КД	В рамках рассмотрения технического задания на закупку тест-системы для обнаружения простат-специфического антигена (ПСА) в криминалистике, обращаем Ваше внимание на следующий момент: В спецификации указано требование: «Толщина тест-полоски не менее 8 мм». Данное требование является достаточно специфичным и существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку на российском и мировом рынке тест-систем для ПСА большинство производителей выпускают тест-полоски шириной 4–6 мм. Из открытых источников следует, что тест-полоски шириной 8 мм производит, в основном, компания Seratec (Германия). В связи с этим просим Вас разъяснить, чем обусловлено включение данного параметра в техническое задание, и рассмотреть возможность его корректировки с целью расширения конкурентной среды и обеспечения возможности участия в закупке большего числа производителей и поставщиков. В случае, если требование о толщине тест-полоски связано с особенностями методики или необходимостью использования оборудования, совместимого только с полосками указанной ширины, просим предоставить соответствующее обоснование. В противном случае предлагаем изменить формулировку данного пункта	2025-07-04 13:37:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: "Толщина тест полоски должна быть не менее 8 мм" На "Толщина тест полоски должна быть не менее 4 мм"

4	950340000413	Замечание к КД	Толщина тест-полоски должна быть не менее 8 мм». Обращаем внимание, что данный параметр характерен преимущественно для продукции одного производителя — Seratec, что существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков и может рассматриваться как ограничение конкуренции. В связи с этим просим разъяснить: Чем обусловлена необходимость использования тест-полосок именно такой толщины как для тестов на ПСА, так и для тестов на скрытую кровь? Какое диагностическое значение имеет данный параметр, если большинство тест-систем на рынке (в том числе для выявления скрытой крови) имеют толщину полоски 4–6 мм и при этом обеспечивают сопоставимые аналитические характеристики? Не приведёт ли данное требование к искусственному ограничению числа участников закупки и, соответственно, к снижению конкурентности процедуры? Просим рассмотреть возможность корректировки данного требования либо предоставить обоснование его включения в техническое задание, с учётом того, что толщина тест-полоски не влияет на основные диагностические показатели тест-системы, как для ПСА, так и для тестов на скрытую кровь.	2025-07-04 17:00:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: "Толщина тест полоски должна быть не менее 8 мм" На "Толщина тест полоски должна быть не менее 4 мм"

5	870512350575	Замечание к КД	Конкурсная комиссия, доводим до вашего сведения, что антисыворотки диагностические кроличьи к белкам сыворотки человека и животных подлежат государственной регистрации на территории Республики Казахстан согласно Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения». До момента получения регистрационного удостоверения использование данных изделий вне зависимости от целей применения в медицинской, судебной, судебно-медицинской и другой практике, противоречит действующему законодательству, и влечет за собой административную ответственность для Заказчика. Поэтому в технические спецификации объявленных антисывороток необходимо включить следующий текст: «Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить следующие документы: копию регистрационного удостоверения МЗ РК на предлагаемый товар...» во избежание закупа незарегистрированного товара. В случае, если данное требование не будет указано в требованиях к товару, то будем вынуждены обратиться в компетентные органы в связи с нарушением действующего законодательства РК.	2025-07-04 16:11:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем, что данные товары закупаются для лабораторного исследования вещественных доказательств (одежда, ножи,смывы. и т.д.) не в медицинских целях и не для оказания медицинской помощи. Кроме этого, ст.11 и ст.12 Закона «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Реализация медицинских изделий организациям, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность, является нарушением требований законодательства, Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий № ҚР ДСМ-104/2020 (пункт 9).

6	950340000413	Замечание к КД	В техническом задании указана определённая чувствительность тест-системы (например, 4 нг/мл). В связи с этим просим уточнить: Возможно ли участие в закупке тест-систем с улучшенной чувствительностью, то есть с возможностью обнаружения ПСА при концентрациях ниже заявленного порога (например, 2 нг/мл или 1 нг/мл)? Считаем, что использование тест-систем с более высокой чувствительностью (меньшее пороговое значение) позволяет выявлять ПСА даже при минимальном содержании, что может повысить информативность и надёжность криминалистического анализа. Просим подтвердить, что к участию допускаются тест-системы с чувствительностью, превышающей (улучшающей) заявленную, при условии соответствия остальным требованиям технического задания.	2025-07-04 16:51:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Уважаемый потенциальный поставщик. В техническом задании по лоту 73944033-ОК1 нет требований к общей чувствительности теста, есть требования по наличию полосы контроля, интенсивность окраски которой должна соответствовать международному стандарту PSA в 4 нг, для сопоставления с интенсивностью окраски полосы результата. Принимаем Ваше замечание, в техническую спецификацию по лоту 73944033-ОК1 будет внесено требование к порогу чувствительности теста: ""Результат должен быть полуколичественный, должна присутствовать линия контроля, интенсивность которой соответствует концентрации ПСА 4 нг/мл, общая чувствительность теста от 1 нг/мл""."

7	950340000413	Замечание к КД	Толщина тест-полоски должна быть не менее 8 мм». Обращаем внимание, что данный параметр характерен преимущественно для продукции одного производителя — Seratec, что существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков и может рассматриваться как ограничение конкуренции. В связи с этим просим разъяснить: Чем обусловлена необходимость использования тест-полосок именно такой толщины тестов на скрытую кровь? Какое диагностическое значение имеет данный параметр, если большинство тест-систем на рынке (в том числе для выявления скрытой крови) имеют толщину полоски 4–6 мм и при этом обеспечивают сопоставимые аналитические характеристики? Не приведёт ли данное требование к искусственному ограничению числа участников закупки и, соответственно, к снижению конкурентности процедуры? Просим рассмотреть возможность корректировки данного требования либо предоставить обоснование его включения в техническое задание, с учётом того, что толщина тест-полоски не влияет на основные диагностические показатели тест-системы, как для ПСА, так и для тестов на скрытую кровь.	2025-07-04 17:02:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: "Толщина тест полоски должна быть не менее 8 мм" На "Толщина тест полоски должна быть не менее 4 мм"

8	870512350575	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии, в технической спецификации товаров по лотам: 73896958-ОК1, 73898659-ОК1, 73905447-ОК1, 79387708-ОК1, 73887159-ОК1, 73898185-ОК1, 73866515-ОК1, 73875946-ОК1, 73897794-ОК1, 73868062-ОК1, 73867408-ОК1, 73897182-ОК1, 73869943-ОК1, 73898844-ОК1, 73896786-ОК1, 73869324-ОК1 отсутствует требование о предоставлении Регистрационного удостоверения МЗ РК в составе конкурсных заявок потенциальных поставщиков. Закупаемые Заказчиком товары относятся к медицинским изделиям в соответствии с пп. 7 п.1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс). Данные товары подлежат государственной регистрации также на основании официального ответа РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК на запрос Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана КВГА МФ РК № ДВГА--05/2599-И от 19.04.2023 г. На основании вышесказанного, сообщаем, что, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, объявленные товары, также могут использоваться в медицинских целях, для диагностики вне живого организма (in vitro), соответственно, подлежат государственной регистрации. В связи с этим в технической спецификации должно быть указано, что Потенциальный поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение МЗ РК. Просим включить в технические спецификации товаров по лотам: 73896958-ОК1, 73898659-ОК1, 73905447-ОК1, 79387708-ОК1, 73887159-ОК1, 73898185-ОК1, 73866515-ОК1, 73875946-ОК1, 73897794-ОК1, 73868062-ОК1, 73867408-ОК1, 73897182-ОК1, 73869943-ОК1, 73898844-ОК1, 73896786-ОК1, 73869324-ОК1 требование о предоставлении Регистрационного удостоверения МЗ РК в составе конкурсных заявок потенциальных поставщиков.	2025-07-04 16:28:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем, что данные товары закупаются для лабораторного исследования вещественных доказательств (одежда, ножи,смывы. и т.д.) не в медицинских целях и не для оказания медицинской помощи. Кроме этого, ст.11 и ст.12 Закона «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Реализация медицинских изделий организациям, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность, является нарушением требований законодательства, Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий № ҚР ДСМ-104/2020 (пункт 9).

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель директор по развитию	Темиргалиева Майра Мукановна
Сотрудник	Аканов Нурлан Серикович
Главный инженер	Атыгаева Айжан Сериковна
Руководитель биологического отделения	Семикина Елена Николаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).