TECHPRIME
Top-notch technologies now

Исх.: №26/07-2025
От 15.07.2025 г

Кому: Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"

Жалоба по конкурсу № 15021137-1, по лоту № 74719053-ОК2, о предоставлении неверной информации

Уважаемые члены конкурсной комиссии!

Настоящим выражаем несогласие с результатами конкурса №15021137-1 по лоту №74719053-ОК2 «Набор для амплификации 27 STR локусов Y-хромосомы, с внутренним стандартом» и подаём официальную жалобу в связи с тем, что конкурсная заявка победителя — ТОО «Easy Lab» — не соответствует требованиям технической спецификации, а именно:

1. Несоответствие техническим характеристикам набора

В технической спецификации, обязательным требованием является наличие 27 локусов два из которых DYF387S1 a/b.

1. Несмотря на то, что потенциальный поставщик заявляет, что его набор включает в себя 27 локусов, в техническом паспорте прикрепленном в конкурсной заявке компании ТОО «Easy Lab» в составе набора перечисляются только 26 локусов: DYS393, DYS570, DYS19, DYS392, Y GATA H4, DYS460, DYS458, DYS481, DYS635, DYS448, DYS533, DYS456, DYS389 I, DYS390, DYS389 II, DYS438, DYS576, DYS391, DYS439, DYS437, DYS385a/b, **DYF387S1**, DYS627, DYS449 и DYS518.
2. Согласно техническому паспорту прикрепленному в конкурсной заявке компании ТОО «Easy Lab» в наборе отсутствуют локусы DYF387S1 a/b.

Данный набор не соответствует требованием закупаемого товара.

Таким образом набор потенциального поставщика компании ТОО «Easy Lab» не соответствует по количеству и составу локусов.

TECHPRIME
Top-notch technologies now

На основании вышеуказанного несоответствия просим Вас:

1. Провести повторную техническую экспертизу заявки компании ТОО «Easy Lab»;
2. При подтверждении нарушений — признать заявку ТОО «Easy Lab» несоответствующей;
3. Пересмотреть итоги конкурса и признать победителем компанию ТОО «TechPrime», заявка которой в полной мере соответствует технической спецификации.

Директор
ТОО «TechPrime»
Калюжный А.А.
(подписано ЭЦП ключом)