Отдел поверки филиала "Семей" акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.E0687

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.07.E0687
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке № ВТ-02-25-3612049

Весы неавтоматического действия

(наименование средства измерений)

При повторной поверке предъявление сертификата ОБЯЗАТЕЛЬНО

Тип **МП300**

Заводской номер **912292**

от 1000 г до 300 кг

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ООО МИДЛиК, Россия** Дата изготовления **2022 г.**

Пользователь **филиал «Балхаш» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан область Абай, город Семей, Переулок Тихий, 5**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.07044-2012, Приложение Н Методика поверки весов ГОСТ Р 53228-2008, Весы неавтоматического действия. Часть 1, Метрологические и технические требования. Испытания.

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Набор эталонных гирь, КГЭ-3, зав. №645, в диапазоне Мном = (1 кг - 20 кг) - 6 шт, раз. 3, .
Набор эталонных гирь, Г-3-1110, зав. №108, в диапазоне М/ном(1-500) Г-12 шт, раз. 4, .
Гири эталонные, КГЭ-20 кг, зав. №1-45, (45 шт), в диапазоне Мном=20 кг, раз. 4,

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности
среднему в качестве **рабочего СИ**

Динамический код прослеживаемости (ДКП): **ВА. ВТ.**

Дата поверки: **23.07.2025** Действителен до: **23.07.2026**

Руководитель отдела (лаборатории) **Нуртазанов Н.**

Поверитель **Таласбай А.**

Информация о поверительном клейме:
МК - Б-ВТ

2ВТ5
Б