АКТ

Приема поставленных товаров, работ, услуг

по Договору № 231140024109/250985/00 от 16.07.2025 г.

г.Караганда **«19» августа 2025 г.**

Мы, нижеподписавщееся комиссия в составе, Председателя комиссии директора Филиала РГП на ПХВ «ГИПРОзем» КУЗР МСХ РК по Карагандинской области (далее Филиал) С.Ш.Ахметова, члены комиссии: заместитель директора Медеубаева Д.К., руководитель административно-хозяйственного сектора Мухтаров Е.Б., руководитель отдела цифрового картографирования Бейсетаев Н.Б., руководитель отдела лабораторных исследований Багдатов С.М. приняли следующие товары:

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Ед.изм	Кол-во	Цена за единицу включая НДС, тенге	Всего с учетом НДС, тенге
1	Пипет-дозатор для автоматического титратора	шт	7	36 500.00	255 500.00
	ИТОГО:				255 500.00

Примечание: Дозатор лабораторный на 5 мл (1-канальный механический). ГОСТ 28311-89. Год выпуска 2025 год. Гарантийный талон предоставлен. Диапазон дозирования, мкл: 1000 – 10000; Наконечник, мкл: 10000. Погрешность ±1; Сменные наконечники наличие 100 штук Прибор внесен в реестр ГСИ РК Сертификат №839, KZ09VTN00004830; Сертификаты о поверки №FJ-07-25-3683003, №FJ-07-25-3683001, №FJ-07-25-36830000, №FJ-07-25-3682999, №FJ-07-25-3682990, №FJ-07-25-3683018, №FJ-07-25-3683019. Товара доставлен до склада лаборатории.

Ахметов С.Ш.

Медеубаева Д.К.

Мухтаров Е.Б.

Бейсетаев Н.Б.

Багдатов С.М.

ИП «МЕДЕУОВ» БИН: 610217301967
Адрес: мкр. Коккайнар, ул. Заречная 2Г
Почта: goszakup@bmlg.kz
Номер: 8 706 411 54 32

Гарантийный талон

№ Договора 231140024109/250987/00 от 16.07.2025г

«6»_августа__2025 г.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: г.Караганда ул. Пассажирская, 15

Наименование:	**Серийный номер:**	**Серийный номер:**
Дозатор лабораторный 1-канальный механический	**YE256BQ0054233**	**YE256BQ0054293**
	YE256BQ0054242	**YE256BQ0054264**
	YE256BP0057334	**YE256BQ0054276**
	YE256BQ0054259	

Место эксплуатации оборудования:

Наименование	**Ед. измерения**	**Кол-во**	**Стоимость(тенге)**
Дозатор лабораторный 1-канальный механический	**Штука**	**7**	**36.500тг**

Выполненные работы:	**Условия гарантий:**
• Прибор сдан в эксплуатацию в рабочем состоянии, претензий нет. • Руководство эксплуатации, а также все прилагающиеся документы имеются при приборе • Первичная поверка дозатора проведена	• Гарантия не распространяется на расходные материалы для прибора, а также на неисправности связанные с физическим воздействием на прибор (неправильная эксплуатация, утопление и т.п)

Конечный пользователь лишается гарантии в следующих случаях:

- При нарушении правил эксплуатации, хранения, транспортировки и ухода за оборудованием
- При наличии следов механических повреждений на прибор
- При самостоятельном ремонте, монтажа/демонтажа

В случае выявления неисправности возникших по вине потребителя или невыполнении условий гарантии для вышеуказанного прибора- гарантия снимается. Диагностика и ремонт производится за счет пользователя.

• **С правилами настоящей гарантии ознакомлен(-а)**	**Ф.И.О.**	**Роспись**

Представитель медицинского учреждения:

Представитель ИП «Медеуов»

б/п.

Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі

"Техникалық реттеу және метрология комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

Республиканское государственное учреждение "Комитет технического регулирования и метрологии"

Нұр-Сұлтан қ.

г.Нур-Султан

Нөмірі: KZ09VTN00004830

Берілген күні: 24.11.2020

Өлшем құралдарының типін бекіту туралы
СЕРТИФИКАТ №839

24.11.2020ж.
Қазақстан Республикасының
Өлшем бірлігін
қамтамасыз ету
мемлекеттік жүйесінің
тізілімінде
№ KZ.02.01.00839-2020
болып тіркелген
24.11.2025 жылға дейін
жарамды*

Осы сертификат сынақтардың оң нәтижелерінің негізінде

Қытай

өндірістің аумақтық орналасқан жері

"DLAB Scientific Co.,Ltd" өндірген

өндірушінің атауы

MicroPette, MicroPette Plus, TopPette

типтің белгіленуі

Бір,сегіз, және он екі арналы тұрақты және өзгермелі көлемдегі пипеткалық мөлшерлегіштері

өлшем құралының атауы

зауыттық нөмірі (зауыттық нөмірлер диапазоны)**

тип бекітілгенін куәландырады және Қазақстан Республикасында айналымға шығарылғанын куәландырады.

Заместитель председателя **Мейрбаева Галия-Бану Ондасыновна**

Ескерту:
* - Өлшем құралдарының типін бекіту кезінде толтырылады;
** - Өлшем құралдарының партия типін бекіту кезінде толтырылады.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция
министрлігі

"Техникалық реттеу және
метрология комитеті"
республикалық мемлекеттік
мекемесі

Министерство торговли и
интеграции Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Комитет
технического регулирования и
метрологии"

Нұр-Сұлтан қ.

г.Нур-Султан

Номер: KZ09VTN00004830

Дата выдачи: 24.11.2020

СЕРТИФИКАТ №839
об утверждении типа средств измерений

Зарегистрирован в
реестре государственной
системы обеспечения
единства измерений
Республики Казахстан
24.11.2020 года
за №KZ.02.01.00839
-2020
Действителен до
24.11.2025 года*

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип

Дозаторы пипеточные фиксированного и переменного объема одно, восьми и двенадцати канальные

наименование средства измерений

MicroPette, MicroPette Plus, TopPette

обозначение типа

"DLAB Scientific Co.,Ltd"

наименование производителя

Китай

территориальное место расположение производства

заводские номера (диапазон заводских номеров)**

и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан.

Заместитель председателя **Мейрбаева Галия-Бану Ондасыновна**

Примечание:
* - заполняется при утверждении типа средств измерений;
** - заполняется при утверждении типа партии средств измерений.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

KZ.P.02.E1070
VERIFICATION
LABORATORY

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazTehService"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.02.E1070

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке № FJ-07-25-3683003

Дозатор

(наименование средства измерений)

Тип **TopPette**

заводской номер **YE256BQ0054264**

от 0.5 до 5 мл

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **DLAB Scientific Co.,Ltd, Китай** Дата изготовления **2025 г.**

Пользователь **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстангород Астана, -, Проспект Республика, 70**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.05.01.00904-2020, «Дозаторы пипеточные MicroPette, MicroPettePlus, TopPette фиксированного и переменного объема одно, восьми и двенадцати канальные, производства фирмы «DLAB Scientific Co., Ltd.», Китай. Методика поверки»

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Весы лабораторные, CE 6202K, зав. №32825049, в диапазоне от 5 мг до 6200 г, класс точн.: Высокий, раз.: Не предусмотрено, погреш.: Не предусмотрено, рас. неопр.: U=±0,06 мг, k=2, P=0,95

Барометр-анероид, БАММ- 1, зав. №417, в диапазоне от 80 до 106 кПа, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ±0,2 кПа, рас. неопр. U = ±0,063 кПа, k=2, p=95 %.
Гигрометр психрометрический, ВИТ-2, зав. №Л280, в диапазоне от 20 до 90 %; 15 до 40°C, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ± 0,2 °C, рас. неопр. U = ± 0,11 °C, k=2, P=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности
Не предусмотрено в качестве **рабочего СИ**

Динамический код прослеживаемости (ДКП): **.BA**

Дата поверки: **30.07.2025** Действителен до: **30.07.2026**

Руководитель отдела (лаборатории) **Дәуренбек М.А.**

Поверитель **Құрмаш А.М.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 1015700

techreg.gov.kz 1015700 FJ 25

techreg.gov.kz 1015700 FJ 25

ТОО «KazTehService»
РК, 050050, г. Алматы, Жетысуский район,
ул. Булкушева 4Е, лит. А, 1-этаж.
тел: +7(727) 383-23-19, 8 777 703 77 93.
email: kaztehserkz@mail.ru

KZ.P.02.E1070
VERIFICATION
LABORATORY

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazTehService"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.02.E1070

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке № FJ-07-25-3683001

Дозатор

(наименование средства измерений)

Тип **TopPette**

заводской номер **YE256BQ0054259**

от 0.5 до 5 мл

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **DLAB Scientific Co.,Ltd, Китай** Дата изготовления **2025 г.**

Пользователь **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстангород Астана, -, Проспект Республика, 70**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.05.01.00904-2020, «Дозаторы пипеточные MicroPette, MicroPettePlus, TopPette фиксированного и переменного объема одно, восьми и двенадцати канальные, производства фирмы «DLAB Scientific Co., Ltd.», Китай. Методика поверки»

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Весы лабораторные, CE 6202K, зав. №32825049, в диапазоне от 5 мг до 6200 г, класс точн.: Высокий, раз.: Не предусмотрено, погреш.: Не предусмотрено, рас. неопр.: U=±0,06 мг, k=2, P=0,95
Барометр-анероид, БАММ- 1, зав. №417, в диапазоне от 80 до 106 кПа, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ±0,2 кПа, рас. неопр. U = ±0,063 кПа, k=2, p=95 %.
Гигрометр психрометрический, ВИТ-2, зав. №Л280, в диапазоне от 20 до 90 %; 15 до 40°C, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ± 0,2 °C, рас. неопр. U = ± 0,11 °C, k=2, P=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности
Не предусмотрено в качестве **рабочего СИ**

Динамический код прослеживаемости (ДКП): **.BA**

Дата поверки: **30.07.2025** Действителен до: **30.07.2026**

Руководитель отдела (лаборатории) **Дәуренбек М.А.**

Поверитель **Құрмаш А.М.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 1015699

techreg.gov.kz 1015699 FJ 25 techreg.gov.kz 1015699 FJ 25

ТОО «KazTehService»
РК, 050050, г. Алматы, Жетысуский район,
ул. Булкушева 4Е, лит. А, 1-этаж.
тел: +7(727) 383-23-19, 8 777 703 77 93.
email: kaztehserkz@mail.ru

KZ.P.02.E1070
VERIFICATION
LABORATORY

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazTehService"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.02.E1070

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке № FJ-07-25-3683000

Дозатор

(наименование средства измерений)

Тип **TopPette**

заводской номер **YE256BP0057334**

от 0.5 до 5 мл

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **DLAB Scientific Co.,Ltd, Китай** Дата изготовления **2025 г.**

Пользователь **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстангород Астана, -, Проспект Республика, 70**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.05.01.00904-2020, «Дозаторы пипеточные MicroPette, MicroPettePlus, TopPette фиксированного и переменного объема одно, восьми и двенадцати канальные, производства фирмы «DLAB Scientific Co., Ltd.», Китай. Методика поверки»

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Весы лабораторные, CE 6202K, зав. №32825049, в диапазоне от 5 мг до 6200 г, класс точн.: Высокий, раз.: Не предусмотрено, погреш.: Не предусмотрено, рас. неопр.: U=±0,06 мг, k=2, P=0,95
Барометр-анероид, БАММ- 1, зав. №417, в диапазоне от 80 до 106 кПа, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ±0,2 кПа, рас. неопр. U = ±0,063 кПа, k=2, p=95 %.
Гигрометр психрометрический, ВИТ-2, зав. №Л280, в диапазоне от 20 до 90 %; 15 до 40°C, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ± 0,2 °C, рас. неопр. U = ± 0,11 °C, k=2, P=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности
Не предусмотрено в качестве **рабочего СИ**

Динамический код прослеживаемости (ДКП): **.BA**

Дата поверки: **30.07.2025** Действителен до: **30.07.2026**

Руководитель отдела (лаборатории) **Дәуренбек М.А.**

Поверитель **Құрмаш А.М.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 1015698

techreg.gov.kz 1015698 FJ 25

techreg.gov.kz 1015698 FJ 25

ТОО «KazTehService»
РК, 050050, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Булкушева 4Е, лит. А, 1-этаж.
тел: +7(727) 383-23-19, 8 777 703 77 93.
email: kaztehserkz@mail.ru

KZ.P.02.E1070
VERIFICATION
LABORATORY

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazTehService"
(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.02.E1070
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке № FJ-07-25-3682999

Дозатор
(наименование средства измерений)

Тип **TopPette**

заводской номер **YE256BQ0054242**

от 0.5 до 5 мл
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **DLAB Scientific Co.,Ltd, Китай** Дата изготовления **2025 г.**

Пользователь **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстангород Астана, -, Проспект Республика, 70**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.05.01.00904-2020, «Дозаторы пипеточные MicroPette, MicroPettePlus, TopPette фиксированного и переменного объема одно, восьми и двенадцати канальные, производства фирмы «DLAB Scientific Co., Ltd.», Китай. Методика поверки»
(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Весы лабораторные, CE 6202K, зав. №32825049, в диапазоне от 5 мг до 6200 г, класс точн.: Высокий, раз.: Не предусмотрено, погреш.: Не предусмотрено, рас. неопр.: U=±0,06 мг, k=2, P=0,95
Барометр-анероид, БАММ- 1, зав. №417, в диапазоне от 80 до 106 кПа, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ±0,2 кПа, рас. неопр. U = ±0,063 кПа, k=2, p=95 %.
Гигрометр психрометрический, ВИТ-2, зав. №Л280, в диапазоне от 20 до 90 %; 15 до 40°C, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ± 0,2 °C, рас. неопр. U = ± 0,11 °C, k=2, P=0,95
(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности
Не предусмотрено в качестве **рабочего СИ**

Динамический код прослеживаемости (ДКП): **.BA**

Дата поверки: **30.07.2025** Действителен до: **30.07.2026**

Руководитель отдела (лаборатории) **Дәуренбек М.А.**

Поверитель **Құрмаш А.М.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 1015697

ТОО «KazTehService»
РК, 050050, г. Алматы, Жетысуский район,
ул. Булкушева 4Е, лит. А, 1-этаж.
тел: +7(727) 383-23-19, 8 777 703 77 93.
email: kaztehserkz@mail.ru

KZ.P.02.E1070
VERIFICATION
LABORATORY

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazTehService"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.02.E1070

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке № FJ-07-25-3682990

Дозатор

(наименование средства измерений)

Тип **TopPette**

заводской номер **YE256BQ0054233**

от 0.5 до 5 мл

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **DLAB Scientific Co.,Ltd, Китай** Дата изготовления **2025 г.**

Пользователь **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстангород Астана, -, Проспект Республика, 70**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.05.01.00904-2020, «Дозаторы пипеточные MicroPette, MicroPettePlus, TopPette фиксированного и переменного объема одно, восьми и двенадцати канальные, производства фирмы «DLAB Scientific Co., Ltd.», Китай. Методика поверки»

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Весы лабораторные, CE 6202K, зав. №32825049, в диапазоне от 5 мг до 6200 г, класс точн.: Высокий, раз.: Не предусмотрено, погреш.: Не предусмотрено, рас. неопр.: U=±0,06 мг, k=2, P=0,95
Барометр-анероид, БАММ- 1, зав. №417, в диапазоне от 80 до 106 кПа, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ±0,2 кПа, рас. неопр. U = ±0,063 кПа, k=2, p=95 %.
Гигрометр психрометрический, ВИТ-2, зав. №Л280, в диапазоне от 20 до 90 %; 15 до 40°С, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ± 0,2 °С, рас. неопр. U = ± 0,11 °С, k=2, P=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

Не предусмотрено в качестве **рабочего СИ**

Динамический код прослеживаемости (ДКП): **.BA**

Дата поверки: **30.07.2025** Действителен до: **30.07.2026**

Руководитель отдела (лаборатории) **Дәуренбек М.А.**

Поверитель **Құрмаш А.М.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 1015696

techreg.gov.kz 1015696 FJ 25

tecnreg.gov.kz 1015696 FJ 25

ТОО «KazTehService»
РК, 050050, г. Алматы, Жетысуский район,
ул. Булкушева 4Е, лит. А, 1-этаж.
тел: +7(727) 383-23-19, 8 777 703 77 93.
email: kaztehserkz@mail.ru

KZ.P.02.E1070
VERIFICATION
LABORATORY

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazTehService"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.02.E1070

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке № FJ-07-25-3683018

Дозатор

(наименование средства измерений)

Тип **TopPette**

заводской номер **YE256BQ0054276**

от 0.5 до 5 мл

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **DLAB Scientific Co.,Ltd, Китай** Дата изготовления **2025 г.**

Пользователь **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстангород Астана, -, Проспект Республика, 70**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.05.01.00904-2020, «Дозаторы пипеточные MicroPette, MicroPettePlus, TopPette фиксированного и переменного объема одно, восьми и двенадцати канальные, производства фирмы «DLAB Scientific Co., Ltd.», Китай. Методика поверки»

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Весы лабораторные, CE 6202K, зав. №32825049, в диапазоне от 5 мг до 6200 г, класс точн.: Высокий, раз.: Не предусмотрено, погреш.: Не предусмотрено, рас. неопр.: U=±0,06 мг, k=2, P=0,95
Барометр-анероид, БАММ- 1, зав. №417, в диапазоне от 80 до 106 кПа, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ±0,2 кПа, рас. неопр. U = ±0,063 кПа, k=2, p=95 %.
Гигрометр психрометрический, ВИТ-2, зав. №Л280, в диапазоне от 20 до 90 %; 15 до 40°С, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ± 0,2 °С, рас. неопр. U = ± 0,11 °С, k=2, P=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

Не предусмотрено в качестве **рабочего СИ**

Динамический код прослеживаемости (ДКП): **.BA**

Дата поверки: **30.07.2025** Действителен до: **30.07.2026**

Руководитель отдела (лаборатории) **Дәуренбек М.А.**

Поверитель **Құрмаш А.М.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 1015701

techreg.gov.kz 1015701 FJ 25

ТОО «KazTehService»
РК, 050050, г. Алматы, Жетысуский район,
ул. Булкушева 4Е, лит. А, 1-этаж.
тел: +7(727) 383-23-19, 8 777 703 77 93.
email: kaztehserkz@mail.ru

KZ.P.02.E1070
VERIFICATION
LABORATORY

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazTehService"
(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.02.E1070
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке № FJ-07-25-3683019

Дозатор
(наименование средства измерений)

Тип **TopPette**

заводской номер **YE256BQ0054293**

от 0.5 до 5 мл
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **DLAB Scientific Co.,Ltd, Китай** Дата изготовления **2025 г.**

Пользователь **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстангород Астана, -, Проспект Республика, 70**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.05.01.00904-2020, «Дозаторы пипеточные MicroPette, MicroPettePlus, TopPette фиксированного и переменного объема одно, восьми и двенадцати канальные, производства фирмы «DLAB Scientific Co., Ltd.», Китай. Методика поверки»
(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Весы лабораторные, CE 6202K, зав. №32825049, в диапазоне от 5 мг до 6200 г, класс точн.: Высокий, раз.: Не предусмотрено, погреш.: Не предусмотрено, рас. неопр.: U=±0,06 мг, k=2, P=0,95
Барометр-анероид, БАММ- 1, зав. №417, в диапазоне от 80 до 106 кПа, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ±0,2 кПа, рас. неопр. U = ±0,063 кПа, k=2, p=95 %.
Гигрометр психрометрический, ВИТ-2, зав. №Л280, в диапазоне от 20 до 90 %; 15 до 40°C, класс точн. Не предусмотрено, раз. Не предусмотрено, погреш. Δ = ± 0,2 °C, рас. неопр. U = ± 0,11 °C, k=2, P=0,95
(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности
Не предусмотрено в качестве **рабочего СИ**

Динамический код прослеживаемости (ДКП): **.BA**

Дата поверки: **30.07.2025** Действителен до: **30.07.2026**

Руководитель отдела (лаборатории) **Дәуренбек М.А.**

Поверитель **Құрмаш А.М.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 1015702

tecnreg.gov.kz 1015702 FJ 25

tecnreg.gov.kz 1015702 FJ 25

ТОО «KazTehService»
РК, 050050, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Булкушева 4Е, лит. А, 1-этаж.
тел: +7(727) 383-23-19, 8 777 703 77 93.
email: kaztehserkz@mail.ru