Altezza ЖШС
Казакстан, 050012, Алматы к.,
Амангельды көшесі, 55 үй, 47 кеңсе
БСН 070640003533
Тел.: +7 727 29 29 216
E-mail: p.vdovin@altezza.kz
Web: www.altezza.kz

ТОО Altezza
050012, Казахстан Алматы,
ул. Амангельды, дом 55, офис 47
БИН 070640003533
Тел.: +7 727 29 29 216
E-mail: p.vdovin@altezza.kz
Web: www.altezza.kz

KZ.P.02.2120

ПЛ ТОО "Altezza", РК, г. Алматы, ул. Амангельды, дом 55, офис 47
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
№ KZ.P.02.2120 от 04.09.2018 г.
(номер аттестата аккредитации)

# СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № DA09-AD-00838

**Газоанализаторы Testo серии 300**
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **Testo 330-1 LL** заводской № **02259983**

**0-21% O2, 0-8000 ppm CO, 0-3000 ppm NO**
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **фирма "Testo AG", Германия.**

Дата изготовления: **2014 год**

Пользователь: **ТОО "ПрофЭнергоЭксперт"**

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

**KZ.04.02.11038-2017 Газоанализаторы Testo серии 300, производства фирмы "Testo SE & Co.KGaA", Германия МП**
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **ПГС (O2, CO, NO)/N2, ПНГ, Барометр БАММ-1, Testo 608-H1, Ротаметр РМ-А-0,25 ГУЗ, Секундомер СОП пр-2а-3-000.**
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **(O2)=±0,2, (CO)=±10%, (NO)=±10%** , разряду ---

с учетом неопределенности измерений **U(O2)=0,1% об.д., U(CO)=533ppm, U(NO)=200ppm при k=2 P=0,95**

Дата поверки " **05** " **Октября** **2024** г. Действителен до " **05** " **Октября** **2025** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ **Шаймарданов Р.Р.**
подпись инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

Поверитель _____ **Дегтянников А.А.**
подпись инициалы, фамилия

**СЛ 18 (2024) : 2699792**

**ДКП: KZ.04.02.00345-2019**